

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Departamento Proveeduría del INS**PROV-00911-2021**
08 de marzo del 2021**Señor**
Mauricio Montes de Oca Miranda
Tri DM

Referencia: Ampliación especificaciones técnicas, valoración previa productos (implementos) listado N°1, Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del INS por compras por requerimiento.

Estimado señor:

En atención a su solicitud del 4 de marzo para la ampliación de las especificaciones técnicas de la primera invitación de implementos, la Unidad Técnica (Centro de Distribución y Logística), mediante oficio CEDINS-00662-2021 del 5 de marzo, emitió la respuesta que abajo se transcribe:

Pretensión.**Línea 8**

8	2002675	IM - 01318	42221504	92153452	CATÉTER VENOSO TRIPLE LUMEN 7fr, (14AL18G)	2 unidades
---	---------	------------	----------	----------	--	------------

Se solicita ampliar el rango del French de 7 a 7,5 Fr, esto debido a que los catéteres Vygon ampliaron su medida para poder ofrecer mejores condiciones de flujo y adaptación de los lúmenes.

Respuesta de la Unidad Usuaria:

Una vez analizada la petición y dado que dicho cambio no afecta el uso para el cual es requerido el insumo, se acepta la solicitud planteada por el proveedor y se hace la ampliación del rango indicado, aportando con eso la posibilidad de mayor participación para los interesados.

Pretensión.**Línea 16**

16	2002186	IM - 02094	42221504	92202007	KIT DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTRAL	2 unidades
----	---------	------------	----------	----------	--	------------

Se solicita ampliar o realizar la aclaración de que puede ser introductor pelable o introductor para técnica seldinger, ya que son técnicas de inserción diferentes.

Respuesta de la Unidad Usuaría:

Esta línea está siendo recomendada por las unidades usuarias para su exclusión de la Lista Oficial de Insumos e Implementos Médicos de la RSS por su baja rotación, lo cual será analizado en la próxima sesión ordinaria del Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS, a realizarse en el mes de marzo del 2021.

Por lo anterior y con el fin de no perjudicar al proveedor en el gasto que debe de incurrir en la presentación de la muestra, esta línea no será verificada en este llamado de registro.

Pretensión.**Línea 24**

24	2003530	IM - 02130	42221504	92167186	KIT CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTR 4Fr	2 unidades
----	---------	------------	----------	----------	---	------------

Se solicita ampliar o realizar la aclaración de que puede ser introductor pelable o introductor para técnica seldinger, ya que son técnicas de inserción diferentes.

Respuesta de la Unidad Usuaría:

Se analiza la solicitud presentada por la Empresa Tri DM y, tomando en consideración las necesidades operativas que se desean satisfacer con este insumo, se hace la aclaración de que se requiere que el Kit permita la técnica Seldinger, lo anterior según el criterio técnico experto dado por los médicos intensivistas de nuestra institución (unidad usuaria), al favorecer la colocación del mismo y brindar mayor seguridad.

Por lo anterior se mantiene la ficha tal y como fue publicada y se rechaza la solicitud planteada por el proveedor.

De conformidad con lo expuesto, se da por atendida su gestión.

Atentamente,
Departamento de Proveeduría

CARMEN LIDIA
GONZALEZ

RAMIREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
CARMEN LIDIA GONZALEZ
RAMIREZ (FIRMA)

Fecha: 2021.03.08 13:16:07
-06'00'

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe