

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

PROV-01332-2021
08 de abril del 2021

AVISO ACEPTACIÓN DE MUESTRAS O PRODUCTO PROPUESTO

(VALORACIÓN PREVIA DE PRODUCTOS, LISTADO N°1- 2021 IMPLEMENTOS, SEGUNDO LLAMADO)

REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS POR “COMPRAS POR REQUERIMIENTO”

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 Del Reglamento para la Adquisición de Medicamentos e Implementos Médicos del Instituto Nacional de Seguros por “Compras por Requerimiento”, se comunica el resultado de la tercera valoración de implementos médicos, en los siguientes términos:

I. VALORACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°40 del 26 de febrero del 2021 (páginas 43 y 44), la invitación a participar en el LISTADO N°1- 2021 IMPLEMENTOS, Segundo llamado, otorgándose plazo máximo al 12 de marzo del 2021 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto de los implementos médicos que se detallan de seguido:

Número	Clave SIFA	Clave SIMA	Código de Clasificación SICOP	Código de Identificación SICOP	Nombre Corto SIFA	Cantidad de muestras
1	2002632	IM - 01268	42271708	92190403	MASCARILLA SISTEMA VENTURI ROTATOR ADULT	2 unidades
2	2002420	IM - 01272	42271708	92158987	MASCARILLA REINHALACIÓN PARCIAL PEDIATR	2 unidades
3	2002427	IM - 01277	42272512	92162548	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5	2 unidades
4	2002537	IM - 01289	42142535	92229217	EQUI ANESTESIA COMB ESPINAL EPIDURAL 27G	2 unidades
5	2002433	IM - 01295	42271708	92297013	MASCARILL LARIN OROGASTRI N5 (TIPO SUPRE	2 unidades
6	2002335	IM - 01310	51473016	92184403	ANTISÉPTICO INSTANTÁNEO 65% PRESEN 500ML	1 unidad
7	2002432	IM - 01313	42271913	92142610	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICO, PESO 50	2 unidades

8	2002675	IM - 01318	42221504	92153452	CATÉTER VENOSO TRIPLE LUMEN 7fr, (14AL18G	2 unidades
9	2002467	IM - 01334	42271802	92159296	MASCARILLA NEBULIZAC TRAQUEOSTOMÍA ADULT	2 unidades
10	2002723	IM - 01378	42143901	92297140	SISTEMA DE ILEOSTOMÍA BOLSA, PARCHE DRENABLES DE 50 +/- 6 mm, 10 COMPLEMENTO POR CADA 30 BOLSAS DESCARTABLE	1 caja del empaque primario
11	2002920	IM - 01526	42181708	92209426	ELECTRÓDO PARA MONITOREO CARDIORESPIRATORIO AUTOADHESIBLE, DESECHABLE, CON BROCHE DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 4,5 cm (+/- 0,5 cm) DE ANCHO Y 4,5 cm (+/- 0,5 cm) DE LARGO	1 unidad del empaque primario
12	2003198	IM - 01591	42144409	92167022	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 100mm	2 unidades
13	2004014	IM - 01595	42143901	92192577	SIST ILEOSTOMÍA DOS PIEZ BOLSA/PARC 70mm	1 caja del empaque secundario
14	2001360	IM - 02086	42142502	92190165	AGUJA N°30 X 1/2 PARA ANESTESIA DENTAL,	1 caja del empaque secundario
15	2001583	IM - 02087	42142502	92153519	AGUJA PARA ANESTESIA DENTAL N°27, DESECH	1 caja del empaque secundario
16	2002186	IM - 02094	42221504	92202007	KIT DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTRAL	2 unidades
17	2002200	IM - 02096	42293505	92212172	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO ADULTO DESCA	2 unidades
18	2002318	IM - 02097	42142502	92162905	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°18X8,89cm (3 1/2	4 unidades
19	2002321	IM - 02099	42142502	92162907	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°22 X 8,89 (3½ Pu	4 unidades
20	2002316	IM - 02101	42144201	92202156	AGUJA BLOQUEO DE NERVIO 22G X 50mm	4 unidades
21	2002330	IM - 02108	42142541	92162908	AGUJAS PUNCIÓN LUMBAR 25 X 11.43cm (4 1/2	4 unidades
22	2002627	IM - 02112	42221612	92167085	LLAVE DE TRES VÍAS, CUERPO DE POLICARBO	1 caja del empaque secundario
23	2003308	IM - 02124	42144201	92192374	AGUJA BLOQUEO NERVIO SONOGRÁFICA DE 85mm	4 unidades
24	2003530	IM - 02130	42221504	92167186	KIT CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTR 4Fr	2 unidades
25	2000090	IM - 03025	42143902	92159328	SISTEMA COLOSTOMÍA AJUSTABLE BOLSA/PARCHE 57MM	1 caja del empaque primario

26	2000092	IM - 03040	42271709	92205548	CÁNULA NASAL PARA TERAPIA RESPIRATORIA	2 unidades
27	2000109	IM - 03103	42142720	92157763	PRESERVATIVO ESPECIAL UNA PIEZA DE SILICONE 32MM	4 unidades
28	2003810	IM - 03126	42131507	92161422	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA M	1 par
29	2003811	IM - 03128	42131507	92153419	MEDIA COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA, TALL L	1 par
30	2003812	IM - 03129	42131507	92154896	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA XL	1 par
31	2000120	IM - 03130	53102306	92184531	PANAL DESECHABLE GRANDE PARA ADULTO	1 paquete
32	2000580	IM - 03196	42142108	92205544	COMPRESA CALIENTE ESTÁNDAR	1 unidad del empaque primario
33	2000550	IM - 03202	42131507	92194591	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA S	1 par
34	2000556	IM - 03207	42131507	92199066	MEDIA DE COMPRESION HASTA MUSLO TALLA S	1 par
35	2000590	IM - 03213	42311512	92163341	ESPUMA IMPREGNADA DE JABÓN, SECO HIPOALER	4 unidades
36	2004830	IM - 03321	53102306	92180503	PANAL DESECHABLE MEDIANO PARA ADULTO	1 paquete
37	2002354	IM - 03565	42281599	92194898	BOLSA PARA TRASLADO MUESTRAS 15CM X 23CM	1 unidad del empaque primario
38	2002466	IM - 03580	42272224	92189933	CONEXIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO	2 unidades
39	2002352	IM - 03622	42271907	92162182	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 1500 ML	2 unidades
40	2002353	IM - 03623	42271907	92156419	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 3000 ML	2 unidades
41	2002542	IM - 03626	42271807	92153597	ESPAC VOL PLASTI ATÓXICO BOQUILLA ADULTO	2 unidades
42	2002475	IM - 03641	42271708	92189942	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA CON RESER	2 unidades
43	2002524	IM - 03651	42271802	92189921	NEBULIZADOR CON PIPETA, PARTICULA ULTRA	2 unidades
44	2002504	IM - 03652	42281603	92143374	DESINFECTANTE ORTOFTALDEHIDO 0.55%	1 unidad
45	2003018	IM - 03667	30111699	92147076	CAL SODADA, PRESENTACIÓN 10 kg (+/-) 5 kg	1 unidad
46	2003026	IM - 03672	51473016	92161526	ANTISÉPTICO INSTANT MANOS CLOREXIDINA 1%	1 unidad
47	2003236	IM - 03692	42281804	92156134	INDICADOR QUÍMICO CLASE IV PARA VAPOR	1 unidad del empaque primario
48	2003240	IM - 03696	42144409	92160393	CÁNULA TRAQUEO POLIU XL C/BALÓN FENE N°8	2 unidades
49	2004363	IM - 03834	42281534	92205634	FILTRO INSPIRATORIO PARA VENTILADOR	2 unidades

50	2004480	IM - 03837	42131507	92199087	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA TALL M	1 par
51	2002897	IM - 04107	42241703	92189925	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA S, ACOLCH	1 unidad
52	2002898	IM - 04108	42241703	92189931	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA M, ACOLC	1 unidad
53	2002899	IM - 04109	42241703	92189894	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA L, ACOLCHA	1 unidad
54	2002901	IM - 04111	46182209	92189882	RODILL CORT C/REGULACION FLEXOT TALLA M	1 unidad
55	2002902	IM - 04112	46182209	92189887	RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIÓN L	1 unidad
56	2002903	IM - 04113	46182209	92189888	RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIO XL	1 unidad
57	2003390	IM - 04125	42211502	92195009	MULETAS ALUMINIO (PARES)ALT MÍNIMA 112cm	1 unidad
58	2003862	IM - 04341	42241509	92195063	CORSÉ DE JEWETT, TALLA MEDIANO, ORTESIS RI	1 unidad
59	2003863	IM - 04342	42241509	92195068	CORSÉ DE JEWETT, TALLA GRANDE, ÓRTESIS RÍG	1 unidad
60	2004001	IM - 04353	42241703	92189898	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA XL	1 unidad
61	2002357	IM - 05090	42143901	92166123	BOLSA DE UROSTOMÍA DRENABLES PARA ADULTO	1 unidad del empaque primario
62	2004600	IM - 05094	42143902	92154345	SIST COLOSTOMÍA 2 PZ BOLSA/PARCHE 70mm	1 unidad del empaque primario
63	2000182	IM - 07004	42131718	92167458	ESTOQUINETA 7.5 cm DE ANCHO	1 unidad
64	2001865	IM - 07058	42241502	92162211	ACOLCHAMIENTO DE 5cm X 2.5mm X 2.4m	3 unidades
65	2001867	IM - 07060	42241502	92166061	ACOLCHAMIENTO DE 10cm X 2.5mm x 2.4m	3 unidades
66	2001720	IM - 07069	42201708	92154898	GEL DE ACOPLAMIENTO PARA ULTRASONIDO	1 unidad
67	2001917	IM - 07079	42241505	92161369	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12.5cmX360cm	1 unidad
68	2000751	IM - 08001	42211501	92156157	BASTONES 1 PUNTO AJUSTABLE, CONSTRUIDO E	1 unidad
69	2000750	IM - 08002	42211501	92064456	BASTÓN DE ALUMINIO, AJUSTABLE, 4 PUNTOS	1 unidad
70	2000747	IM - 08009	42241703	92205652	RODILLERA ESTABILIZADORA RÓTULA TALLA S	1 unidad
71	2000847	IM - 08018	42241507	92162931	FÉRULA PARA PIES DE ENCAMADOS	1 par
72	2003763	IM - 08033	42241706	92196259	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO L	1 par
73	2003943	IM - 08035	42241706	92166243	PLANTILLAS DE GEL UNISEX TALLA L, 41-43	1 par
74	2003944	IM - 08036	42241706	92166251	PLANTILLAS DE GEL UNISEX TALLA XL, 44-45	1 par

75	2003960	IM - 08037	42241703	92205526	RODILLERA ESTABILIZADORA RÓTULA TALLA M	1 unidad
76	2003961	IM - 08038	42241703	92166254	RODILLERA ESTABILIZADORA RÓTULA TALLA L	1 unidad
77	2003962	IM - 08039	42241703	92161419	RODILLERA ESTABILIZADORA RÓTULA TALLA XL	1 unidad
78	2003939	IM - 08040	42241703	92209524	RODILLERA MULTIARTICULADA LARGA TALLA M	1 unidad
79	2004245	IM - 08054	42141802	92194600	ELECTRÓDO ADHESIVO DIAMET 3 cm CONEX UNI	1 unidad del empaquete primario
80	2001329	IM - 09009	42312701	92229007	GASA O APÓSIT HIDROFIL C/ZIN/MIN/VI 10cm	3 unidades

De conformidad con lo establecido, la recepción de las muestras se realizó en las instalaciones del Centro de Distribución y Logística del INS (CEDINS), convocatoria a la cual, de acuerdo con el oficio CEDINS-00887-2021 del 24 de marzo del 2021, comparecieron 25 proveedores recibiendo un total de 138 muestras, según el siguiente detalle:

Nombre del proveedor	Muestras presentadas
Sinergia En Imágenes Medicina y Tecnología Sociedad Anónima	2
Kabe Soluciones Medicas Sociedad Anónima	5
Medi Express CR Sociedad Anónima	2
Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	8
Comercializadora Médica Centroamericana Comecen Sociedad Anónima	4
Imarhos Sociedad Anónima	3
E & A Importaciones Medicas Sociedad Anónima	2
Transglobal Medical Sociedad Anónima	2
Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	8
Sanacare Medical CR Limitada	4
Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	7
Abba Care Medical Sociedad Anónima	1
Grupo Unihospi Sociedad Anónima	2
Front Hub Sociedad Anónima	2
Asepsia Medica De Centroamérica Sociedad Anónima	1
Hospimédica Sociedad Anónima	10
La Polonesa Sociedad De Responsabilidad Limitada	6
Elástica Surqui Sociedad Anónima	2

Laboratorios Rymco Sociedad Anónima	1
Economédica Internacional Sociedad Anónima	7
Tri DM Sociedad Anónima	3
Corporación Biomur Sociedad Anónima	5
Yiré Médica H P Sociedad Anónima	8
CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	25
Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	18
Total	138

II. ANÁLISIS REALIZADOS:

A. Análisis formal:

Según lo establece el artículo artículo N°5 del Reglamento para la Adquisición Medicamentos, Instrumental Quirúrgico e Implementos Médicos del Instituto Nacional de Seguros por “Compras por Requerimiento”; se verificó y confirmó que los 25 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Análisis técnico:

Mediante oficios CEDINS-00887-2021 del 24 de marzo del 2021 y CEDINS-00959-2021 del 05 de abril 2021, el Centro de Distribución y Logística manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina:

B.1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:

Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

N° Línea	Clave SIFA	Clave SIMA	SICOP	SICOP	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Cédula Jurídica
2	2002420	IM - 01272	42271708	92158987	Mascarilla Reinhalación parcial pediátr	Sanacare Medical CR Limitada	3-102-771915
3	2002427	IM - 01277	42272512	92162548	Mascarilla c/almohadilla inflable N°5	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335

						E & A Importaciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-614905
5	2002433	IM - 01295	42271708	92297013	Mascarill larín orogastri N5 (tipo supre)	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335
7	2002432	IM - 01313	42271913	92142610	Mascarilla laríngea orogástrico, peso 50	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335
8	2002675	IM - 01318	42221504	92153452	Catéter venoso triple lumen 7fr, (14AL18G)	Tri DM Sociedad Anónima	3-101-083376
11	2002920	IM - 01526	42181708	92209426	Electrodo para monitoreo cardiorrespiratorio autoadherible, desechable, con broche de acero inoxidable, dimensiones 4,5 cm (+/- 1 cm) de ancho y 4,5 cm (+/- 0,5 cm) de largo	Kabe Soluciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-625107
						Corporación Biomur Sociedad Anónima	3-101-187737
						Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831
12	2003198	IM - 01591	42144409	92167022	Cánula orofaríngea tipo Guedel 100mm	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335
18	2002318	IM - 02097	42142502	92162905	Aguj epidur tip tuohy, N°18X8,89cm (3 1/2	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335
19	2002321	IM - 02099	42142502	92162907	Aguj epidur tip tuohy, N°22 X 8,89 (3½ Pu	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335

20	2002316	IM - 02101	42144201	92202156	Aguja sonográfica (ecográfica) bloqueo de nervio de 22 G X 50 mm,	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335
22	2002627	IM - 02112	42221612	92167085	Llave de tres vías, cuerpo de policarbo	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3-101-547337
23	2003308	IM - 02124	42142535	92298222	Aguja bloqueo nervio sonográfica de 21g o 22G X 85mm (-5 mm	Auto Med Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-476335
24	2003530	IM - 02130	42221504	92167186	Kit catéter venoso periférico centr 4Fr	Laboratorios Rymco Sociedad Anónima	3-012-350386
26	2000092	IM - 03040	42271709	92205548	Cánula nasal para terapia respiratoria	Kabe Soluciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-625107
						Sanacare Medical CR Limitada	3-102-771915
28	2003810	IM - 03126	42131507	92161422	Media/compresión debajo rodilla talla M	Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793
						La Polonesa Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-701470
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
29	2003811	IM - 03128	42131507	92153419	Media compresión hasta la rodilla, tall L	Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793
						La Polonesa Sociedad De	3-102-701470

						Responsabilidad Limitada	
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
30	2003812	IM - 03129	42131507	92154896	Media/compresión debajo rodilla talla XL	La Polonesa Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-701470
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
33	2000550	IM - 03202	42131507	92194591	Media/compresión debajo rodilla talla S	Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
						La Polonesa Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-701470
34	2000556	IM - 03207	42131507	92199066	Media de compresión hasta muslo talla S	Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
35	2000590	IM - 03213	42311512	92163341	Espuma impregnada de jabón, seco hipoaler	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347

37	2002354	IM - 03565	42281599	92194898	Bolsa para traslado muestras 15CM X 23CM	Medi Express CR Sociedad Anónima	3-101-696792
41	2002542	IM - 03626	42271807	92153597	Espac vol plasti atóxico boquilla adulto	Sinergia En Imágenes Medicina Y Tecnología Sociedad Anónima	3-101-411897
42	2002475	IM - 03641	42271708	92189942	Mascarilla para oxigenoterapia con reser	Sanacare Medical CR Limitada	3-102-771915
43	2002524	IM - 03651	42271802	92189921	Nebulizador con pipeta, partícula ultra	Sanacare Medical CR Limitada	3-102-771915
47	2003236	IM - 03692	42281804	92156134	Indicador químico clase IV para vapor	Comercializadora Médica Centroamericana Comecen Sociedad Anónima	3-101-358504
						Abba Care Medical Sociedad Anónima	3-101-290190
50	2004480	IM - 03837	42131507	92199087	Medias de compresión a la rodilla tall M	La Polonesa Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-701470
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
52	2002898	IM - 04108	42241703	92189931	Inmovilizador de rodilla talla M, acolc	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824

53	2002899	IM - 04109	42241703	92189894	Inmovilizador de rodilla talla L, acolcha	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071
						CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824
60	2004001	IM - 04353	42241703	92189898	Inmovilizador de rodilla talla XL	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071
63	2000182	IM - 07004	42131718	92167458	Estoquineta 7.5 cm de ancho	Imarhos Sociedad Anónima	3-101-112620
						Elástica Surqui Sociedad Anónima	3-101-019723
						Elástica Surqui Sociedad Anónima	3-101-019723
						Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831
68	2000751	IM - 08001	42211501	92299137	Bastones 1 punto ajustable, construido e	Imarhos Sociedad Anónima	3-101-112620
69	2000750	IM - 08002	42211501	92299201	Bastón de aluminio, ajustable, 4 puntos	Imarhos Sociedad Anónima	3-101-112620
70	2000747	IM - 08009	42241703	92205652	Rodillera estabilizadora rótula talla S	Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-246483
75	2003960	IM - 08037	42241703	92205526	Rodillera estabilizadora rótula talla M	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347
						Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-246483
76	2003961	IM - 08038	42241703	92166254	Rodillera estabilizadora rótula talla L	Kabe Soluciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-625107

						Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347
77	2003962	IM - 08039	42241703	92161419	Rodillera estabilizadora rótula talla XL	Kabe Soluciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-625107
						Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347

B.2. MUESTRAS QUE YA CONTABAN CON ACEPTACIÓN DE REGISTRO:

N° Línea	Clave SIFA	Clave SIMA	SICOP	SICOP	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Cédula Jurídica	N° de muestra registrada
2	2002420	IM - 01272	42271708	92158987	Mascarilla Reinhalación parcial pediatri	Comercializado ra Médica Centroamerica na Comecen Sociedad Anónima	3-101-358504	MRI-0069-2019
25	2000090	IM - 03025	42143902	92159328	Sistema colostomía ajustable bolsa/parche 57mm	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071	MRI-0113-2019
34	2000556	IM - 03207	42131507	92199066	Media de compresión hasta muslo talla S	La Polonesa Sociedad De Responsabilida d Limitada	3-102-701470	MRI-0234-2019
76	2003961	IM - 08038	42241703	92166254	Rodillera estabilizadora rótula talla L	Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-246483	MRI-0049-2019
77	2003962	IM - 08039	42241703	92161419	Rodillera estabilizadora rótula talla XL	Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-246483	MRI-0051-2019

B.3. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE (73 MUESTRAS)

No se aceptan los productos que de seguido se anotan por los incumplimientos que se señalan a cada producto:

N° Líneas	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Cédula Jurídica	Revisión de la documentación
1	2002632	IM - 01268	Mascarilla sistema venturi rotator adult	Comercializadora Médica Centroamericana Comecen Sociedad Anónima	3-101-358504	En la ficha técnica se solicita: con colores que diferencien las marcas de alto o bajo flujo, la muestra presentada carece de dichos colores. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
				Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831	
3	2002427	IM - 01277	Mascarilla c/almohadilla inflable N°5	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	Las muestras presentadas por los oferentes son mascarilla N°1 y N°4 respectivamente, las cuales no corresponden a lo solicitado en la ficha técnica "IM-01-277 mascarilla descartable, con almohadilla inflable con anillo de fijación n°5", incumpliendo con lo solicitado en la "Invitación valoración previa de productos, en el punto de "Condiciones para recepción de muestras y literatura técnica: El proponente debe aportar las muestras por cada producto, según lo indicado en el listado anterior, las mismas deben ser idénticas al producto que entregue en caso de ser adjudicado en el proceso de compra", por lo que incumple con lo solicitado en la ficha técnica
				Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831	
6	2002335	IM - 01310	Antiséptico instantáneo 65% presen 500ML	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347	En la ficha técnica del producto se solicita 65% (+/- 5 %), según nota aportada por el fabricante la concentración (%) es de 70-75%. Además, según ficha técnica, debe contener sustancias emulsivas que funcionen como hidratante de manos, lo cual el producto no contiene, según el documento dado por el fabricante y el etiquetado del producto. En la ficha se solicita: Se requiere con un PH entre 5.5 y 6.5,

						la muestra presentada presenta un pH de 5.0 - 6.5. Se solicita incoloro o blanco, la muestra presentada es color amarillento. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por nuestra Institución
7	2002432	IM - 01313	Mascarilla laríngea orogástrico, peso 50	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica del producto se solicita punta reforzada que facilite la inserción, condición que no tiene la muestra presentada por el proveedor. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
8	2002675	IM - 01318	Catéter venoso triple lumen 7fr, (14AL18G)	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	La ficha técnica solicita: Kit para catéter venoso central de 3 lumen, (14 al 18 G), la muestra presentada carece del lumen de 14G requerido, mismo que permite transfundir volúmenes altos de fluidos si así lo requiere el usuario. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
10	2002723	IM - 01378	Sistema de ileostomía bolsa, parche drenable de 50 +/- 6 mm, 10 complemento por cada 30 bolsas descartable	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071	En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8, se solicita aportar nota emitida por el fabricante en la que se emite la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum del 16 de marzo del 2021, a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la Institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.

13	2004014	IM - 01595	Sist ileostomía dos piez bolsa/parc 70mm	Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793	No aporta el Certificado de Registro de EMB para el parche. En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida en el punto N°4, se solicita aportar certificación del EMB (Registro Sanitario del Producto o Equipo Biomédico) del implemento cotizado, extendida por el Ministerio de Salud, la cual es requerida para verificar el aval del Ministerio de Salud para la comercialización del producto en el territorio nacional, además permite validar la información del producto ofertado (país de origen, marca, representantes) versus la muestra, el proveedor no presenta, mismo que es solicitado vía memorándum del 18 de marzo del 2021 a los correos registrados en el formulario de registro de muestras, sin embargo el proveedor no aporta la información solicitada.
17	2002200	IM - 02096	Sistema de drenaje torácico adulto desca	Corporación Biomur Sociedad Anónima	3-101-187737	En la ficha técnica se solicita: ampolla con 50cc de agua, la muestra presentada no posee dicho producto. Tampoco dispone de la posibilidad de regular la presión por un mecanismo manipulado manualmente, dependiente de la succión requerida. Por lo cual, incumple técnicamente con lo requerido por la Institución.
18	2002318	IM - 02097	Aguj epidur tip tuohy, N°18X8,89cm (3 1/2	E & A Importaciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-614905	En la guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado debe contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra

						<p>aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo, está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
20	2002316	IM - 02101	Aguja sonográfica (ecográfica) bloqueo de nervio de 22 g x 50 mm,	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	<p>En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum del 16 de marzo del 2021, a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la Institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p>
26	2000092	IM - 03040	cánula nasal para terapia respiratoria	Transglobal Medical Sociedad Anónima Asepsia Medica De Centroamérica Sociedad Anónima Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-547337 3-101-499676 3-101-246483	<p>En la ficha técnica del producto se solicita con conectores universales adaptables a cualquier fuente de alimentación, la muestra presentada carece de dicho conector universal. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.</p>

27	2000109	IM - 03103	Preservativo especial una pieza de silicone 32mm	Grupo Unihospi Sociedad Anónima	3-101-273643	<p>En la ficha técnica del producto solicita: Dispositivo externo masculino de una pieza Autoadherente, la muestra presentada por el proveedor corresponde a un preservativo profiláctico. Además, se solicita fabricado en silicona 100%, la muestra es fabricada en látex. Para conectar a bolsa colectora de orina de cama o pierna, la muestra presentada no se puede conectar a una bolsa de orina. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Por otra parte, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar, que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
28	2003810	IM - 03126	Media/compresión debajo rodilla talla M	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831	<p>En la ficha técnica del producto se solicita talla M, la muestra presentada corresponde B-Regular. Cabe indicar, que el proveedor no aporta tabla comparativa entre las tallas utilizadas y dadas por su fabricante y su equivalente a las tallas S-M-L-</p>

						XL. Por lo cual, incumple con los requisitos dados por la Institución.
30	2003812	IM - 03129	Media/compresión debajo rodilla talla XL	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831	En la ficha técnica del producto se solicita talla XL, la muestra presentada corresponde D-Regular. Cabe indicar, que el proveedor no aporta tabla comparativa entre las tallas utilizadas y dadas por su fabricante y su equivalente a las tallas S-M-L-XL. Por lo cual, incumple con los requisitos dados por la Institución.
31	2000120	IM - 03130	Pañal desechable grande para adulto	Novamed Soluciones Médicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793	En la ficha técnica se solicita con una capacidad de absorción mayor a 1000cc de líquido y con vitamina E, dicha información no se puede corroborar en el empaque del producto, ni en la literatura aportada. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por la Institución
				Front Hub Sociedad Anónima	3-101-511673	En la ficha técnica se solicita con aloe vera y vitamina E, la muestra presentada no indica en su empaque ni en su literatura contener Aloe Vera y Vitamina E. Por lo cual, no cumple con lo requerido por nuestra Institución.
				Corporación Biomur Sociedad Anónima	3-101-187737	En la ficha técnica del producto se solicita: con una capacidad de absorción mayor a 1000cc de líquido, con aloe vera y vitamina E, la muestra presentada por el proveedor no indica la capacidad de absorción, además no indica que contiene aloe vera y vitamina E. Cabe indicar que dicha información tampoco se puede confirmar en la literatura aportada. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por la Institución.

32	2000580	IM - 03196	Compresa caliente estándar	Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar, que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
35	2000590	IM - 03213	Espuma impregnada de jabón, seco hipoaler	Medi Express CR Sociedad Anónima	3-101-696792	Mediante memorándum del 16 de marzo del 2021, se solicita al Proveedor aportar la nota emitida por el fabricante, en la cual se certifique la autorización para comercializar el insumo. El día 17 de marzo del 2021, se recibe la nota del Proveedor en la que solicita prórroga para presentar la autorización de la línea N°35. El 22 de marzo del 2021, éste remite nota informando: <i>"Que nuestro fabricante tomó la decisión de que nosotros como compañía no distribuyamos el insumo a nivel de gobierno, por lo que les solicito no dar trámite a nuestra solicitud, al igual, le adjunto la carta donde indica que sí somos distribuidor esto para evitar cualquier mal entendido y respaldar la solicitud de prórroga planteada"</i> (Se suple ortografía) enviado por el Sr. Jason Méndez.

						En virtud de lo anterior, la muestra aportada por el proveedor no será considerada en este proceso, tal y como este lo requirió.
				CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	No aporta el Registro del insumo como uso cosmético, dado por el Ministerio de Salud. Proveedor indica que el insumo está exonerado del Registro de EMB, sin embargo, el mismo se registra como uso cosmético y está autorizada en la Lista Oficial de Insumos e Implementos Médicos de la RSS
36	2004830	IM - 03321	Pañal desechable mediano para adulto	Front Hub Sociedad Anónima	3-101-511673	En la ficha técnica se solicita con aloe vera y vitamina E, la muestra presentada no indica en su empaque ni en su literatura contener Aloe Vera y Vitamina E. Por lo cual, no cumple con lo requerido por nuestra Institución.
				Corporación Biomur Sociedad Anónima	3-101-187737	En la ficha técnica del producto se solicita: con una capacidad de absorción mayor a 1000cc de líquido, con áloe vera y vitamina E, la muestra presentada por el proveedor no indica la capacidad de absorción, además no indica que contiene áloe vera y vitamina E. Cabe indicar que dicha información tampoco se puede confirmar en la literatura aportada. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por la Institución.
38	2002466	IM - 03580	conexión para ventilador mecánico	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347	La muestra aportada posee dos líneas de presión de 1/8 (11 y de 1/4 (7)), insumos no solicitados a nivel de ficha técnica, siendo que los ventiladores actuales no lo requieren. Registrar la muestra representa un gasto innecesario para la Institución, siendo que posee un componente no solicitado, así como una mayor generación de residuos. Por lo

						anterior, no cumple con lo requerido por la Institución.
42	2002475	IM - 03641	Mascarilla para oxigenoterapia con reser	Kabe Soluciones Medicas Sociedad Anónima	3-101-625107	En la ficha técnica se solicita: con conexión universal para adaptarse fácilmente a la base de la mascarilla, la muestra presentada carece de dicho conector. Además, se solicita con 3 válvulas (una para cada orificio y la otra para la vía central), la muestra solicitada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución. Además, aporta Certificado de Registro de EMB vencido.
43	2002524	IM - 03651	Nebulizador con pipeta, partícula ultra	Sinergia En Imágenes Medicina Y Tecnología Sociedad Anónima	3-101-411897	El proveedor presenta un equipo compresor para nebulizar, en la ficha se solicita un nebulizador con pipeta, es decir, el consumible utilizado en el equipo. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
45	2003018	IM - 03667	Cal sodada, presentación 10 kg (+/-) 5 kg	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica se solicita: Composición: Ca (OH)_2 80 + KOH 3 + NaOH 3 %, el producto presentado por el proveedor no contiene KOH. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución. Así mismo, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a

						su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
47	2003236	IM - 03692	Indicador químico clase IV para vapor	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	<p>En la ficha técnica se solicita de 20 cm (+/-1 cm) de largo, la muestra presentada es de 15cm, por lo cual no cumple con lo querido por la Institución.</p> <p>Así mismo, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
48	2003240	IM - 03696	cánula traqueo poliu XL C/Balon Fene N°8	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica del producto se solicita: dos cánulas internas transparentes con conector luer lock a la cánula externa y conector de 15mm, la muestra presentada carece del conector luer lock solicitado. Además, en la ficha se requiere transparente, la muestra

						presentada es de color blanco con la Endo cánula de color rojo. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por la institución.
49	2004363	IM - 03834	Filtro inspiratorio para ventilador	Tri DM Sociedad Anónima	3-101-083376	En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar, que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
50	2004480	IM - 03837	Medias de compresión a la rodilla tall M	Novamed Soluciones Medicas Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-635793	En la ficha técnica del producto se solicita con presión de 15 mmhg a 20 mmhg, la muestra presentada posee una presión de 18mmhg a 22mmhg. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
				Corporación Biomur Sociedad Anónima	3-101-187737	En la ficha técnica del producto se solicita medias de compresión, la muestra presentada corresponde a una media anti embólica, para uso del paciente, durante su estancia hospitalaria. Además, se requiere con presión de 15 mmhg a 20 mmhg, la muestra presentada indica ser de una compresión gradual, sin embargo, ni en su empaque, ni en la literatura aportada indican cumplir con el

						rango de presión requerido a nivel técnico. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
51	2002897	IM - 04107	Inmovilizador de rodilla talla S, acolch	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	La muestra presentada es valorada por el especialista en ortopedia (Jefatura de Rehabilitación), quien indica: la muestra presentada por el proveedor es de longitud insuficiente para una apropiada inmovilización, lo cual puede ocasionar complicaciones a nuestros usuarios. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	La muestra es valorada por especialista en ortopedia (Jefatura de Rehabilitación), quien indica: la longitud es insuficiente para una apropiada inmovilización. Además, el producto está conformado por piezas movibles, sujetas por velcro, lo cual es un riesgo para nuestros usuarios, siendo que se puede desprender fácilmente y no dar la inmovilización requerida. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución. Así mismo, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el

						Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
52	2002898	IM - 04108	Inmovilizador de rodilla talla M, acolc	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347	En la ficha técnica del producto se solicita cara interna 100% algodón, la muestra presentada es fabricada en 60% aluminio, 10% Nylon, 6% Rayon (seda artificial) 4% algodón, 10% Polyester y 4% PE; no posee la cara interna con algodón 100% como fue solicitado. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
53	2002899	IM - 04109	Inmovilizador de rodilla talla L, acolcha	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347	En la ficha técnica del producto se solicita cara interna 100% algodón, la muestra presentada es fabricada en 60% aluminio, 10% Nylon, 6% Rayon (seda artificial) 4% algodón, 10% Polyester y 4% PE; no posee la cara interna con algodón 100% como fue solicitado. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	La muestra es valorada por especialista en ortopedia (Jefatura de Rehabilitación), quien indica: calidad del velcro sin buena resistencia y adhesión. Además, el producto está conformado por piezas movibles, sujetas por velcro, lo cual es un riesgo para nuestros usuarios, siendo que se puede desprender fácilmente y no dar la inmovilización requerida. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución. Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual

						<p>incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
54	2002901	IM - 04111	Rodill cort c/regulación flexot talla M	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071	<p>Incumple, en la ficha técnica se solicita apertura longitudinalmente con cierre frontal, la muestra presentada posee apertura frontal el cual se extiende solo al área superior de la rodilla. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Además, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar</p>

						desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
				CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica se solicita apertura longitudinalmente con cierre frontal, la muestra presentada no posee dicha apertura, siendo tubular. Además, se solicita longitud de 32 cm (+/-2), la muestra presentada es de 40cm de largo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	<p>En la ficha técnica del producto se indica: debe de contar goniómetro, tipo rom, que no contenga piezas externas, la muestra presentada posee piezas externas o movibles. Así mismo, no se puede verificar el código TLP-5A, indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Además, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

55	2002902	IM - 04112	Rodillera corta c/regulac flexo tensión L	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica se solicita apertura longitudinalmente con cierre frontal, la muestra presentada no posee dicha apertura, siendo tubular. Además, se solicita longitud de 32 cm (+/-2), la muestra presentada es de 40cm de largo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	<p>En la ficha técnica del producto se indica: debe de contar goniómetro, tipo rom, que no contenga piezas externas, la muestra presentada posee piezas externas o movibles. Así mismo, no se puede verificar el código TLP-5A, indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Además, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo incumple a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

56	2002903	IM - 04113	Rodillera corta c/regulac flexo tensión XL	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	El producto que se solicita es RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIO XL, la muestra presentada indica ser Talla Universal, lo cual puede generar confusión en el personal de bodega y en el inventario. Además, se solicita longitud de 32 cm (+/-2), la muestra presentada es de 46cm de largo. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	Incumple. En la ficha técnica del producto se indica: debe de contar goniómetro, tipo rom, que no contenga piezas externas, la muestra presentada posee piezas externas o movibles, que se pierden fácilmente. Velcro de mala calidad. Así mismo, no se puede verificar el código TLP-5A, indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución. Además, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.

57	2003390	IM - 04125	Muletas aluminio (pares) alt mínima 112cm	Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-246483	En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	En la ficha técnica se solicita muletas ajustables de altura mínima de 112cm (± 2 cm) altura máxima de 133 cm (± 2 cm), la muestra presentada es de 97cm altura mínima y 116cm altura máxima. No se puede verificar la marca Top Longmax indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa, ni tampoco el código TOP-0580A indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual incumple con lo requerido por la Institución. Además, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la

						muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
58	2003862	IM - 04341	Corsé de Jewett, talla Mediano, ortesis ri	Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.

59	2003863	IM - 04342	Corsé de Jewett, talla Grande, ortesis ríg	Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
60	2004001	IM - 04353	Inmovilizador de rodilla talla XL	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347	En la ficha técnica del producto se solicita cara interna 100% algodón, la muestra presentada es fabricada en 60% aluminio, 10% Nylon, 6% Rayon (seda artificial) 4% algodón, 10% Polyester y 4% PE; no posee la cara interna con algodón 100% como fue solicitado. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución

				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	<p>La muestra es valorada por especialista en ortopedia (Jefatura de Rehabilitación), quien indica: calidad del velcro sin buena resistencia y adhesión. Además, el producto está conformado por piezas movibles, sujetas por velcro, lo cual es un riesgo para nuestros usuarios, siendo que se puede desprender fácilmente y no dar la inmovilización requerida. No indica la talla del insumo, en la ficha se solicita XL. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Además, En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

63	2000182	IM - 07004	Estoquineta 7.5 cm de ancho	Grupo Unihospi Sociedad Anónima	3-101-273643	No puede verificar marca CAMI en el empaque del producto presentado por el Proveedor. Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
68	2000751	IM - 08001	Bastones 1 punto ajustable, construido e	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831	En la ficha técnica se solicita con agarradera acolchada, la muestra presentada posee una agarradera de plástico duro. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.

				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	<p>En la ficha técnica se solicita: se requiere Peso máximo: 100 Kg, lo cual no se puede corroborar ni en el producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
69	2000750	IM - 08002	Bastón de aluminio, ajustable, 4 puntos	Economédica Internacional Sociedad Anónima	3-101-246483	<p>En la ficha técnica se solicita agarradera acolchada, la muestra presentada posee una agarradera dura, sin acolchar. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.</p> <p>Además, en Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso</p>

						<p>en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
				<p>Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima</p>	3-101-242737	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: con agarradera acolchada, la muestra presentada posee una agarradera de plástico duro. Así mismo, no se puede verificar el código TOP-0570E indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución. Además, La muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento</p>

70	2000747	IM - 08009	Rodillera estabilizadora rótula talla S	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071	En la ficha técnica se solicita: incorpora dos barras metálicas articuladas una a cada lado de la rodilla que permite la flexo-extensión, pero no movimiento laterales, la muestra presentada posee barras confeccionadas en un material flexible, que no limita los movimientos laterales. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.
				CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica del producto se solicita incorpora dos barras metálicas articuladas a cada lado de la rodilla, la muestra presentada posee una barra de plástico, lo cual no brinda la estabilidad requerida. Además, se indica abierta longitudinalmente, la muestra presentada es tubular. Por lo cual, no cumple por lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	En la ficha técnica se indica: abierta longitudinalmente, la muestra presentada corresponde a una rodillera tubular. Así mismo, no se puede verificar el código TLP-3B, indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución. Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de

						uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento
71	2000847	IM - 08018	Férula para pies de encamados	Hospimédica Sociedad Anónima	3-101-115347	En la ficha técnica se solicita férula para pies de encamados, la muestra presentada por el proveedor corresponde a un protector de talón. Se pide férula con talón libre, la muestra no posee el talón libre, la muestra presentada no es para pie equino. Se solicita barra ajustable que evita rotación de la pierna, la muestra carece de dicha barra. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por la Institución.
74	2003944	IM - 08036	Plantillas de gel unisex talla XL, 44-45	Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	No se puede verificar la marca Top Longmax indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa, ni tampoco el código TSP-A indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa. Por lo cual incumple con lo requerido por la Institución. Además, La muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar

						marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
75	2003960	IM - 08037	Rodillera estabilizadora rótula talla M	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica del producto se solicita incorpora dos barras metálicas articuladas a cada lado de la rodilla, la muestra presentada posee una barra de plástico, lo cual no brinda la estabilidad requerida. Además, se indica abierta longitudinalmente, la muestra presentada es tubular. Por lo cual no cumple por lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	En la ficha técnica se indica: abierta longitudinalmente, la muestra presentada corresponde a una rodillera tubular. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución. Además, La muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material

						biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento
76	2003961	IM - 08038	Rodillera estabilizadora rótula talla L	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica del producto se solicita: incorpora dos barras metálicas articuladas a cada lado de la rodilla, la muestra presentada posee una barra de plástico, lo cual no brinda la estabilidad requerida. Por lo cual, no cumple por lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	No se puede verificar el código TLP-3B indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.

77	2003962	IM - 08039	Rodillera estabilizadora rótula talla XL	CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada	3-102-749824	En la ficha técnica del producto se solicita incorporar dos barras metálicas articuladas a cada lado de la rodilla, la muestra presentada posee una barra de plástico, lo cual no brinda la estabilidad requerida. Por lo cual, no cumple por lo requerido por la Institución.
				Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima	3-101-242737	<p>No se puede verificar el código TLP-3B indicado en el formulario de registro en la muestra del producto aportado por la empresa, dado que fue entregado en un empaque (bolsa transparente) primario sin ningún tipo de etiquetado del Fabricante.</p> <p>Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
78	2003939	IM - 08040	Rodillera multiarticulada larga talla M	Central América Pharma Supply Sociedad Anónima	3-101-327071	El producto que se requiere es RODILLERA MULTIARTICULADA LARGA TALLA M, la muestra presentada no indica ser talla M, indica #3, lo cual no aclara que talla es realmente y se presta para

					<p>confusiones a nivel de inventario y en el personal que despacha. La muestra es valorada por la unidad usuaria, quien indica: la muestra es cerrada a nivel distal, esto no es apropiado para pacientes con lesión traumática o post operados. Por lo cual, incumple con lo solicita por la Institución.</p>
				<p>CQ Medical Centroamericana Sociedad De Responsabilidad Limitada</p>	<p>3-102-749824</p> <p>En la ficha técnica del insumo se solicita Talla: M, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una talla Universal, lo cual genera confusión al personal de bodega y en el tema de los inventarios, además se complica el uso en personas de baja estatura. Por lo anterior, no cumple con lo requerido por la Institución.</p>
				<p>Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima</p>	<p>3-101-242737</p> <p>En la ficha técnica se solicita: una bisagra policéntrica, sin piezas sueltas, la muestra presentada por el proveedor posee piezas sueltas. Además, se solicita Talla M, la muestra presentada no indica la talla. Por lo cual, no cumple con lo solicitado por la Institución.</p> <p>Además, la muestra es presentada en una bolsa plástica transparente. En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo</p>

						Nº7, artículo Nº25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento
79	2004245	IM - 08054	Electrodo adhesivo diámetro 3 cm conex uni	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831	En la ficha técnica del producto se solicita: Electrodo adhesivo diámetro 3 cm, con conexión universal hembra para pin de 2 mm, la muestra presentada carece de dicha conexión y corresponde a un electrodo para monitoreo cardiorrespiratorio. Por lo cual, no cumple con lo requerido por la Institución.

B.4. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES:

Se deja constancia que, por falta de ofertas, las siguientes líneas resultan sin registro:

Nº Línea	Clave SIFA	Clave SIMA	Código de Clasificación SICOP	Código de Identificación SICOP	Nombre Corto SIFA
4	2002537	IM - 01289	42142535	92229217	Equi anestesia comb espinal epidural 27G
9	2002467	IM - 01334	42271802	92159296	Mascarilla nebulizac traqueostomía adult
14	2001360	IM - 02086	42142502	92190165	Aguja Nº30 X 1/2 para anestesia dental,
15	2001583	IM - 02087	42142502	92153519	Aguja para anestesia dental Nº27, desech
21	2002330	IM - 02108	42142541	92162908	Agujas punción lumbar 25 X 11.43cm (4 1/2
39	2002352	IM - 03622	42271907	92162182	Bolsa sistema aspiración cerrado 1500 ML
40	2002353	IM - 03623	42271907	92156419	Bolsa sistema aspiración cerrado 3000 ML
46	2003026	IM - 03672	51473016	92161526	antiséptico instant manos clorhexidina 1%
61	2002357	IM - 05090	42143901	92166123	Bolsa de urostomía drenable para adulto

62	2004600	IM - 05094	42143902	92154345	Sist colostomía 2 PZ bolsa/parche 70mm
64	2001865	IM - 07058	42241502	92162211	Acolchamiento de 5cm X 2.5mm X 2.4m
65	2001867	IM - 07060	42241502	92166061	Acolchamiento DE 10cm X 2.5mm x 2.4m
66	2001720	IM - 07069	42201708	92154898	Gel de acoplamiento para ultrasonido
67	2001917	IM - 07079	42241505	92161369	Venda de fibra de vidrio de 12.5cmX360cm
72	2003763	IM - 08033	42241706	92196259	Plantilla de silicona tamaño L
73	2003943	IM - 08035	42241706	92166243	Plantillas de gel unisex talla L, 41-43
80	2001329	IM - 09009	42312701	92229007	Gasa o apósito hidrofílo c/zin/min/vi 10cm

B.5. LÍNEAS NO ANALIZADAS

En oficios CEDINS-00660-2021 y CEDINS-00662-2021, ambos del 05 de marzo del 2021, el Centro de Distribución y Logística determina excluir para la revisión de este llamado las siguientes líneas, para no ocasionar inconvenientes con las validaciones y/o modificaciones pertinentes en la ficha técnica que se tienen que elevar al Comité de Infecciones asociadas a atención de Salud de la RSS.

Número	Clave SIFA	Clave SIMA	Código de Clasificación SICOP	Código de Identificación SICOP	Nombre Corto SIFA	Cantidad de muestras
16	2002186	IM - 02094	42221504	92202007	KIT DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTRAL	2 unidades
44	2002504	IM - 03652	42281603	92143374	DESINFECTANTE ORTOFTALDEHÍDO 0.55%	1 unidad

Demás términos y condiciones, según lo establece el Reglamento para la Adquisición de medicamentos, instrumental quirúrgico e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros por “Compras por Requerimiento”, publicado en Alcance N°2 de la Gaceta N°4 del 07 de enero del 2021.

**Atentamente,
Departamento de Proveduría**

**Licda. Katherine Phillips Quesada,
Subjefatura**