

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS****05 de mayo del 2021
PROV-01757-2021****AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO PROPUESTO
(N°3-2021 IMPLEMENTOS)
(Tercer llamado)****REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS
MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS MEDIANTE COMPRAS POR
REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística - en el oficio CEDINS-01212-2021 y memorándum del 22 y 29 ambos de abril 2021, respectivamente, comunica el resultado de la valoración de productos N°3-2021 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°57 del martes 23 de marzo 2021 (páginas 35 a la 37), la invitación a participar en la valoración de productos N°3-2021, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 14 de abril del 2021 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Número de renglón	Clave SIFA	Clave SIMA	SICOP	SICOP	Nombre Corto del Insumo	Cantidad de muestras a presentar
1	2000013	IM - 01028	42311552	92168266	Cinta adhesiva microporo (acrilato)	1 caja del empaque primario
2	2000014	IM - 01031	42311552	92194893	cinta adhesiva plástica transparente	1 caja del empaque primario
3	2000015	IM - 01034	42131707	92196130	Cubre bocas descartables de 17,5cm de long	1 caja del empaque primario
4	2000016	IM - 01037	42311552	92168265	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho	1 caja del empaque primario

5	2000018	IM - 01043	42291613	92141405	Filo bisturí no. 10	1 caja del empaque secundario
6	2000019	IM - 01047	42291613	92141446	Filo bisturí N° 11	1 caja del empaque secundario
7	2000021	IM - 01053	42271910	92156066	Filo bisturí n°15, estéril, con borde afi	1 caja del empaque secundario
8	2000024	IM - 01063	42311545	92156073	Gasa en cuadros 7,5 cm X 7,5 cm	1 tubo del empaque primario
9	2003290	IM - 01172	42295408	92167797	Cepillo para cirujano clorexidina 4% (+/-1cm)	3 unidades
10	2000060	IM - 01189	42181503	92151996	Gel hidrocoloide, compuestos: agua purif	2 unidades
11	2002642	IM - 01203	42131701	92141437	Campo insic yodado adhes 60cm x 45cm	3 unidades
12	2002643	IM - 01204	42131701	92141440	Campo insic yodado adhes 35 cm x 35 cm	3 unidades
13	2002367	IM - 01207	42144409	92160395	Cánula orofaringea tipo guedel de 40 mm	2 unidades
14	2002368	IM - 01208	42144409	92238420	Cánula orofaringea tipo guedel 30mm	2 unidades
15	2002402	IM - 01214	42143902	92166698	Catéter torácico recto n°28fr	3 unidades
16	2002450	IM - 01236	42272505	92142370	Circuito para anestesia pediátrico	2 unidades
17	2002451	IM - 01238	42142108	92205881	Compresa quirúrgica 1.27(1/2p)X1.27(1/2p)cm	3 unidades
18	2002452	IM - 01239	42142108	92205528	Compres quirúrg 1.27(1/2)x3.81(1 1/2) (cotono	3 unidades
19	2002535	IM - 01243	42142535	92229216	Equip anestesia comb espinal epidura 26g	3 unidades
20	2002561	IM - 01247	42311607	92209550	Fibra hemos a base celulosa 5cm(+/-1cm	3 unidades
21	2002562	IM - 01298	42311607	92168399	Fibra hemostat base celulosa 5 a 5,08 cm	3 unidades
22	2002449	IM - 01323	42272505	92142369	Circuito para anestesia adulto tub corru	2 unidades
23	2002721	IM - 01376	42295453	92201457	Sis suc cerrado tipo Jackson Pratt 10fr	2 unidades
24	2002766	IM - 01399	42271905	92161489	Tubo endobronquial bronquio izquier 35mm	2 unidades
25	2002767	IM - 01400	42271905	92235472	Tubo endobronquial bronquio izq 37mm	2 unidades
26	2002783	IM - 01411	42271903	92166792	Tubo endotraqueal 7.5mm transparente c/balón	2 unidades
27	2002785	IM - 01412	42271905	92142729	Tubo endotraqueal, baja presión 8 mm, on	2 unidades

28	2002799	IM - 01423	42131609	92142120	Cubre zapato descartable unitalla	1 paquete del empaque primario
29	2002571	IM - 01426	42311545	92159502	Gasa cuadros 10x20 cm, 10 un, radiopaca	3 paquetes
30	2002690	IM - 01458	42271910	92147684	Kit traqueost percut p/técnica griggs 8f	2 unidades
31	2002674	IM - 01467	42221504	92153461	Catéter intraven cuatro lumen 8,5fr,20cc	3 unidades
32	2002676	IM - 01468	42221504	92167078	Catéter intravenoso doble lumen 7fr	3 unidades
33	2003192	IM - 01578	42142618	92155080	Kit de toma de gases arteriales, con 1 j	3 unidades
34	2004163	IM - 01660	42295104	92192523	Lápiz electrocirugía tres pines	3 unidades
35	2004164	IM - 01661	42295143	92170541	Placa para electrocirugía	3 unidades
36	2004181	IM - 02136	42272505	92155071	Conector de presión neutra	1 caja del empaque secundario
37	2000085	IM - 03018	42281916	92156807	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm	1 caja del empaque primario
38	2000094	IM - 03049	42281807	92142064	Cinta control esterilización a vapor	2 unidades
39	2000099	IM - 03079	42281804	92205783	Control biológico prevac, lectura superrap	1 caja del empaque primario
40	2000100	IM - 03083	42281807	92150141	Integrador químico clase v	1 caja del empaque primario
41	2004790	IM - 03139	42181599	92196307	Tira reactiva para análisis de glucosa	1 caja del empaque primario
42	2002515	IM - 03588	42281603	92159200	Concentrado (desinfectante), base de amoni	1 unidad
43	2002525	IM - 03590	42272223	92144944	Ejercitador para expansión músculos resp	2 unidades
44	2002558	IM - 03635	42291614	92158918	Tijera quitagrapas plástica 5,7mm x3,9mm	3 unidades
45	2003375	IM - 03765	42312009	92209416	Grapadora de piel, estéril, descartable	3 unidades
46	2003364	IM - 03769	42281802	92157492	Etiqueta de loteo, para esterilización a	1 rollo
47	2003938	IM - 03801	42241701	92156138	Bota ortopédica inmovilizadora talla l	1 unidad
48	2004166	IM - 03817	42272220	92159347	Adaptador para sensor de CO2	2 unidades

Aportar Incubadora

Aportar Glucómetro

49	2004256	IM - 03825	42241803	92162884	Collar sommi inmovilizador de cabez y cu	1 unidad
50	2000130	IM - 04007	42241801	92156146	Cabestrillo de tela mediano, de tela army	1 unidad
51	2000131	IM - 04008	42241801	92141984	Cabestrillo de tela, tamaño grande	1 unidad
52	2000133	IM - 04010	42241803	92162888	Collar Thomas pequeño, material semirigi	1 unidad
53	2000134	IM - 04011	42241803	92154936	Collar de Thomas mediano, materi semirigi	1 unidad
54	2000135	IM - 04012	42241803	92162892	Collar Thomas grande, material semirigid	1 unidad
55	2000136	IM - 04013	42241803	92166527	Collar tipo Filadelfia grande	1 unidad
56	2000137	IM - 04016	42241803	92163336	Collar tipo Filadelfia, mediano 33- 38	1 unidad
57	2000144	IM - 04036	42312502	92166398	Faja de tórax extragrande 120 cm	1 unidad
58	2000148	IM - 04043	46181505	92161300	Rodillera elástica grande	1 unidad
59	2000149	IM - 04046	42241703	92166396	Rodillera elástica mediana	1 unidad
60	2000153	IM - 04058	42241701	92166392	Tobillera elástica grande	1 unidad
61	2002498	IM - 04089	42241803	92166358	Cuello blando cervical talla l	1 unidad
62	2002883	IM - 04093	42241702	92035467	Abductor de cadera, en poliéster, en for	1 unidad
63	2002910	IM - 04120	42241809	92035079	Abductor de hombro	1 unidad
64	2003873	IM - 04352	42241507	92189856	Férula articulada de codo derecho	1 unidad
65	2004870	IM - 04355	42241507	92189861	Férula articulada de codo izquierdo	1 unidad
66	2003313	IM - 05114	42271903	92144720	Tubo endotraqueal para mascarilla intuba	2 unidades
67	2003314	IM - 05115	42271903	92161520	Tubo endo masc intub endotraq n°7.5	2 unidades
68	2000187	IM - 07016	42242102	92168138	Férula aluminio maleable	2 unidades
69	2000190	IM - 07025	42241502	92162267	Relleno para yeso de 5cm x 270cmx2,5mm	3 unidades
70	2000191	IM - 07028	42241502	92162265	Relleno para yeso de 7.5cm X 270cmx2,5mm	3 unidades
71	2000194	IM - 07037	42241505	92202367	Venda de yeso 5cm de ancho	3 unidades
72	2000195	IM - 07040	42241505	92166059	Venda de yeso 7.5cm (+/- 5cm) de ancho	3 unidades

73	2000197	IM - 07046	42241505	92166065	Venda de yeso de 12.5cm anch x 450cm lar	3 unidades
74	2000198	IM - 07049	42241505	92205628	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm larg	3 unidades
75	2001863	IM - 07055	42241505	92161367	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	3 unidades
76	2001864	IM - 07056	42241505	92161368	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	3 unidades
77	2001725	IM - 07057	42241505	92143309	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	3 unidades
78	2002550	IM - 07080	42241505	92143310	Férula de fibra de vidrio (rollo) 10cm	1 rollo

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 87 muestras de 25 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Muestras presentadas
Eurociencia Costa Rica. S.A.	2
AUTOMED Centroamérica S.A.	3
ABBA CARE MEDICAL S.A.	4
SanaCare Medical C.R. Ltda.	2
Quality -1 Export Inc.	2
Equipos y Suministros Keima S.A.	1
Central América Pharma Supply S.A.	4
Nipro Medical	1
Transglobal Medical S.A.	3
Comercializadora Médica Centroamericana S.A.	2
Panamedical de Costa Rica S.A.	3
LEMEN de Costa Rica S.A.	1
KABÉ Soluciones Médicas S.A.	9
Yiré Médica HP S.A.	8
Chupis Ortopédica CRC S.A.	7
Productos Médicos Campos S.A.	1
Asepsia Médica de Centroamérica S.A.	1
Elástica SURQUI S.A.	2
Grupo Unihospi S.A.	2
Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	10
Hospimédica S.A.	7
Equitrón S.A.	1
L&B Republic S.A.	2
Imarhos S.A.	8
Farmamercantil Centroamericana S.A.	1

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 25 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficio en el oficio CEDINS-01212-2021 y memorándum del 22 y 29 ambos de abril 2021, respectivamente, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- 1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

#	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto del Insumo	Proveedor	Cédula jurídica
13	2002367	IM - 01207	Cánula orofaríngea tipo Guedel de 40 mm	AUTOMED Centroamérica S.A.	3-101-476335
17	2002451	IM - 01238	Compresa quirúrgica 1.27(½p)X1.27(½p)cm	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	3-101-625107
				Yiré Médica HP S.A.	3-101-244831
18	2002452	IM - 01239	Compres quirurg 1.27(½)x3.81(1½) (cotono	Yiré Médica HP S.A.	3-101-244831
24	2002766	IM - 01399	Tubo endobronquial bronquio izquierdo 35mm	Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-749824
25	2002767	IM - 01400	Tubo endobronquial bronquio IZQ 37mm	Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-749824

26	2002783	IM - 01411	Tubo endotraqueal 7.5mm Transparente c/balón	Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-749824
31	2002674	IM - 01467	Catéter intraven cuatro lumen 8,5fr,20cc	Comercializadora Médica Centroamericana S.A.	3-101-358504
32	2002676	IM - 01468	Catéter intravenoso doble lumen 7fr	Comercializadora Médica Centroamericana S.A.	3-101-358504
39	2000099	IM - 03079	Control biológico prevac, lectura superrap	ABBA CARE MEDICAL S.A.	3-101-290190
41	2004790	IM - 03139	Tira reactiva para análisis de glucosa	Nipro Medical Equitrón	3-012-389094 3-101-032805
42	2002515	IM - 03588	Concentrado (desinfectante), base de amoníaco	LEMEN de Costa Rica S.A.	3-101-079546
47	2003938	IM - 03801	Bota ortopédica inmovilizadora talla L	Central América Pharma Supply S.A.	3-101-327071
58	2000148	IM - 04043	Rodillera elástica grande	Central América Pharma Supply S.A.	3-101-327071
59	2000149	IM - 04046	Rodillera elástica mediana	Central América Pharma Supply S.A.	3-101-327071
61	2002498	IM - 04089	Cuello blando cervical talla L	Yiré Médica HP S.A.	3-101-244831
68	2000187	IM - 07016	Férula aluminio maleable	Hospimédica S.A.	3-101-079546
70	2000191	IM - 07028	Relleno para yeso de 7.5cm X 270cmX2,5mm	Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-749824

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

#	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto del Insumo	Proveedor	Incumplimiento
1	2000013	IM - 01028	Cinta adhesiva microporo (Acrilato)	Panamedical de Costa Rica S.A.	N° de Referencia - Código. Incumple -N° 0643173. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada.

2	2000014	IM - 01031	Cinta adhesiva plástica transparente	Panamedical de Costa Rica S.A.	N° de Referencia - Código. N°0662257. Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada.
				Imarhos S.A.	N° de Referencia - Código. HF Z-53. Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen del producto, en el empaque del insumo, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso, no están dadas en el empaque primario del producto (caja cartulina), las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fábrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. La muestra presentada por el proveedor presenta poco adhesivo, la misma se desprende fácilmente, lo cual demuestra que el producto es de calidad deficiente.
3	2000015	IM - 01034	Cubre bocas descartable de 17,5cm de long	Eurociencia Costa Rica. S.A.	N° de Referencia - Código: CP02.58.0006 Incumple. En el formulario para registro de muestras indican el código CP02.58.0006, sin embargo, en la muestra es CP02.58.0005, vía correo se solicita aclaración al proveedor, pero no se obtuvo respuesta. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras,

					<p>apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
				<p>Eurociencia Costa Rica. S.A.</p>	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: 4 amarras de 45 cm (+/-5 cm) de largo y un ancho 1 cm (+/- 0.5 cm), la muestra presentada posee sujeción con tiras elásticas. Por lo cual no cumple por lo requerido con la institución.</p>

				Grupo Unihospi S.A.	<p>N° de Referencia - Código: IIR. Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada.</p> <p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, , apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
				L&B Republic S.A.	<p>Literatura en español: Incumple. La literatura aportada por el proveedor es insuficiente para verificar las cualidades y calidades del producto ofertado.</p> <p>Revisión de la documentación: Incumple. La literatura aportada por el proveedor es insuficiente para verificar las cualidades y calidades del producto ofertado.</p>
				Farmamercantil Centroamericana S.A.	<p>N° de Referencia - Código: No indica código, ni referencia del producto en formulario para registro de muestras.</p> <p>Carta autorización del fabricante: En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta</p>

					<p>por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: 4 amarras de 45 cm (+/-5 cm) de largo y un ancho 1 cm (+/- 0.5 cm), la muestra presentada posee sujeción con tiras elásticas. Por lo cual no cumple por lo requerido con la institución. Revisión de la documentación: Incumple. No aporta nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo</p>
4	2000016	IM - 01037	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho	Panamedical de Costa Rica S.A.	<p>N° de Referencia - Código: N°0381217. Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. La muestra es valorada por el personal de Yesos, quienes indican: Insumo con poco, casi nulo adhesivo, mismo que es difícil de rasgar. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Imarhos S.A.	<p>N° de Referencia - Código: HF Z-51. Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen del producto, en el empaque del insumo, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso, no están dadas en el empaque primario del producto (caja cartulina), las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar</p>

					desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo en el empaque primario del producto. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. La muestra es valorada por el personal de yesos de nuestra institución, quienes indican que el producto posee poco o nulo adhesivo, siendo que en la ficha técnica se solicita: cubierto de adhesivo fuerte. Lo cual no permite realizar las fijaciones requeridas, la muestra es de tela suave que no mantiene su forma, por lo cual fácilmente se enrolla y no es utilizable. La muestra presentada no permite rasgar, para realizar el corte del producto, lo cual dificulta las labores del personal. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
5	2000018	IM - 01043	Filo bisturí No. 10	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita Con fecha de vencimiento, la muestra presentada no posee la fecha de vencimiento en el empaque primario, mismo que es necesario para verificar la esterilidad y estabilidad del producto, el cual es un insumo crítico. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
6	2000019	IM - 01047	Filo bisturí N° 11	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita Con fecha de vencimiento, la muestra presentada no posee la fecha de vencimiento en el empaque primario, mismo que es necesario para verificar la esterilidad y estabilidad del producto, el cual es un insumo crítico. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
9	2003290	IM - 01172	Cepillo para cirujano clorexidina4% (+/-1CM)	Yiré Médica HP S.A.	Carta autorización del fabricante: En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es

					<p>solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Revisión de la documentación: Incumple. No aporta nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo.</p>
				<p>Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada</p>	<p>N° Registro EMB: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida en el punto N°4, se solicita aportar certificación del EMB (Registro Sanitario del Producto o Equipo Biomédico) del implemento cotizado, extendida por el Ministerio de Salud, la cual es requerida para verificar el aval del Ministerio de Salud para la comercialización del producto en el territorio nacional, además permite validar la información del producto ofertado (país de origen, marca, representantes) versus la muestra, el proveedor no presenta, mismo que es solicitado vía memorándum a los correos registrados en el formulario de registro de muestras, sin embargo el proveedor no aporta la información solicitada. Vigencia EMB: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida en el punto N°4, se solicita aportar certificación del EMB (Registro Sanitario del Producto o Equipo Biomédico) del implemento cotizado, extendida por el Ministerio de Salud, la cual es requerida para verificar el aval del Ministerio de Salud para la comercialización del producto en el territorio nacional, además permite validar la información del producto ofertado (país de origen, marca, representantes) versus la muestra, el proveedor no presenta, mismo que es solicitado vía memorándum a los correos registrados</p>

					<p>en el formulario de registro de muestras, sin embargo el proveedor no aporta la información solicitada. Carta autorización del fabricante: En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Revisión de la documentación: Incumple. No aporta nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo</p>
11	2002642	IM - 01203	Campo insic yodado adhes 60cm X 45cm	Yiré Médica HP S.A.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. La muestra es valorada por el personal de Servicios Quirúrgicos, la cual durante el procedimiento quirúrgico se despegas y no es posible recolocar. Así mismo, no es firme a la colocación, se arrolla y se pierde su forma, lo cual complica su colocación y puede causar complicaciones durante la cirugía. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
23	2002721	IM - 01376	Sis suc cerrado tipo Jackson Pratt 10Fr	SanaCare Medical C.R. Ltda.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: recolector de líquido en forma de pera color transparente, con válvula antireflujo interna, la muestra presentada por el proveedor no posee el recolector de líquido. Se requiere: con presa para sujeción a la ropa del paciente, la muestra presentada carece de dicha presa. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				SanaCare Medical C.R. Ltda.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: con presa para sujeción a la ropa del paciente, la</p>

					muestra presentada carece de dicha prensa. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
26	2002783	IM - 01411	Tubo endotraqueal 7.5mm transparente c/balón	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del insumo se solicita: libre de DEHP, la muestra presentada no indica ser libre de DEHP. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
27	2002785	IM - 01412	Tubo endotraqueal, baja presión 8 mm, ON	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del insumo se solicita: libre de DEHP, la muestra presentada no indica ser libre de DEHP. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
28	2002799	IM - 01423	Cubre zapato descartable unitalla	Equipos y Suministros Keima S.A.	Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento
				Productos Médicos Campos S.A.	Marca muestra: SHILDE LINE Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada. N° de Referencia - Código. MRP-70376. Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario de registro, siendo que en el empaque primario del producto no lo dice. País de Origen: USA Incumple. No se puede verificar el país de origen indicada en el formulario

					de registro, siendo que en el empaque primario del producto no lo indica. Etiquetado de fábrica: Incumple. La muestra presentada esta dada en un empaque primario, que corresponde a una bolsa transparente, en la cual no se puede verificar los datos del fabricante, siendo que no posee ningún dato del mismo. Solo posee una etiqueta con la información de este proceso de revisión de muestras, misma que fue colocada por el proveedor.
				Asepsia Médica de Centroamérica S.A.	Marca muestra: Hubei Lejain Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada. N° de Referencia - Código: N°07 Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario de registro, siendo que en el empaque primario del producto no lo dice. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen indicada en el formulario de registro, siendo que en el empaque primario del producto no lo indica. Etiquetado de fábrica: Incumple. La muestra presentada esta dada en un empaque primario, que corresponde a una bolsa transparente, en la cual no se puede verificar los datos del fabricante, siendo que no posee ningún dato del mismo. Solo posee una etiqueta con la información de este proceso de revisión de muestras, misma que fue colocada por el proveedor.
				Elástica SURQUI S.A.	Marca muestra: FAXEL. Incumple. No se puede verificar el código del producto indicado en el formulario, en la muestra presentada. País de Origen: Guatemala. Incumple. No se puede verificar el país de origen indicada en el formulario de registro, siendo que en el empaque primario del producto no lo indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la

					<p>muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fábrica: Incumple. No se puede verificar el etiquetado de fábrica, siendo que el proveedor no presenta el empaque original del fabricante de 100 unidades del insumo, como fue solicitado en la publicación.</p>
33	2003192	IM - 01578	Kit de toma de gases arteriales, con 1 J	Yiré Médica HP S.A.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: con 113 IU de heparina, la muestra presentada posee 80 I.U. Heparina. Además, se requiere: aguja 22 x 1 1 / 2 con acople universal luer lock, la muestra no cuenta con dicha aguja. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
34	2004163	IM - 01660	Lápiz electrocirugía tres pines	AUTOMED Centroamérica S.A.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: QUE CUENTE CON: REVESTIMIENTO DE SILICÓN, la muestra presentada carece de dicho revestimiento en silicón. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Transglobal Medical S.A.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la</p>

					<p>muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: QUE CUENTE CON: REVESTIMIENTO DE SILICÓN, la muestra presentada carece de dicho revestimiento en silicón. La muestra es valorada en Servicios Quirúrgicos, quienes indican: No tiene poder de corte suficiente, al poco tiempo de uso genera gran cantidad de residuos en la punta, muy difícil de limpiar, por lo que obstaculizan su uso. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Quality -1 Export Inc.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: QUE CUENTE CON: REVESTIMIENTO DE SILICÓN,</p>

					la muestra presentada carece de dicho revestimiento en silicón. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: QUE CUENTE CON: REVESTIMIENTO DE SILICÓN, la muestra presentada carece de dicho revestimiento en silicón. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				Yiré Médica HP S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: QUE CUENTE CON: REVESTIMIENTO DE SILICÓN, la muestra presentada carece de dicho revestimiento en silicón. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: QUE CUENTE CON: REVESTIMIENTO DE SILICÓN, la muestra presentada carece de dicho revestimiento en silicón. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
35	2004164	IM - 01661	Placa Para Electrocirugía	AUTOMED Centroamérica S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: La placa deberá adaptarse a pacientes de 13,6 Kg (30 lb) en adelante. Lo cual no puede ser corroborado, siendo que no se indica en el empaque primario del producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				Quality -1 Export Inc.	Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso.

					<p>Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la Guía para presentación de muestras se indica: No se aceptarán muestras vencidas, ni aquellas en mal estado, empaque dañados o deteriorados, la muestra aportada por el proveedor tiene fecha de vencimiento 2017-01. Además, en la ficha técnica se solicita: La placa deberá adaptarse a pacientes de 13,6 Kg (30 lb) en adelante. Lo cual no puede ser corroborado, siendo que no se indica en el empaque primario del producto, ni en la literatura aportada. Se requiere con superficie conductiva mayor o igual a 135 cm², la muestra presentada es de 112,5cm². Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				KABÉ Soluciones Médicas S.A.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: hipoalergénico, lo cual no se puede verificar, ni en la literatura del producto, ni en su empaque primario. Además, se requiere: con superficie conductiva mayor o igual a 135 cm², la muestra presentada es de 100cm². Se requiere: La placa deberá adaptarse a pacientes de 13,6 Kg (30 lb), lo cual no se puede verificar, ni en la literatura del producto, ni en su empaque primario. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: La placa deberá adaptarse a pacientes de 13,6 Kg (30 lb) en adelante. Lo cual no puede ser corroborado, siendo que no se indica en el empaque primario del producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual</p>

					no cumple con lo requerido por la institución.
37	2000085	IM - 03018	Bolsa papel p/esterilizar 13cm X 25.5cm	Hospimédica S.A.	N° de Referencia - Código: N°03.6005. Incumple. No se puede verificar el código del producto aportado en el formulario, en el empaque de la muestra presentada.
38	2000094	IM - 03049	Cinta control esterilización a vapor	ABBA CARE MEDICAL S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe ser libre de plomo y de látex, lo cual no puede ser validado, siendo que no se indica en el empaque del producto, ni en su literatura. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				Grupo Unihospi S.A.	Marca muestra: KINMED. Incumple. No se puede corroborar la marca indicada en el Formulario, siendo que en la muestra aportada no se indica la marca del fabricante. N° de Referencia - Código: 22112019 Incumple. No se puede corroborar el modelo indicado en el Formulario, siendo que en la muestra aportada no se indica la marca del fabricante. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple.

					La muestra aportada no posee el etiquetado del fabricante indicado en el formulario. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe ser libre de plomo y de látex, lo cual no puede ser validado, siendo que no se indica en el empaque del producto, ni en su literatura. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe ser libre de plomo y de látex, lo cual no puede ser validado, siendo que no se indica en el empaque del producto, ni en su literatura. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
40	2000100	IM - 03083	Integrador Químico Clase V	ABBA CARE MEDICAL S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Presentación caja de 100 un, la muestra presentada corresponde a un empaque de 250 unidades. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución. Cabe indicar que la muestra no puede ser considerada de calidad, siendo que la muestra que queda registrada debe ser idéntica al producto a entregar en caso de ser adjudicado en futuros procesos de compras.
				Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	N° de Referencia - Código: 4AC5INT Incumple. En el Formulario para Registro de muestras indican 4AC5INT, sin embargo, la muestra del producto presentada indica ser referencia 338746, siendo información ambigua y que puede generar error.
43	2002525	IM - 03590	Ejercitador Para Expansión Músculos Resp	L&B Republic S.A.	Marca muestra: Wujiang Evergreen Incumple. No se puede verificar la marca indicado en el formulario en la muestra presentada. N° de Referencia - Código: IPMINS-2021. Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en la muestra presentada. Literatura en español: Incumple. La literatura aportada por el proveedor es insuficiente para verificar las cualidades y calidades del producto

					<p>ofertado. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Sistema de terapia de presión positiva, la muestra presentada por el proveedor corresponde a un inspirómetro incentivo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. Revisión de la documentación: Incumple. La literatura aportada por el proveedor es insuficiente para verificar las cualidades y calidades del producto ofertado.</p>
44	2002558	IM - 03635	Tijera Quita grapas Plástica 5,7mm X3,9mm	Transglobal Medical S.A.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y</p>

					material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
45	2003375	IM - 03765	Grapadora De Piel, Estéril, Descartable	Transglobal Medical S.A.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: No deberá atascarse en ningún caso durante el disparo, la muestra presentada se atasca en algunos disparos. Las mismas no cierran de manera segura y quedan muy superficiales, por lo cual se expone al paciente a una dehiscencia de la herida o a que no se fije adecuadamente un injerto de piel. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
46	2003364	IM - 03769	Etiqueta De Loteo, Para Esterilización A	ABBA CARE MEDICAL S.A.	<p>Marca muestra: PRINTEX. Incumple. No se puede verificar la marca indica, siendo que el producto no lo indica en su empaque primario. N° de Referencia - Código: 2616RBT05STVS. No se puede verificar el código indica, siendo que el producto no lo indica en su empaque primario. Etiquetado de fabrica: Incumple, la muestra presentada</p>

					carece de la información del fabricante en su empaque primario. Cuenta con una etiqueta con información colocada por el proveedor. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto indica: Rollo con 1000 un., la muestra presentada no indica la cantidad de etiquetas por rollo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
47	2003938	IM - 03801	Bota Ortopédica Inmovilizadora Talla L	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita Bota ortopédica inmovilizadora articulada, la muestra presentada no es articulada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				Chupis Ortopédica CRC S.A.	N° de Referencia - Código: WK-AA Incumple. No se puede verificar el modelo indicado en el formulario de registro, siendo que no lo posee la muestra. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. El empaque primario del producto corresponde a una Bolsa Plástica transparente, con etiqueta realizada por el proveedor con los datos de la revisión del producto., no cuenta con la información del fabricante.

49	2004256	IM - 03825	Collar Sommi Inmovilizador De Cabeza Y Cuello	Chupis Ortopédica CRC S.A.	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Incluye unos tirantes metálicos maleables que deberán ajustarse entre la inserción del trapecio y el acromion. De estos parten dos cinchas que se cruzan entre las escápulas y vuelven hacia la placa de tórax donde se abrochan con unas hebillas, la muestra presentada no posee dichos tirantes, ni las cinchas. Además, debe tener una banda frontal que permite la retirada del soporte mentoniano cuando sea necesario, la muestra no cuenta con la banda frontal. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
52	2000133	IM - 04010	Collar Thomas Pequeño, Material Semirigi	Chupis Ortopédica CRC S.A.	<p>N° de Referencia - Código: TLP-A. Incumple. No se puede verificar el modelo indicado en el formulario de registro, siendo que no lo posee la muestra. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. El empaque primario del producto corresponde a una Bolsa Plástica transparente, con etiqueta realizada por el proveedor con los datos de la revisión del producto., no cuenta con la información del fabricante.</p>

53	2000134	IM - 04011	Collar De Thomas Mediano, Materi Semirigi	Chupis Ortopédica CRC S.A.	<p>N° de Referencia - Código: TLP-A. Incumple. No se puede verificar el modelo indicado en el formulario de registro, siendo que no lo posee la muestra. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. El empaque primario del producto corresponde a una Bolsa Plástica transparente, con etiqueta realizada por el proveedor con los datos de la revisión del producto., no cuenta con la información del fabricante.</p>
54	2000135	IM - 04012	Collar Thomas Grande, Material Semirigid	Chupis Ortopédica CRC S.A.	<p>N° de Referencia - Código: TLP-A. Incumple. No se puede verificar el modelo indicado en el formulario de registro, siendo que no lo posee la muestra. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está</p>

					incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. El empaque primario del producto corresponde a una Bolsa Plástica transparente, con etiqueta realizada por el proveedor con los datos de la revisión del producto., no cuenta con la información del fabricante.
55	2000136	IM - 04013	Collar Tipo Filadelfia Grande	Chupis Ortopédica CRC S.A.	N° de Referencia - Código: TLP-AC. Incumple. No se puede verificar el modelo indicado en el formulario de registro, siendo que no lo posee la muestra. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. El empaque primario del producto corresponde a una Bolsa Plástica transparente, con etiqueta realizada por el proveedor con los datos de la revisión del producto., no cuenta con la información del fabricante.

56	2000137	IM - 04016	Collar Tipo Filadelfia, Mediano 33-38	Chupis Ortopédica CRC S.A.	<p>N° de Referencia - Código: TLP-AC. Incumple. No se puede verificar el modelo indicado en el formulario de registro, siendo que no lo posee la muestra. Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. El empaque primario del producto corresponde a una Bolsa Plástica transparente, con etiqueta realizada por el proveedor con los datos de la revisión del producto., no cuenta con la información del fabricante.</p>
57	2000144	IM - 04036	Faja De Tórax Extragrande 120 Cm	Elástica SURQUI S.A.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S,</p>

					emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: de 16 cm (+/- 1 cm) de ancho por 120 cm (+/- 2 cm) de largo con cierre de velcro, la muestra presentada es de 14,5cm de ancho y de 117cm de largo. Además, se solicita FAJA DE TORAX EXTRA GRANDE, lo cual no se indica en el producto. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
58	2000148	IM - 04043	Rodillera Elástica Grande	Yiré Médica HP S.A.	N° de Referencia - Código: En formulario se indica código exonerado, la muestra presentada tiene el siguiente código: ORT 23200LD. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Rodillera elástica grande, la muestra presentada es confeccionada en Neopreno, material que no es elástico. Además, se requiere: Medida por encima de rodilla 38 cm (+/-2 cm), la muestra presentada es de 33cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
60	2000153	IM - 04058	Tobillera Elástica Grande	Central América Pharma Supply S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Tobillera elástica grande de una pieza, con talón libre, la muestra presentada no posee el talón libre. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
63	2002910	IM - 04120	Abductor De Hombro	Hospimédica S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita Abductor de hombro con forro poliéster fabricado en forma triangular, la muestra presentada tiene forma de rectangular de 33cm de largo por 13cm de ancho. Se requiere Con fijación a la cintura mediante correa forrada con tela de algodón 100% ancho de 10 cm, la muestra posee una correa de 3.8cm de ancho, en velcro, la cual no está forrada en tela de algodón 100%, como

					solicitado. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				Hospimédica S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita Abductor de hombro con forro poliéster fabricado en forma triangular, la muestra presentada tiene forma de rectangular de 36cm de largo por 7cm de ancho en su parte más angosta. Se requiere Con fijación a la cintura mediante correa forrada con tela de algodón 100% ancho de 10 cm, la muestra posee una correa de 3.8cm de ancho, en velcro, la cual no está forrada en tela de algodón 100%, como solicitado. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
68	2000187	IM - 07016	Férula aluminio maleable	KABÉ Soluciones Médicas S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: Férula de aluminio maleable para dedo, grosor de 1 mm, 2 cm de ancho y 50 cm, la muestra presentada es de 1,3cm de ancho. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución
69	2000190	IM - 07025	Relleno para yeso de 5cm X 270cmX2,5m m	Hospimédica S.A.	Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Relleno para yeso, de 5 cm de ancho x 270 cm de largo, la muestra presentada por el proveedor corresponde a un acolchamiento para yeso, misma que ya tienen registrada con el N° de muestra MRI-0503-2019. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
71	2000194	IM - 07037	Venda de yeso 5cm de ancho	Imarhos S.A.	N° de Referencia - Código: HF F-1. Incumple. El código indicado en el formulario de registro no puede ser verificado en la muestra del producto, siendo que no lo indica. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen del producto, en el empaque del insumo, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso no están dadas en el empaque primario del producto. Cabe indicar que el mismo está

					<p>incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fábrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita: que tenga centro o soporte plástico, la muestra presentada posee un centro plástico el cual una vez finalizado es difícil de desprender, lo cual dificulta la colocación del yeso. La venda posee poca cantidad de yeso en la venda y al estar seco se desprenden sus capas y su centro. Al mojar la venda no es cremosa. No moldea al contorno anatómico. Al contar con poca cantidad de yeso, la inmovilización que realiza no es de buena calidad, siendo que no el soporte requerido para la recuperación de una fractura, pudiendo generar complicaciones a nuestros usuarios y retrasos en su recuperación. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
72	2000195	IM - 07040	Venda de yeso 7.5cm (+/-5cm) de ancho	Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada	<p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. La muestra es valorada por el personal de la unidad de yesos de nuestra institución, quienes indican: la muestra presenta un soporte plástico en el centro de la venda el cual es de difícil de retirar al momento de colocar el yeso, lo cual dificulta dicha colocación. Además, la venda posee poca cantidad de yeso, mismo que se desprende al estar seco, lo cual genera una inmovilización inadecuada y por consecuente puede generar complicaciones al paciente. Así mismo, indica la ficha: Que sea fácilmente amoldable a los contornos, la muestra presenta no se moldea al</p>

					contorno anatómico. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				Imarhos S.A.	<p>N° de Referencia - Código: HF F-1. Incumple. El código indicado en el formulario de registro no puede ser verificado en la muestra del producto, siendo que no lo indica. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen del producto, en el empaque del insumo, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso no están dadas en el empaque primario del producto, las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fábrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita: que tenga centro o soporte plástico, la muestra presentada posee un centro plástico el cual una vez finalizado es difícil de desprender, lo cual dificulta la colocación del yeso. La venda posee poca cantidad de yeso en la venda y al estar seco se desprenden sus capas y su centro. Al mojar la venda no es cremosa. No moldea al contorno anatómico. Al contar con poca cantidad de yeso, la inmovilización que realiza no es de buena calidad, siendo que no el soporte requerido para la recuperación de una fractura, pudiendo generar complicaciones a nuestros usuarios y retrasos en su recuperación. Por lo</p>

					anterior no cumple con lo requerido por la institución.
73	2000197	IM - 07046	Venda de yeso de 12.5cm anch x 450cm lar	Imarhos S.A.	<p>N° de Referencia - Código: HF F-1. Incumple. El código indicado en el formulario de registro no puede ser verificado en la muestra del producto, siendo que no lo indica. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen del producto, en el empaque del insumo, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso no están dadas en el empaque primario del producto, las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo.</p>
74	2000198	IM - 07049	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm larg	Imarhos S.A.	<p>N° de Referencia - Código: HF F-1. Incumple. El código indicado en el formulario de registro no puede ser verificado en la muestra del producto, siendo que no lo indica. País de Origen: China. Incumple. No se puede verificar el país de origen del producto, en el empaque del insumo, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso no están dadas en el empaque primario del producto, las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-</p>

					<p>S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Etiquetado de fabrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita: que tenga centro o soporte plástico, la muestra presentada posee un centro plástico el cual una vez finalizado es difícil de desprender, lo cual dificulta la colocación del yeso. La venda posee poca cantidad de yeso en la venda y al estar seco se desprenden sus capas y su centro. Al mojar la venda no es cremosa. No moldea al contorno anatómico. Al contar con poca cantidad de yeso, la inmovilización que realiza no es de buena calidad, siendo que no el soporte requerido para la recuperación de una fractura, pudiendo generar complicaciones a nuestros usuarios y retrasos en su recuperación. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
76	2001864	IM - 07056	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	Imarhos S.A.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso no están dadas en el empaque primario del producto, las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: impregnada con resina de poliuretano, la muestra presentada posee poca resina, al estar</p>

					<p>fraguado con sus capas se desprenden y se quiebran con facilidad, por lo cual la calidad del producto es insuficiente para realizar una inmovilización de calidad a nuestros usuarios, quienes resultan con fracturas. Una inmovilización inadecuada y deficiente puede ocasionar mayores complicaciones al usuario y un mayor tiempo de recuperación. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p>Etiquetado de fabrica: Incumple. No se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo.</p>
77	2001725	IM - 07057	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	Imarhos S.A.	<p>Indicaciones de uso en español: Incumple. Las instrucciones de uso no están dadas en el empaque primario del producto, las mismas fueron colocadas en la bolsa plástica transparente en la cual el proveedor presenta su muestra para esta valoración. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Criterios técnicos de la muestra: Incumple. En la ficha técnica se solicita: impregnada con resina de poliuretano, la muestra presentada posee poca resina, al estar fraguado con sus capas se desprenden y se quiebran con facilidad, por lo cual la calidad del producto es insuficiente para realizar una inmovilización de calidad a nuestros usuarios, quienes resultan con fracturas. Una inmovilización inadecuada y deficiente puede ocasionar mayores complicaciones al usuario y un mayor tiempo de recuperación. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p>Etiquetado de fabrica: Incumple. No</p>

					se puede verificar el código del producto, ni el país de origen del mismo.
--	--	--	--	--	--

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

#	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto del Insumo	Infructuosa
1	2000013	IM - 01028	Cinta adhesiva microporo (acrilato)	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Panamedical de Costa Rica S.A.)
2	2000014	IM - 01031	Cinta adhesiva plástica transparente	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Panamedical de Costa Rica S.A. e Imarhos S.A.)
3	2000015	IM - 01034	Cubre bocas descartables de 17,5cm de long	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Eurociencia Costa Rica. S.A., Grupo Unihospi S.A., L&B Republic S.A. y Farmamercantil Centroamericana S.A.)
4	2000016	IM - 01037	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Panamedical de Costa Rica S.A. e Imarhos S.A.)
5	2000018	IM - 01043	Filo bisturí no. 10	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente KABÉ Soluciones Médicas S.A.)
6	2000019	IM - 01047	Filo bisturí nº 11	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (KABÉ Soluciones Médicas S.A.)
7	2000021	IM - 01053	Filo bisturí nº15, estéril, con borde afi	Infructuosa por falta de ofertas
8	2000024	IM - 01063	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
9	2003290	IM - 01172	Cepillo para cirujano clorexidina 4% (+/-1cm)	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Yiré Médica HP S.A. y Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada)
10	2000060	IM - 01189	Gel hidrocoloide, compuestos: agua purif	Infructuosa por falta de ofertas
11	2002642	IM - 01203	Campo insic yodado adhes 60cm x 45cm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Yiré Médica HP S.A.)
12	2002643	IM - 01204	Campo insic yodado adhes 35 cm x 35 cm	Infructuosa por falta de ofertas

14	2002368	IM - 01208	Cánula orofaríngea tipo guedel 30mm	Infructuosa por falta de ofertas
15	2000402	IM - 01214	Catéter torácico recto n°28fr	Infructuosa por falta de ofertas
16	2002450	IM - 01236	Circuito para anestesia pediátrico	Infructuosa por falta de ofertas
19	2002535	IM - 01243	Equip anestesia comb espinal epidura 26g	Infructuosa por falta de ofertas
20	2002561	IM - 01247	Fibra hemos a base celulosa 5cm(+/-1cm	Infructuosa por falta de ofertas
21	2002562	IM - 01298	Fibra hemostat base celulosa 5 a 5,08 cm	Infructuosa por falta de ofertas
22	2002449	IM - 01323	Circuito para anestesia adulto tub corru	Infructuosa por falta de ofertas
23	2002721	IM - 01376	Sis suc cerrado tipo Jackson Pratt 10fr	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (SanaCare Medical C.R. Ltda.)
27	2002785	IM - 01412	Tubo endotraqueal, baja presión 8 mm,on	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (KABÉ Soluciones Médicas S.A.)
28	2002799	IM - 01423	Cubre zapato descartable unitalla	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Equipos y Suministros Keima S.A., Productos Médicos Campos S.A., Asepsia Médica de Centroamérica S.A. y Elástica SURQUI S.A.)
29	2002571	IM - 01426	Gasa cuadros 10x20 cm, 10 un, radiopaca	Infructuosa por falta de ofertas
30	2002690	IM - 01458	Kit traqueost percut p/técnica griggs 8f	Infructuosa por falta de ofertas
33	2003192	IM - 01578	Kit de toma de gases arteriales, con 1 J	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Yiré Médica HP S.A.)
34	2004163	IM - 01660	Lápiz electrocirugía tres pines	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (AUTOMED Centroamérica S.A., Transglobal Medical S.A., Quality -1 Export Inc., KABÉ Soluciones Médicas S.A., Yiré Médica HP S.A. y Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada)
35	2004164	IM - 01661	Placa para electrocirugía	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (AUTOMED Centroamérica S.A., Quality -1 Export Inc., KABÉ Soluciones Médicas S.A. y Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada)
36	2004181	IM - 02136	Conector de presión neutra	Infructuosa por falta de ofertas

37	2000085	IM - 03018	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Hospimédica S.A.)
38	2000094	IM - 03049	Cinta control esterizacion a vapor	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (ABBA CARE MEDICAL S.A., Grupo Unihospi S.A. y Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada)
40	2000100	IM - 03083	Integrador químico clase v	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (ABBA CARE MEDICAL S.A. y Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada)
43	2002525	IM - 03590	Ejercitador para expansión músculos resp	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (L&B Republic S.A.)
44	2002558	IM - 03635	Tijera quita grapas plástica 5,7mm x3,9mm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Transglobal Medical S.A.)
45	2003375	IM - 03765	Grapadora de piel, estéril, descartable	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Transglobal Medical S.A.)
46	2003364	IM - 03769	Etiqueta de loteo, para esterilización a	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (ABBA CARE MEDICAL S.A.)
48	2004166	IM - 03817	Adaptador para sensor de CO2	Infructuosa por falta de ofertas
49	2004256	IM - 03825	Collar sommi inmovilizador de cabez y cuello	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Chupis Ortopédica CRC S.A.)
50	2000130	IM - 04007	Cabestrillo de tela mediano, de tela army	Infructuosa por falta de ofertas
51	2000131	IM - 04008	Cabestrillo de tela, tamaño grande	Infructuosa por falta de ofertas
52	2000133	IM - 04010	Collar Thomas pequeño, material semirigi	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Chupis Ortopédica CRC S.A.)
53	2000134	IM - 04011	Collar de Thomas mediano, materi semirigi	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Chupis Ortopédica CRC S.A.)
54	2000135	IM - 04012	Collar Thomas grande, material semirigid	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Chupis Ortopédica CRC S.A.)
55	2000136	IM - 04013	Collar tipo Filadelfia grande	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Chupis Ortopédica CRC S.A.)

56	2000137	IM - 04016	Collar tipo filadelfia, mediano 33- 38	Infructuosa - La oferta recibida incumple técnicamente (Chupis Ortopédica CRC S.A.) y la otra oferta recibida cuenta con muestra ya registrada (Hospimédica S.A.)
57	2000144	IM - 04036	Faja de tórax extragrande 120 cm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Elástica SURQUI S.A.)
60	2000153	IM - 04058	Tobillera elástica grande	Infructuosa - La oferta recibida incumple técnicamente (Central América Pharma Supply S.A.) y la otra oferta recibida cuenta con muestra ya registrada (Hospimédica S.A.)
62	2002883	IM - 04093	Abductor de cadera, en poliéster, en for	Infructuosa por falta de ofertas
63	2002910	IM - 04120	Im - 04120	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Hospimédica S.A.)
64	2003873	IM - 04352	Férula articulada de codo derecho	Infructuosa por falta de ofertas
65	2004870	IM - 04355	Férula articulada de codo izquierdo	Infructuosa por falta de ofertas
66	2003313	IM - 05114	Tubo endotraqueal para mascarilla intuba	Infructuosa por falta de ofertas
67	2003314	IM - 05115	Tubo endo masc intub endotraq n°7.5	Infructuosa por falta de ofertas
69	2000190	IM - 07025	Relleno para yeso de 5cm x 270cmx2,5mm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Hospimédica S.A.)
71	2000194	IM - 07037	Venda de yeso 5cm de ancho	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Imarhos S.A.)
72	2000195	IM - 07040	Venda de yeso 7.5cm (+/- 5cm) de ancho	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (Corporación Medical Quirúrgica (CQ) Sociedad de Responsabilidad Limitada y Imarhos S.A.)
73	2000197	IM - 07046	Venda de yeso de 12.5cm anch x 450cm lar	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Imarhos S.A.)
74	2000198	IM - 07049	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm larg	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Imarhos S.A.)
75	2001863	IM - 07055	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	Infructuosa por falta de ofertas
76	2001864	IM - 07056	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Imarhos S.A.)
77	2001725	IM - 07057	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	Infructuosa - La única oferta recibida incumple técnicamente (Imarhos S.A.)
78	2002550	IM - 07080	Férula de fibra de vidrio (rollo) 10cm	Infructuosa por falta de ofertas

4. **LÍNEAS QUE NO FUERON VALORADAS:** Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los Proveedores ya cuentan con el registro en las mismas.

#	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto del Insumo	Proveedor	Observación
56	2000137	IM - 04016	Collar tipo Filadelfia, mediano 33- 38	Hospimédica S.A.	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0190-2020
60	2000153	IM - 04058	Tobillera elástica grande	Hospimédica S.A.	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0193-2020

Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", publicado Diario Oficial La Gaceta N°37 del martes 23 de febrero 2021.

Atentamente,
Departamento de Proveeduría

Licda. Carmen Lidia González Ramírez,
Jefe

CC: Expediente/Informecompraporrequerimiento3-2021Implementos