

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**13 de abril del 2021
PROV-01409-2021**

**Sra. Kandy Rodríguez Viales
Representante Legal
ASEPSIA MEDICA DE CENTROAMERICA S.A.
Presente**

**Referencia: Consulta sobre la Valoración previa de productos - 3 - 2021 IMPLEMENTOS
(Tercer llamado)**

Estimada señora:

Mediante nota recibida el 07 de abril 2021, solicitan que se amplíen las especificaciones técnicas para el producto de la línea 3, según lo siguiente:

*..."Nosotros ASEPSIA MEDICA DE CENTROAMERICA S.A. cedula jurídica 3-101-499676. Nos dirigimos ante ustedes respetuosamente para la solicitar los siguiente:
Que la mascarilla quirúrgica descartable sea de 17,5 cm (+/-5cm) de longitud x 9,5 cm de altura (+/-1) cm de tres pliegues y 4 amarras de 40 cm (+/-5 cm) de largo y un ancho de 1 cm (+/-0,5 cm).esto porque las mascarillas de uso medico necesitan contar con la suficiente altura para un mejor cubrimiento del médico o paciente."... (SIC)*

Al respecto, en oficio PROV-01319-2021 del 07 de abril 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usaria, quienes en oficio CEDINS-01012-2021 del 08 de abril 2021, indican lo siguiente:

..."Criterio de la Administración:

- Una vez analizada la solicitud planteada por el proveedor, la cual se rechaza. Modificar las dimensiones del cubre boca según lo solicitado por el proveedor (17,5 cm (+/-5cm) de longitud x 9,5 cm de altura (+/-1), nos expone a recibir cubre bocas o mascarillas de

8.5cm de altura, lo cual es insuficiente para nuestros usuarios, exponiéndolos a un riesgo de contagio, en especial ante la Pandemia del COVID -19."...

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta adicional

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe Departamento Proveeduría INS

Cc: archivo / Respuesta- ASEPSIAMEDICADECENTROAMERICAS.A./ LVR