

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS****08 de abril del 2021  
PROV-01322-2021****MBA. Oscar Barboza Ugalde  
Representante Legal  
Hospimédica S.A.  
Presente****Referencia: Consulta sobre la Valoración previa de productos - 3 - 2021 IMPLEMENTOS  
(Tercer llamado)**

Estimado señor:

Mediante nota 4HMD-035-2021, recibida el 26 de marzo 2021, presentan recurso de objeción y solicitan que se amplíen las unidades del empaque secundario para la línea 37 "Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm", según lo siguiente:

*...**"Línea 37. Bolsa papel para esterilizar: El cartel solicita "... Medidas 13cm x 25.5cm (+/-2cm)..."**.Con el interés de participar, solicitamos muy respetuosamente, se permita ampliar el ancho solicitado, sugerimos de 13cm (+/-0,5cm) y de (25.5cm +/- 3cm, debido a que en el mercado varia el tamaño de los productos según el fabricante.*

*Asimismo, se amplíé las unidades del empaque secundario, que se permita paquete de 100 a 200 unidades, obteniendo mayor productividad, además esta inclusión no modifica ni altera el objeto contractual y permite la presentación de más y mejores ofertas para su valoración."*...

Al respecto, en oficio PROV-01240-2021 del 26 de marzo 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-00956-2021 del 05 de abril 2021, indican lo siguiente:

*..."Una vez analizada la solicitud del proveedor y tomando en consideración el interés de la administración y la operativa que se desea satisfacer, se acepta de forma parcial la solicitud del proveedor, quedando la ficha técnica del insumo de la siguiente manera:*

*Bolsa de papel grado médico o papel mixto termosellable o adhesiva en un extremo de alta resistencia, hermeticidad y porosidad controlada, especialmente indicada en el proceso de esterilización bajo el sistema a vapor, óxido de etileno o calor, con indicador químico*

*incorporado, con doble dobles en el fondo, con fácil apertura (peel open). De 13 cm (+0-5cm) de ancho x 25,5 cm de largo (+ 3 cm), Paquete con 200 un*

*Los rangos establecidos contemplan las necesidades de la unidad usuaria y a su vez, pretenden garantizar que la entrega de productos en sus rangos máximos o mínimos no afecten la utilización del mismo."...*

Ver la ficha técnica del material IM - 03018 - "Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm", **modificada** en la página web del INS (<http://www.ins-cr.com>) - Servicios / Compras - Proveduría / Avisos de Interés / Compras por Requerimiento / Trámites 2021 / Valoración previa de Productos 3-2021 Implementos (Tercer llamado) (plazo de recepción 14 de abril del 2021), en la página [www.SICOP.go.cr/](http://www.SICOP.go.cr/) -sección avisos/mantenimiento programado del SICOP/Gestión Aviso por institución.

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta adicional

Atentamente,

**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez**  
**Jefe Departamento Proveduría INS**

Cc: archivo / Respuesta-HospimédicaS.A./ LVR