

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

09 de abril del 2021
PROV-01340-2021

Licda. Karolayne Rodríguez Villalobos
Gerente General
Kabé Soluciones Médicas S.A.
Presente

Referencia: Consulta sobre la Valoración previa de productos - 3 - 2021 IMPLEMENTOS
(Tercer llamado)

Estimada señora:

Mediante memorándum recibido el 05 de abril 2021, solicitan que se amplíen las especificaciones técnicas para los productos de las líneas 58, 59 y 68, según lo siguiente:

... "Número de renglón: 58

Nombre: Rodillera elástica grande

SIMA: IM-04043

SIFA: 2000148

• Cartel: Rodillera elástica grande en empaque individual que reúna las siguientes medidas: Medida por encima de rodilla 38 cm (+/- 2 cm), medida alrededor de la rodilla 36,5 cm (+/- 2 cm) medida por debajo de la rodilla 32 cm (+/- 2 cm) Anatómica, tubular de una sola pieza y de 24 cm (+/- 2 cm) de largo. Medida promedio del largo en la parte delantera y trasera de la rodillera.

• Solicitud: Rodillera elástica grande en empaque individual que reúna las siguientes medidas:

Medida por encima de rodilla 38 cm (+/-9 cm), medida alrededor de la rodilla 36,5 cm (+/- 7 cm) medida por debajo de la rodilla 32 cm (+/- 4 cm) Anatómica, tubular de una sola pieza y de 24 cm (+/-2 cm) de largo. Medida promedio del largo en la parte delantera y trasera de la rodillera.

Número de renglón: 59

Nombre: Rodillera elástica Mediana

SIMA: IM-04046

SIFA: 2000149

• **Cartel:** Rodillera elástica mediana en empaque individual que reúna las siguientes medidas de circunferencia: Medida por encima de rodilla 34 cm (+/- 2 cm) medida alrededor de la rodilla 32 cm (+/-2cm), medida por debajo de la rodilla 28 cm (+/- 2 cm) Anatómica, tubular de una sola pieza y de 24 cm (+/- 2 cm) de largo. Medida promedio del largo en la parte delantera y trasera de la rodillera.

• **Solicitud:** Rodillera elástica mediana en empaque individual que reúna las siguientes medidas de circunferencia: **Medida por encima de rodilla 34 cm (+/- 5 cm) medida alrededor de la rodilla 32 cm (+/-6cm)**, medida por debajo de la rodilla 28 cm (+/- 2 cm) Anatómica, tubular de una sola pieza y de 24 cm (+/- 2 cm) de largo. Medida promedio del largo en la parte delantera y trasera de la rodillera.

Número de renglón: 68

Nombre: Férula aluminio Maleable

SIMA: IM-07016

SIFA: 2000187

• **Cartel:** Férula de aluminio maleable para dedo, grosor de 1mm, 2cm de ancho y 50cm de largo aproximadamente, acolchado confortable preferentemente con espuma de alta densidad.

• **Solicitud:** Férula de aluminio maleable para dedo, grosor de 1mm, 2cm de ancho y **50 +- 4cm** de largo aproximadamente, acolchado confortable preferentemente con espuma de alta densidad.

Al respecto, en oficio PROV-01257-2021 del 05 de abril 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-00971-2021 del 06 de abril 2021, indican lo siguiente:

... "1. IM-04-043 RODILLERA ELASTICA GRANDE..."

..."Criterio de la administración:

- Se analiza la solicitud planteada por el proveedor, la cual se rechaza, siendo que establecer los rangos de tolerancia de **Medida por encima de rodilla 38 cm (+/- 9 cm), medida alrededor de la rodilla 36,5 cm (+/- 7 cm) medida por debajo de la rodilla 32 cm (+/- 4 cm)**, nos expone a recibir rodilleras de 29cm por encima de la rodillera, de 29.5cm alrededor de la rodillera y de 28cm por debajo de la rodilla, lo cual deriva un riesgo importante en la operativa institucional dentro de la cual se utiliza este producto, pues el generar rangos tan amplios en las medidas podría ocasionar la recepción de productos no funcionales para los pacientes que requieren una rodillera talla Grande."...(SIC)

... "2. IM-04-046 RODILLERA ELASTICA MEDIANA"...

..."Criterio de la administración:

- Una vez analizada la solicitud planteada por el proveedor, se rechaza, dado que establecer los rangos de tolerancia de **Medida por encima de rodilla 34 cm (+/- 5 cm) medida alrededor de la rodilla 32 cm (+/- 6cm)**, nos expone a recibir rodilleras de 29cm por encima de la rodilla y de 26cm alrededor de la rodilla, lo cual resultaría muy pequeño para aquellos pacientes que requieren una rodillera talla M, siendo que dichos rangos tan amplios nos expone a la recepción de productos no funcionales para la operativa interna que se desea satisfacer y con el riesgo de caer en las medidas de la clave IM 04049 Rodillera Elástica Talla S."...(SIC)

... "3. IM-07016 Férula aluminio Maleable

..."Criterio de la administración:

Posterior a la revisión efectuada y, dado que la modificación propuesta no representa afectaciones en el uso previsto para el producto, se acepta la solicitud planteada por el proveedor para ampliar el rango de **50cm (+/- 4cm)**..."

Ver la ficha técnica del material IM-07016 Férula aluminio Maleable", **modificada** en la página web del INS (<http://www.ins-cr.com>) - Servicios / Compras - Proveduría / Avisos de Interés / Compras por Requerimiento / Trámites 2021 / Valoración previa de Productos 3-2021 Implementos (Tercer llamado) (plazo de recepción 14 de abril del 2021), en la página www.SICOP.go.cr/ -sección avisos/mantenimiento programado del SICOP/Gestión Aviso por institución.

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta adicional

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe Departamento Proveduría INS

Cc: archivo / Respuesta-KABÉS.A./ LVR