

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**13 de abril del 2021  
PROV-01410-2021**

**Sra. Giannina Odio Rojas**  
**Representante legal**  
**Transglobal Medical S.A.**  
**Presente**

**Referencia: Consulta sobre la Valoración previa de productos - 3 - 2021 IMPLEMENTOS  
(Tercer llamado)**

Estimada señora:

Mediante la nota y memorándum ambos recibidos el 08 de abril 2021, solicitan que se modifiquen o amplíen las especificaciones técnicas para el producto de la línea 45, según lo siguiente:

***... "Referente al renglón 45: Grapadora de piel, estéril, descartable, en las especificaciones técnicas donde se solicita: "Dimensiones: 5,8mm de ancho x 3.9mm a 4.7mm de alto...", solicitamos que se modifique o amplíe el detalle permitiendo: "Dimensiones de 5.8mm a 5.9mm de ancho x 3.9mm a 3.9mm a 4.7mm de alto"..."***

Al respecto, en oficio PROV-01341-2021 del 09 de abril 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-01033-2021 del 09 de abril 2021, indican lo siguiente:

***... "Criterio de la administración:***

***Se valora la solicitud presentada por la empresa Transglobal y tomando en consideración que la modificación planteada no afecta la satisfacción de la necesidad que se desea efectuar con el producto, se acepta el cambio propuesto, considerando que en la petición se presenta un error de duplicación de la cifra 3.9mm para el alto.***

***Por lo anterior, la ficha técnica modificada quedaría de la siguiente forma:***

*Grapadora para piel descartable, no recargable, estéril, de un solo uso. Libre de látex. Precargada con 30 a 35 grapas rectangulares, las cuales deben ser anchas y de acero inoxidable. Debe contar con un mango anatómico y con un sistema de liberación de grapas. La salida debe ser automática y de una en una. No deberá atascarse en ningún caso durante el disparo, hasta completar la carga. El formato de cierre **deberá** ser igual en todas ellas. El cabezal debe tener un ángulo para visulaizar perfectamente el punto de aplicación que junto con el aplicador de centrado, debe permitir una colocación exacta de la grapa. Dimensiones: **5,8mm a 5,9mm de ancho x 3,9 mm a 4,7 mm de alto** en la grapa cerrada. Presentación, en empaque individual, termosellado con apertura peel open. En su etiquetado exterior debe especificar el número de grapas de la carga y su tamaño, N° de lote y fecha de vencimiento del mismo."... (SIC)*

Ver la ficha técnica del material IM-03765 "Grapadora de piel, estéril, descartable", **modificada** en la página web del INS (<http://www.ins-cr.com>) - Servicios / Compras - Proveeduría / Avisos de Interés / Compras por Requerimiento / Trámites 2021 / Valoración previa de Productos 3-2021 Implementos (Tercer llamado) (plazo de recepción 14 de abril del 2021), en la página [www.SICOP.go.cr/](http://www.SICOP.go.cr/) -sección avisos/mantenimiento programado del SICOP/Gestión Aviso por institución.

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta adicional

Atentamente,

**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez**  
**Jefe Departamento Proveeduría INS**

Cc: archivo / Respuesta-Transglobal2./ LVR