

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**07 de abril del 2021
PROV-01292-2021**

**Sra. Giannina Odio Rojas
Representante legal
Transglobal Medical S.A.
Presente**

**Referencia: Consulta sobre la Valoración previa de productos - 3 - 2021 IMPLEMENTOS
(Tercer llamado)**

Estimada señora:

Mediante nota recibida el 05 de abril 2021, solicitan que se modifiquen las especificaciones técnicas para el producto de la línea 45, según lo siguiente:

... "Referente al renglón 45: Grapadora de piel, estéril, descartable, en las especificaciones técnicas donde se solicita: "Dimensiones: 5,8mm de ancho x 3.9mm a 4.7mm de alto...", solicitamos que se modifique o amplíe el detalle permitiendo: "Dimensiones de 5.6mm a 5.9mm de ancho x 3.9mm a 4.7mm de alto"..."

Al respecto, en oficio PROV-01268-2021 del 05 de abril 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-00976-2021 del 06 de abril 2021, indican lo siguiente:

... "Criterio de la administración:

Se valora la solicitud presentada por la empresa Transglobal y la misma se rechaza, siendo que establecer el rango de 5.6mm a 5.9mm de ancho x 3.9mm a 4.7mm de alto", nos exponemos a recibir grapas de 5.6mm de ancho, las cuales son muy pequeñas, por lo cual no brindan el soporte requerido para el cierre de una herida, especialmente en el área de ortopedia, la mayoría de nuestras cirugías..."

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta adicional

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe Departamento Proveeduría INS

Cc: archivo / Respuesta-Transglobal./ LVR