

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

07 de abril del 2021
PROV-01343-2021

Sr. Bernardo Montes de Oca Miranda
Representante Legal
Tri DM S.A.
Presente

Referencia: Consulta sobre la Valoración previa de productos - 3 - 2021 IMPLEMENTOS
(Tercer llamado)

Estimado señor:

Mediante nota recibida el 24 de marzo 2021, solicitan que se amplíen las especificaciones técnicas para el producto de la línea 30, según lo siguiente:

...	30	2002690	IM - 01458	42271910	92147684	KIT TRAQUEOST PERCUT P/TÉCNICA GRIGGS 8F	2 unidades
-----	----	---------	------------	----------	----------	---------------------------------------------	------------

KIT TRAQUEOST PERCUT P/TÉCNICA GRIGGS 8F
IM - 01458

Especificaciones técnicas:

Kit para traqueostomía percutánea para técnica GRIGGS cánula 8 Fr, Un bisturí, una aguja introductora con catéter de 14 G, una jeringa de 10 ml, Una guía metálica, un dilatador corto, una pinza metálica o fórceps. Un tubo de traqueostomía N°8, una cinta hipoalergénica para fijar la cánula.

Presentación: En empaque individual

Se solicita ampliar a:

Kit para traqueostomía percutánea para técnica Griggs o CIACLIA cánula 8 Fr, Un bisturí, una aguja introductora con catéter de 14 G, una jeringa de 10 mL, una guía metálica, un dilatador corto,

Una pinza metálica o fórceps o TECNICA DE DILATACIÓN O SISTEMA DE INTRODUCCION ATRAUMATICO, un tubo de traqueostomía N°8, una cinta hipoalergénica para fijar la cánula.

QUE CUENTE LA CÁNULA CON ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA, QUE LA MISMA CUENTE CON 2 ENDOCÁNULAS Y 2 TIPOS DE CONECTOR PARA LA ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA."

Presentación: En empaque individual."...

Al respecto, en oficio PROV-01160-2021 del 24 de marzo 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-00997-2021 del 07 de abril 2021, indican lo siguiente:

..."Criterio de la Administración:

Se analiza la solicitud presentada por la Empresa Tri DM y, se informa que tomando en consideración las necesidades operativas que se desean satisfacer con este insumo, se aclara que requerimos que el Kit permita la técnica Griggs, lo anterior, según el criterio técnico experto dado por los médicos intensivistas de nuestra institución (unidad usuaria), al favorecer la colocación del mismo y brindar mayor seguridad.

Cabe señalar que los cambios solicitados por el proveedor corresponden a un cambio sustancial en la ficha del mismo, al ser un producto diferente, al cambiar de técnica.

Por lo anterior se mantiene la ficha tal y como fue publicada y se rechaza la solicitud planteada por el proveedor."...

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

Quedamos a su disposición en caso de cualquier consulta adicional

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe Departamento Proveeduría INS

Cc: archivo / Respuesta-TriDMS.A./ LVR