

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**19 de abril del 2021  
PROV-01511-2021**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO PROPUESTO  
(N°2-2021 IMPLEMENTOS)  
(Tercer llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS  
MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS MEDIANTE COMPRAS POR  
REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en los oficios CEDINS-01016-2021 y CEDINS -01130-2021 del 08 y 16 ambos de abril 2021, comunica el resultado de la valoración de productos N°2-2021 Implementos, en los siguientes términos:

**I. Valoración previa del producto.**

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N 45 del viernes 05 de marzo 2021 (páginas 55 a la 57), la invitación a participar en la valoración de productos N°2-2021, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 23 de marzo del 2021 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Número de renglón	Clave SIFA	Clave SIMA	SICOP-Código de Clasificación	SICOP-Código de Identificación/Producto	Descripción	Cantidad de muestras
1	2000001	IM - 01002	42311540	92162124	APÓSITO FIBRA ALGUINATO CA y Na 2g MECHA	3 unidades
2	2000002	IM - 01003	42311540	92154884	APÓSITO FIBRA ALGIN CALCIO Y SODIO 5X5CM	3 unidades
3	2000003	IM - 01004	42141502	92112768	APLICADORES DE MADERA, TAMAÑO 15 cm LAR	1 paquete
4	2000004	IM - 01005	42311540	92233313	APÓSITO FIBRA ALG CALCIO y SODIO 10X10cm	3 unidades
5	2000005	IM - 01007	42311518	92154942	APÓSITO DE ALGODÓN PARA OJOS (5cm X 7cm)	1 paquete del empaque secundario
6	2003377	IM - 01008	42311546	92168344	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 6X7cm	3 unidades

7	2003378	IM - 01009	42311546	92155277	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 9 X14	3 unidades
8	2000006	IM - 01011	42311515	92190101	APO OCLUSIVO EXTRAFINO MATR/ELAST 5X10CM	3 unidades
9	2000007	IM - 01012	42311515	92161347	APÓSITO HIDROCOLOIDE SEMIOCLU DE 7,5 cm	3 unidades
10	2000008	IM - 01013	42311515	92190094	APÓSITO OCLU EXTRAFINO MATR ELAST 10X10CM	3 unidades
11	2000009	IM - 01014	42311515	92161348	APÓSITO GRUESO MATRIZ ELÁSTICA10X10 CM	3 unidades
12	2000010	IM - 01015	42311515	92162288	APÓSITO SEMIOCLUS.GRUESO PARA MATRI 15cm	3 unidades
13	2000011	IM - 01016	42312005	92168329	APÓSITO SEMIOCLUSIVO GRUESO, MEDIDAS 15cm	3 unidades
14	2000830	IM - 01020	42312701	92233563	APÓSITO BIOCLUSIVO PARA TOMA DE VIAS	3 unidades
15	2003780	IM - 01026	42311515	92168592	APÓSITO CARBÓN ACTIVADO C/IONES PLATA	3 unidades
16	2000031	IM - 01079	42132205	92156088	GUANTES DESCARTABLES PARA CIRUGÍA N°7	1 caja empaque secundario
17	2000032	IM - 01080	42132205	92156089	GUANTES DESCARTABLES CIRUGÍA N°6 ½	1 caja empaque secundario
18	2000033	IM - 01081	42132205	92156090	GUANTES DESCARTABLES CIRUGÍA N°7 1/2	1 caja empaque secundario
19	2000034	IM - 01083	42132203	92156098	GUANTES PARA EXPLORACIÓN (AMBIDIE) 61/2	1 caja empaque primario
20	2000035	IM - 01084	42132205	92156270	GUANTES DESCARTABLES PARA CIRUGÍA N°8	1 caja empaque secundario
21	2000036	IM - 01085	42132205	92142126	GUANTES EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS TALLA L	1 caja empaque primario
22	2000049	IM - 01144	42141501	92156283	TORUNDA DE GASA PAQUETE CON 200 UN	1 paquete empaque primario
23	2000051	IM - 01147	42311545	92156102	VENDA D GASA AMOLDABLE 5cm (+/- 0,5) ANCHO	3 unidades
24	2000053	IM - 01153	42311545	92233552	VENDA GASA AMOLDABLE 15CM(+/- 0.5CM) ANCHO	3 unidades
25	2002603	IM - 01250	42132205	92152225	GUANTE QUIRÚRGICO N°6 ESTÉRIL LIBRE LÁTEX	1 caja empaque secundario
26	2002605	IM - 01251	42132205	92156339	GUANTE QUIRÚRGICO 6 1/2 ESTÉRIL LIBRE LÁTEX	1 caja empaque secundario
27	2002607	IM - 01253	42132205	92156338	GUANTES QUIRÚRGICO 7,5, ESTÉRIL, LIBRE LÁTEX	1 caja empaque secundario
28	2002631	IM - 01261	42292802	92168945	MARCADORES QUIRÚRGICO ICOS DE LA PIEL C/REGL	3 unidades
29	2002339	IM - 01294	42311510	92162924	APÓSITO ANTIMICROBIANO 15 cm X 15 cm	3 unidades

30	2002342	IM - 01314	42311540	92161412	APÓSITO DE COLÁGENO CON ALGINATO 10X10cm	3 unidades
31	2002344	IM - 01322	42312701	92233473	APÓSITO DE POLIURETANO 10X10CM	3 unidades
32	2002764	IM - 01397	42272505	92142776	TUBO DE ASPIRACIÓN CON CONECTOR YANKAHU	3 unidades
33	2002794	IM - 01417	42295305	92158957	VEND HUL P/TORNIQ ORT TIP SMARCH 10.16CM	2 unidades
34	2002795	IM - 01418	42295305	92153158	VENDA DE HULE PARA TORNQUETE ORTOPEDIC	2 unidades
35	2002798	IM - 01421	42311545	92156491	VENDA CON BIGUANIDA 11,43 cm, EN ROLLO	2 unidades
36	2002536	IM - 01430	42312313	92212050	PASTA PROTECTORA DE PIEL BASE HIDROCOLOI	2 unidades
37	2002874	IM - 01525	42221609	92161516	CONEXIÓN DE SUERO 90 cm (EXTENSION)	3 unidades
38	2003075	IM - 01536	42312005	92201400	BARRERA PROTEC CUTANEA SPRAY, 60 ml	2 unidades
39	2002956	IM - 01540	42295513	92168829	MALLA NO ADHERENT ACETAT CELULOSA ROLLO	2 unidades
40	2003784	IM - 01584	42295513	92167024	MALLA ACET. CELULOSA SILICÓN 20 X 32CM	2 unidades
41	2003300	IM - 01618	42295513	92143129	MALLA NO ADHERENT ACETAT CELULOSA 8X8CM	2 unidades
42	2003509	IM - 01623	42132203	92153325	GUANTES DE EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, TALL M	1 caja empaque primario
43	2000068	IM - 02034	42221902	92153513	EQUIPO DE VENOCISIS, ESTÉRIL, ATÓXICO, HIP	3 unidades
44	2000410	IM - 02041	42221504	92153890	HEMOCATÉTER N°18 G x 3,17 cm, UNA VIA	1 caja empaque secundario
45	2000070	IM - 02043	42221504	92190162	HEMOCATÉTER N° 20 G x DE UNA VIA	1 caja empaque secundario
46	2000071	IM - 02049	42221504	92190164	HEMOCATÉTER N°22 DE UNA VIA	1 caja empaque secundario
47	2000072	IM - 02052	42142609	92161350	JERINGA DE ASEPTO, DESCARTABLE	3 unidades
48	2000074	IM - 02058	42142608	92156110	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 5 ml	1 caja empaque secundario
49	2003616	IM - 02068	42142609	92167081	JERINGA TIPO TOOMEY DE 60cc	3 unidades
50	2000078	IM - 02082	42221602	92167708	TAPA PARA HEMOCATÉTER, SISTEMA CONECTOR	1 caja empaque secundario
51	2000082	IM - 03010	42143901	92143097	BOLSA COLECTORA DE ORINA, ADULTOS, CAPACIDAD 2000 ml	3 unidades
52	2000083	IM - 03013	42143901	92149595	BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA PIERNA	3 unidades
53	2000084	IM - 03016	42281808	92001651	PAPEL MIXTO EN ROLLO DE 15cm	1 rollo
54	2000086	IM - 03019	42281808	92001652	PAPEL MIXTO EN ROLLO DE 30 cm AN X 200 m	1 rollo
55	2000941	IM - 03097	42281808	92156194	PAPEL CREPADO I GENERACIÓN 50 X 50 CM	3 unidades
56	2000940	IM - 03101	42281808	92156254	PAPEL CREPADO I GENERACIÓN DE 75cmX75cm	3 unidades

57	2001780	IM - 03364	42271915	92161413	SUJETADOR PARA TRAQUEOSTOMÍA AJUSTABLE	2 unidades
58	2001781	IM - 03365	42142702	92154142	SUJETADOR PARA Sonda FOLEY AJUSTABLE	2 unidades
59	2002590	IM - 03596	42132203	92155193	GUANTES AMBIDIESTROS 6 1/2 LIBRE LÁTEX	1 caja empaque primario
60	2002597	IM - 03597	42132203	92156155	GUANTES AMBIDIESTROS 8 1/2 LIBRE LÁTEX	1 caja empaque primario
61	2002579	IM - 03610	42131707	92153276	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	1 caja empaque primario
62	2002688	IM - 03619	53131615	92143020	TOALLA SANITARIA PARA MUJER NOCTURNA	1 paquete empaque primario
63	2002557	IM - 03654	42281810	92146999	PRUEBA DE BOWIE-DICK (VAPOR)	3 unidades
64	2002594	IM - 03659	42132203	92161427	GUANTES AMBIDIESTROS M LIBRE/LÁTEX	1 caja empaque primario
65	2003020	IM - 03669	53131617	92209572	LIMPIADOR DE UÑAS	1 tarro empaque primario
66	2003930	IM - 03686	42132107	92195568	MANTA DESCARTABLE ADULTO CUERPO ENTERO	3 unidades
67	2003163	IM - 03689	42181723	92190285	PAPEL TERMOSENSIBLE P/ELECTROCARDIOGRAMA	2 unidades
68	2003166	IM - 03691	42201708	92190199	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA, TUB 180g	2 unidades
69	2003232	IM - 03701	42311598	92166572	VENDAJE NEUROMUSCULAR KINESIOTAPE 5CMX5M	2 unidades
70	2003301	IM - 03702	42281808	92154914	PAPEL CREPADO 3 GENER AZUL 90cm X 90cm	3 unidades
71	2003302	IM - 03703	42281808	92156285	PAPEL CREPADO 3 GENER AZUL 110cmX120cm	3 unidades
72	2004340	IM - 03742	42272505	92190241	TRAMPA DE AGUA PARA MONITOREO DE CO <sub>2</sub> , PE	2 unidades
73	2003371	IM - 03777	42281808	92155081	PAPEL CREPADO I GENERACIÓN DE 90CMX90CM	3 unidades
74	2003373	IM - 03779	42152601	92209415	PAPEL MIXTO GRADO MÉDICO ROLLO 20CM C/IN	1 rollo
75	2000156	IM - 04067	42311506	92168164	VENDA ELÁSTICA DE 5cm DE ANCHO	3 unidades
76	2000159	IM - 04076	42311506	92156151	VENDA ELÁSTICA DE 15 cm DE ANCHO, MÁSTER	3 unidades
77	2000164	IM - 05007	42231701	92153555	SONDA PARA ASPIRAR fr 14, DE SILICÓN O PVC	3 unidades
78	2000165	IM - 05010	42231701	92153570	SONDA PARA ASPIRAR fr 16, DE SILICÓN O PVC	3 unidades
79	2000166	IM - 05013	42231701	92153573	SONDA FOLEY DE SILICÓN, 2 VÍAS, N°12	3 unidades
80	2000168	IM - 05019	42142702	92205629	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°16	3 unidades
81	2000169	IM - 05022	42142702	92202403	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°18	3 unidades
82	2003360	IM - 05055	42231701	92216506	SONDA NASOGÁSTRICA N°14	3 unidades
83	2000173	IM - 05058	42231701	92216512	SONDA NASOGÁSTRICA N°16 FR	3 unidades

84	2000175	IM - 05079	42142702	92179747	SONDA NELATON PUNTA RECTA N°14	3 unidades
85	2001741	IM - 05085	42231601	92166168	SONDA GASTROSTOMÍA PARA PEG 3.0cm	2 unidades
86	2002650	IM - 05101	42142702	92211964	SOND DRENAJ URINAR CALIB 22 fr, FOLE 3 VI	2 unidades
87	2003229	IM - 06033	42142608	92190154	JERINGA DE INYECCIÓN PARA TOMOGRAFÍA	2 unidades
88	2001321	IM - 09001	42295515	92035779	APÓSITO COLÁGENO CON ALGINATO, 5X5 CM	2 unidades

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 98 muestras de 24 Proveedores, a saber:

	Nombre del proveedor	Muestras presentadas
1	E & A IMPORTACIONES MÉDICAS S. A	1
2	CORPORACIÓN BIOMUR S.A	5
3	ABBA CARE MEDICAL S. A	2
4	SERVICIOS ELECTROMÉDICOS Y DE LABORATORIO S. A	1
5	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6
6	CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL S. A	1
7	GRUPO UNIHOSPI S. A	8
8	PRIMEDICA L S.A.	6
9	MEDCORE INNOVACIÓN S.A.	1
10	ECONOMÉDICA INTERNACIONAL S. A	4
11	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY S. A	5
12	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA S. A	4
13	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	4
14	TRANSGLOBAL MEDICAL S. A	5
15	HC MEDICAL SOLUTION S. A	3
16	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	5
17	YIRÉ MÉDICA H P S. A	10
18	ELÁSTICA SURQUÍ S. A	1
19	HOSPIMÉDICA S. A	1
20	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA	3
21	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10
22	IMARHOS S. A	5
23	KABÉ SOLUCIONES MÉDICAS S. A	4
24	MEDICAL SUPPLIES C.R. S. A	3
<b>TOTAL</b>		<b>98</b>

## II. Análisis realizados:

### A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 24 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

### B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante su oficio CEDINS-01016-2021 del 08 de abril 2021, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- 1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIFA	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÉDULA (FÍSICA O JURÍDICA)
1	IM - 01002	2000001	APÓSITO FIBRA ALGUINATO CA y Na 2g MECHA	PRIMEDICAL S. A	3-101-772508
				CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
2	IM - 01003	2000002	APÓSITO FIBRA ALGIN CALCIO Y SODIO 5X5CM	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
3	IM - 01004	2000003	APLICADORES DE MADERA, TAMAÑO 15 cm LAR	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS S.A	3-101-713172
				IMARHOS S. A	3-101-112620
4	IM - 01005	2000004	APÓSITO FIBRA ALG CALCIO Y SODIO 10X10cm	PRIMEDICAL S. A	3-101-772508

				HOSPIMÉDICA S. A	3-101-115347
				CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
5	IM - 01007	2000005	APÓSITO DE ALGODÓN PARA OJOS (5cm X 7cm)	PRIMEDICAL S. A	3-101-772508
6	IM - 01008	2003377	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 6X7cm	PRIMEDICAL S. A	3-101-772508
7	IM - 01009	2003378	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 9 X14	PRIMEDICAL S. A	3-101-772508
10	IM - 01013	2000008	ÁPOSITO OCLU EXTRAFINO MATR ELAST 10X10CM	PRIMEDICAL S. A	3-101-772508
				CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
12	IM - 01015	2000010	APÓSITO SEMICLUS.GRUESO PARA MATRI 15cm	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS S.A	3-101-713172
16	IM - 01079	2000031	GUANTES DESCARTABLES PARA CIRUGÍA Nº 7	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
17	IM - 01080	2000032	GUANTES DESCARTABLES CIRUGÍA NO. 6 1/2	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
22	IM - 01144	2000049	TORUNDA DE GASA PAQUETE CON 200 UN	ELÁSTICA SURQUI S.A	3-101-019723
23	IM - 01147	2000051	VENDA D GASA AMOLDABLE 5cm (+/-0,5) ANCHO	IMARHOS S. A	3-101-112620
24	IM - 01153	2000053	VENDA GASA AMOLDABLE 15CM(+/- 0.5CM) ANCHO	IMARHOS S. A	3-101-112620
28	IM - 01261	2002631	MARCADORES QUIRÚRGICOS DE LA PIEL C/REGL	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS S.A	3-101-713172
				YIRÉ MÉDICA H P S. A	3-101-244831
32	IM - 01397	2002764	TUBO DE ASPIRACIÓN CON CONECTOR YANKAHU	KABÉ SOLUCIONES MÉDICAS S. A	3-101-625107
37	IM - 01525	2002874	CONEXIÓN DE SUERO 90 cm (EXTENSIÓN)	MEDICAL SUPPLIES C.R. S. A	3-101-598240

48	IM - 02058	2000074	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 5 ml	HC MEDICAL SOLUTION S.A	3-101-683121
49	IM - 02068	2003616	JERINGA TIPO TOOMEY DE 60cc	CORPORACIÓN BIOMUR S.A	3-101-187737
51	IM - 03010	2000082	BOLSA COLECTORA DE ORINA, ADULTOS, CAPACIDAD 2000 ml	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA	3-012-389094
57	IM - 03364	2001780	SUJETADOR PARA TRAQUEOSTOMÍA AJUSTABLE	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
61	IM - 03610	2002579	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
63	IM - 03654	2002557	PRUEBA DE BOWIE- DICK (VAPOR)	ABBA CARE MEDICAL S. A	3-101-290190
77	IM - 05007	2000164	SONDA PARA ASPIRAR fr 14, DE SILICÓN O PVC	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
				CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
79	IM - 05013	2000166	SONDA FOLEY DE SILICÓN, 2 VÍAS, N°12	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA	3-012-389094
				CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
80	IM - 05019	2000168	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°16	TRANSGLOBAL MEDICAL S. A	3-101-547337
				YIRÉ MÉDICA H P S. A	3-101-244831
81	IM - 05022	2000169	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°18	TRANSGLOBAL MEDICAL S. A	3-101-547337
85	IM - 05085	2001741	SONDA GASTROSTOMÍA PARA PEG 3.0cm	CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL S.A	3-101-128560
86	IM - 05101	2002650	SOND DRENAJ URINAR CALIB 22 fr, FOLE 3 VI	YIRÉ MÉDICA H P S. A	3-101-244831

**2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE:** No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	INCUMPLIMIENTO
1	IM - 01002	2000001	APÓSITO FIBRA ALGINATO CA Y Na 2g MECHA	TRANSGLOBAL MEDICAL S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita. Apósito no adhesivo de fibra de alginato de calcio y sodio tipo mecha, la muestra presentada corresponde a un apósito de 2cm de ancho y 30cm de largo, como fue solicitado en la ficha. Por lo cual no cumple lo requerido por la institución.
2	IM - 01003	2000002	APÓSITO FIBRA ALGIN CALCIO Y SODIO 5X5CM	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<b>Incumple.</b> Aportan Registro del EMB para el insumo, vencido. Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
4	IM - 01005	2000004	APÓSITO FIBRA ALG CALCIO Y SODIO 10X10cm	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<b>Incumple.</b> Aportan Registro del EMB para el insumo, vencido. Incumple. Aportan Registro del EMB para el insumo, vencido.

5	IM - 01007	2000005	APÓSITO DE ALGODÓN PARA OJOS (5cm X 7cm)	GRUPO UNIHOSPI S. A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>- Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p>
---	------------	---------	--	------------------------	--

6	IM - 01008	2003377	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 6X7cm	GRUPO UNIHOSPI S. A	<b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
				COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	<b>Incumple.</b> La muestra presentada corresponde a un apósito para toma de vías. La muestra presentada indica referencia 1003U, el cual difiere del código indicado en el formulario, dicho código no se encuentra en el EMB aportado.
7	IM - 01009	2003378	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 9 X14	GRUPO UNIHOSPI S. A	<b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.

					<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
10	IM - 01013	2000008	APOSIT OCLU EXTRAFINO MATR ELAST 10X10CM	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

					<p><b>-Incumple.</b> La ficha técnica se solicita: Apósito hidrocoloide oclusivo extrafino, la muestra presentada está conformada por un apósito que en su borde tiene un grosor de 0,7mm, el restante presenta un grosor de 2,25mm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p><b>Incumple.</b> El código 10*10 no está en el Registro del EMB aportado por la empresa.</p>
11	IM - 01014	2000009	APÓSITO GRUESO MATRIZ ELÁSTICA 10X10 CM	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
12	IM - 01015	2000010	APÓSITO SEMICLUS.GRUESO PARA MATRI 15cm	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con</p>

					<p>Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>-Incumple.</b> En la ficha técnica el producto se solicita: Apósito hidrocoloide semioclusivo de perfil grueso, la muestra presentada por el proveedor corresponde a un apósito fino, siendo que su grosor es de 1mm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				GRUPO UNIHOSPI S. A	<p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
13	IM - 01016	2000011	APÓSITO SEMIOCLUSIVO GRUESO, MEDIDAS 15cm	CENTRAL AMERICA PHARMA SUPPLY	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos</p>

					<p>registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p><b>Incumple-</b> En la ficha técnica se solicita: Apósito hidrocoloide semioclusivo de perfil grueso de 15 cm (+/- 1 cm) x 20 cm (+/-1 cm), la muestra presentada por el proveedor corresponde a un apósito de cm x cm. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.</p>
14	IM - 01020	2000830	APÓSITO BIOCLUSIVO PARA TOMA DE VIAS	GRUPO UNIHOSPI S. A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>- Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es</p>

					<p>solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p><b>Incumple.</b> La muestra presentada posee un empaque primario sin etiquetado de fábrica, no cuenta con datos del fabricantes (tiene Lote, Fecha de fabricación y Vencimiento).-</p> <p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita estéril, en la muestra no se puede verificar que el producto sea estéril, ya que en el empaque del producto no lo indica. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
15	IM - 01026	2003780	APÓSITO CARBÓN ACTIVADO C/IONES PLATA	NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita Apósito de carbón activado con</p>

					iones de plata, envuelto en funda de nylon, lo cual no se puede verificar en la muestra presentada, ni en la literatura aportada por el proveedor. Por lo cual no cumple con lo solicitado por el proveedor. <b>Incumple.</b> Aportan Registro del EMB para el insumo, vencido.
				TRANSGLOBAL MEDICAL S.A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita Apósito de carbón activado con iones de plata, envuelto en funda de nylon, lo cual no se puede verificar en la muestra presentada, ni en la literatura aportada por el proveedor. Por lo cual no cumple con lo solicitado por el proveedor.
22	IM - 01144	2000049	TORUNDA DE GASA PAQUETE CON 200 UN	ECONOMÉDICA INTERNACIONAL S. A	<b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, , apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. <b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: 21 cm (±1 cm) x 21 cm (± 1 cm), la muestra presentada es de 19cm x 19cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.

					<p><b>Incumple.</b> La muestra presentada posee un empaque primario sin etiquetado de fábrica, no cuenta con datos del fabricante (tiene Lote, Fecha de fabricación y Vencimiento)</p>
				GRUPO UNIHOSPI S.A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Torunda gasa de algodón, de una sola pieza doblada sobre sí misma, la muestra presentada corresponde a una torinda confeccionada por dos piezas de gasa. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.</p>
24	IM - 01153	2000053	VENDA GASA AMOLDABLE 15CM(+/-0.5CM) ANCHO	HC MEDICAL SOLUTION S. A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en</p>

					<p>idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> En la ficha se solicita Venda de gasa amoldable con fibra combinada en algodón y poliéster o algodón y poliamidas, la muestra presentada corresponde a una venda tipo Kling, confeccionada en 100% algodón. Además, la muestra indica ser estéril, lo cual no es requerido por la institución, sin dejar de lado que aumenta el costo del producto. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
28	IM - 01261	2002631	MARCADORES QUIRÚRGICOS DE LA PIEL C/REGL	CORPORACIÓN BIOMUR S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita-. Con regla estándar en cada paquete, siendo que la muestra presentada posee la regla en la tapa del marcador, por lo cual no es flexible y no se puede adaptar a los diferentes contornos del cuerpo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
29	IM - 01294	2002339	APÓSITO ANTIMICROBIANO 15 cm X 15 cm	CENTRAL AMERICA PHARMA SUPPLY S. A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el</p>

					<p>formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p><b>Incumple.</b> La ficha técnica se solicita: Apósito antimicrobiano de poliuretano tipo espuma (foam) impregnado de polyhexametileno biguanida al 0.5%, la muestra presentada no posee biguanida, en su lugar está compuesto por iones de plata. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
36	IM - 01430	2002536	PASTA PROTECTORA DE PIEL BASE HIDROCOLOI	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: debe ser estéril, en caso de no serlo debe de ser libre de contaminantes, aportan nota que el producto no es estéril, sin embargo, no se puede verificar que sea libre de contaminantes. Se solicita: no debe contener derivados de látex, lo cual no se puede verificar en el producto, ni en la literatura aportada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
38	IM - 01536	2003075	BARRERA PROTEC CUTÁNEA SPRAY, 60 ml	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p><b>Incumple,</b> en la ficha técnica del producto se solicita: No contiene látex, lo cual no puede ser corroborado en la muestra, ni en la literatura aportada. Además, se solicita: con capacidad de permanecer en piel por un tiempo máximo de 72 h, lo cual no puede ser corroborado en la muestra, ni en la literatura aportada. Así mismo, se pide debe ser compatible con clorexidina e hipoalergénico, lo cual no puede ser corroborado en la muestra, ni en la literatura aportada. El tiempo de secado del producto es de 4.30 minutos, lo cual no es funcional. El producto se requiere e impermeable a líquidos, atributo que no se</p>

					<p>puede confirmar en la muestra, ni en la literatura. Al probar el insumo, la capa de barrera protectora se desprende fácilmente, una vez entra en contacto con los líquidos. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
41	IM - 01618	2003300	MALLA NO ADHERENT ACETAT CELULOSA 8X8CM	YIRÉ MÉDICA HP S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: Malla no adherente de acetato de celulosa impregnada de petrolato, en el empaque del producto dice con emulsión de aceite y en la literatura dice con Vaselina Blanca. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
43	IM - 02034	2000068	EQUIPO DE VENOCLISIS, ESTÉRIL, ATÓXICO, HIP	KABE SOLUCIONES MÉDICAS S. A	<p>En la ficha técnica se solicita: con filtro incorporado que no permita el paso de partículas y microorganismos en un rango de 2,5 a 5 micras, lo cual no se puede corroborar en el empaque del producto, ni en la literatura aportada, siendo que la misma es insuficiente. Además, se requiere El volumen de goteo debe ser de 20 gotas (1 cc) por min, la muestra presentada posee un volumen de goteo de 15gotas. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				MEDICAL SUPPLIES C.R. S. A	<p><b>Incumple.</b> En la Equipo de venoclisis, o unidad de administración de solución endovenosa estéril, siendo que el proveedor presenta equipo de administración de sangre sin aguja, siendo otro insumo que forma parte del catálogo de insumos de la RSS. Además, se solicita libre de látex, lo cual no se indica en el empaque primario del producto. Se pide con bifurcación para administrar dos soluciones simultáneamente, la muestra no permite dicha</p>

					bifurcación. Así mismo, con extremo final con conexión luer lock con cono truncado y dispositivo enroscable, la muestra tiene un final tipo luer slip. Por lo cual no cumple con lo requerido con la institución.
44	IM-02-043	2000070	HEMOCATÉTER N°18 G x 3,17 cm, UNA VIA	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	<b>Incumple.</b> La muestra presentada por el proveedor tiene la cualidad de ser retractiles (es decir la aguja del catéter se retrae), lo cual no es solicitado por la institución, siendo que los mismos son de un precio mayor. Por lo cual incumplen con lo requerido por la institución.
				COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	<b>Incumple.</b> La muestra presentada por el proveedor tiene la cualidad de ser retractiles (es decir la aguja del catéter se retrae), lo cual no es solicitado por la institución, siendo que los mismos son de un precio mayor. Por lo cual incumplen con lo requerido por la institución.
45	IM - 02043	2000070	HEMOCATÉTER N° 20 G x DE UNA VÍA	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	Incumple. La muestra presentada por el proveedor tiene la cualidad de ser retractiles (es decir la aguja del catéter se retrae), lo cual no es solicitado por la institución, siendo que los mismos son de un precio mayor. Por lo cual incumplen con lo requerido por la institución.
46	IM - 02049	2000071	HEMOCATÉTER N°22 DE UNA VÍA	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	<b>Incumple.</b> La muestra presentada por el proveedor tiene la cualidad de ser retractiles (es decir la aguja del catéter se retrae), lo cual no es solicitado por la institución, siendo que los mismos son de un precio mayor. Por lo cual incumplen con lo requerido por la institución.

48	IM - 02058	2000074	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 5 ml	MEDCORE INNOVACIÓN S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: Descartable de 5ml, con aguja 21 ó 22 G x 1½ pulg incorporada, no cumple porque, aunque la aguja viene dentro del empaque suelta, no se encuentra incorporada con la jeringa, tal y como fue solicitada en la ficha técnica. Esta situación implica una mayor manipulación y riesgo de contaminación al momento de su utilización, ya se para preparar o administrar los medicamentos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
51	IM - 03010	2000082	BOLSA COLECTORA DE ORINA, ADULTOS, CAPACIDAD 2000 ml	CORPORACIÓN BIOMUR S.A	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita con válvula antirreflujo, la muestra presentada carece de dicha válvula, a nivel de literatura indica tener un dispositivo antirreflujo, sin embargo, al realizar las pruebas del producto, se observa que el líquido se regresa por la tubería. Por</p>

					lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				GRUPO UNIHOSPI S.A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: estéril, lo cual no se puede verificar en la muestra aportada, siendo no tiene ningún dato del fabricante. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.</p> <p><b>Incumple.</b> La muestra presentada posee un empaque primario sin etiquetado de fábrica, no cuenta con datos del fabricante (tiene Lote, Fecha de fabricación y Vencimiento).</p>

				PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Bolsa colectora de orina para cama, estéril, la muestra presentada por el proveedor no indica ser estéril, ni en su empaque primario, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.
				CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<b>Incumple,</b> el proveedor presenta dos productos diferentes, aunque tienen el mismo código en su empaque. Las bolsas difieren en su forma y tamaño, así como su válvula antirretorno. Lo anterior crea ambigüedad y no se tiene certeza del producto que en caso de ser adjudicado se estaría entregando. Por lo anterior no cumple con lo solicitado por la institución.
				MEDICAL SUPPLIES C.R. S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita con válvula antirreflujo, la muestra carece de dicha válvula. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
52	IM - 03013	2000083	BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA PIERNA	CORPORACIÓN BIOMUR S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: recubierta por detrás con un panel de tela de teclín para evitar irritación a la piel, la muestra presentada no cuenta con dicho recubrimiento. Además, debe contar con tubo de drenaje con sistema de evacuación de desplazamiento no de rosca, semirrígido, y con un calibre entre 10 mm (+/- 5 mm), con una longitud de 50 cm (+/- 5 cm), la muestra carece de dicho tubo. Requiere con tubo de drenaje con sistema de evacuación de desplazamiento no de rosca, la muestra presentada posee cierre de rosca. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.

				YIRÉ MÉDICA HP S.A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: con banda de sujeción de velcro ajustable a la pierna, la muestra posee bandas elásticas para la sujeción de la misma. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.
57	IM - 03364	2001780	SUJETADOR PARA TRAQUEOSTOMÍA AJUSTABLE	YIRÉ MÉDICA HP S.A	En la ficha técnica se solicita: libre de látex, la muestra presentada por el proveedor no indica ser libre de látex. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. <b>Incumple.</b> La muestra presentada posee un empaque primario sin etiquetado de fábrica, no cuenta con datos del fabricante (tiene Lote, Fecha de fabricación y Vencimiento). La muestra solo posee el etiquetado colocado por el proveedor.
61	IM - 03610	2002579	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	E & A IMPORTACIONES MÉDICAS S.A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita Mascarilla N 95, el producto presentado corresponde a una mascarilla NK95. Se requiere: con aprobación NIOSH, lo cual no se puede corroborar ni en el empaque del producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				GRUPO UNIHOSPI S.A.	<b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación,

					importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
				HC MEDICAL SOLUTION S.A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita Mascarilla N 95, el producto presentado corresponde a una mascarilla NK95, en la literatura aportada por el proveedor indica: Eficacia de Filtración % (Partículas de NaCl) KN95: 95.0. Se requiere: con aprobación NIOSH, lo cual no se puede corroborar ni en el empaque del producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				YIRÉ MÉDICA HP S.A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita Mascarilla N 95, el producto presentado corresponde a una mascarilla NK95. Se requiere: con aprobación NIOSH, lo cual no se puede corroborar ni en el empaque del producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
				NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita Mascarilla N 95, el producto presentado corresponde a una mascarilla NK95. Se requiere: con aprobación NIOSH, lo cual no se puede corroborar ni en el empaque del producto, ni en la literatura aportada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.

67	IM - 03689	2003163	PAPEL TERMOSENSIBLE P/ELECTROCARDIO GRAMA	ABBA CARE MEDICAL S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: La hoja debe tener el área de impresión graficada o cuadriculada, la muestra presentada por el proveedor carece del área graficada o cuadrícula, siendo que es una hoja blanca. Por lo cual no cumple con lo solicitado por el proveedor.
				SERVICIOS ELECTROMÉDICOS Y DE LABORATORIO S. A	<b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
69	IM - 03701	2003232	VENDAJE NEUROMUSCULAR KINESIOTAPE 5CMX5M	ECONOMÉDICA INTERNACIONAL S. A	<b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el

					<p>registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> El etiquetado de fabrica del empaque primario de la muestra presentada, está en idioma inglés.</p>
				IMARHOS S. A	<p><b>Incumple.</b> La muestra presentada es valorada por la jefatura de Terapia Física, quienes indican: Se prueba vendaje marca GASATEX, y se encuentra que el producto no cumple con las especificaciones, el mismo se desprende con facilidad, no mantiene propiedades en la aplicación por lo que no se ajusta a las necesidades del servicio, a su vez causó una leve irritación en la aplicación que se realizó. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
75	IM - 04067	2000156	VENDA ELÁSTICA DE 5cm DE ANCHO	ECONOMÉDICA INTERNACIONAL S. A	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los</p>

					<p>proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> El etiquetado de fabrica del empaque primario de la muestra presentada, está en idioma inglés.</p>
				YIRÉ MÉDICA HP S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: con valores aproximados de Trama 100 10/C, urdimbre 63 10/c, elasticidad 120%, recuperación 33%, información que no se puede corroborar en el empaque del producto, ni en la literatura del producto. Muestra es valorado por la unidad usuaria, quienes indican: No cumple, la venda para el uso de los pacientes amputados o con problemas vasculares, no aporta el sostén que requiere para amoldar. Al estirarse se deforma y no mantiene la forma. La venda no es lo suficientemente elástica. No da sostén a los muñones. El velcro se adhiere a la tela de la venda y la deshilacha. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				IMARHOS S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la venda o velcro fijo a la venda, la muestra presentada posee una grapa suelta. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>

				KABÉ SOLUCIONES MÉDICAS S. A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la venda o velcro fijo a la venda, la muestra presentada posee grapas sueltas. Además, indican ser estériles, lo cual no se pide a nivel de ficha técnica, atributo que eleva el costo del producto, al tener que ser sometido al proceso de esterilización con óxido de etileno. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
76	IM - 04076	2000159	VENDA ELÁSTICA DE 15 cm DE ANCHO, MÁSTER	ECONOMÉDICA INTERNACIONAL S.A.	<p><b>Incumple.</b> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><b>Incumple.</b> El etiquetado de fabrica del empaque primario de la muestra presentada, está en idioma inglés.</p>

				YIRÉ MÉDICA HP S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: con valores aproximados de Trama 100 10/C, urdimbre 63 10/c, elasticidad 120%, recuperación 33%, información que no se puede corroborar en el empaque del producto, ni en la literatura del producto. Muestra es valorado por la unidad usuaria, quienes indican: No cumple, la venda para el uso de los pacientes amputados o con problemas vasculares, no aporta el sostén que requiere para amoldar. La venda está más conformada de tela que tela elástica, se deforma fácilmente, no trae grapas de sujeción metálicas sino velcro, que deshila la tela muy fácilmente. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				KABÉ SOLUCIONES MÉDICAS S.A.	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la venda o velcro fijo a la venda, la muestra presentada posee grapas sueltas. Además, indican ser estériles, lo cual no se pide a nivel de ficha técnica, atributo que eleva el costo del producto, al tener que ser sometido al proceso de esterilización con óxido de etileno. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
82	IM - 05055	2003360	SONDA NASOGÁSTRICA N°14	CORPORACIÓN BIOMUR S.A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: Sonda nasogástrica de látex, la muestra presentada es libre de látex. Además, con marcas de profundidad de 18, 22, 26 y 30 pulgadas, la muestra carece de las marcas solicitadas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

84	IM - 05079	2000175	SONDA NELATON PUNTA RECTA N°14	TRANSGLOBAL MEDICAL S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: SONDA NELATON CALIBRE 14FR. FABRICADA 100 % EN SILICÓN, la muestra presentada es fabricada en PVC. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.
----	------------	---------	-----------------------------------	-----------------------------	---

- 3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES:** Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos de las ofertas presentadas, las siguientes líneas resultan sin registro:

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	INFRUCTUOSA POR FALTA OFERTAS O POR INCUMPLIMIENTO TÉCNICO
8	IM - 01011	2000006	APÓSITO OCLUSIVO EXTRAFINO MATR/ELAST 5X10CM	Infructuosa por falta de oferentes
9	IM - 01012	2000007	APÓSITO HIDROCOLOIDE SEMICOCLU DE 7,5 cm	Infructuosa por falta de oferentes
11	IM - 01014	2000009	APÓSITO GRUESO MATRIZ ELÁSTICA 10X10 CM	Infructuosa - La oferta recibida incumple técnicamente (NOVAMED Soluciones Médicas SRL). Además, la oferta recibida por Central América Pharma Supply, no fue valorada ya que cuenta con el registro en la misma.
13	2000011	IM - 01016	APÓSITO SEMIOCLUSIVO GRUESO, MEDIDAS 15cm	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Central América Pharma Supply)
14	2000830	IM - 01020	APÓSITO BIOCLUSIVO PARA TOMA DE VÍAS	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Grupo UNIHOSPI S.A)
15	2003780	IM - 01026		

			APÓSITO CARBÓN ACTIVADO C/IONES PLATA	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente (NOVAMED Soluciones Médicas SRL, Transglobal Medical S.A)
18	IM - 01081	2000033	GUANTES DESCARTABLES CIRUGÍA NO. 71/2	Infructuosa por falta de oferentes
19	IM - 01083	2000034	GUANTES PARA EXPLORACIÓN(AMBIDIE) 61/2 S	Infructuosa por falta de oferentes
20	IM - 01084	2000035	GUANTES DESCARTABLES PARA CIRUGÍA NO°8	Infructuosa por falta de oferentes
21	IM - 01085	2000036	GUANTES EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS TALLA L	Infructuosa por falta de oferentes
25	IM - 01250	2002603	GUANTE QUIRURG N°6 ESTÉRIL LIBRE LÁTEX	Infructuosa por falta de oferentes
26	IM - 01251	2002605	GUANTE QUIRÚRG 6 1/2 ESTÉRIL LIBRE LÁTEX	Infructuosa por falta de oferentes
27	IM - 01253	2002607	GUANTES QUIRÚRGICO 7,5, ESTERIL, LIBRE LÁTEX	Infructuosa por falta de oferentes
29	IM - 01294	2002339	APÓSITO ANTIMICROBIANO 15 cm X 15 cm	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido a que este proveedor incumple técnicamente. (Central América Pharma Supply)
30	IM - 01314	2002342	APÓSITO DE COLÁGENO CON ALGINATO 10X10cm	Infructuosa por falta de oferentes
31	IM - 01322	2002344	APÓSITO DE POLIURETANO 10X10CM	Infructuosa por falta de oferentes
33	IM - 01417	2002794	VEND HUL P/TORNIQ ORT TIP SMARCH 10.16CM	Infructuosa por falta de oferentes
34	IM - 01418	2002795	VENDA DE HULE PARA TORNQUETE ORTOPEDIC	Infructuosa por falta de oferentes
35	IM - 01421	2002798	VENDA CON BIGUANIDA 11,43 cm, EN ROLLO	Infructuosa por falta de oferentes
36	IM - 01430	2002536	PASTA PROTECTORA DE PIEL BASE HIDROCOLOI	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido a que este proveedor incumple técnicamente. (Corporación Quirúrgica CQ)
38	IM - 01536	2003075	BARRERA PROTEC CUTANEA SPRAY, 60 ml	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Corporación Quirúrgica CQ)
39	IM - 01540	2002956	MALLA NO ADHERENT ACETAT CELULOSA ROLLO	Infructuosa por falta de oferentes
40	IM - 01584	2003784	MALLA ACET. CELULOSA SILICÓN 20 X 32CM	Infructuosa por falta de oferentes
41	IM - 01618	2003300	MALLA NO ADHERENT ACETAT CELULOSA 8X8CM	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido a que este proveedor incumple técnicamente. (Yiré Médica HP S.A)
42	IM - 01623	2003509	GUANTES DE EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, TALL M	Infructuosa por falta de oferentes
43	IM - 02034	2000068	EQUIPO DE VENOCISIS, ESTÉRIL, ATÓXICO, HIP	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente. (KABÉ SOLUCIONES

				MÉDICAS S.A, MEDICAL SUPPLIES C.R. S. A)
44	IM - 02041	2000410	HEMOCATÉTER N°18 G x 3,17 cm, UNA VÍA	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Comercializadora Médica Centroamericana)
45	IM - 02043	2000070	HEMOCATÉTER N° 20 G x DE UNA VÍA	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Comercializadora Médica Centroamericana)
46	IM - 02049	2000071	HEMOCATÉTER N°22 DE UNA VÍA	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Comercializadora Médica Centroamericana)
47	IM - 02052	2000072	JERINGA DE ASEPTO, DESCARTABLE	Infructuosa por falta de oferentes
50	IM - 02082	2000078	TAPA PARA HEMOCATÉTER, SISTEMA CONECTOR	Infructuosa por falta de oferentes
52	IM - 03013	2000083	BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA PIERNA	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente. (Corporación Biomur S.A, Yiré Médica HP S.A)
53	IM - 03016	2000084	PAPEL MIXTO EN ROLLO DE 15cm	Infructuosa por falta de oferentes
54	IM - 03019	2000086	PAPEL MIXTO EN ROLLO DE 30 cm AN X 200 m	Infructuosa por falta de oferentes
55	IM - 03097	2000941	PAPEL CREPADO I GENERACIÓN 50 X 50 CM	Infructuosa por falta de oferentes
56	IM - 03101	2000940	PAPEL CREPADO I GENERACIÓN DE 75cmX75cm	Infructuosa por falta de oferentes
58	IM - 03365	2001781	SUJETADOR PARA Sonda FOLEY AJUSTABLE	Infructuosa por falta de oferentes
59	IM - 03596	2002590	GUANTES AMBIDIESTROS 6 1/2 LIBRE LÁTEX	Infructuosa por falta de oferentes
60	IM - 03597	2002597	GUANTES AMBIDIESTROS 8 1/2 LIBRE LÁTEX	Infructuosa por falta de oferentes
62	IM - 03619	2002688	TOALLA SANITARIA PARA MUJER NOCTURNA	Infructuosa por falta de oferentes
64	IM - 03659	2002594	GUANTES AMBIDIESTROS M LIBRE/LÁTEX	Infructuosa por falta de oferentes
65	IM - 03669	2003020	LIMPIADOR DE UÑAS	Infructuosa por falta de oferentes
66	IM - 03686	2003930	MANTA DESCARTABLE ADULTO CUERPO ENTERO	Infructuosa por falta de oferentes
67	IM - 03689	2003163	PAPEL TERMOSENSIBLE P/ELECTROCARDIOGRAMA	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente. (ABBA CARE MEDICAL S.A, Servicios Electromédicos y de Laboratorio)
68	IM - 03691	2003166	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA, TUB 180g	Infructuosa por falta de oferentes

69	IM - 03701	2003232	VENDAJE NEUROMUSCULAR KINESIOTAPE 5CMX5M	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente. (Economédica Internacional S.A, IMARHOS S.A)
70	IM - 03702	2003301	PAPEL CREPADO 3 GENER AZUL 90cm X 90cm	Infructuosa por falta de oferentes
71	IM - 03703	2003302	PAPEL CREPADO 3 GENER AZUL 110cmX120cm	Infructuosa por falta de oferentes
72	IM - 03742	2004340	TRAMPA DE AGUA PARA MONITOREO DE CO <sub>2</sub> , PE	Infructuosa por falta de oferentes
73	IM - 03777	2003371	PAPEL CREPADO I GENERACIÓN DE 90CMX90CM	Infructuosa por falta de oferentes
74	IM - 03779	2003373	PAPEL MIXTO GRADO MÉDICO ROLLO 20CM C/IN	Infructuosa por falta de oferentes
75	IM - 04067	2000156	VENDA ELÁSTICA DE 5cm DE ANCHO	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente. (Economédica Internacional S.A, Yiré Médica HP S.A, IMARHOS S.A, KABÉ SOLUCIONES MÉDICAS S.A)
76	IM - 04076	2000159	VENDA ELÁSTICA DE 15 cm DE ANCHO, MASTER	Infructuosa - Las ofertas recibidas incumplen técnicamente. (Economédica Internacional S.A, Yiré Médica HP S.A, KABÉ SOLUCIONES MÉDICAS S.A)
78	IM - 05010	2000165	SONDA PARA ASPIRAR fr 16, DE SILICÓN O PVC	Infructuosa por falta de oferentes
82	IM - 05055	2003360	SONDA NASOGÁSTRICA N°14	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Corporación Biomur S.A)
84	IM - 05079	2000175	SONDA NELATON PUNTA RECTA N°14	Infructuosa - Única oferta, no fue valorada debido ya que este proveedor incumple técnicamente. (Transglobal Medical S.A)
83	IM - 05058	2000173	SONDA NASOGÁSTRICA N°16 FR	Infructuosa por falta de oferentes
87	IM - 06033	2003229	JERINGA DE INYECCIÓN PARA TOMOGRAFÍA	Infructuosa por falta de oferentes
88	IM - 09001	2001321	APÓSITO COLÁGENO CON ALGINATO, 5X5 CM	Infructuosa por falta de oferentes

4. Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los Proveedores ya cuentan con el registro en las mismas:

NÚMERO DE RENGLÓN	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Resultado Final
-------------------	------------	------------	-------------------	-----------	-----------------

1	2000164	IM - 05007	SONDA PARA ASPIRAR fr 14, DE SILICON O PVC	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN S. A	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0362-2019</b>
2	2000008	IM - 01013	APÓSITO OCLU EXTRAFINO MATR ELAST 10X10CM	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0062-2019</b>
3	2000166	IM - 05013	SONDA FOLEY DE SILICÓN, 2 VIAS, N°12	YIRÉ MÉDICA HP S.A	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0150-2020</b>
4	2000009	IM - 01014	APÓSITO GRUESO MATRIZ ELASTICA 10X10 CM	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0181-2019</b>
5	2000010	IM - 01015	APÓSITO SEMIOCLUS.GRUESO PARA MATRI 15cm	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0249-2019</b>

**Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", publicado Diario Oficial La Gaceta N° 4 del jueves 07 de enero 2021.**

**Atentamente,  
Departamento de Proveeduría**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez,  
Jefe**

Expediente/Informe compra por requerimiento 2-2021 Implementos