

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Departamento Proveeduría del INS**17 de marzo del 2021**
PROV-01077-2021

Señora
Vilma Johana Flores Molina
Represente Legal
C Q Medical Centroamericana SRL

Estimada señora:

Referencia: Consulta realizada por C Q Medical Centroamericana SRL (Valoración Previa 2-2021 Implementos (Tercer llamado).

Estimada señora:

En su nota recibida el 10 de marzo 2021, realiza las siguientes consultas:

... "1: # Ítem 7-

7	2003378	IM - 01009	42311546	92155277	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 9 X14	3 unidades
---	---------	---------------	----------	----------	--	------------

"Se solicita amablemente se acepte medidas de 9cm a 10cm x 12cm (+/-2cm)" ...

... "2: # Ítem- #30 E Ítem # 88

30	2002342	IM - 01314	42311540	92161412	APÓSITO DE COLÁGENO CON ALGINATO 10X10cm	3 unidades
88	2001321	IM - 09001	42295515	92035779	APÓSITO COLÁGENO CON ALGINATO, 5X5 CM	2 unidades

2. Se solicita amablemente se acepte lo siguiente para el ítem 30:

- El tejido compuesto por fibras de colágeno de 65% a 90%
- Alginato de calcio de 1% a 10%
- Medicas (100mm a 110mm) equivalente a 10cm x 11cms x (100mm a 120mm) 10cm a 12cm.

Se solicita amablemente se acepte lo siguiente para el ítem 88:

- El tejido compuesto por fibras de colágeno de 65% a 90%
- Alginato de calcio de 1% a 10%.” ...

... “Ítem # 44, Hemocateter N° 18 Gx 3.17 cm

44	2000410	IM - 02041	42221504	92153890	HEMOCATETER N°18 G x 3,17 cm, UNA VIA	1 caja empaques secundario
----	---------	---------------	----------	----------	--	----------------------------------

Se solicita amablemente se acepte la medida de 18 Gx 3.17cm (+/-0.3cm)” ...

... “Ítem #58 Sujetador para sondas Foley ajustable:

Hechos: Indica en especificaciones: “Medidas sugeridas: 5,08(2 Pulg) x 55,88 cm (22 Pulg) (+/-1 cm).”

Solicitamos amablemente si es posible aceptar las medidas en un rango de 5,08 cm (2 Pulg) x 55,88 cm (22 Pulg) (+/-2 cm).” ...

Al respecto, en oficio PROV-01008-2021 del 15 de marzo 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-00783-2021 del 16 de marzo 2021, indican lo siguiente:

... "a. IM - 01009 APOSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 9 X14" ...

... "R// Se verifica la solicitud planteada por el proveedor y la mismo se rechaza, se mantienen tal y cual fue publicada la ficha del producto. Siendo que el rango solicitado por el proveedor no es funcional para nuestros usuarios. Siendo que nos expone a recibir productos de 9cm x 10cm, 4 cm más cortos que la ficha original." ...

... "b. IM - 01314 APÓSITO DE COLÁGENO CON ALGINATO 10X10cm." ...

... "R// Se verifica y analiza la solicitud planteada por el proveedor, la cual se rechaza, siendo que conlleva un cambio sustancial en la composición del producto, que actualmente está en 90% de colágeno y 10% alginato, el proveedor solicita 65% de colágeno y 1% de alginato, lo cual no representa mejoras a nivel de la ficha técnica del producto. Sin dejar de lado que al sumar el porcentaje de colágeno y de alginato se tienen un 66% y no se indica que otro compuesto tiene el apósito para completar el 100%." ...

... "c. IM - 09001 APOSITO COLAGENO CON ALGINATO, 5X5 CM" ...

... "R// Se verifica y analiza la solicitud planteada por el proveedor, la cual se rechaza, siendo que conlleva un cambio sustancial en la composición del producto, que actualmente está en 90% de colágeno y 10% alginato, el proveedor solicita 65% de colágeno y 1% de alginato, lo cual no representa mejoras a nivel de la ficha técnica del producto. Sin dejar de lado que al sumar el porcentaje de colágeno y de alginato se tienen un 66% y no se indica que otro compuesto tiene el apósito para completar el 100%." ...

... "d. IM - 02041 HEMOCATETER N°18 G x 3,17 cm, UNA VIA" ...

... "R// Se verifica la solicitud planteada por el proveedor y la misma se rechaza, establecer el rango dado por el proveedor nos expone a recibir hemocateter de poca longitud, que dificulte la canalización de la vía periférica en el paciente." ...

... “e. IM - 03365 SUJETADOR PARA SONDA FOLEY AJUSTABLE” ...

... “R// Se verifica la solicitud presentada por el proveedor y la misma se rechaza, establecer el rango de (+-2cm) en largo del insumo, nos expone a recibir productos de 53cm de largo, lo cual no es funcional para nuestros pacientes, que en un gran porcentaje son hombres.” ...

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se da por atendida su gestión.

Atentamente,
Departamento de Proveeduría

CARMEN LIDIA
GONZALEZ
RAMIREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARMEN LIDIA
GONZALEZ RAMIREZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.03.22
08:33:58 -06'00'

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe

Cc: archivo / Respuesta- CARE / YHC