

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Departamento Proveeduría del INS**18 de marzo del 2021**
PROV-01080-2021

Señor
Aniceto Campos Estrada
Representante Legal
Grupo Unihospi

Referencia: Consulta realizada por la empresa Grupo Unihospi (Valoración Previa 2-2021 Implementos (Tercer llamado)).

Estimado señor:

En su nota recibida el 12 de marzo 2021, realiza las siguientes consultas:

IM - 01007	APÓSITO DE ALGODÓN PARA OJOS (5cm X 7cm)
------------	---

... "Requerimos que la tolerancia en las medidas del producto se amplíe en 5mm (+-) en ancho y de largo, quedando así 5cm (+-1.5cm) ancho por 7cm (+-1.cm), ya que no afecta el uso o la efectividad del apósito si su medida se extiende para mayor protección en el ojo." ...

IM - 02068	JERINGA TIPO TOOMEY DE 60cc
------------	--------------------------------

... "Sírvese modificar la solicitud para que la jeringa de irrigación pueda presentar con o sin anillo, no modifica el uso que le determinan o que le vayan a realizar, puede lograr su fin con o sin anillo para el dedo pulgar." ...

IM - 03610

MASCARILLA N95 CON FILTRO,
CON BANDAS ELA

... "Por favor modificar o ampliar el criterio sobre BFE, determinada por el método de prueba modificado Greene y Vesley, e incluir la norma ASTM A1201, Método de prueba estándar para evaluar la eficiencia de filtración bacteriana (BFE) de materiales de mascarilla facial médica, utilizando un aerosol biológico de *Staphylococcus aureus* ya que la funcionalidad para la que se requiere el respirador también es posible testear bajo la norma indicada anteriormente, ya que para determinar la Eficiencia filtrante contra las bacterias (BFE): expresada en %, define la capacidad filtrante de los respiradores contra partículas grandes. A mayor valor, mayor será la capacidad filtrante de acuerdo con Norma ASTM F2101/ ASTM 1215-89/ MILM369454C." ...

Al respecto, en oficio PROV-01008-2021 del 15 de marzo 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaría, quienes en oficio CEDINS-00783-2021 del 16 de marzo 2021 y CEDINS-00804-2021 del 17 marzo 2021, indican lo siguiente:

... "a. IM - 01007 APOSITO DE ALGODON PARA OJOS (5cm X 7cm)" ...

... "R// Se verifica la solicitud planteada por el proveedor, la cual no es clara, ya que inicialmente habla de 5mm (+-), pero por otra parte habla de 1.5cm. El requerimiento presentado es rechazado, se mantiene la ficha tal cual fue publicada. Establecer un margen de (+/-1.5cm) nos expone a recibir insumos de 35cm de ancho y 5.5cm de largo, lo cual no es funcional para nuestra población de usuarios." ...

... "b- IM - 02068 JERINGA TIPO TOOMEY DE 60cc" ...

R// Se rechaza la solicitud planteada por el proveedor, se mantiene la ficha tal y como fue publicada. Lo anterior tomando en cuenta que el anillo le brinda mayor soporte al personal que utiliza el insumo. El cambio solicitado por el proveedor no representa una mejora a la ficha, ni beneficios adicionales.

... "c. IM - 03610 MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA" ...

... "R// Se rechaza la solicitud planteada por el proveedor y se mantiene la ficha tal y como fue publicada. Lo anterior tomando en cuenta que para las Mascarillas N°95, se requiere la aprobación de la NIOSH. Cabe indicar que, para este proceso de registro de muestras, no se valoran mascarillas NK-95 o sus equivalentes." ...

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Departamento de Proveeduría

**CARMEN LIDIA
GONZALEZ
RAMIREZ
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por CARMEN LIDIA
GONZALEZ RAMIREZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.03.22
08:31:20 -06'00'

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe**

Cc: archivo / Respuesta-Grupo Unihosp / YHC