

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Departamento Proveeduría del INS

19 de marzo del 2021
PROV-01097-2021

Señor
Daniel Blanco Solís
Representante Legal
Transglobal Medical

Referencia: Consulta realizada por la empresa Transglobal Medical (Valoración Previa 2-2021 Implementos (Tercer llamado)).

Estimado señor:

En su nota recibida el 11 de marzo 2021, realiza la siguiente consulta:

... “Referente al reglón 80: **Sonda Foley de Silicon 2 vías N° 16**”, en las especificaciones técnica donde se solicita: ... “**con balón inflable de 5cc a 15cc...**”, solicitamos que se modifique o amplíe el detalle permitiendo: ...**con balón inflable de 5cc a 30 cc...**”

... “Referente al reglón 81: **Sonda Foley de Silicon 2 vías N° 18**”, en las especificaciones técnica donde se solicita: ... “**con balón inflable de 5cc a 15cc...**”, solicitamos que se modifique o amplíe el detalle permitiendo: ...**con balón inflable de 5cc a 30 cc...**”

Al respecto, en oficio PROV-01008-2021 del 15 de marzo 2021, se remite lo antes mencionado a la Unidad Usuaria, quienes en oficio CEDINS-00783-2021 del 16 de marzo 2021, indican lo siguiente:

... “a- IM - 05019 Sonda FOLEY DE SILICON 2 VIAS N°16” ...

... “R// Se acepta la solicitud planteada por el proveedor y se modifica el volumen del balón de la sonda.” ...

... “b- IM - 05022 Sonda FOLEY DE SILICON 2 VIAS N°18” ...

...” R// Se acepta la solicitud planteada por el proveedor y se modifica el volumen del balón de la sonda.” ...

Ver las fichas técnicas de los implementos: IM - 05019 Sonda Foley 2 vías N°16 y IM - 05022 Sonda Foley N°18, **modificadas** en la página web del INS (<http://www.ins-cr.com>) - Servicios / Compras - Proveeduría / Avisos de Interés / Compras por Requerimiento / Trámites 2021 / Valoración previa de 2-2021 Implementos (Tercer llamado) (plazo de recepción 23 de marzo del 2021), en la página www.SICOP.go.cr// -sección avisos/mantenimiento programado del SICOP/Gestión Aviso por institución.

Demás términos y condiciones del proceso se mantienen invariables.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Departamento de Proveeduría

CARMEN LIDIA GONZALEZ
RAMIREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARMEN LIDIA
GONZALEZ RAMIREZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.03.22
08:34:33 -06'00'

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe

Cc: archivo / Respuesta-TG MEDICAL / YHC