

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**17 de agosto de 2021
PROV-03404-2021**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(Listado N°6-2021 IMPLEMENTOS)
(Segundo llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS
MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS MEDIANTE COMPRAS
POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento, el Centro de Distribución y Logística - en oficio CEDINS-02551-2021 del 12 de agosto del 2021, comunica el resultado de la valoración de productos N°6-2021 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°136 del jueves 15 de julio del 2021 (páginas 45 a la 49) la invitación a participar en la valoración de productos N°6-2021, específicamente en la rama de implementos, para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

NÚMERO DE RENGLÓN	CLAVE SIMA	CLAVE SIFA	CLASIFICACIÓN SICOP	IDENTIFICACIÓN SICOP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS A PRESENTAR
1	IM-01-001	2000000	42141501	92142785	ALGODÓN, 100 % NATURAL, EMPAQUE INDIVIDUAL	1 rollo
2	IM-01-010	2003379	42311510	92162475	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 15X20CM	3 unidades
3	IM-01-021	2003500	42311510	92217534	APÓSITO SUPER ABSORBENTE BLANCO 10cmx22cm	3 unidades
4	IM-01-060	2000023	42311545	92168596	GASA EN CUADROS 10 cm X 10 cm	1 tubo del empaque primario
5	IM-01-075	2000029	42311524	92156087	GASA VASELINADA CUADRO 10 X10 CM	3 unidades

6	IM-01-145	2000050	42141501	90032636	TORUNDA DE ALGODÓN PAQUETE CON 200un	1 paquete del empaque primario
7	IM-01-171	2000059	42295427	92215792	CEPILLO PARA LIMPIEZA INSTRUMENTAL	3 unidades
8	IM-01-173	2001737	42311524	92164496	GASA ABSORBENTE 2.54cm X 91.44cm	3 unidades
9	IM-01-194	2002340	42312701	92215764	APÓSITO BIOCLUSIVO 8,5 cm X 11,5 cm	3 unidades
10	IM-01-196	2002349	42311515	92155031	APOSIT HIDROCOL PARA EL SACRO,MEDI 17X17	3 unidades
11	IM-01-235	2002447	42312209	92216361	CINTA UMBILICAL, COLOR BLANCO	1 caja del empaque secundario
12	IM-01-237	2002497	53131623	92216643	CUCHILLA PARA CORTAR VELLO, ACERO INOX	1 caja del empaque primario 1 recortadora de vello
13	IM-01-254	2002608	42132205	92213188	GUANTE QUIRURG N°8 ESTERIL LIBRE LATEX	1 caja del empaque secundario
14	IM-01-299	2002664	42293505	92212989	SOND (CATE) SUCC CERRA FLEX C/P RED 16FR	3 unidades
15	IM-01-312	2002338	42311510	92162914	APÓSITO ANTIMICROBIANO 9cm X 7cm +/- 1cm	3 unidades
16	IM-01-316	2002348	42311541	92155203	APÓSITO HIDROCELULAR PARA TALÓN Y CODO	3 unidades
17	IM-01-320	2002430	42271913	92142611	MASCARILL LARINGEA OROGAST N°3 30-50KG	2 unidades
18	IM-01-333	2002465	42272503	92142606	MASCARILLA ANESTESIA C/BALON INFLABL N°6	2 unidades
19	IM-01-374	2004791	42295453	92218959	SIST SUCC CERRAD TIP HEMOVAC ¼	2 unidades
20	IM-01-375	2002720	42295453	92218957	SIS SUCCIO CERR DRE/TIP HEMOVAC 1/8	2 unidades
21	IM-01-398	2002765	42272505	92156420	TUBO DE ASPIRACIÓN SIN CONECTOR,TRANSPAR	2 unidades
22	IM-01-457	2002687	42271910	92144884	KIT TRAQUEOST PERCUT P/TECNIC GRIGGS 7FR	2 unidades
23	IM-01-524	2002873	42221504	92153497	CATÉTER SELDINGER PARA PUNCIÓN ARTERIAL	2 unidades
24	IM-01-582	2003782	42295513	92161424	MALLA ACET. CELULOSA SILICÓN 7.5 X 10CM	3 unidades
25	IM-01-583	2003783	42295513	92167025	MALLA ACET CELULOS SILIC 12,5 cm X 15 cm	3 unidades

26	IM-01-588	2003781	42311540	92228975	MATRIZ MODULADORA DE ACTIVIDAD PROTEASA	2 unidades
27	IM-01-619	2003303	42295513	92151976	MALLA NO ADHERENTE ACETATO 7,6 CM X 21CM	3 unidades
28	IM-01-636	2003580	42142536	92153601	KIT CON CATÉTER TORACIC PARA DRENAJ PLEU	3 unidades
29	IM-02-055	2000073	42142609	92153645	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE DE 3 ml	1 caja del empaque secundario
30	IM-02-061	2000075	42142609	92154017	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 10 ml	1 caja del empaque secundario
31	IM-02-098	2002320	42142502	92212979	AGUJA EPIDURAL TUOHY DIÁMETRO 20GX88,9mm	3 unidades
32	IM-02-100	2002636	42144201	92167789	AGUJA BLOQUEO DE NERVO SONOGRÁFICA DE 100MM	3 unidades
33	IM-02-114	2002616	42142609	92154019	JERINGA TOOMEY 50-60 ml ADAPT LUER LOCK	3 unidades
34	IM-02-115	2002531	42311528	92157530	PAD DE ALCOHOL DE USO EN INYECTABLES	1 caja del empaque secundario
35	IM-02-131	2003788	42272505	92216344	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 75 mm	3 unidades
36	IM-02-132	2003789	42142535	92243545	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 83 mm	3 unidades
37	IM-03-014	2003764	41104112	92212990	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE 120 ml	3 unidades
38	IM-03-096	2000105	42281808	92216154	PAPEL GRADO MÉDICO P/ ESTERILIZAR ROLLO	1 rollo
39	IM-03-112	2000114	42241806	92216380	SUJETADOR DE MANO PARA ADULTO	2 unidades
40	IM-03-179	2000501	42271801	92166789	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PLÁSTICO	2 unidades
41	IM-03-203	2000551	42131507	92166535	MEDIAS MÉDICAS COMPRESIÓN 15-20 MM/HG	1 par
42	IM-03-290	2001610	42142108	92144880	COMPRESA FRIA ESTANDAR, MEDIDAS 27,94	1 unidad
43	IM-03-563	2002635	42251622	92142321	ACAPELLA DE BAJO FLUJO (MENOS 15 L)	2 unidades
44	IM-03-584	2002474	47121709	92216353	CONTENEDOR RÍGIDO, CAPACI 32L, COLOR ROJO	1 unidad
45	IM-03-614	2002653	42271915	92213392	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	2 unidades
46	IM-03-627	2002565	42281534	92142305	FILTRO ANTIBACTERIANO P/VENTILADOR MECAN	2 unidades

47	IM-03-666	2003014	42182601	92158004	PROTECTORES DE MANUBRIO,NÚMERO PART 8002	3 unidades
48	IM-03-791	2003740	42242004	92216454	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA M	1 par
49	IM-03-792	2003741	42242004	92152805	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA L	1 par
50	IM-03-793	2003742	42131507	92161425	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA XL	1 par
51	IM-03-838	2004680	42131507	92159501	MEDIAS DE COMPRESIÓN A RODILLA TALLA L	1 par
52	IM-03-839	2004482	42131507	92216537	MEDIAS COMPRESIÓN A RODIL TAL XL 15-20	1 par
53	IM-03-840	2004483	42142720	92158961	CATÉTER EXTERN MASCUL (PRESERVTV 36mm	5 unidades
54	IM-04-037	2000145	42211502	92154920	MULETAS PEQUEÑA (PEDIATRICA),AJUSTABLE	1 par
55	IM-04-049	2000150	42241703	92216244	RODILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA	1 unidad
56	IM-04-064	2000155	42241701	92154905	TOBILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA, UNA PIEZA,	1 unidad
57	IM-04-073	2000158	42311506	92156147	VENDA ELÁSTICA DE 10 cm DE ANCHO,MASTER	3 unidades
58	IM-04-079	2000160	42211511	92212958	TACO PARA MULETA, DE HULE DE ALTA DENSID	1 unidad empaque primario
59	IM-04-092	2002556	42241505	92154943	FÉRULA FIBRA VIDRIO ROLLO 12.5cm X 4.5 m	1 unidad empaque primario
60	IM-05-084	2001740	42231601	92216243	KIT Sonda GASTROSTOMÍA PARA PEG 2.5cm	1 rollo
61	IM-05-091	2002563	42231701	92216652	FIJADOR Sonda, TIPO NASOGAST, PARA ADULT	3 unidades
62	IM-05-093	2002620	42143902	92159323	SISTEMA COLOSTOMIA AJUSTABLE DE DOS PIEZ	1 unidad empaque primario tanto de la bolsa como del parche
63	IM-07-001	2000181	42131718	92168118	ESTOQUINETA DE 5 cm DE ANCHO, EN ROLLO D	1 rollo
64	IM-07-019	2000188	42242102	92144763	FÉRULA TIPO RANA PARA DEDO, ALUMINIO FLE	2 unidades
65	IM-07-031	2000192	42241502	92212954	RELLENO P/YESO 10CM ANCHO X 270CM LARGO	3 unidades
66	IM-07-034	2000193	42241502	92216193	RELLENO P/YESO 15CM ANCHO X 270CM LARGO	3 unidades

67	IM-07-043	2000196	42241502	92216191	VENDA DE YESO DE 10cm DE ANCHO	3 unidades
68	IM-07-059	2001866	42241502	92212940	ACOLCHAMIENTO DE 7.5cm X 2.5mm x 2.4m	3 unidades
69	IM-07-081	2002560	42241505	92143322	FÉRULA FIBRA DE VIDRIO ROLLO 5CM X 4.5M	1 rollo
70	IM-08-003	2000752	42211502	92154913	MULETAS TIP CANADIENS, MATER DE ALEA ALUM	1 Par
71	IM-08-008	2000743	46181505	92216579	RODILLERA CON ROTULA LIBRE, MEDIDAS 18cm	1 unidad
72	IM-08-010	2000748	42241703	92141994	RODILLERA MULTIARTICULADA LARGA TALLA S	1 unidad
73	IM-08-012	2000754	42141705	92142267	COJÍN DE HULE, TIPO DONA, INFLABLE	1 unidad
74	IM-08-013	2000753	42141705	92216804	COJÍN TIPO DONA, DE ESPUMA D URETANO 35cm	1 unidad
75	IM-08-015	2000841	42241805	92154906	CODERA C/ALMOHADILLA DE SILICONE TALLA M	1 unidad
76	IM-08-032	2003762	42241706	92154938	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO M, CONFECCI	1 unidad
77	IM-08-041	2003940	42241703	92216203	RODILLERA MULTIARTICULADA LARGA TALLA L	1 unidad
78	IM-08-042	2003941	42241703	92213194	RODILLERA MULTIARTICULADA TALLA XL	1 unidad

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 79 muestras de 18 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Muestras presentadas
DISMÉDICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	1
IMARHOS SOCIEDAD ANÓNIMA	3
HERRAMIENTAS MÉDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA	5
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	1
CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY SOCIEDAD ANÓNIMA	4
CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10
COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANÓNIMA	4
SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3
HC MEDICAL SOLUTION SA	2
PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	6

AUTO MED CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	2
HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	4
CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL SOCIEDAD ANÓNIMA	2
YIRE MEDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	16
ELÁSTICA SURQUI SOCIEDAD ANÓNIMA	1
INFARMA LIMITADA	7
INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES SOCIEDAD ANÓNIMA	5
TRANSGLOBAL MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	3

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 18 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficio CEDINS-02551-2021 del 12 de agosto del 2021, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

Número de renglón	Clave SIMA	SIFA	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Cédula Jurídica
1	IM-01-001	2000000	ALGODÓN, 100 % NATURAL, EMPAQUE INDIVIDUAL (Marca de la muestra SHILED LINE MED - PRIDE. N° de referencia-código:MPR-60960)	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-713172
			ALGODÓN, 100 % NATURAL, EMPAQUE INDIVIDUAL (Marca de la muestra TEXPOL. N° de referencia-código: 0074.02)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
4	IM-01-060	2000023	GASA EN CUADROS 10 cm X 10 cm (Muestra GASATEX. N° de referencia-código: 1000-003)	IMARHOS SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-112620
			GASA EN CUADROS 10 cm X 10 cm (Muestra WINNER. N° de referencia-código:201-023)	HC MEDICAL SOLUTION SA	3-101-683121

			GASA EN CUADROS 10 cm X 10 cm (Muestra TEXPOL. N° de referencia-código: 3449.00)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
			GASA EN CUADROS 10 cm X 10 cm (Muestra SQ. N° de referencia-código: BL-4X4N-016-0000-100)	ELÁSTICA SURQUI SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-019723
5	IM-01-075	2000029	GASA PARAFINADA O VASELINADA 10 X 10 CM (Muestra Grassolind Neutral. N° de referencia-código: 499354)	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-115347
7	IM-01-171	2000059	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL (Muestra ASPEN SURGICAL. N° de referencia-código: 244001BBG)	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-713172
8	IM-01-173	2001737	GASA ABSORBENTE 2.54cm X 91.44cm (Muestra CURAD. N° de referencia-código: CUR251136)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
10	IM-01-196	2002349	APOSIT HIDROCOL PARA EL SACRO, MEDI 17X17 (Muestra COMFEEL. N° de referencia-código: 33283)	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-327071
12	IM-01-237	2002497	CUCHILLA PARA CORTAR VELLO, ACERO INOX (Muestra ME Medical AG. N° de referencia-código: SC002)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
			CUCHILLA PARA CORTAR VELLO, ACERO INOX (Muestra BD/CARE FUSIÓN. N° de referencia-código: 4406)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
17	IM-01-320	2002430	MASCARILL LARÍNGEA OROGAST N°3 30-50KG (Muestra AMBU. N° de referencia-código: 408300000)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
19	IM-01-374	2004791	SIST SUCC CERRAD TIP HEMOVAC ¼ (Muestra JACKSON PRATT. N° de referencia-código: SU130-404D)	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
20	IM-01-375	2002720	SIS SUCCIÓN CERR DRE/TIP HEMOVAC 1/8 (Muestra JACKSON PRATT. N° de referencia-código: SU130-402D)	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
34	IM-02-115	2002531	PAD DE ALCOHOL DE USO EN INYECTABLES (Muestra SHILED LINE MED - PRIDE. N° de referencia-código: MPR-41105)	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-713172
			PAD DE ALCOHOL DE USO EN INYECTABLES (Muestra MEDLINE. N° de referencia-código: MDS090670)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831

37	IM-03-014	2003764	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE 120 ml (Muestra DELTALAB. N° de referencia-código:409726)	DISMEDICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-201702
			FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE 120 ml (Muestra Health. N° de referencia-código:HX-K24)	HC MEDICAL SOLUTION SA	3-101-683121
38	IM-03-096	2000105	PAPEL GRADO MÉDICO P/ ESTERILIZAR ROLLO 7,5 CM (Muestra Sterilelrignt. N° de referencia-código: 01.0602)	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-115347
			PAPEL GRADO MÉDICO P/ ESTERILIZAR ROLLO 7,5 CM (Muestra Bastos Vieras. N° de referencia-código:449-502)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
40	IM-03-179	2000501	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PLÁSTICO (Muestra UWC. N° de referencia-código: HA-45-000)	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-358504
			HUMIDIFICADOR DESECHABLE PLÁSTICO (Muestra Airlife. N° de referencia-código: 002620)	SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	3-102-771915
41	IM-03-203	2000551	MEDIAS MÉDICAS COMPRESIÓN 15-20 MM/HG (Muestra No - Varix. N° de referencia-código:10102102)	INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-301715
44	IM-03-584	2002474	CONTENEDOR RÍGIDO, CAPACI 32L,COLOR ROJO (Muestra OAKRIDGE /MILLNIAL HEALTCARE. N° de referencia-código: 0370-1500)	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-713172
48	IM-03-791	2003740	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA M 20-30 (Muestra MEDIVARIC PRODUCTS. N° de referencia-código: 5232p0208)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
49	IM-03-792	2003741	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA L 20-30 (Muestra MEDIVARIC PRODUCTS. N° de referencia-código:5232p0308)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
			MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA L 20-30 (Muestra No - Varix. N° de referencia-código:10114905)	INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-301715
50	IM-03-793	2003742	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA XL 20-30 (Muestra MEDIVARIC PRODUCTS. N° de referencia-código: 5232p0408)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
			MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA XL 20-30 (Muestra No - Varix. N° de referencia-código: 10114906)	INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-301715

51	IM-03-838	2004680	MEDIAS DE COMPRESIÓN A RODILLA TALLA L 15-20 (Muestra MEDIVARIC PRODUCTS. N° de referencia-código:1123p0304)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
			MEDIAS DE COMPRESIÓN A RODILLA TALLA L 15-20 (Muestra No - Varix. N° de referencia-código: 10102105)	INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-301715
52	IM-03-839	2004482	MEDIAS COMPRESIÓN A RODIL TAL XL 15-20 (Muestra MEDIVARIC PRODUCTS. N° de referencia-código: 1123p0404)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
			MEDIAS COMPRESIÓN A RODIL TAL XL 15-20 (Muestra No - Varix. N° de referencia-código:10102106)	INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-301715
58	IM-04-079	2000160	TACO PARA MULETA, DE HULE DE ALTA DENSID (Muestra Better Medical. N° de referencia-código: PJ13-22)	IMARHOS SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-112620
60	IM-05-084	2001740	KIT SONDA GASTROSTOMÍA PARA PEG 2.5cm (Muestra AMT. Número de referencia-código: M1-5-2425)	CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-128560
63	IM-07-001	2000181	ESTOQUINETA DE 5 cm DE ANCHO, EN ROLLO D (Muestra GASATEX, N° de referencia-código: 1000-010)	IMARHOS SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-112620
			ESTOQUINETA DE 5 cm DE ANCHO, EN ROLLO D (Muestra Jiangsu Senolo. N° de referencia-código:XC-0222)	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3-102-749824
			ESTOQUINETA DE 5 cm DE ANCHO, EN ROLLO D (Muestra MEDLINE. N° de referencia-código: MDT221200)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-244831
75	IM-08-015	2000841	CODERA C/ALMOHADILLA DE SILICONE TALLA M (Muestra ORLIMAN. N° de referencia-código: OS6230/2)	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-327071
76	IM-08-032	2003762	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO M, CONFECCIÓN (Muestra Herbi Feet. N° de referencia-código:15.065.32)	TRANSGLOBAL MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-547337
			PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO M, CONFECCIÓN (Muestra Herbi Feet. N° de referencia-código:15.065.3)		

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnica y/o formalmente con lo requerido.

Número de renglón	Código SIMA	Código SIFA	Descripción	Oferente	Incumplimiento
5	IM-01-075	2000029	GASA PARAFINADA O VASELINADA 10 X 10 CM	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Incumple criterios técnicos de la muestra, en la ficha técnica se solicita: "Gasa o red de punto ancho de 10 cm X 10 cm (+/-1 cm), estéril, atóxica, libre de pirógenos hecha de algodón impregnada con gel de vaselina", la muestra presentada es de gasa de punto angosto, posee componentes adicionales a la vaselina, de coloración amarillenta, los cuales no son solicitados a nivel de ficha técnica. El producto indica ser oclusivo, lo cual no se solicita en la ficha técnica, condición que no es funcional para la institución. Por lo anterior no cumple con lo requerido la institución. No se recomienda registrar la muestra.
7	IM-01-171	2000059	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Incumple criterios técnicos de la muestra, en la ficha técnica se solicita: "con cerdas de nylon de 1.5 cm de alto y de 4 cm de ancho por 10 cm de largo aproximadamente, la muestra presentada tiene cerdas de 1cm de alto, y mide de 2 cm de ancho x 22 cm de largo". Se solicita con: "6 x 15 hileras mínimo", la muestra presentada posee 5 x 16 hileras muy juntas. La muestra presentada posee cerdas fuertes, duras que pueden lesionar el instrumental. La forma del cepillo no es funcional para nuestro servicio. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
19	IM-01-374	2004791	SIST SUCC CERRAD TIP HEMOVAC ¼	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la guía para valoración de muestras se indica: No se aceptan muestras que tengan las siglas o el logotipo de la CCSS, o de otras instituciones en cualquiera de los empaques, la muestra presentada por el proveedor posee las siglas CCSS. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. Por lo que no se recomienda registrar la muestra.

21	IM-01-398	2002765	TUBO DE ASPIRACIÓN SIN CONECTOR, TRANSPAR	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso español, en la guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b) punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, en la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Incumple a la vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra; en la guía para valoración de muestras se indica: No se aceptan muestras que tengan las siglas o el logotipo de la CCSS, o de otras instituciones en cualquiera de los empaques, la muestra presentada por el proveedor posee las siglas CCSS. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
26	IM-01-588	2003781	MATRIZ MODULADORA DE ACTIVIDAD PROTEASA	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra, en la ficha técnica se solicita: Compuesta de 55% (+/-5%) de colágeno bovino, no se puede verificar el tipo de colágeno que conforma el producto, siendo que no se puede verificar en el empaque del insumo, ni en la literatura. Se solicita: En empaque individual estéril. De 28 cm² (+/-4 cm), la muestra presentada es de 100cm². En la ficha se solicita un 1% de plata de celulosa oxidada regenerada, en la muestra presentada no se puede verificar el porcentaje de plata del mismo, siendo que no lo indica en su literatura, ni en su empaque. Por lo cual no cumple con lo indicado por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
37	IM-03-014	2003764	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE 120 ml	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso español: En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Por lo que no se recomienda registrar la muestra.</p>
37	IM-03-014	2003764	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE 120 ml	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: dimensiones: diámetro superior: 6 cm y 7cm de altura, la muestra presentada es de 5cm de diámetro y de 8,7 cm de altura. Además, se requiere: con etiqueta de molde, la muestra presentada no posee etiqueta de molde. Por lo anterior no</p>

					cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
41	IM-03-203	2000551	MEDIAS MÉDICAS COMPRESIÓN 15-20 MM/HG	HERRAMIENTAS MÉDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso español, en la guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, en la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Asimismo, incumple con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple carta autorización del fabricante, en la guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra, en la ficha técnica del producto se solicita: "Medias médicas de compresión decreciente con presión de 15-20 mm hg, la muestra presentada por el proveedor es de 18-21mm hg". Se solicita: "El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado", la muestra presentada no indica los cuidados para su uso. Cabe indicar que la muestra presentada esta vencida, en el empaque de este indica: 24/11/2018, en la Guía para la presentación de las muestras se establece: "No se aceptarán muestras vencidas, ni aquellas en mal estado, empaque dañados o deteriorados". Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p>Incumple revisión de la documentación, no aportan la nota emitida por el fabricante para la autorización para comercializar el insumo. Por lo anterior, no se recomienda registrar la muestra.</p>
44	IM-03-584	2002474	CONTENEDOR RÍGIDO, CAPACI 32L,COLOR ROJO	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: resistente a fracturas y perdida del contenido, la muestra presentada posee un orificio en su tapa de 16.5 cm de diámetro la cual permite la salida de los desechos en caso de caída o vuelco del contenedor, así mismo, dicha apertura por su gran tamaño puede permitir la manipulación de los desechos ya que permite el ingreso de la mano. Es importante indicar que la tapa de seguridad, esta suelta, no adherida al contenedor, por lo cual existe un riesgo de pérdida y manipulación de la misma. Por lo anterior no cumple con lo</p>

					requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
48	IM-03-791	2003740	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA M 20-30	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del insumo se solicita: Talla: M, la muestra presentada por el proveedor, no indica la talla del mismo. En su empaque primario indica "A", el producto en su empaque no muestra la equivalencia de las letras con respecto a las tallas S, M, L o XL. Al no ser posible verificar la talla ofertada, no cumple con lo requerido. No se recomienda registrar la muestra
48	IM-03-791	2003740	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA M 20-30	INFARMA LIMITADA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Medias de compresión decreciente; con presión de 20 a 30 mm hg, la muestra presentada no indica la compresión. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en el empaque de la muestra presentada no indica la compresión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
49	IM-03-792	2003741	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA L 20-30	HERRAMIENTAS MÉDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple indicaciones de uso en español, en guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b) punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, en la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso, incumple a la vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple etiquetado de fábrica, la muestra aportada, no es presentada en el empaque original del fabricante, la misma es entregada en una bolsa tipo Ziploc; sin los datos del fabricante, fecha de fabricación, lote, fecha vencimiento etc. Incumple guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Incumple criterios técnicos de la muestra, en la ficha técnica del producto se solicita: Medias de compresión decreciente; con presión de 20 mm Hg a 30 mm Hg, la muestra presentada no indica la compresión. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en la muestra presentada no indica los cuidados para su lavado. En el empaque de contener: Con

					<p>información del fabricante: lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento impresa, la muestra presentada no posee dicha información. Por lo anterior no cumple con lo indicado por la institución.</p> <p>Incumple revisión de la documentación: No aportan la nota emitida por el fabricante para la autorización para comercializar el insumo. Por tanto, no se recomienda registrar la muestra.</p>
49	IM-03-792	2003741	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA L 20-30	INFARMA LIMITADA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Medias de compresión decreciente; con presión de 20 a 30 mm hg, la muestra presentada no indica la compresión. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en el empaque de la muestra presentada no indica la compresión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
50	IM-03-793	2003742	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA XL 20-30	HERRAMIENTAS MÉDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso en español, en guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple etiquetado de fábrica: La muestra aportada, no es presentada en el empaque original del fabricante, sin los datos del fabricante, fecha de fabricación, Lote, fecha Vencimiento etc.</p> <p>Incumple carta autorización del fabricante: Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1.</p> <p>Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: Medias de compresión decreciente; con presión de 20 mm Hg a 30 mm Hg, la muestra presentada no indica la presión que posee. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en la muestra presentada no indica los cuidados para su lavado. En el empaque de contener: Con información del fabricante: lote, fecha de</p>

					<p>fabricación y fecha de vencimiento impresa, la muestra presentada no posee dicha información. Por lo anterior no cumple con lo indicado por la institución.</p> <p>Incumple revisión de la documentación: Incumple. No aportan la nota emitida por el fabricante para la autorización para comercializar el insumo.</p> <p>Por lo que no se recomienda registrar la muestra.</p>
50	IM-03-793	2003742	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA XL 20-30	INFARMA LIMITADA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Medias de compresión decreciente; con presión de 20 a 30 mm hg, la muestra presentada no indica la compresión. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en el empaque de la muestra presentada no indica la compresión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
51	IM-03-838	2004680	MEDIAS DE COMPRESIÓN A RODILLA TALLA L 15-20	HERRAMIENTAS MÉDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso español: En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple carta autorización del fabricante: En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1.</p> <p>Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: Medias médicas de compresión decreciente con presión de 15-20 mm hg, la muestra presentada por el proveedor es de 18-21mm. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, la muestra presentada, no indica los cuidados para su uso. Cabe indicar que la muestra presentada esta vencida, en el empaque de este indica: 24/11/2018, en la Guía para la presentación de las muestras se establece: No se aceptarán muestras vencidas, ni aquellas en mal estado, empaque dañados o deteriorados. Por lo anterior no cumple con lo</p>

					<p>requerido por la institución.</p> <p>Incumple revisión de la documentación: No aportan la nota emitida por el fabricante para la autorización para comercializar el insumo. Por lo anterior, no se recomienda registrar la muestra.</p>
51	IM-03-838	2004680	MEDIAS DE COMPRESIÓN A RODILLA TALLA L 15-20	INFARMA LIMITADA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Medias de compresión decreciente, talla L, con presión de 15 a 20 mm hg, la muestra presentada no indica la presión que posee. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en el empaque de la muestra presentada no indica la compresión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
52	IM-03-839	2004482	MEDIAS COMPRESIÓN A RODIL TAL XL 15-20	HERRAMIENTAS MÉDICAS SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso español: En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple carta autorización del fabricante: En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: Medias médicas de compresión decreciente con presión de 15-20 mm hg, la muestra presentada por el proveedor es de 18-21mm. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, la muestra presentada, no indica los cuidados para su uso. Cabe indicar que la muestra presentada esta vencida, en el empaque de este indica: 24/11/2018, en la Guía para la presentación de las muestras se establece: No se aceptarán muestras vencidas, ni aquellas en mal estado, empaque dañados o deteriorados. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p>Incumple revisión de la documentación: No aportan la nota emitida por el fabricante para la autorización para comercializar el insumo.</p>

					Por lo que no se recomienda registrar la muestra.
52	IM-03-839	2004482	MEDIAS COMPRESIÓN A RODIL TAL XL 15-20	INFARMA LIMITADA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Medias de compresión decreciente, talla L, con presión de 15 a 20 mm hg, la muestra presentada no indica la presión que posee. Se solicita: El empaque de las medias debe indicar, al menos: compresión, tamaño, talla, cuidados para su lavado, en el empaque de la muestra presentada no indica la compresión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
53	IM-03-840	2004483	CATÉTER EXTERN MASCUL (PRESERV 36mm	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple: Indicación de uso español, en guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b) punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español; en la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Incumple a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple criterios técnicos de la muestra; la ficha técnica solicita: fabricado de silicone 100 %, la muestra presentada fabricada por un compuesto de polímero de bloque (SEBS) de estirero, (urisheath) de polímero de silicona, polímero acrílico (adhesivo, funda autoadherente), film de polietileno de alta densidad, polipropileno PP. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. Por lo anterior no se recomienda registrar la muestra.
53	IM-03-840	2004483	CATÉTER EXTERN MASCUL (PRESERV 36mm	COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra -en la ficha técnica se solicita: Con adhesivo en un 90% de su longitud que tiene contacto con el pene, lo anterior no se puede verificar, siendo que no lo indica en el producto, ni en la literatura aportada, en la muestra se observa que el adhesivo, se encuentra en el 50% del preservativo-. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
55	IM-04-049	2000150	RODILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita Rodillera elástica, la muestra presentada, corresponde a una rodillera confeccionada en neopreno, por lo cual no es elástica. Las dimensiones solicitadas en la ficha son de: Medida por encima de rodilla 28 cm \pm 2, Medida alrededor de la rodilla 26 cm \pm 2, Medida por debajo de la rodilla 24 cm \pm 2, la muestra presentada es de encima de rodilla 32cm, alrededor de la rodilla 29cm, por debajo de la rodilla 28cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
55	IM-04-049	2000150	RODILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA	INFARMA LIMITADA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Rodillera elástica pequeña, la muestra presentada indica ser

					<p>talla IV. Debe tener las siguientes medidas:</p> <p>Medida por encima de rodilla 28 cm \pm 2,</p> <p>Medida alrededor de la rodilla 26 cm \pm 2 y</p> <p>Medida por debajo de la rodilla 24 cm \pm 2, la muestra presentada es de 36cm encima de la rodilla, 34cm alrededor de la rodilla y 26cm por debajo de la rodilla. Debe ser de 22 cm \pm 2 cm de largo, la muestra presentada es de 30cm de largo. Cabe indicar que la muestra presentada posee una almohadilla rotuliana integrada confeccionada en silicone, lo cual no se solicita a nivel de la ficha técnica del producto. Por lo anterior no se recomienda registrar la muestra, ya que incumple con los requerimientos técnicos. No se recomienda registrar la muestra.</p>
56	IM-04-064	2000155	TOBILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA, UNA PIEZA,	INFARMA LIMITADA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: con talón libre, la muestra presentada no posee el talón libre. Se solicita TAMAÑO: Pequeña, la muestra indica II. Cabe indicar que la muestra presentada posee almohadillas lateras en silicona que no nos solicitas en la ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo solicitado por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
57	IM-04-073	2000158	VENDA ELÁSTICA DE 10 cm DE ANCHO, MASTER	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Con valores de Trama 100 10/C, urdimbre 63 10/c elasticidad 120%, recuperación 33%, siendo que no se indica en el empaque del insumo, ni en la literatura aportada. Se solicita: Con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la venda, la muestra posee grapas sueltas, es importante indicar que las grapas, son de mala calidad, al ser colocadas y hacer tensión, se deforman en los ganchos de sujeción. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
57	IM-04-073	2000158	VENDA ELÁSTICA DE 10 cm DE ANCHO, MASTER	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: con valores aproximados de Trama 100 10/C, urdimbre 63 10/c, elasticidad 120%, recuperación 33%, información que no se puede corroborar en el empaque del producto, ni en la literatura del producto. La muestra presentada por el proveedor no es funcional, siendo que la misma es utilizada en los pacientes amputados o con problemas vasculares, la cual no aporta el sostén que requiere para amoldar, por su baja compresión. Al estirarse se deforma y no mantiene la forma. La venda no es lo suficientemente elástica. No da sostén a los muñones. El velcro se adhiere a la tela de la venda y la deshila. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución, siendo que no es funcional. No se recomienda registrar la muestra.</p>

61	IM-05-091	2002563	FIJADOR SONDA, TIPO NASOGAST, PARA ADULT	CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple etiqueta de fábrica, en guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento Incumple criterios técnicos de la muestra, en la ficha técnica se solicita con forma de mariposa en su porción central, la muestra presentada posee forma ovalada. Debe de tener: dos bandas para sujeción de la sonda nasogástrica, la muestra presentada no posee las bandas. Dimensiones: 8cm longitud x 5 cm de ancho aproximadamente, la muestra es de 6cm x 4.5cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
61	IM-05-091	2002563	FIJADOR SONDA, TIPO NASOGAST, PARA ADULT	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: con forma de mariposa en su porción central, la muestra presentada por el proveedor no posee la forma de mariposa. Además, se solicita: dos bandas para sujeción de la sonda nasogástrica, la muestra presentada por el proveedor no cuenta con las bandas para sujeción, siendo que posee un mecanismo de plástico para la sujeción que difiere de lo establecido en ficha. Dimensiones: 8cm longitud x 5 cm de ancho aproximadamente, la muestra es de 12 cm x 6.5 cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.
63	IM-07-001	2000181	ESTOQUINETA DE 5 cm DE ANCHO, EN ROLLO D	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: La muestra presentada por el proveedor posee moho, en la guía para la presentación de las muestras, se indica: No se aceptarán muestras vencidas, ni aquellas en mal estado, empaque dañados o deteriorados. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.

64	IM-07-019	2000188	FÉRULA TIPO RANA PARA DEDO, ALUMINIO FLE	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple: marca de la muestra MEDLINE, no se puede verificar en el empaque primario del producto.</p> <p>Incumple: número de referencia-código: ORT32200M</p> <p>No se puede verificar en el empaque primario del producto.</p> <p>Incumple: País de origen China, no se puede verificar en el empaque primario del producto.</p> <p>Incumple: etiquetado de fábrica: La muestra presentada no posee el etiquetado del fabricante en su empaque primario.</p> <p>Incumple: criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Con información del fabricante: lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento impresa en el empaque, la muestra presentada por el proveedor, viene en bolsa plástica transparente cerrada con cinta adhesiva, que no posee ningún tipo de información del fabricante en su empaque primario. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>
70	IM-08-003	2000752	MULETAS TIP CANADIENS, MATER DE ALEA ALUM	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: La empresa aporta un par de muletas como muestra, las cuales difieren entre sí, ya que se observan las siguientes diferencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Color y dimensiones diferentes en la abrazadera. 2-Diferencias entre los remaches y los tornillos. 3-Color y forma diferente en el taco de la muleta. 4-Diferente ubicación de los botones de ajuste, en la muleta izquierda, son ubicados en su parte anterior y en la derecha en su parte posterior. 5-El mecanismo de seguridad para ajuste, son diferentes. <p>Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p>Por lo que no se recomienda registrar la muestra.</p>
70	IM-08-003	2000752	MULETAS TIP CANADIENS, MATER DE ALEA ALUM	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: En la ficha técnica del insumo se solicita: abrazaderas articuladas, la muestra presentada posee abrazadera no articulada. Se pide: Ajustable en altura y ajustable en antebrazo, la muestra presentada no posee ajuste en el antebrazo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p>Por lo que no se recomienda registrar la muestra.</p>
71	IM-08-008	2000743	RODILLERA CON ROTULA LIBRE, MEDIDAS 18cm	TRANSGLOBAL MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: con ballenas situadas a los lados de la rodilla para comprimir el ligamento rotuliano y producir una mayor estabilidad, la muestra presentada carece de las ballenas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución. No se recomienda registrar la muestra.</p>

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

Número de línea	Código SIMA	Código SIFA	Descripción	Observación
2	IM-01-010	2003379	APÓSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 15X20CM	Infructuoso por falta de ofertas
3	IM-01-021	2003500	APÓSITO SUPER ABSORBENTE BLANCO 10cmx22cm	Infructuoso por falta de ofertas
6	IM-01-145	2000050	TORUNDA DE ALGODÓN PAQUETE CON 200un	Infructuoso por falta de ofertas
9	IM-01-194	2002340	APÓSITO BIOCLUSIVO 8,5 cm X 11,5 cm	Infructuoso por falta de ofertas
11	IM-01-235	2002447	CINTA UMBILICAL, COLOR BLANCO	Infructuoso por falta de ofertas
13	IM-01-254	2002608	GUANTE QUIRURG N°8 ESTÉRIL LIBRE LATEX	Infructuoso por falta de ofertas
14	IM-01-299	2002664	SOND (CATE) SUCC CERRA FLEX C/P RED 16FR	Infructuoso por falta de ofertas
15	IM-01-312	2002338	APÓSITO ANTIMICROBIANO 9cm X 7cm +/- 1cm	Infructuoso por falta de ofertas
16	IM-01-316	2002348	APÓSITO HIDROCELULAR PARA TALÓN Y CODO	Infructuoso por falta de ofertas
18	IM-01-333	2002465	MASCARILLA ANESTESIA C/BALÓN INFLABL N°6	Infructuoso por falta de ofertas
21	IM-01-398	2002765	TUBO DE ASPIRACIÓN SIN CONECTOR, TRANSPAR	Infructuoso por incumplimiento técnico
22	IM-01-457	2002687	KIT TRAQUEOST PERCUT P/TÉCNIC GRIGGS 7FR	Infructuoso por falta de ofertas
23	IM-01-524	2002873	CATÉTER SELDINGER PARA PUNCIÓN ARTERIAL	Infructuoso por falta de ofertas
24	IM-01-582	2003782	MALLA ACET. CELULOSA SILICÓN 7.5 X 10CM	Infructuoso por falta de ofertas
25	IM-01-583	2003783	MALLA ACET CELULOS SILIC 12,5 cm X 15 cm	Infructuoso por falta de ofertas
26	IM-01-588	2003781	MATRIZ MODULADORA DE ACTIVIDAD PROTEASA	Infructuoso por incumplimiento técnico
27	IM-01-619	2003303	MALLA NO ADHERENTE ACETATO 7,6 CM X 21CM	Infructuoso por falta de ofertas
28	IM-01-636	2003580	KIT CON CATÉTER TORÁCICO PARA DRENAJ PLEU	Infructuoso por falta de ofertas
29	IM-02-055	2000073	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE DE 3 ml	Infructuoso por falta de ofertas
30	IM-02-061	2000075	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 10 ml	Infructuoso por falta de ofertas
31	IM-02-098	2002320	AGUJA EPIDURAL TUOHY DIÁMETRO 20GX88,9mm	Infructuoso por falta de ofertas
32	IM-02-100	2002636	AGUJA BLOQUEO DE NERVO SONOGRÁFICA DE 100MM	Infructuoso por falta de ofertas

33	IM-02-114	2002616	JERINGA TOOMEY 50-60 ml ADAPT LUER LOCK	Infructuoso por falta de ofertas
39	IM-03-112	2000114	SUJETADOR DE MANO PARA ADULTO	Infructuoso por falta de ofertas
42	IM-03-290	2001610	COMPRESA FRIA ESTANDAR, MEDIDAS 27,94	Infructuoso por falta de ofertas
43	IM-03-563	2002635	ACAPELLA DE BAJO FLUJO (MENOS 15 L)	Infructuoso por falta de ofertas
45	IM-03-614	2002653	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	Infructuoso por falta de ofertas
46	IM-03-627	2002565	FILTRO ANTIBACTERIANO P/VENTILADOR MECAN	Infructuoso por falta de ofertas
47	IM-03-666	2003014	PROTECTORES DE MANUBRIO,NÚMERO PART 8002	Infructuoso por falta de ofertas
53	IM-03-840	2004483	CATÉTER EXTERN MASCUL (PRESERV 36mm	Infructuoso por incumplimiento técnico
54	IM-04-037	2000145	MULETAS PEQUEÑA (PEDIÁTRICA),AJUSTABLE	Infructuoso por falta de ofertas
55	IM-04-049	2000150	RODILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA	Infructuoso por incumplimiento técnico
56	IM-04-064	2000155	TOBILLERA ELÁSTICA PEQUEÑA, UNA PIEZA,	Infructuoso por incumplimiento técnico
57	IM-04-073	2000158	VENDA ELÁSTICA DE 10 cm DE ANCHO,MASTER	Infructuoso por incumplimiento técnico
59	IM-04-092	2002556	FÉRULA FIBRA VIDRIO ROLLO 12.5cm X 4.5 m	Infructuoso por falta de ofertas
61	IM-05-091	2002563	FIJADOR SONDA,TIPO NASOGAST, PARA ADULT	Infructuoso por incumplimiento técnico
64	IM-07-019	2000188	FÉRULA TIPO RANA PARA DEDO, ALUMINIO FLE	Infructuoso por incumplimiento técnico
65	IM-07-031	2000192	RELLENO P/YESO 10CM ANCHO X 270CM LARGO	Infructuoso por falta de ofertas
66	IM-07-034	2000193	RELLENO P/YESO 15CM ANCHO X 270CM LARGO	Infructuoso por falta de ofertas
67	IM-07-043	2000196	VENDA DE YESO DE 10cm DE ANCHO	Infructuoso por falta de ofertas
68	IM-07-059	2001866	ACOLCHAMIENTO DE 7.5cm X 2.5mm x 2.4m	Infructuoso por falta de ofertas
69	IM-07-081	2002560	FÉRULA FIBRA DE VIDRIO ROLLO 5CM X 4.5M	Infructuoso por falta de ofertas
70	IM-08-003	2000752	MULETAS TIP CANADIENS,MATER DE ALEA ALUM	Infructuoso por incumplimiento técnico
71	IM-08-008	2000743	RODILLERA CON ROTULA LIBRE, MEDIDAS 18cm	Infructuoso por incumplimiento técnico
72	IM-08-010	2000748	RODILLERA MULTIARTICULADA LARGA TALLA S	Infructuoso por falta de ofertas
73	IM-08-012	2000754	COJÍN DE HULE, TIPO DONA, INFLABLE	Infructuoso por falta de ofertas
74	IM-08-013	2000753	COJÍN TIPO DONA,DE ESPUMA D URETANO 35cm	Infructuoso por falta de ofertas
77	IM-08-041	2003940	RODILLERA MULTIARTICULADA LARGA TALLA L	Infructuoso por falta de ofertas
78	IM-08-042	2003941	RODILLERA MULTIARTICULADA TALLA XL	Infructuoso por falta de ofertas

4. **LÍNEAS QUE NO FUERON VALORADAS:** Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los Proveedores ya cuenta con el registro en las mismas.

Número de renglón	Código SIMA	Código SIFA	Descripción	Oferente	Observaciones
35	IM-02-131	2003788	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 75 mm	AUTO MED CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Muestra registrada: MRI-0530-2019
36	IM-02-132	2003789	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 83 mm	AUTO MED CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Muestra registrada: MRI-0531-2019
38	IM-03-096	2000105	PAPEL GRADO MÉDICO P/ ESTERILIZAR ROLLO 7,5 CM	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Muestra registrada: MRI-0532-2019
62	IM-05-093	2002620	SISTEMA COLOSTOMIA AJUSTABLE DE DOS PIEZ	CENTRAL AMÉRICA PHARMA SUPPLY SOCIEDAD ANÓNIMA	Muestra registrada: MRI-0582-2019

Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", publicado en el Alcance N°2 a La Gaceta N°4 del 07 de enero del 2021.

Atentamente,

Licda. Katherine Phillips Quesada,
Subjefe Departamento de Proveeduría