



**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**12 julio del 2021
PROV-02872-2021**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(N°5-2021 IMPLEMENTOS)
(Tercer llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
MEDIANTE COMPRAS POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en su oficio CEDINS- 2079-2021 del 05 de julio 2021, comunica el resultado de la valoración de productos N°5 -2021 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°98 del lunes 24 de mayo 2021 (páginas 45 a la 48), la invitación a participar en la valoración de productos N°5-2021, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 23 de junio 2021 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

N° DE RENGLÓN	CÓDIGO SIFA	CÓDIGO SIMA	CLASIFICACIÓN SICOP	IDENTIFICACIÓN SICOP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS
1	2000012	IM - 01-018	42311510	92217846	APÓSITO SUPER ABSORBENTE BLANCO 30x20cm	3 unidades
2	2000030	IM - 01-078	42131611	92153172	GORRO DE ENFERMERA, POLIPROPILENO HIDROFILICO	1 unidad del empaque primario
3	2000052	IM - 01-150	42311545	92156103	VENDA GASA AMOLDABLE 10cm(+/-0,5CM) ANCHO	4 rollos
4	2000054	IM - 01-156	42311511	92152912	VENDA DE GASA AMOLDABLE 7.5CM	4 rollos
5	2002403	IM - 01-215	42143902	92223706	CATÉTER TORÁCICO RECTO N°32 FR, DE PVC,	3 unidades
6	2002602	IM - 01-249	42132205	92142133	GUANTES QUIRÚRGICOS N° 6 ESTÉRIL DESCART	1 caja del empaque secundario
7	2002606	IM - 01-252	42132205	92142132	GUANTES QUIRÚRGICOS N°7 ESTÉRIL LIBRE LATEX	1 caja del empaque secundario
8	2002621	IM - 01-290	42142541	92209686	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	3 unidades
9	2002534	IM - 01-353	42131704	92157989	PAÑO DE GASA ESTÉRIL PARA USO ABDOMINAL	3 unidades
10	2004260	IM - 01-662	42131702	92173220	PAQUETE DE ROPA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, PARA CIRUGÍA TIPO ARTROSCOPIA	3 unidades
11	2004261	IM - 01-663	42131702	92173130	PAQUETE ROPA DESCARTABLE PARA TÓRAX	3 unidades
12	2004262	IM - 01-664	42131702	92173039	PAQUETE ROPA QUIRÚRGICA DESCARTABLE P/CABEZA Y CUELLO	3 unidades
13	2004265	IM - 01-667	42131702	92173090	PAQUETE ROPA QUIRÚRGICA DESCARTABLE P/MIEMBRO SUPERIOR	3 unidades
14	2004266	IM - 01-668	42131702	92173100	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	3 unidades

15	2004267	IM - 01-669	42131701	92173186	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	3 unidades
16	2004280	IM - 01-670	42131702	92173345	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L	3 unidades
17	2004270	IM - 01-673	42131702	92173292	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECCIÓN	3 unidades
18	2004271	IM - 01-674	42131701	92166956	SABANA ESTÉRIL DESCARTABLE PARA PROCED QUIRÚRGICO	3 unidades
19	2000061	IM - 02-004	42142523	92153427	AGUJA HIPODÉRMICA N°18, ESTÉRIL, DESEC	1 caja del empaque secundario
20	2000064	IM - 02-013	42142523	92153428	AGUJA HIPODÉRMICA N°22, ESTÉRIL DESCART,38,1	1 caja del empaque secundario
21	2000076	IM - 02-064	42142609	92209795	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 20 ml	1 caja del empaque secundario
22	2000077	IM - 02-067	42142609	92157026	JERINGA HIPODÉRMICA, DESCARTABLE, INSUL	1 caja del empaque secundario
23	2000350	IM - 02-085	42222301	92167705	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, TIPO Y	3 unidades
24	2002327	IM - 02-103	42142541	92161447	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 25 X 8.89cm	3 unidades
25	2003503	IM - 02-126	42142523	92205648	JERINGA HPODÉRMICA DESCART DE 1 ml	1 caja del empaque secundario
26	2000103	IM - 03-091	42271802	92161927	MASCARILLA DE SISTEMA DE NEBULIZACIÓN	3 unidades
27	2000104	IM - 03-094	30181506	92161328	ORINAL PLÁSTICO	2 unidades
28	2001319	IM - 03-251	42132205	92206407	GUANTES DE ALTO RIESGO, TALLA M, LÁTEX NAT	1 caja del empaque primario
29	2001320	IM - 03-252	42132203	92156416	GUANTES DE ALTO RIESGO N°8, PARA EXÁMEN	1 caja del empaque primario
30	2004831	IM - 03-322	53102306	92180477	PAÑAL DESECHABLE EXTRA-GRANDE PARA ADULT	1 caja del empaque primario
31	2001900	IM - 03-372	42182299	92205298	TERMÓMETRO INFRARROJO, GRADO MEDICO PORTÁTIL	2 unidades

32	2002633	IM - 03-562	42251622	92166559	ACAPELLA PULMONAR DE ALTO FLUJO	2 unidades
33	2002541	IM - 03-591	42221902	92198878	EQUIPO PRESIÓN VENOSA CENTRAL ESCALA cm	2 unidades
34	2002820	IM - 03-657	42221507	92153598	KIT TOMA DE VÍAS PERIFÉRICAS, CONTIENE 1	3 unidades
35	2003025	IM - 03-671	42142702	92154189	CONECTOR PARA SONDA EN Y, ADAPTABLE	3 unidades
36	2003220	IM - 03-698	42132203	92155026	GUANTE DE ALTO RIESGO N° 6,5, NO ESTÉRIL	1 caja del empaque primario
37	2003362	IM - 03-767	46171501	92149822	CANDADO P/CONTENEDOR RÍGIDO C/IND PRO/VAP	1 unidad del empaque primario
38	2003372	IM - 03-778	42281808	92195005	PAPEL MIXTO GRADO MEDICO ROLLO 10CM C/IN	1 rollo
39	2003100	IM - 03-780	41104929	92142121	FILTROS P/CONTENEDOR RÍGIDO DESCARTABLES	1 unidad del empaque primario
40	2003937	IM - 03-800	42241701	92154908	BOTA ORTOPÉDICA INMOVILIZADORA TALLA M	1 unidad
41	2004095	IM - 03-807	42272224	92151887	CIRCUITO PARA VMP COMPATIBLE WM 28193	2 unidades
42	2004590	IM - 03-841	42272301	92182421	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADULTO	2 unidades
43	2000132	IM - 04-009	42241801	92194948	CABESTRILLO DE TELA EXTRAGRANDE	1 unidad
44	2000147	IM - 04-041	42241809	92190080	INMOVILIZADOR DE HOMBRO (WATSON JOHNES)	1 unidad
45	2000154	IM - 04-061	42241701	92162327	TOBILLERA ELÁSTICA MEDIANA DE UNA PIEZA	1 unidad
46	2000161	IM - 04-080	42241802	92219216	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALLA M	1 unidad
47	2000162	IM - 04-081	42241802	92219217	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALLA L	1 unidad

48	2001742	IM - 05-086	42231601	92194603	SONDA GASTROSTOMÍA PARA PEG 3.5cm	2 unidades
49	2003508	IM - 05-117	42231601	92189924	SONDA GASTROSTOMIA (PEG) 4,5 fr,BAJO PERFIL	2 unidades
50	2004061	IM - 06-034	42192501	92179939	KIT COBERTOR PLÁSTICO PARA ULTRASONIDO CON GEL	3 unidades
51	2000183	IM - 07-007	42131718	92166186	ESTOQUINETA DE 10 cm (+/- 1 cm) DE ANCHO	1 rollo

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 59 muestras de 16 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Cantidad de Líneas
Corporación Sandoval y Sandoval	1
Asepsia Médica Centroamericana S. A	1
Imarhos S. A	1
Sana Care Medical C.R. LTDA	9
Comercializadora Médica Centroamericana	2
WALCAS C.R. Representaciones	2
Elástica Surqui S. A	1
Boston Scientific	2
Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	3
Transglobal Medical S. A	1
Laboratorios Zeledón S. A	1
Grupo Unihospi S. A	5
Hospimédica S. A	5
FGS Medical (FGS S.A)	2
Yiré Médica HP S.A	17
New Medical S. A	6
Total	59

Los siguientes proveedores presentaron varias muestras para una misma línea, según se detalla:

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÓDIGO DE REFERENCIA	N° REGISTRO EMB
10	IM - 01-662	PAQUETE ROPA QUIRURG DESCART P/ARTROSCOP	New Medical S. A	16122142 12034430	EMB-ES-19-01506 Clase 1
				40000016 12012330	EMB-ES-19-01506 Clase 1
30	IM - 03-322	PAÑAL DESECHABLE EXTRA-GRANDE PARA ADULTO	WALCAS C.R. Representaciones	43071 Abri Form XL4	Clase 1
				43069 Abri Form XL2	Clase 1
34	IM - 03-657	KIT TOMA DE VÍAS PERIFÉRICAS, CONTIENE 1	Yiré Médica HP S.A.	DYND74277	EMB-US-18-03807
				DYND74278	EMB-US-18-03807

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 16 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante su oficio CEDINS-02079-2021 del 05 de julio 2021, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÉDULA JURÍDICA
2	IM - 01-078	2000030	GORRO DE ENFERMERA, POLIPROPILENO HIDROF	Grupo Unihospi S. A	3-101-273643
12	IM - 01-664	2004262	PAQUETE ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZYCUELL	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
14	IM - 01-668	2004266	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
15	IM - 01-669	2004267	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
16	IM - 01-670	2004280	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
17	IM - 01-673	2004270	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	SanaCare Medical CR Ltda.	3-102-771915
18	IM - 01-674	2004271	SABANA ESTÉRIL DESCART PARA PROCED QUIRU	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831

19	IM - 02-004	2000061	AGUJA HIPODÉRMICA Nº °18, ESTÉRIL, DESEC	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
26	IM - 03-091	2000103	MASCARILLA DE SISTEMA DE NEBULIZACION	Comercializadora Médica Centroamericana	3-101-358504
39	IM - 03-780	2003100	FILTROS P/CONTENEDOR RÍGIDO DESCARTABLES	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	3-102-749824
42	IM - 03-841	2004590	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	Transglobal Medical S.A.	3-101-547337
43	IM - 04-009	2000132	CABESTRILLO DE TELA EXTRAGRANDE	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
48	IM - 05-086	2001742	SONDA GASTROSTOMÍA PARA PEG 3.5cm	Corporación Sandoval y Sandoval S. A	3-101-128560
50	IM - 06-034	2004061	KIT COBERT PLAST PARA ULTRASONID CON GEL	Sana Care Medical CR Ltda	3-102-771915
51	IM - 07-007	2000183	ESTOQUINETA DE 10 cm (+/- 1 cm) DE ANCH	Imarhos S. A	3-101-112620

				Elástica Surqui S. A	3-101-019723
				Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	3-102-749824

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

N°	CÓDIGO SIFA	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	INCUMPLIMIENTO
1	2000012	IM - 01-018	APÓSITO SÚPER ABSORBENTE BLANCO 30x20cm	Hospimédica S. A	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del insumo se solicita: Con capacidad de absorción de 250 ml como mínimo. Sin posibilidad de derrames, se aplican 250cc de agua a la muestra presentada y el líquido se derrama de forma abundante. No contiene

					suficiente material gelificante que contenga el exudado. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
2	2000030	IM - 01-078	GORRO DE ENFERMERA, POLIPROPILENO HIDROF	Yiré Médica HP S. A	Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita unitalla, la muestra presentada por el proveedor, indica en su empaque primario, ser talla M. Por lo anterior se no cumple con lo solicitado por la institución.
8	2002621	IM - 01-290	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	Yiré Médica HP S.A.	Incumple. En la ficha técnica se solicita: 1 jeringa 3 cc, la muestra presentada posee una Jeringa 5cc. Adicional el producto posee los siguientes insumos que no son requeridos en la ficha: 2 agujas de infiltración y una ampolla de lidocaína al 1%, los cuales no son requeridos a nivel de ficha técnica, lo que presume un costo extra del producto y difiere de las muestras que ya se tienen registradas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
10	2004260	IM - 01-662	PAQUETE ROPA QUIRURG DESCART P/ARTROSCOP	SanaCare Medical C.R. Ltda.	Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita: 1 malla elástica tubular impermeable, 30 cm (+/-1 cm) x 122 cm (+/-1 cm), la muestra presentada posee una malla elástica tubular impermeable de 22.81cm x 121.92cm, la cual sería muy pequeña y no se podría utilizar en usuarios de talla Grande. Se requiere: 1 campo absorbente para preparar extremidad inferior de 60 cm (+/- 5 cm) x 120 cm (+/-5 cm), la muestra presentada no cuenta con dicho campo. Se solicita: 1 sabana de artroscopia de rodilla con bolsa recolectora de líquidos, 220 cm (+/-10 cm) ancho x 310 cm (+/-10 cm), con sujetadores para tubos, la muestra presentada es de 232cm x 300cm. La muestra trae adicional una sábana impermeable abierta en U de 185 cm (+/-10 cm) x 150 cm (+/- 15 cm), que no se solicita en la ficha técnica, que presume puede elevar el

					costo del paquete y que difiere de las muestras previamente registradas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				New Medical S. A	<p>Incumple. N° de Referencia - Código: 16122142-12034430 y 40000016-12012330 –</p> <p>En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento- En la ficha técnica del producto, se solicita: 1 bata quirúrgica, talla L, nivel AAMI 4, con reforzamiento interno enfrente y mangas, con toalla</p>

					<p>para manos. 1 bata quirúrgica, talla L, nivel AAMI 3, con toallas para manos, en la muestra presentada no es posible verificar en las batas, el nivel AAMI de las mismas. Se requiere: 1 cobertor para mesa de mayo tipo funda impermeable 58 cm (+/- 5 cm) x 135 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 80cm x 150cm. Debe contener: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-5 cm) de ancho x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 150cm x 200cm. Debe contener: 1 campo absorbente para preparar extremidad inferior de 60 cm (+/- 5 cm) x 120 cm (+/-5 cm) la muestra presentada carece de dicho campo. Se requiere: 1 sabana impermeable abierta en U de 185 cm (+/-10 cm) x 150 cm (+/- 15 cm). La fenestración en U es de 12 cm (+/-2 cm) X 55 cm (+/- 2 cm), la muestra presentada es de 150cm x 200cm, con una fenestración de 6cm x 65cm, para este tipo de sábana el paquete trae dos y solo solicitamos una, lo cual presume un costo más elevado del producto y difiere de las muestras previamente registradas.</p>
				Yiré Médica HP S.A.	<p>Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-5 cm) de ancho x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada por el proveedor es de 139cm x 230cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

11	2004261	IM - 01-663	PAQUETE ROPA DESCARTABLE PARA TÓRAX	SanaCare Medical C.R. Ltda.	<p>Incumple: En la ficha técnica del producto se solicita: 2 batas quirúrgica talla L, nivel AAMI 3, con toalla de manos. 1 bata quirúrgica, nivel AAMI 3, con una toalla de manos, talla grande o superior; empacada en forma individual, la muestra presentada por el proveedor contiene 3 batas talla L, Nivel AAMI 3, pero cada una está empacada en forma individual, no dentro del paquete como es solicitado. Debe contener: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente 125 cm (+/-15 cm) x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 220cm x 126cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Grupo Unihospi S. A	<p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los</p>

					correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto.
12	2004262	IM - 01-664	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZYCUELL	SanaCare Medical C.R. Ltda.	Incumple. En la ficha técnica se solicita: 1 sabana para cabeza tipo turbante de 100 cm (+/- 5 cm) x 70 cm (+/- 12 cm) impermeable, la muestra presentada es de 110cm x 86cm. Adicional contiene dos campos de 66cm x 38.5cm, los cuales no son solicitados en la ficha técnica, lo cual presume un costo diferente el producto y difiere de las muestras previamente registradas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				New Medical S. A	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica se solicita: 2 batas quirúrgica talla L, nivel AAMI 3, con toalla de manos. 1 bata quirúrgica, nivel AAMI 3, con una toalla de manos, talla grande o superior; empacada en forma individual., no se puede

					<p>verificar el nivel AAMI de las batas, ya que no se indica. Debe de contener: 1 cobertor para mesa de mayo tipo funda impermeable 58 cm (+/- 5 cm) de ancho x 135 cm (+/- 5 cm) en la parte superior debe tener un reforzamiento antideslizante, la muestra presentada es de 80cm x 148cm. Se solicita: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-15 cm) x 230 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 150cm x 238cm. Debe de contener: 1 sabana para cabeza tipo turbante de 100 cm (+/- 5 cm) x 70 cm (+/- 12 cm) impermeable, la muestra presentada carece de la sábana para cabeza tipo turbante. Se requiere: 1 sabana abierta de 190 cm (+/- 10 cm) x 300 cm (+/- 25 cm) con fenestración en U de 7,5 cm (+/- 0,5 cm) x 60 cm (+/- 10 cm), con área reforzada alrededor de la fenestración nivel 4 según AAMI, que brinde absorción y no permita que los instrumentos se deslicen, con sujetadores para tubos, la muestra presentada es de 214cm x 252cm, con una fenestración de 95cm x 5cm. Cabe indicar que la muestra presentada cuenta con los siguientes insumos adicionales, que no son solicitadas en la ficha técnica: 1 contador de agujas magnético, 1- Raspador de Bisturí, 1 marcador quirúrgico con regla. 1 sábana "Campo para Craneotomía" de 206cm x 325cm, se presume que dicho paquete puede tener un costo más elevado por los insumos extras, así mismo, difiere de las muestras previamente registrada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
--	--	--	--	--	--

13	2004265	IM - 01-667	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SÚPER	SanaCare Medical C.R. Ltda.	<p>Incumple. En la ficha técnica, se solicita: 1 campo quirúrgico. 195 cm (+/- 5 cm) x 150 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 134cm x 250cm. Se solicita: 1 sabana impermeable 150 cm (+/- 5 cm) x 180 cm (+/- 5 cm) con fenestrada en U de 10 cm (+/- 2 cm) x 53 cm (+/- 2 cm), la muestra presentada es de 150cm x 212cm, con una fenestración de 20cm x 75cm. Debe de contener: 1 sabana de miembro superior con refuerzo en el área central, 190 cm (+/- 5 cm) o x 305 cm (+/- 5 cm) con sujetadores para tubos, con fenestración circular flexible de 3,5cm (+/- 0,5 cm), la muestra presentada es de 190cm x 255cm, con una fenestración en U, no circular flexible de 100cm x 15cm. Cabe indicar que el paquete trae los siguientes insumos adicionales, que no son requeridos en la ficha técnica: 4 campos con adhesivos no absorbentes y 1 estoquinet impermeable de 30.5cm x 122cm, lo cual presume que el paquete pueda tener un costo elevado y que difiere de las muestras previamente registradas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Yiré Médica HP S.A.	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe de contener: 1 sabana de miembro superior con refuerzo en el área central, 190 cm (+/- 5 cm) o x 305 cm (+/- 5 cm) con sujetadores para tubos, con fenestración circular flexible de 3,5cm (+/- 0,5 cm), la muestra presentada es una sábana de 193cm x 302cm, con una fenestración de 5.5cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

14	2004266	IM - 01-668	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	SanaCare Medical C.R. Ltda.	Incumple. En la ficha técnica se solicita: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-15 cm) x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada por el proveedor es de 220cm x 110cm. Debe contener: 1 sábana de 150 cm (+/-3 cm) x 110 cm (+/- 3 cm), la muestra presentada: 142cm X 100cm. Se solicita: 1 campo subgluteal impermeable de 105 cm (+/- 5 cm) x 115 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 92cm x 125cm. Adicional trae, una bolsa para suturas de papel y un campo adhesivo, lo cual presume un costo adicional y que difiere de la muestra previamente registrada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
15	2004267	IM - 01-669	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	SanaCare Medical C.R. Ltda.	Incumple. En la ficha técnica se solicita: 1 sabana de artroscopia de hombro con bolsa recolectora de líquidos, tamaño de 400 cm (+/-10 cm) x 250 cm (+/-10 cm), la cual presente un área fenestrada de 6 cm (+/-2 cm), la muestra presentada por el proveedor es de 411cm x 262cm, con una fenestración circular de 14cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
16	2004280	IM - 01-670	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L	Asepsia Médica Centro americana S. A	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI, la muestra presentada indica el nivel de cumplimiento 3 AAMI, ni en su empaque. Cabe indicar que el proveedor aporta nota emitida por el fabricante en el cual indican que el nivel de cumplimiento AAMI es 2 y 3, sin embargo, la nota es dada en idioma inglés. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

				Comercializadora Médica Centroamericana	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI, la muestra presentada no indica el nivel de cumplimiento AAMI, ni en su empaque, ni en el producto. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				Hospimédica S. A	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, la muestra presentada indica en su empaque ser nivel 3, sin embargo, la bata presentada, no se observa el refuerzo requerido para cumplir con el nivel AAMI requerido. Además, debe cumplir con: Envueltas en tela no tejida grado médico y que sirva como cobertor de mesa semilunar, la muestra presentada no es envuelta en tela no tejida. Debe contener: con toalla de manos, la muestra presentada carece de la toalla de mano. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				New Medical S. A	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden

					alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
17	2004270	IM - 01-673	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	Hospimédica S.A.	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: el Cumplimiento de las normas ASTM F1670 y F1671, la muestra presentada no cumple con la normativa requerida para dicho insumo. Proveedor aporta una nota, en la cual indica "De acuerdo con la información suministrada por el fabricante del producto y debido a la naturaleza del material de fabricación, no aplica la normativa ASTM F1670 y F1671.", cabe indicar que la normativa ASTM F1670 y F1671, es una propiedad requerida para este tipo de prendas, porque permite garantizar la contaminación de patógenos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				Yiré Médica HP S.A.	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Talla universal, la muestra presentada indica ser regular, en su empaque secundario se indica talla L. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
18	2004271	IM - 01-674	SABANA ESTÉRIL DESCART PARA PROCED QUIRU	SanaCare Medical C.R. Ltda.	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los

					proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
				New Medical S. A	<p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del insumo, se solicita: Dimensiones de la sabana: 192 cm (+/- 5 cm) x 153 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 175cm x 175cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

19	2000061	IM - 02-004	AGUJA HIPODÉRMICA Nº °18, ESTÉRIL, DESEC	Grupo Unihospi S. A	<p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del producto, se solicita: El empaque debe llevar información relativa a las dimensiones de la aguja en sistema métrico y americano, la muestra presentada, no posee la información correspondiente a las dimensiones de la aguja, lote, fecha de vencimiento, ni demás datos requeridos en el empaque primario del producto, siendo que el mismo está en blanco en una de sus caras y la otra cara es transparente, la información del fabricante en el empaque primario es fundamental para la trazabilidad del insumo, en especial en este tipo de producto, que es estéril y que es invasivo. Por lo anterior la muestra presentada por el proveedor no cumple con lo requerido por la institución.</p>
----	---------	-------------	---	------------------------	---

20	2000064	IM - 02-013	AGUJA HIPODERM N°22, ESTÉRIL DESCART,3,81	Grupo Unihospi S. A	<p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del producto, se solicita: El empaque debe llevar información relativa a las dimensiones de la aguja en sistema métrico y americano, la muestra presentada, no posee la información correspondiente a las dimensiones de la aguja, lote, fecha de vencimiento, ni demás datos requeridos en el empaque primario del producto, siendo que el mismo está en blanco en una de sus caras y la otra cara es transparente, la información del fabricante en el empaque primario es fundamental para la trazabilidad del insumo, en especial en este tipo de producto, que es estéril y que es invasivo. Por lo anterior la muestra presentada por el proveedor no cumple con lo requerido por la institución.</p>
----	---------	-------------	---	------------------------	---

23	2000350	IM - 02-085	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, TIPO Y	Laboratorios Zeledón S.A.	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés y en italiano. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
30	2004831	IM - 03-322	PAÑAL DESECHABLE EXTRA-GRANDE PARA ADULT	WALCAS C.R. Representaciones	Incumple. Código de referencia: 43071 Abri Form XL4 y el 43069 Abri Form XL2- En la ficha técnica se solicita: para una persona mayor a 110kg, lo cual no se puede verificar ni en la literatura aportada, ni en el empaque del mismo. Debe contener: CON ALOE VERA Y VITAMINA E, la muestra no posee Aloe Vera, ni Vitamina E. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

34	2002820	IM - 03-657	KIT TOMA DE VÍAS PERIFÉRICAS, CONTIENE 1	Yiré Médica HP S. A	<p>Incumple. Código de referencia: DYND74277 y el DYND74278-En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma esta dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del producto se solicita con 1 etiqueta de procedimiento para anotar la fecha de colocación, la muestra presentada no cuenta con dicha etiqueta para la rotulación de la fecha. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
37	2003362	IM - 03-767	CANDADO P/CONTENEDO RIGIDO C/IND PRO/VAP	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<p>Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Que contenga un sello de seguridad que permita identificar cuando un contenedor ha sido violentado, la muestra presentada por el proveedor no es de la calidad requerida, siendo que el material de fabricación del mismo es muy débil y flexible, el cual se dobla, sin romperse. Por lo anterior los contenedores pueden ser manipulados y contaminarse, sin poder identificar que el mismo fue violentado. Por tanto, no cumple con lo requerido por la institución.</p>

38	2003372	IM - 03-778	PAPEL MIXTO GRADO MÉDICO ROLLO 10CM C/IN	Grupo Unihospi S. A	Incumple. En la ficha técnica de la muestra se solicita: Presentación de rollo de 10 cm de ancho X 200 m de largo, la muestra presentada por el proveedor es de 10cm de ancho * aproximadamente 105metros de largo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
42	2004590	IM - 03-841	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	Yiré Médica HP S.A.	Incumple. En la ficha técnica, Una válvula que regule la presión positiva espiratoria final (válvula PEEP), la muestra presentada por el proveedor carece de dicha válvula. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
45	2000154	IM - 04-061	TOBILLERA ELÁSTICA MEDIANA DE UNA PIEZA	Hospimédica S.A	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Tobillera elástica mediana de una pieza, la muestra presentada no indica la talla. Cabe indicar que la muestra no posee la marca del fabricante. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. Es importante indicar que la empresa Hospimédica, ha presentada la muestra de la Marca I-M, con el código ES-901, para la clave IM - 04058 TOBILLERA ELASTICA GRANDE, la cual está registrada con el código MRI-0193-2020.
46	2000161	IM - 04-080	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALL M	Hospimédica S. A	Incumple. La ficha técnica del insumo solicita: con un ancho de 27,5 cm (+ 5 cm), la muestra presentada es de 25cm. De contener: cuatro bandas elásticas, la muestra presentada posee dos bandas elásticas. Se requiere: la faja debe tener cierre en velcro (mínimo 18 cm de ancho), la muestra presentada es de 15cm de ancho. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

48	2001742	IM - 05-086	SONDA GASTROSTOMÍA PARA PEG 3.5cm	Boston Scientific	Incumple. En la ficha técnica se solicita: de 24 FR de 3.5 cm de profundidad, la muestra presentada por el proveedor es de 024Fr de 2.4cm. Debe de contener: jeringa de 5 a 12 cc, la muestra presentada por el proveedor no posee dicha jeringa. Se requiere: semitransparente con mecanismo de fijación tipo balón inflable, la muestra presentada no es tipo balón inflable. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
49	2003508	IM - 05-117	SONDA GASTROSTOMÍA (PEG)4,5 fr,BAJO PERFI	Boston Scientific	Incumple. En la ficha técnica se solicita: de 24 FR de 4.5 cm de profundidad, la muestra presentada por el proveedor es de 024Fr de 2.4cm. Debe de contener: jeringa de 5 a 12 cc, la muestra presentada por el proveedor no posee dicha jeringa. Se requiere: semitransparente con mecanismo de fijación tipo balón inflable, la muestra presentada no es tipo balón inflable. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
50	2004061	IM - 06-034	KIT COBERT PLAST PARA ULTRASONID CON GEL	New Medical S. A	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C. R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su

					<p>acatamiento. En la ficha técnica, se solicita: Un cobertor de plástico transparente de 16 cm (+/- 1 cm) x 125 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada por el proveedor es de 18cm*250cm. Debe de poseer: Dos ligas de hule libre de látex, la muestra presentada no posee dichas ligas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Yiré Médica HP S.A.	Incumple. No aporta el Registro de EMB para la muestra presentada.
51	2000183	IM - 07-007	ESTOQUINETA DE 10 cm (+/- 1 cm) DE ANCH	FGS Medical (FGS S.A.)	<p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

N° DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	IM - 01-018	2000012	APÓSITO SUPER ABSORBENTE BLANCO 30x20cm	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Hospimédica S.A)
3	IM - 01-150	2000052	VENDA GASA AMOLDABLE 10cm(+/- 0,5CM) ANCHO	Infructuosa por falta de oferentes.
4	IM - 01-156	2000054	VENDA DE GASA AMOLDABLE 7.5CM	Infructuosa por falta de oferentes.
5	IM - 01-215	2002403	CATÉTER TORÁCICO RECTO N°32 FR, DE PVC	Infructuosa por falta de oferentes.
6	IM - 01-249	2002602	GUANTES QUIRÚRGICOS N° 6 ESTERIL DESCART	Infructuosa por falta de oferentes.
7	IM - 01-252	2002606	GUANTE QUIRÚRGICOS N°7 ESTERIL LIBRE LATEX	Infructuosa por falta de oferentes.
8	IM - 01-290	2002621	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Yiré Médica HP S.A)
9	IM - 01-353	2002534	PAÑO DE GASA ESTÉRIL PARA USO ABDOMINAL	Infructuosa por falta de oferentes.
10	IM - 01-662	2004260	PAQUETE ROPA QUIRURG DESCART P/ARTROSCOP	Infructuosa por incumplimiento técnico. (New Medical S.A-SanaCare Medical C.R. Ltda-Yiré Médica HP S.A)
11	IM - 01-663	2004261	PAQUETE ROPA DESCARTABLE PARA TÓRAX	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Grupo Unihospi S.A-SanaCare Medical C.R. Ltda.)
13	IM - 01-667	2004265	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER	Infructuosa por incumplimiento técnico. (SanaCare Medical C.R. Ltda-Yiré Médica HP S.A)
20	IM - 02-013	2000064	AGUJA HIPODÉRMICA N°22, ESTÉRIL DESCART,3,81	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Grupo Unihospi S.A)

21	IM - 02-064	2000076	JERINGA HIPODÉRMICA DESCARTABLE 20 ml	Infructuosa por falta de oferentes.
22	IM - 02-067	2000077	JERINGA HIPODÉRMICA, DESCARTABLE, INSUL	Infructuosa por falta de oferentes.
23	IM - 02-085	2000350	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, TIPO Y	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Laboratorios Zeledón S.A)
24	IM - 02-103	2002327	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 25 X 8.89cm	Infructuosa por falta de oferentes.
25	IM - 02-126	2003503	JERINGA HIPODÉRMICA DESCART DE 1 ml	Infructuosa por falta de oferentes.
27	IM - 03-094	2000104	ORINAL PLÁSTICO	Infructuosa por falta de oferentes.
28	IM - 03-251	2001319	GUANTES DE ALTO RIESGO, TALLA M, LÁTEX NAT	Infructuosa por falta de oferentes.
29	IM - 03-252	2001320	GUANTES DE ALTO RIESGO N°8, PARA EXÁMEN	Infructuosa por falta de oferentes.
30	IM - 03-322	2004831	PAÑAL DESECHABLE EXTRA-GRANDE PARA ADULT	Infructuosa por incumplimiento técnico. (WALCAS C.R. Representaciones)
31	IM - 03-372	2001900	TERMÓMETRO INFRARROJO, GRADO MÉDICO PORT	Infructuosa por falta de oferentes.
32	IM - 03-562	2002633	ACAPELLA PULMONAR DE ALTO FLUJO	Infructuosa por falta de oferentes.
33	IM - 03-591	2002541	EQUIPO PRESIÓN VENOSA CENTRAL ESCALA cm	Infructuosa por falta de oferentes.
34	IM - 03-657	2002820	KIT TOMA DE VÍAS PERIFÉRICAS, CONTIENE 1	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Yiré Médica HP S.A)
35	IM - 03-671	2003025	CONECTOR PARA SONDA EN Y, ADAPTABLE	Infructuosa por falta de oferentes.
36	IM - 03-698	2003220	GUANTE DE ALTO RIESGO N° 6,5, NO ESTÉRIL	Infructuosa por falta de oferentes.
37	IM - 03-767	2003362	CANDADO P/CONTENEDOR RÍGIDO C/IND PRO/VAP	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
40	IM - 03-800	2003937	BOTA ORTOPÉDICA INMOVILIZADORA TALLA M	Infructuosa por falta de oferentes.
41	IM - 03-807	2004095	CIRCUITO PARA VMP COMPATIBLE WM 28193	Infructuosa por falta de oferentes.
44	IM - 04-041	2000147	INMOVILIZADOR DE HOMBRO (WATSON JOHNES)	Infructuosa por falta de oferentes.

45	IM - 04-061	2000154	TOBILLERA ELÁSTICA MEDIANA DE UNA PIEZA	Infructuosa por incumplimiento técnico (Hospimédica S.A)
46	IM - 04-080	2000161	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALL M	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Hospimédica S.A)
47	IM - 04-081	2000162	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALL L	Infructuosa por falta de oferentes.
49	IM - 05-117	2003508	SONDA GASTROSTOMÍA(PEG)4,5 fr,BAJO PERFI	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Boston Scientific)

4. Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los Proveedores ya cuentan con el registro en las mismas:

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIFA	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	OBSERVACIÓN
38	2003372	IM - 03-778	PAPEL MIXTO GRADO MEDICO ROLLO 10CM C/IN	FGS Medical (FGS S.A)	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: IMR-0642-2019

Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", publicado Alcance N°2 a La Gaceta N° 4 del jueves 07 de enero 2021.

**Atentamente,
Departamento de Proveeduría**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez,
Jefe**

CC: Expediente/Informe compra por requerimiento 5-2021 Implementos -YHC