

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS
07 de junio del 2021
PROV-02286-2021

MBA.Marianella Barboza Ugalde
Gerente General
Hospimédica.

Referencia: Consulta realizada por la empresa Hospimédica Valoración Previa 5-2021 Implementos (Tercer llamado).

Mediante su nota recibida el 01 de junio 2021, donde realiza las consultas relacionadas con las siguientes con las fichas técnicas:

N°	Clave SIMA	Descripción
9	IM - 01-353	PAÑO DE GASA ESTÉRIL PARA USO ABDOMINAL
27	IM - 03-094	ORINAL PLÁSTICO
40	IM - 03-800	BOTA ORTOPÉDICA INMOVILIZADORA TALLA M
43	IM - 04-009	CABESTRILLO DE TELA EXTRAGRANDE
44	IM - 04-041	INMOVILIZADOR DE HOMBRO (WATSON JOHNES)
46	IM - 04-080	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALL M
47	IM - 04-081	FAJA CON SOPORT PARA ESPALDA BAJA.TALL L

A respecto, en oficio PROV-02213-2021 del 02 de junio 2021 se solicitó criterio a la Unidad Usuaría (CEDINS), quienes mediante oficio CEDINS-01704-2021 del 03 de junio 2021, indicaron lo siguiente:

Especificaciones Técnicas:

1- IM - 01-353- PAÑO DE GASA ESTÉRIL PARA USO ABDOMINAL.

... "Solicitud del proveedor:

"La ficha técnica del producto solicita lo siguiente "En una de sus esquinas (borde) tiene firmemente inserto un elemento radiopaco de 10cm de largo x 1.05cm de ancho..."

Con el interés de participar, respetuosamente solicitamos modificar la medida del ancho del paño donde tiene inserto el elemento radiopaco a 1.05cm +/- 0.5cm de ancho". Ya que en el mercado existen diferentes anchos, mintiéndose en fin último del insumo.

Criterio de la institución

Se analiza la solicitud planteada por el proveedor, para la ampliación de las medidas del inserto radiopaco, de 10cm de largo x 1.05cm de ancho a 1.05cm +/- 0.5cm de ancho, misma que se rechaza, siendo que dicho rango planteado por el proveedor, podría conllevar a recibir producto de 0.5cm de ancho, lo cual no resulta funcional para satisfacer las necesidades operativas requeridas por la Administración, debido a que resultaría muy angosto y, puede dificultar la detección del mismo, pudiendo ocasionar además complicaciones o desmejoras en el servicio ofrecido a nuestros usuarios."...

2- IM-03-094 ORINAL PLÁSTICO:

... "Solicitud del proveedor:

La ficha técnica del producto solicita lo siguiente "Orinal plástico... con capacidad de un litro..."

Con el interés de participar, respetuosamente solicitamos modificar la capacidad del orinal a "capacidad de 800ml a un litro", ya que en el mercado existen diferentes rangos de capacidad de este insumo, considerándose que 800ml cumple con el fin último de insumo.

Criterio de la institución

Se analiza la solicitud planteada por el proveedor, en ampliar el rango de la capacidad de 800ml a 1000ml, se rechaza la propuesta dada por el proveedor, debido a que establecer el rango de 800cc a 1000cc, no es funcional para la Administración por cuanto, la capacidad de 800ml es insuficiente para nuestros usuarios, los cuales son población adulta; sin dejar de lado que, en caso de aceptar dicho rango se estaría violentando el principio de igualdad de participación, ya que los precios de los productos con cada una

de las capacidades indicadas difieren entre sí, según su capacidad; por lo cual no son comparables entre sí.”...

3- Guía para la presentación de muestras, Apartado N°2. Observaciones

... “Solicitud del proveedor:

... “Inciso 2- de la guía establece que para las siguientes líneas de productos deben de indicar el nivel de protección AAMI en la prenda y/o en el etiquetado del paquete:

Clave SIMA	Nombre Corto SIFA
IM - 03-800	BOTA ORTOPÉDICA INMOVILIZADORA TALLA M
IM - 04-009	CABESTRILLO DE TELA EXTRAGRANDE
IM - 04-041	INMOVILIZADOR DE HOMBRO (WATSON JOHNES)
IM - 04-080	FAJA CON SOPORTE PARA ESPALDA BAJA.TALL M
IM - 04-081	FAJA CON SOPORTE PARA ESPALDA BAJA.TALL L

Criterio de la institución

Se hace la aclaración que para las líneas del cuadro adjunto se debe de presentar el Certificado de Marca del producto dado en el país de origen.

Las líneas que deben de indicar el nivel AAMI son:

Clave SIMA	Nombre Corto SIFA
IM - 01-662	PAQUETE ROPA QUIRÚRGICA DESCARTABLE P/ARTROSCOP
IM - 01-663	PAQUETE ROPA DESCARTABLE PARA TÓRAX
IM - 01-664	PAQUETE ROPA QUIRÚRGICA DESCARTABLE P/CABEZUCUPELL
IM - 01-667	PAQUETE ROPA QUIRÚRGICA DESCARTABLE P/MIEMB SUPER
IM - 01-668	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL
IM - 01-670	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

Cualquier consulta adicional, quedamos a la orden.” ...

**Atentamente,
Departamento de Proveeduría**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe**

CC. archivo / Respuesta-Hospimédica / YHC