

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

09 de setiembre del 2022
PROV-04266-2022

Señor
Sebastián Esquivel Delgado, Apoderado Generalísimo
Sumedco de Costa Rica
Presente.

Referencia: Respuesta oficio IMA-024-2022. Valoración Previa (Listado N°5.2022 Implementos). Compras por Requerimiento

Estimado señor

En respuesta a su solicitud de ampliación de ficha técnica (IM-02-130 Kit Catéter Venoso Periférico Central 4 fr.), se informa que en oficio CEDINS-02852-2022 del 09 de setiembre del 2022, el Centro de Distribución y Logística, atiende lo requerido en los siguientes términos:

(...) nota de la Empresa SUMEDCO, donde solicitan una modificación de la ficha técnica número R-98 "IM-02-130 KIT CATETER VENOSO PERIFERICO CENTR 4Fr", informamos que, por parte del CEDINS se procedió a valorar la propuesta, según el siguiente detalle:

Ficha técnica actual:

IM-02-130 KIT CATETER VENOSO PERIFERICO CENTR 4Fr

Catéter picc de poliuretano 4 Fr. Con aleta de fijación. Longitud del catéter: 60 cm. Diámetro interno 0,5- 0.8 mm / 1,0-1,5 mm. Material: Poliuretano radiopaco. Guía en J. Volumen muerto 0,2-0,8 ml. Flujo: 5-10 m./min. Marcas de profundidad cada 5 centímetros. Extremo distal marcado. Clamp de seguridad. Introdutor: Aguja de Punción Pelable de 14-20 G, para técnica Seldinger. Bisturí. Jeringa 5 cc . Traer impreso indicaciones de uso. Resistente a la manipulación y almacenaje. Empaque que garantice la esterilidad e integridad del producto, con rotulación de fecha de fabricación y fecha de vencimiento en empaque primario.

Solicitud del proveedor:

"Por lo anterior, y en aras de que no se nos violente el Principio de la Libre Competencia, solicitamos por favor puedan ampliar la longitud permitiendo lo siguiente:

Catéter picc de poliuretano 4 Fr.

Con aleta de fijación. Longitud del catéter: de 55 cm a 60 cm.”

Producto de la valoración realizada en coordinación con el personal especializado, se acordó aceptar la modificación solicitada por el proveedor en cuanto a longitud del catéter, según detalle:

Descripción anterior:

- “...Longitud del catéter: 60 cm...”

Descripción actualizada:

- “...Longitud del catéter: 60 cm (-5 cm)...”

La ficha técnica actualizada se encuentra disponible en la página Web del INS (www.ins-cr.com), Servicios/compras-Proveeduría/Avisos de interés/compras por requerimiento/trámites 2022/valoración previa de productos listado N°5-2022 Implementos y en la página www.SICOP.go.cr/ sección avisos/mantenimiento programado del SICOP/Gestión Aviso por institución.

Atentamente,

Documento firmado en digital
Licda. Katherine Phillips Quesada,
Subjefe a.i. Departamento Proveeduría

cc: Listado 5 Implementos /PSB/LVR /KPQ 09.09.2022