

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**29 de setiembre del 2022
PROV-04572-2022**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(N°5-2022 IMPLEMENTOS)
(Segundo llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
MEDIANTE COMPRAS POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en oficios CEDINS-03010-2022 y CEDINS-03065-2022 del 22 y 27 ambos de setiembre del 2022, comunica el resultado de la valoración de productos N°5-2022 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°162 del viernes 26 de agosto del 2022 (página 43) la invitación para participar en la valoración de productos N°5-2022, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 12 de setiembre del 2022 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Línea	Clave SIMA	Clave SIFA	Códigos de clasificación e identificación	Nombre corto SIFA	Cantidad de Muestras para presentar
1	IM - 01043	2000018	42291613-92141405	FILO BISTURÍ NO. 10	1 caja empaque secundario
2	IM - 01047	2000019	42291613-92141446	FILO BISTURÍ N.º 11	1 caja empaque secundario
3	IM - 01053	2000021	42291613-92156066	FILO BISTURÍ N°15, ESTÉRIL, CON BORDE AFI	1 caja empaque secundario
4	IM - 01090	2000037	42312201-92156095	SUTURA NYLON 2-0 CON AGUJA CIRCULAR (3/8)	1 caja del empaque secundario
5	IM - 01093	2000038	42312201-92159317	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 NO ABSORBIBLE	1 caja del empaque secundario

6	IM - 01096	2000039	42312201-92141504	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 NO ABSORBIBLE	1 caja del empaque secundario
7	IM - 01099	2000040	42312201-92209549	NYLON MONOFILAMENTO 5/0 CON AGUJA 0,95cm	1 caja del empaque secundario
8	IM - 01114	2000043	42312201-92141567	SUTURA CATGUT CRÓMICO 3/0 C/A REDONDA	1 caja del empaque secundario
9	IM - 01117	2000044	42312201-92164410	SUTURA CATGUT CRÓMICO 4/0 C/A REDONDA	1 caja del empaque secundario
10	IM - 01130	2003830	42312201-92217009	MONOFI POLIPROPIL 8-0 3/8 CIRCUL DOB 6mm	1 caja del empaque secundario
11	IM - 01171	2000059	42295427-92215792	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	2 unidades empaque primario
12	IM - 01172	2003290	42295408-92167797	CEPILLO PARA CIRUJANO CLOREXIDINA 4% (+/-1	3 unidades empaque primario
13	IM - 01203	2002642	42131701-92141437	CAMPO INSIC YODADO ADHES 60cm X 45cm	4 unidades + empaque secundario
14	IM - 01204	2002643	42131701-92141440	CAMPO INSIC YODADO ADHES 35 cm X 35 cm	4 unidades + empaque secundario
15	IM - 01205	2002365	42144409-92164445	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA, PARA TERAPIA	2 unidades empaque primario
16	IM - 01207	2002367	42144409-92160395	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL DE 40 mm	1 unidad del empaque primario
17	IM - 01208	2002368	42144409-92238420	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 30mm	1 unidad del empaque primario
18	IM - 01209	2002369	42144409-92317921	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 60mm	1 unidad del empaque primario
19	IM - 01210	2002370	42144409-92317923	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 70mm	1 unidad del empaque primario
20	IM - 01211	2002371	42271913-92244295	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 80mm	1 unidad del empaque primario
21	IM - 01213	2002401	42293505-92162256	CATÉTER SUCCIÓN CERRADA FLE C/P RED 14FR	3 unidad del empaque primario
22	IM - 01214	2002402	42143902-92166698	CATÉTER TORÁCICO RECTO N°28FR	3 unidad del empaque primario
23	IM - 01215	2002403	42143902-92223706	CATÉTER TORÁCICO RECTO N°32 FR, DE PVC,	3 unidad del empaque primario
24	IM - 01235	2002447	42312209-92216361	CINTA UMBILICAL, COLOR BLANCO	1 caja del empaque secundario
25	IM - 01236	2002450	42272505-92142370	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO	2 unidades

26	IM - 01237	2002497	53131623-92216643	CUCHILLA PARA CORTAR VELLO, ACERO INOX	1 unidad del empaque primario
27	IM - 01238	2002451	42142108-92205881	COMPRESA QUIRÚRGICA 1.27(½p) X1.27(½p) cm	3 unidades + empaque secundario
28	IM - 01239	2002452	42142108-92205528	COMPRES QUIRURG 1.27(½)X3.81(1½) (COTONO	3 unidades + empaque secundario
29	IM - 01243	2002535	42142535-92229216	EQUIP ANESTESIA COMB ESPINAL EPIDURA 26G	2 unidades del empaque primario
30	IM - 01247	2002561	42311607-92209550	FIBRA HEMOS A BASE CELULOSA 5cm (+/-1cm	3 unidades del empaque primario
31	IM - 01258	2002611	42272008-92227301	GUÍA PARA INTUBACIÓN DE 10FR	2 unidades del empaque primario
32	IM - 01261	2002631	42292802-92168945	MARCADORES QUIRÚRGICOS DE LA PIEL C/REGL	3 unidades del empaque primario
33	IM - 01268	2002632	42271708-92190403	MASCARILLA SISTEMA VENTURI ROTATOR ADULT	2 unidades del empaque primario
34	IM - 01272	2002420	42271708-92158987	MASCARILLA REINHALACIÓN PARCIAL PEDIATR	1 unidad del empaque primario
35	IM - 01277	2002427	42272512-92162548	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5	2 unidades del empaque primario
36	IM - 01289	2002537	42142535-92229217	EQUI ANESTESIA COMB ESPINAL EPIDURAL 27G	3 unidades del empaque primario
37	IM - 01290	2002621	42142541-92209686	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	2 unidades del empaque primario
38	IM - 01295	2002433	42271913-92297013	MASCARILL LARIN OROGASTRI N5 (TIPO SUPRE	2 unidades del empaque primario
39	IM - 01298	2002562	42311607-92168399	FIBRA HEMOSTAT BASE CELULOSA 5 a 5,08 cm	3 unidades del empaque primario
40	IM - 01299	2002664	42293505-92212989	SOND (CATE) SUCC CERRA FLEX C/P RED 16FR	3 unidades del empaque primario
41	IM - 01313	2002432	42271913-92142610	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICA PESO 50	2 unidades del empaque primario
42	IM - 01318	2002675	42221504-92153452	CATÉTER VENOSOTRIPL LUMEN 7fr, -7,5 fr	2 unidades del empaque primario
43	IM - 01320	2002430	42271913-92142611	MASCARILL LARÍNGEA OROGAST N°3 30-50KG	2 unidades del empaque primario
44	IM - 01323	2002449	42272505-92142369	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO TUB CORRU	2 unidades del empaque primario
45	IM - 01333	2002465	42272503-92142606	MASCARILLA ANESTESIA C/BALÓN INFLABL N°6	2 unidades del empaque primario

46	IM - 01334	2002467	42271802-92159296	MASCARILLA NEBULIZAC TRAQUEOSTOMÍA ADULT	2 unidades del empaque primario
47	IM - 01338	2002492	42312201-92168396	SUTU MONOF SINT ABSOR 1 POLIG, AGU RED ½,	1 caja del empaque secundario
48	IM - 01353	2002534	42131704-92157989	PAÑO DE GASA ESTÉRIL PARA USO ABDOMINAL	3 unidades del empaque primario
49	IM - 01363	2002587	42312201-92147092	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, AGUJA ½ CÍRCULO	1 caja del empaque secundario
50	IM - 01374	2004791	42295453-92218959	SIST SUCC CERRAD TIP HEMOVAC ¼	2 unidades del empaque primario
51	IM - 01375	2002720	42295453-92218957	SIS SUCCIO CERR DRE/TIP HEMOVAC 1/8	2 unidades del empaque primario
52	IM - 01376	2002721	42295453-92201457	SIS SUC CERRADO TIPO JACKSON PRATT 10Fr	2 unidades del empaque primario
53	IM - 01377	2005692	42295453-92284664	SISTEM SUCCIÓN CERRA TIP JACKSON PRAT 19	2 unidades del empaque primario
54	IM - 01381	2002657	42312201-92161480	SUTURA ACERO QUIRURG INOX CAL 5 C/AGUJA	1 caja del empaque secundario
55	IM - 01388	2002751	42292904-92209534	SUT ACID POLIGLICO 0 AG RED 1/2CIRC 35-	1 caja del empaque secundario
56	IM - 01391	2002759	42292904-92170225	SUTURA ACID POLIGLIC 3-0 AGUJA REDOND1/2	1 caja del empaque secundario
57	IM - 01397	2002764	42272505-92142776	TUBO DE ASPIRACIÓN CON CONECTOR YANKAHU	3 unidades del empaque primario
58	IM - 01398	2002765	42272505-92156420	TUBO DE ASPIRACIÓN SIN CONECTOR, TRANSPAR	3 unidades del empaque primario
59	IM - 01399	2002766	42271905-92161489	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIER 35mm	2 unidades del empaque primario
60	IM - 01400	2002767	42271905-92235472	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQ 37mm	2 unidades del empaque primario
61	IM - 01411	2002783	42271903-92166792	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm TRANSPARENTE C/BALÓN	2 unidades del empaque primario
62	IM - 01412	2002785	42271903-92142729	TUBO ENDOTRAQUEAL, BAJA PRESIÓN 8 mm, ON	2 unidades del empaque primario
63	IM - 01426	2002571	42311545-92159502	GASA CUADROS 10X20 CM, 10 UN, RADIOACA	3 unidades + caja empaque secundario
64	IM - 01441	2002753	42292904-92213503	SUTURA POLIGLACT 1 AGUJ REDOND 1,27(1/2)	1 caja del empaque secundario
65	IM - 01443	2002756	42312201-92220183	SUTUR ACID POLIGLIC O POLIGLAC 910,2-0AG	1 caja del empaque secundario

66	IM - 01467	2002674	42221504-92153461	CATÉTER INTRAVEN CUATRO LUMEN 8,5fr,20cc	2 unidades del empaques primario
67	IM - 01468	2002676	42221504-92167078	CATÉTER INTRAVENOSO DOBLE LUMEN 7FR	2 unidades del empaques primario
68	IM - 01524	2002873	42221504-92153497	CATÉTER SELDINGER PARA PUNCION ARTERIAL	2 unidades del empaques primario
69	IM - 01525	2002874	42221609-92161516	CONEXIÓN DE SUERO 90 cm (EXTENSIÓN)	2 unidades del empaques primario
70	IM - 01527	2002922	41113124-92144838	INSPIROMETRO INCENTIVO, DE 2500 cc, TUBO	2 unidad del empaques primario
71	IM - 01591	2003198	42144409-92167022	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 100mm	1 unidad del empaques primario
72	IM - 01636	2003580	42142536-92153601	KIT CON CATÉTER TORACIC PARA DRENAJ PLEU	2 unidades del empaques primario
73	IM - 01659	2004162	42312201-92215534	SUTUR 3-0 AGUJ RED 1/2 CÍRC 26mm, SIN NUD	1 caja del empaques secundario
74	IM - 01660	2004163	42295104-92192523	LÁPIZ ELECTROCIRUGIA TRES PINES	3 unidades
75	IM - 01661	2004164	42295143-92170541	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	3 unidades
76	IM - 01662	2004260	42131702-92173220	PAQUETE ROPA QUIRURG DESCART P/ARTROSCOP	2 unidades del empaques primario
77	IM - 01663	2004261	42131702-92173130	PAQUETE ROPA DESCARTABLE PARA TÓRAX	2 unidades del empaques primario
78	IM - 01664	2004262	42131702-92173039	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZYCUELL	2 unidades del empaques primario
79	IM - 01667	2004265	42131702-92173090	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER	2 unidades del empaques primario
80	IM - 01668	2004266	42131702-92173100	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	2 unidades del empaques primario
81	IM - 01669	2004267	42131701-92173186	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	2 unidades del empaques primario
82	IM - 01670	2004280	42131702-92173345	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L	2 unidades del empaques primario
83	IM - 01671	2004268	42131702-92173347	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA XL	2 unidades del empaques primario
84	IM - 01672	2004269	42131701-92194231	PAQUETE CAMPOS CLÍNICOS DESECHABLES	2 unidades del empaques primario
85	IM - 01673	2004270	42131702-92173292	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	1 caja del empaques primario

86	IM - 01674	2004271	42131701-92166956	SABANA ESTERIL DESCART PARA PROCED QUIRU	2 unidades del empaque primario
87	IM - 01675	2004364	42311607-92169080	CERA PARA HUESOS MEZCLA DE ABEJA (80%) E	1 caja del empaque secundario
88	IM - 01676	2004365	42311607-92219223	ESPONJA HEMOSTÁTICA	3 unidades del empaque primario
89	IM - 02096	2002200	42293505-92212172	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO ADULTO DESCA	2 unidades del empaque primario
90	IM - 02097	2002318	42142502-92162905	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°18X8,89cm (3 1/2	3 unidades + caja empaque secundario
91	IM - 02098	2002320	42142502-92212979	AGUJA EPIDURAL TUOHY DIÁMETRO 20GX88,9mm	3 unidades + caja empaque secundario
92	IM - 02099	2002321	42142502-92162907	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°22 X 8,89 (3½ Pu	3 unidades + caja empaque secundario
93	IM - 02100	2002636	42144201-92167789	AGUJA BLOQUEO/NERVIO SONOGRÁFICA 100mm	3 unidades + caja empaque secundario
94	IM - 02101	2002316	42144201-92202156	AGUJA BLOQUEO DE NERVIO DE 22 G X 50mm	3 unidades + caja empaque secundario
95	IM - 02103	2002327	42142541-92161447	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 25 X 8.89cm	3 unidades + caja empaque secundario
96	IM - 02108	2002330	42142541-92162908	AGUJAS PUNCIÓN LUMBAR 25 X 11.43cm (4 ½)	3 unidades + caja empaque secundario
97	IM - 02124	2003308	42142535-92298222	AGUJA BLOQUEO NERVIO SONOGRÁFICA DE 85mm	3 unidades + caja empaque secundario
98	IM - 02130	2003530	42221504-92167186	KIT CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTR 4Fr	2 unidades del empaque primario
99	IM - 02131	2003788	42142535-92308827	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 75 mm	2 unidades del empaque primario
100	IM - 02132	2003789	42142535-92243545	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 83 mm	2 unidades del empaque primario
101	IM - 03040	2000092	42271709-92302323	CÁNULA NASAL PARA TERAPIA RESPIRATORIA	2 unidades del empaque primario
102	IM - 03066	2005324	42272219-92221020	FILTRO ESPIRATORIO VENTILAD PULMO PB980	3 unidades del empaque primario
103	IM - 03091	2000103	42271802-92161927	MASCARILLA DE SISTEMA DE NEBULIZACIÓN	2 unidades del empaque primario
104	IM - 03562	2002633	42251622-92166559	ACAPELLA PULMONAR DE ALTO FLUJO	1 unidad del empaque primario
105	IM - 03563	2002635	42251622-92142321	ACAPELLA DE BAJO FLUJO (MENOS 15 L)	1 unidad del empaque primario

106	IM - 03590	2002525	42272223-92144944	EJERCITADOR PARA EXPANSIÓN MUSCULOS RESP	2 unidades del empaque primario
107	IM - 03591	2002541	42221902-92198878	EQUIPO PRESIÓN VENOSA CENTRAL ESCALA cm	2 unidades del empaque primario
108	IM - 03610	2002579	42131713-92299462	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	1 caja del empaque primario
109	IM - 03611	2002604	42312311-92152175	SET CURACIÓN VÍA CENTRAL	2 unidades del empaque primario
110	IM - 03614	2002653	42271915-92213392	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	3 unidades del empaque primario
111	IM - 03622	2002352	42271907-92162182	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 1500 ML	3 unidad del empaque primario
112	IM - 03623	2002353	42271907-92156419	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 3000 ML	3 unidad del empaque primario
113	IM - 03626	2002542	42271807-92153597	ESPAC VOL PLASTI ATÓXICO BOQUILLA ADULTO	2 unidades del empaque primario
114	IM - 03627	2002565	42281534-92142305	FILTRO ANTIBACTERIANO P/VENTILADOR MECAN	3 unidades del empaque primario
115	IM - 03632	2002618	53131506-92158978	KIT HIGIENE ORAL CLOREXINA 0.12% ABRE FA	2 unidades del empaque primario
116	IM - 03635	2002558	42291614-92158918	TIJERA QUITAGRAPAS PLÁSTICA 5,7mm X3,9mm	2 unidades del empaque primario
117	IM - 03641	2002475	42271708-92189942	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA CON RESER	2 unidades del empaque primario
118	IM - 03651	2002524	42271802-92302277	KIT MICRONEBULIZADOR C/BOQUILLA DESCAR	2 unidades del empaque primario
119	IM - 03666	2003014	42182601-92158004	PROTECTORES DE MANUBRIO, NÚMERO PART 8002	3 unidades del empaque primario
120	IM - 03667	2003018	30111699-92147076	CAL SODADA, PRESENTACIÓN 10 kg (+/-) 5 kg	1 unidad
121	IM - 03669	2003020	53131617-92209572	LIMPIADOR DE UÑAS	1 unidad del empaque primario
122	IM - 03671	2003025	42142702-92154189	CONECTOR PARA Sonda EN Y, ADAPTABLE	2 unidades del empaque primario
123	IM - 03686	2003930	42132107-92195568	MANTA DESCARTABLE ADULTO CUERPO ENTERO	2 unidades
124	IM - 03696	2003240	42144409-92160393	CÁNULA TRAQUEO POLIU XL C/BALÓN FENE N°8	2 unidades del empaque primario
125	IM - 03740	2004951	42281534-92206651	FILTRO HIDROFOBO INTERCAMBIADOR HME	3 unidades del empaque primario

126	IM - 03742	2004340	42272505-92190241	TRAMPA DE AGUA PARA MONITOREO DE CO ₂ , PE	2 unidades del empaque primario
127	IM - 03765	2003375	42312009-92302038	GRAPADORA DE PIEL, ESTÉRIL, DESCARTABLE	3 unidades del empaque primario
128	IM - 03797	2005406	42142128-92218960	PARAFINA SÓLIDA Y PURIFICADA BLOQ,0,45kg	2 unidades del empaque primario
129	IM - 03807	2004095	42272224-92151887	CIRCUITO PARA VMP COMPATIBLE WM 28193	2 unidades del empaque primario
130	IM - 03817	2004166	42272220-92159347	ADAPTADOR PARA SENSOR DE CO ₂	3 unidades del empaque primario
131	IM - 03834	2004363	42281534-92205634	FILTRO INSPIRATORIO BACTERIANO/VIRAL	3 unidades del empaque primario
132	IM - 03841	2004590	42272301-92182421	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	2 unidad del empaque primario
133	IM - 05002	2001449	42143903-92227578	SONDA RECTAL FR 24 PARA ADULTO	2 unidades del empaque primario
134	IM - 05007	2000164	42231701-92153555	SONDA PARA ASPIRAR fr14, DE SILICÓN O PVC	2 unidades del empaque primario
135	IM - 05010	2000165	42231701-92153570	SONDA PARA ASPIRAR fr16, DE SILICÓN O PVC	2 unidades del empaque primario
136	IM - 05013	2000166	42231701-92153573	SONDA FOLEY DE SILICÓN, 2 VIAS, N°12	2 unidades del empaque primario
137	IM - 05016	2000167	42142702-92223761	SONDA FOLEY 2 VÍAS N°14,100% SILICÓN	2 unidades del empaque primario
138	IM - 05019	2000168	42142702-92205629	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°16	2 unidades del empaque primario
139	IM - 05022	2000169	42142702-92202403	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°18	2 unidades del empaque primario
140	IM - 05028	2000170	42142702-92223868	SONDA FOLEY DE SILICON 2 VÍAS N°22 FR	2 unidades del empaque primario
141	IM - 05031	2000171	42231701-92153580	SONDA FOLEY 2 VÍAS N° 24, 100% SILICÓN	2 unidades del empaque primario
142	IM - 05038	2001445	42142702-92214735	SONDA FOLEY DE SILICÓN 3 VIAS N°20 FR	2 unidades del empaque primario
143	IM - 05055	2003360	42231701-92216506	SONDA NASOGÁSTRICA N°14	2 unidades del empaque primario
144	IM - 05058	2000173	42231701-92216512	SONDA NASOGÁSTRICA N°16 FR	2 unidades del empaque primario
145	IM - 05067	2000174	42142702-92156833	SONDA NELATON PUNTA OLIVA N°14 fr, FABR	2 unidades del empaque primario

146	IM - 05079	2000175	42142702-92179747	SONDA NELATON PUNTA RECTA N°14	2 unidades del empaque primario
147	IM - 05091	2002563	42231701-92216652	FIJADOR SONDA, TIPO NASOGAST, PARA ADULT	3 unidades del empaque primario
148	IM - 05101	2002650	42142702-92211964	SOND DRENAJ URINAR CALIB 22 fr, FOLE 3 VI	2 unidades del empaque primario
149	IM - 05114	2003313	42271903-92144720	TUBO ENDOTRAQUEAL PARA MASCARILLA INTUBA	2 unidades del empaque primario
150	IM - 05115	2003314	42271903-92161520	TUBO ENDO MASC INTUB ENDOTRAQ N°7.5	2 unidades del empaque primario

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 34 muestras (24 líneas) de 07 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Cantidad de muestras
Medi Express CR Sociedad Anónima	01
Productos Médicos Campos Promeca Sociedad Anónima	02
CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	06
Cefa Central Farmacéutica Sociedad Anónima	07
Asepsia Médica de Centroamérica Sociedad Anónima	01
Hospimédica Sociedad Anónima	03
Yiré Médica H P Sociedad Anónima	14

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 07 proveedores participantes se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficios CEDINS-03010-2022 y CEDINS-03065-2022 del 22 y 27, ambos de setiembre del 2022, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

1. **MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Proveedor	Cédula jurídica
4	IM - 01090	2000037	42312201	92156095	SUTURA NYLON 2-0 CON AGUJA CIRCULAR (3/8)	CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101095144
4	IM - 01090	2000037	42312201	92156095	SUTURA NYLON 2-0 CON AGUJA CIRCULAR (3/8)	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101115347
5	IM - 01093	2000038	42312201	92159317	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 NO ABSORBIBLE	CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101095144
5	IM - 01093	2000038	42312201	92159317	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 NO ABSORBIBLE	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101115347
6	IM - 01096	2000039	42312201	92141504	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 NO ABSORBIBLE	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101115347
12	IM - 01172	2003290	42295408	92167797	CEPILLO PARA CIRUJANO CLOREXIDIN A4% (+/-1)	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3101244831
25	IM - 01236	2002450	42272505	92142370	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3101244831
26	IM - 01237	2002497	53131623	92216643	CUCHILLA PARA CORTAR VELLO, ACERO INOX	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3102749824
26	IM - 01237	2002497	53131623	92216643	CUCHILLA PARA CORTAR VELLO, ACERO INOX	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3101244831

39	IM - 01298	2002562	42311607	92168399	FIBRA HEMOSTAT BASE CELULOSA 5 a 5,08 cm	CEFA CENTRAL FARMACÉUTI CA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101095144
49	IM - 01363	2002587	42312201	92147092	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, AGUJA ½ CÍRCULO	CEFA CENTRAL FARMACÉUTI CA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101095144
54	IM - 01381	2002657	42312201	92161480	SUTURA ACERO QUIRURG INOX CAL 5 C/AGUJA	CEFA CENTRAL FARMACÉUTI CA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101095144
82	IM - 01670	2004280	42131702	92173345	BATA QUIRÚRGIC A ESTÉRIL TALLA L	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3101244831
87	IM - 01675	2004364	42311607	92169080	CERA PARA HUESOS MEZCLA DE ABEJA (80%) E	CEFA CENTRAL FARMACÉUTI CA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101095144

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan al incumplir técnicamente con lo requerido.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Proveedor	Observaciones
21	IM - 01213	2002401	42293505	92162256	CÁTETER SUCCIÓN CERRADA FLE C/P RED 14FR	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Incumple: <u>Indicaciones en español:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que <u>carece de</u>

						<p>instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica se solicita: Sonda de succión de 14 Fr, con marcas cada 1 cm empezando desde 5 cm hasta 40 cm, la muestra presentada inicia las marcas en el 10cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>
33	IM - 01268	2002632	42271708	92190403	MASCARILLA SISTEMA VENTURÍ ROTATOR ADULT	<p>YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>Incumple: <u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica se solicita: con conexión de oxígeno de 200 cm a 210 cm, con capacidad para alcanzar concentraciones de oxígeno desde 24 % hasta 50 %, con colores que diferencien las marcas de alto o bajo flujo, la muestra presentada por el proveedor carece de las marcas que diferencian de alto o bajo flujo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

							Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.
37	IM - 01290	2002621	42142541	92209686	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple:</p> <p><u>Marca Muestra:</u> En el formulario para registro de muestras se indica marca: BECTON DICKINSON, la muestra presentada por el proveedor indica en su empaque primario ser de la marca CARE FUSION. (Dickinson N°430IC España)</p> <p>Etiquetado de fábrica: En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores</p>

							<p>no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Carta autorización del fabricante:</u> El proveedor aporta la nota emitida por el fabricante de la marca registrada BD, la muestra presentada indica en su empaque primario ser de la Marca: CARE FUSION. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>
37	IM - 01290	2002621	42142541	92209686	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple: <u>Etiquetado de fábrica:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R., capítulo N°7,</p>

							<p>artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. (Marca BUSSE N°648B USA)</p> <p>Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>
44	IM - 01323	2002449	42272505	92142369	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO TUB CORRU	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple:</p> <p><u>Criterios técnicos de la muestra:</u> La muestra presentada por el proveedor es valorada por el personal de Servicios Quirúrgicos de nuestra institución, quienes al realizar la prueba de este en los equipos de anestesia propiedad del Hospital del Trauma, se determina que no pasa el test de dicho equipo, siendo que no se acopla (adapta) de forma correcta, no soporta las presiones, por lo cual no se puede registrar la muestra, siendo que no son funcionales y en caso de ser adquiridos se pueden presentar complicaciones en la atención de nuestros usuarios, que repercuten en la calidad de atención brindada y en detrimento de la salud del mismo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>

61	IM - 01411	2002783	42271903	92166792	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm TRANSPARENTE C/BALÓN	YIRE MEDICA H P SOCIEDAD ANONIMA	<p>Incumple: <u>Etiquetado de</u> <u>fábrica:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482- S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Criterios técnicos de</u> <u>la muestra:</u> En la ficha técnica se solicita: libre de látex y de DEHP, en la muestra presentada por el proveedor no indica en su empaquete primario, ser libre de látex y de DEHP, lo cual es un riesgo para el paciente, ante reacciones alérgicas y por exponerse a componentes</p>
----	------------	---------	----------	----------	---	--	---

							cancerígenas. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.
70	IM - 01527	2002922	41113124	92144838	INSPIROMETRO INCENTIVO, DE 2500 cc, TUBO	MEDI EXPRESS CR SOCIEDAD ANONIMA	<p>Incumple: <u>Etiquetado de fábrica</u>: En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Criterios técnicos de la muestra</u>: En la ficha técnica se solicita: Dispositivo transparente graduado de 2500 cc, la muestra presentada por el</p>

						proveedor es de 5000cc, lo cual sugiere un precio superior entre un insumo y otro. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.
74	IM - 01660	2004163	42295104	92192523	LÁPIZ ELECTROCIRUGÍA TRES PINES	<p>CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</p> <p>Incumple: <u>Literatura</u> en español: En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto 5, se solicita aportar catálogos o literatura técnica (visible y legible) del implemento cotizado, donde se especifique la marca y nombre del producto e indicar el número de partida, la misma debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, en cuyo caso requerirá que aporte la traducción bajo responsabilidad del Oferente, mismo que es solicitado vía memorándum a los correos registrados en el formulario de registro de muestras, sin embargo, el proveedor no aporta la información solicitada. Cabe informar que la literatura o catalogo aportados por el proveedor, no permite validar cualidades y atributos solicitados en la ficha técnica, mismo que es solicitado vía memorándum a los correos registrados en el formulario de registro de</p>

						<p>muestras, sin embargo, el proveedor no aporta la información solicitada.</p> <p><u>Etiquetado de fábrica:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Carta autorización del fabricante:</u> No Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, la cual debe de estar vigente a la fecha de</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>presentación, la cual fue solicitada mediante correo informal.</p> <p><u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la Guía para para presentación se las muestras se indica: Para las líneas N°74 y N°75 se requiere el aporte de la consola de electrocirugía para realizar las pruebas necesarias a dichos insumos. Así mismo, el proveedor debe presentar ambas líneas, siendo que deben ser compatibles entre ellas. Para este caso el proveedor no aporta la muestra para la línea del IM 01661. Además, en la ficha técnica se solicita: que cuente con: revestimiento de silicón, la muestra presentada no cuenta con revestimiento de silicón en punta. .</p> <p><u>Revisión de la documentación:</u> No Aportar nota emitida por el fabricante, ni la literatura del producto.</p> <p>Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>
74	IM - 01660	2004163	42295104	92192523	LÁPIZ ELECTROCIRUGÍA TRES PINES	<p>YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>Incumple: <u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica se solicita: que cuente con: revestimiento de silicón, la muestra presentada no cuenta con revestimiento de silicón en punta. Por</p>

							lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.
75	IM - 01661	2004164	42295143	92170541	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple:</p> <p>En la Guía para la presentación de las muestras, en el punto Apartado N°2. Observaciones: en el apartado N°4, se indica: Así mismo, el proveedor debe presentar ambas líneas, siendo que deben ser compatibles entre ellas. En este caso la empresa YIRE MEDICA H P SOCIEDAD ANONIMA, presenta muestra para las líneas del IM – 01660 LAPIZ ELECTROCIRUGIA TRES PINES y IM – 01661 PLACA PARA ELECTROCIRUGIA, sin embargo, el criterio técnico para la línea del IM – 01660 LÁPIZ ELECTROCIRUGIA TRES PINES, es de rechazar la muestra por incumplimiento en lo establecido en la ficha técnica. Ante esta situación, la línea del IM – 01661 PLACA PARA ELECTROCIRUGIA, también se debe rechazar, ya que, al momento de la compra, el proveedor debe de ofertar ambas líneas, por tema de compatibilidad y de la solicitud de las consolas de electrocirugía que se requieren en calidad de préstamo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la</p>

							institución y no se recomienda registrar.
82	IM - 01670	2004280	42131702	92173345	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>Incumple: <u>Indicaciones de uso en español:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica del insumo se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, lo anterior no se puede corroborar en el producto, ni en su empaque</p>

						<p>primario, ni en la literatura aportada, lo cual es un riesgo para el personal del Departamento de Servicios quirúrgicos, siendo que no puede garantizar que se le brinda la protección requerida contra los fluidos corporales, que se pueden presentar durante el procedimiento quirúrgico. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>
82	IM - 01670	2004280	42131702	92173345	<p>BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA L</p>	<p>ASEPSIA MÉDICA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>Incumple: <u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica del insumo se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, lo anterior no se puede corroborar en el producto, ni en su empaque primario, ni en la literatura aportada, lo cual es un riesgo para el personal del Departamento de Servicios quirúrgicos, siendo que no puede garantizar que se le brinda la protección requerida contra los fluidos corporales, que se pueden presentar durante el procedimiento quirúrgico. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>

108	IM - 03610	2002579	42131713	92299462	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple: <u>Indicaciones de uso en español:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. (Marca DemeTech DT-N95-CH USA)</p> <p><u>Etiquetado de fábrica:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la</p>
-----	------------	---------	----------	----------	---	---	--

							<p>información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.</p>
108	IM - 03610	2002579	42131713	92299462	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	<p>PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	<p>Incumple: <u>Indicaciones de uso en español:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está</p>

						<p>incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>(Marca DemeTech DT-N95-FH USA) Etiquetado de fábrica: En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y</p>
--	--	--	--	--	--	---

							están obligados a su acatamiento. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.
125	IM - 03740	2004951	42281534	92206651	FILTRO HIDROFOBO INTERCAMBIADOR HME	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>Incumple: <u>Indicaciones de uso en español:</u> En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p><u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica se solicita: con tubo conector flexible para adaptar al circuito y el tubo endotraqueal y que</p>

						se pueda desconectar del circuito en caso de que necesite colocarse un nebulizador entre el filtro y el tubo conector, la muestra presentada por el proveedor carece de dicho tubo, evitando incidentes tales como: tracción del tubo endotraqueal o traqueostomía, limitando a esté a una rotación segura, según la posición del paciente con respecto a la de circuito del ventilador. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.
125	IM - 03740	2004951	42281534	92206651	FILTRO HIDROFOBO INTERCAMBIADOR HME	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA Incumple: <u>Criterios técnicos de la muestra:</u> En la ficha técnica se solicita: estéril, la muestra presentada por el proveedor no es estéril, lo cual puede generar complicaciones al paciente. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución y no se recomienda registrar.

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Infructuoso por falta de ofertas o por incumplimiento técnico
1	IM - 01043	2000018	42291613	92141405	FILO BISTURÍ NO. 10	Infructuoso por falta de ofertas
2	IM-01-047	2000018	42291613	92141446	FILO BISTURÍ N°11	Infructuoso por falta de ofertas
3	IM - 01053	2000021	42291613	92156066	FILO BISTURÍ N°15, ESTÉRIL, CON BORDE AFI	Infructuoso por falta de ofertas
7	IM - 01099	2000039	42312201	92209549	NYLON MONOFILAMENTO 5/0 CON AGUJA 0,95cm	Infructuoso por falta de ofertas
8	IM - 01114	2000043	42312201	92141567	SUTURA CATGUT CRÓMICO 3/0 C/A REDONDA	Infructuoso por falta de ofertas
9	IM - 01117	2000044	42312201	92164410	SUTURA CATGUT CRÓMICO 4/0 C/A REDONDA	Infructuoso por falta de ofertas
10	IM - 01130	2003830	42312201	92217009	MONOFI POLIPROPIL 8-0 3/8 CIRCUL DOB 6mm	Infructuoso por falta de ofertas
11	IM - 01171	2000059	42295427	92215792	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	Infructuoso por falta de ofertas
13	IM - 01203	2002642	42131701	92141437	CAMPO INSIC YODADO ADHES 60cm X 45cm	Infructuoso por falta de ofertas
14	IM - 01204	2002643	42131701	92141440	CAMPO INSIC YODADO ADHES 35 cm X 35 cm	Infructuoso por falta de ofertas
15	IM - 01205	2002365	42144409	92164445	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA, PARA TERAPIA	Infructuoso por falta de ofertas
16	IM - 01207	2002367	42144409	92160395	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL DE 40 mm	Infructuoso por falta de ofertas
17	IM - 01208	2002368	42144409	92238420	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 30mm	Infructuoso por falta de ofertas
18	IM - 01209	2002369	42144409	92317921	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 60mm	Infructuoso por falta de ofertas
19	IM - 01210	2002370	42144409	92317923	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 70mm	Infructuoso por falta de ofertas
20	IM - 01211	2002371	42271913	92244295	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 80mm	Infructuoso por falta de ofertas

21	IM - 01213	2002401	42293505	92162256	CATÉTER SUCCIÓN CERRADA FLE C/P RED 14FR	Infructuoso por incumplimientos técnicos
22	IM - 01214	2002402	42143902	92166698	CATÉTER TORÁCICO RECTO N°28FR	Infructuoso por falta de ofertas
23	IM - 01215	2002403	42143902	92223706	CATÉTER TORÁCICO RECTO N°32 FR, DE PVC,	Infructuoso por falta de ofertas
24	IM - 01235	2002447	42312209	92216361	CINTA UMBILICAL, COLOR BLANCO	Infructuoso por falta de ofertas
27	IM - 01238	2002451	42142108	92205881	COMPRESA QUIRÚRGICA 1.27(½p) X1.27(½p) cm	Infructuoso por falta de ofertas
28	IM - 01239	2002452	42142108	92205528	COMPRES QUIRURG 1.27(½)X3.81(1½) (COTONO)	Infructuoso por falta de ofertas
29	IM - 01243	2002535	42142535	92229216	EQUIP ANESTESIA COMB ESPINAL EPIDURA 26G	Infructuoso por falta de ofertas
30	IM - 01247	2002561	42311607	92209550	FIBRA HEMOS A BASE CELULOSA 5cm (+/-1cm)	Infructuoso por falta de ofertas
31	IM - 01258	2002611	42272008	92227301	GUÍA PARA INTUBACIÓN DE 10FR	Infructuoso por falta de ofertas
32	IM - 01261	2002631	42292802	92168945	MARCADORES QUIRÚRGICOS DE LA PIEL C/REGL	Infructuoso por falta de ofertas
33	IM - 01268	2002632	42271708	92190403	MASCARILLA SISTEMA VENTURI ROTATOR ADULT	Infructuoso por incumplimientos técnicos
34	IM - 01272	2002420	42271708	92158987	MASCARILLA REINHALACIÓN PARCIAL PEDIATR	Infructuoso por falta de ofertas
35	IM - 01277	2002427	42272512	92162548	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5	Infructuoso por falta de ofertas
36	IM - 01289	2002537	42142535	92229217	EQUI ANESTESIA COMB ESPINAL EPIDURAL 27G	Infructuoso por falta de ofertas
37	IM - 01290	2002621	42142541	92209686	KIT DE PUNCIÓN LUMBAR	Infructuoso por incumplimientos técnicos
38	IM - 01295	2002433	42271708	92166715	MASCARILL LARIN OROGASTRI N5 (TIPO SUPRE	Infructuoso por falta de ofertas
40	IM - 01299	2002664	42293505	92212989	SOND (CATE) SUCC CERRA FLEX C/P RED 16FR	Infructuoso por falta de ofertas
41	IM - 01313	2002432	42271913	92142610	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICA PESO 50	Infructuoso por falta de ofertas
42	IM - 01318	2002675	42221504	92153452	CATÉTER VENOSOTRIPL LUMEN 7fr, -7,5 fr	Infructuoso por falta de ofertas

43	IM - 01320	2002430	42271913	92142611	MASCARILL LARÍNGEA OROGAST N°3 30-50KG	Infructuoso por falta de ofertas
44	IM - 01323	2002449	42272505	92142369	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO TUB CORRU	Infructuoso por incumplimientos técnicos
45	IM - 01333	2002465	42272503	92142606	MASCARILLA ANESTESIA C/BALÓN INFLABL N°6	Infructuoso por falta de ofertas
46	IM - 01334	2002467	42271802	92159296	MASCARILLA NEBULIZAC TRAQUEOSTOMÍA ADULT	Infructuoso por falta de ofertas
47	IM - 01338	2002492	42312201	92168396	SUTU MONOF SINT ABSOR 1 POLIG, AGU RED ½,	Infructuoso por falta de ofertas
48	IM - 01353	2002534	42131704	92157989	PAÑO DE GASA ESTÉRIL PARA USO ABDOMINAL	Infructuoso por falta de ofertas
50	IM - 01374	2004791	42295453	92218959	SIST SUCC CERRAD TIP HEMOVAC ¼	Infructuoso por falta de ofertas
51	IM - 01375	2002720	42295453	92218957	SIS SUCCIO CERR DRE/TIP HEMOVAC 1/8	Infructuoso por falta de ofertas
52	IM - 01376	2002721	42295453	92201457	SIS SUC CERRADO TIPO JACKSON PRATT 10Fr	Infructuoso por falta de ofertas
53	IM - 01377	2005692	42295453	92284664	SISTEM SUCCIÓN CERRA TIP JACKSON PRAT 19	Infructuoso por falta de ofertas
55	IM - 01388	2002751	42292904	92209534	SUT ACID POLIGLICO 0 AG RED 1/2CIRC 35-	Infructuoso por falta de ofertas
56	IM - 01391	2002759	42292904	92170225	SUTURA ACID POLIGLIC 3-0 AGUJA REDOND1/2	Infructuoso por falta de ofertas
57	IM - 01397	2002764	42272505	92142776	TUBO DE ASPIRACIÓN CON CONECTOR YANKAHU	Infructuoso por falta de ofertas
58	IM - 01398	2002765	42272505	92156420	TUBO DE ASPIRACIÓN SIN CONECTOR, TRANSPAR	Infructuoso por falta de ofertas
59	IM - 01399	2002766	42271905	92161489	TUBO ENDOBONQUIAL BRONQUIO IZQUIER 35mm	Infructuoso por falta de ofertas
60	IM - 01400	2002767	42271905	92235472	TUBO ENDOBONQUIAL BRONQUIO IZQ 37mm	Infructuoso por falta de ofertas
61	IM - 01411	2002783	42271903	92166792	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm TRANSPARENTE C/BALÓN	Infructuoso por incumplimientos técnicos
62	IM - 01412	2002785	42271905	92142729	TUBO ENDOTRAQUEAL, BAJA PRESIÓN 8 mm, ON	Infructuoso por falta de ofertas

63	IM - 01426	2002571	42311545	92159502	GASA CUADROS 10X20 CM, 10 UN, RADIOPACA	Infructuoso por falta de ofertas
64	IM - 01441	2002753	42292904	92213503	SUTURA POLIGLACT 1 AGUJ REDOND 1,27(1/2)	Infructuoso por falta de ofertas
65	IM - 01443	2002756	42312201	92220183	SUTUR ACID POLIGLIC O POLIGLAC 910,2-0AG	Infructuoso por falta de ofertas
66	IM - 01467	2002674	42221504	92153461	CATÉTER INTRAVEN CUATRO LUMEN 8,5fr,20cc	Infructuoso por falta de ofertas
67	IM - 01468	2002676	42221504	92167078	CATÉTER INTRAVENOSO DOBLE LUMEN 7FR	Infructuoso por falta de ofertas
69	IM - 01525	2002874	42221609	92161516	CONEXIÓN DE SUERO 90 cm (EXTENSIÓN)	Infructuoso por falta de ofertas
70	IM - 01527	2002922	41113124	92144838	INSPIROMETRO INCENTIVO, DE 2500 cc, TUBO	Infructuoso por incumplimientos técnicos
71	IM - 01591	2003198	42144409	92167022	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 100mm	Infructuoso por falta de ofertas
72	IM - 01636	2003580	42142536	92153601	KIT CON CATÉTER TORACIC PARA DRENAJ PLEU	Infructuoso por falta de ofertas
73	IM - 01659	2004162	42312201	92215534	SUTUR 3-0 AGUJ RED 1/2 CÍRC 26mm, SIN NUD	Infructuoso por falta de ofertas
74	IM - 01660	2004163	42295104	92192523	LÁPIZ ELECTROCIRUGÍA TRES PINES	Infructuoso por incumplimientos técnicos
75	IM - 01661	2004164	42295143	92170541	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	Infructuoso por incumplimientos técnicos
83	IM - 01671	2004268	42131702	92173347	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL TALLA XL	Infructuoso por falta de ofertas
84	IM - 01672	2004269	42131701	92194231	PAQUETE CAMPOS CLÍNICOS DESECHABLES	Infructuoso por falta de ofertas
85	IM - 01673	2004270	42131702	92173292	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	Infructuoso por falta de ofertas
86	IM - 01674	2004271	42131701	92166956	SABANA ESTÉRIL DESCART PARA PROCED QUIRU	Infructuoso por falta de ofertas
88	IM - 01676	2004365	42311607	92219223	ESPONJA HEMOSTÁTICA	Infructuoso por falta de ofertas
89	IM - 02096	2002200	42293505	92212172	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO ADULTO DESCA	Infructuoso por falta de ofertas
90	IM - 02097	2002318	42142502	92162905	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°18X8,89cm (3 1/2)	Infructuoso por falta de ofertas

91	IM - 02098	2002320	42142502	92212979	AGUJA EPIDURAL TUOHY DIÁMETRO 20GX88,9mm	Infructuoso por falta de ofertas
92	IM - 02099	2002321	42142502	92162907	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°22 X 8,89 (3½ Pu	Infructuoso por falta de ofertas
93	IM - 02100	2002636	42144201	92167789	AGUJA BLOQUEO/NERVIO SONOGRÁFICA 100mm	Infructuoso por falta de ofertas
94	IM - 02101	2003616	42144201	92202156	AGUJA BLOQUEO DE NERVIO DE 22 G X 50mm	Infructuoso por falta de ofertas
95	IM - 02103	2002327	42142541	92161447	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 25 X 8.89cm	Infructuoso por falta de ofertas
96	IM - 02108	2002330	42142541	92162908	AGUJAS PUNCIÓN LUMBAR 25 X 11.43 cm (4 1/2	Infructuoso por falta de ofertas
97	IM - 02124	2003308	42142535	92298222	AGUJA BLOQUEO NERVIO SONOGRÁFICA DE 85mm	Infructuoso por falta de ofertas
98	IM - 02130	2003530	42221504	92167186	KIT CÁTER VENOSO PERIFÉRICO CENTR 4Fr	Infructuoso por falta de ofertas
99	IM - 02131	2003788	42142535	92308827	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 75 mm	Infructuoso por falta de ofertas
100	IM - 02132	2003789	42142535	92243545	KIT CAT/PLEXO C/CÁNULA DE 83 mm	Infructuoso por falta de ofertas
101	IM - 03040	2000092	42271709	92302323	CÁNULA NASAL PARA TERAPIA RESPIRATORIA	Infructuoso por falta de ofertas
102	IM - 03066	2005324	42272219	92221020	FILTRO ESPIRATORIO VENTILAD PULMO PB980	Infructuoso por falta de ofertas
103	IM - 03091	2000103	42271802	92161927	MASCARILLA DE SISTEMA DE NEBULIZACIÓN	Infructuoso por falta de ofertas
104	IM - 03562	2002633	42251622	92166559	ACAPELLA PULMONAR DE ALTO FLUJO	Infructuoso por falta de ofertas
105	IM - 03563	2002635	42251622	92142321	ACAPELLA DE BAJO FLUJO (MENOS 15 L)	Infructuoso por falta de ofertas
106	IM - 03590	2002525	42272223	92144944	EJERCITADOR PARA EXPANSIÓN MUSCULOS RESP	Infructuoso por falta de ofertas
107	IM - 03591	2002541	42221902	92198878	EQUIPO PRESIÓN VENOSA CENTRAL ESCALA cm	Infructuoso por falta de ofertas
108	IM - 03610	2002579	42131713	92299462	MASCARILLA N95 CON FILTRO, CON BANDAS ELA	Infructuoso por incumplimientos técnicos
109	IM - 03611	2002604	42312311	92152175	SET CURACIÓN VÍA CENTRAL	Infructuoso por falta de ofertas
110	IM - 03614	2002653	42271915	92213392	SUJETADOR PARA TUBO	Infructuoso por falta de ofertas

					ENDOTRAQUEAL ADULTO	
111	IM - 03622	2002352	42271907	92162182	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 1500 ML	Infructuoso por falta de ofertas
112	IM - 03623	2002353	42271907	92156419	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 3000 ML	Infructuoso por falta de ofertas
113	IM - 03626	2002542	42271807	92153597	ESPAC VOL PLASTI ATÓXICO BOQUILLA ADULTO	Infructuoso por falta de ofertas
114	IM - 03627	2002565	42281534	92142305	FILTRO ANTIBACTERIANO P/VENTILADOR MECAN	Infructuoso por falta de ofertas
115	IM - 03632	2002618	53131506	92158978	KIT HIGIENE ORAL CLOREXINA 0.12% ABRE FA	Infructuoso por falta de ofertas
116	IM - 03635	2002558	42291614	92158918	TIJERA QUITAGRAPAS PLÁSTICA 5,7mm X3,9mm	Infructuoso por falta de ofertas
117	IM - 03641	2002475	42271708	92189942	MASCARILLA PARA OXÍGENOTERAPIA CON RESER	Infructuoso por falta de ofertas
118	IM - 03651	2002524	42271802	92302277	KIT MICRONEBULIZADOR C/BOQUILLA DESCAR	Infructuoso por falta de ofertas
119	IM - 03666	2003014	42182601	92158004	PROTECTORES DE MANUBRIO, NÚMERO PART 8002	Infructuoso por falta de ofertas
120	IM - 03667	2003018	30111699	92147076	CAL SODADA, PRESENTACIÓN 10 kg (+/-) 5 kg	Infructuoso por falta de ofertas
121	IM - 03669	2003020	53131617	92209572	LIMPIADOR DE UÑAS	Infructuoso por falta de ofertas
122	IM - 03671	2003930	42132107	92195568	CONECTOR PARA SONDA EN Y, ADAPTABLE	Infructuoso por falta de ofertas
123	IM - 03686	2003930	42132107	92195568	MANTA DESCARTABLE ADULTO CUERPO ENTERO	Infructuoso por falta de ofertas
124	IM - 03696	2003240	42144409	92160393	CÁNULA TRAQUEO POLIU XL C/BALÓN FENE N°8	Infructuoso por falta de ofertas
125	IM - 03740	2004951	42281534	92206651	FILTRO HIDROFOBO INTERCAMBIADOR HME	Infructuoso por incumplimientos técnicos
126	IM - 03742	2004340	42272505	92190241	TRAMPA DE AGUA PARA MONITOREO DE CO2, PE	Infructuoso por falta de ofertas
127	IM - 03765	2003375	42312009	92302038	GRAPADORA DE PIEL, ESTÉRIL, DESCARTABLE	Infructuoso por falta de ofertas
128	IM - 03797	2005406	42142128	92218960	PARAFINA SOLIDA Y PURIFICADA BLOQ,0,45kg	Infructuoso por falta de ofertas

129	IM - 03807	2004095	42272224	92151887	CIRCUITO PARA VMP COMPATIBLE WM 28193	Infructuoso por falta de ofertas
130	IM - 03817	2004166	42272220	92159347	ADAPTADOR PARA SENSOR DE CO2	Infructuoso por falta de ofertas
131	IM - 03834	2004263	42281534	92205634	FILTRO INSPIRATORIO BACTERIANO/VIRAL	Infructuoso por falta de ofertas
132	IM - 03841	2004590	42272301	92182421	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	Infructuoso por falta de ofertas
133	IM - 05002	2001449	42293603	92227578	SONDA RECTAL FR 24 PARA ADULTO	Infructuoso por falta de ofertas
134	IM - 05007	2000164	42231701	92153555	SONDA PARA ASPIRAR fr14, DE SILICON O PVC	Infructuoso por falta de ofertas
135	IM - 05010	2000165	42231701	92153570	SONDA PARA ASPIRAR fr16, DE SILICÓN O PVC	Infructuoso por falta de ofertas
136	IM - 05013	2000166	42231701	92153573	SONDA FOLEY DE SILICÓN, 2 VÍAS, N°12	Infructuoso por falta de ofertas
138	IM - 05019	2000168	42142702	92205629	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°16	Infructuoso por falta de ofertas
139	IM - 05022	2000169	42142702	92202403	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°18	Infructuoso por falta de ofertas
140	IM - 05028	2000170	42142702	92223868	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°22 FR	Infructuoso por falta de ofertas
141	IM - 05031	2000171	42231701	92153580	SONDA FOLEY 2 VÍAS N° 24, 100% SILICÓN	Infructuoso por falta de ofertas
142	IM - 05038	2001445	42142702	92214735	SONDA FOLEY DE SILICÓN 3 VÍAS N°20 FR	Infructuoso por falta de ofertas
143	IM - 05055	2003360	42231701	92216506	SONDA NASOGÁSTRICA N°14	Infructuoso por falta de ofertas
144	IM - 05058	2000173	42231701	92216512	SONDA NASOGÁSTRICA N°16 FR	Infructuoso por falta de ofertas
145	IM - 05067	2000174	42142702	92156833	SONDA NELATÓN PUNTA OLIVA N°14 fr, FABR	Infructuoso por falta de ofertas
146	IM - 05079	2000175	42142702	92179747	SONDA NELATÓN PUNTA RECTA N°14	Infructuoso por falta de ofertas
147	IM - 05091	2002563	42231701	92216652	FIJADOR SONDA, TIPO NASOGAST, PARA ADULT	Infructuoso por falta de ofertas
149	IM - 05114	2003313	42271903	92144720	TUBO ENDOTRAQUEAL PARA MASCARILLA INTUBA	Infructuoso por falta de ofertas
150	IM - 05115	2003314	42271903	92161520	TUBO ENDO MASC INTUB ENDOTRAQ N°7.5	Infructuoso por falta de ofertas

4. LÍNEAS EXCLUIDAS DE LA PRESENTE VALORACIÓN:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Observaciones
68	IM - 01524	2002873	42221504	92153490	CATÉTER SELDINGER PARA PUNCIÓN ARTERIAL	La Unidad técnica del CEDINS, no valora la muestra presentada por CQ Medical Centroamericana Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, ya que este insumo fue excluido de la presente valoración -comunicado realizado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022-: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) <i>Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este llamado, con el fin de validar con los especialistas la posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras."</i>
76	IM - 01662	2004260	42131702	92173220	PAQUETE ROPA QUIRURG DESCART P/ARTROSCOP	Excluida Línea de la presente valoración, comunicado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) <i>Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este</i>

						llamado, con el fin de validar con los especialistas la posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras.”
77	IM - 01663	2004261	42131702	92173130	PAQUETE ROPA DESCARTABLE PARA TÓRAX	Excluida Línea de la presente valoración, comunicado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este llamado, con el fin de validar con los especialistas la posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras.”
78	IM - 01664	2004262	42131702	92173039	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZYCUELL	Excluida Línea de la presente valoración, comunicado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este llamado, con el fin de validar

						con los especialistas la posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras.”
79	IM - 01667	2004265	42131702	92173090	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER	Excluida Línea de la presente valoración, comunicado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este llamado, con el fin de validar con los especialistas la posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras.”
80	IM - 01668	2004266	42131702	92173100	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	Excluida Línea de la presente valoración, comunicado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este llamado, con el fin de validar con los especialistas la

						<p>posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras.”</p>
81	IM - 01669	2004267	42131701	92173186	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	<p>Excluida Línea de la presente valoración, comunicado en oficio 04195-2022 del 06 de setiembre del 2022: esta línea que no se valora en esta revisión. (...) Dentro del planteamiento dado por el proveedor (International Medical Advances) se determina el cambio en la mayoría de las medidas y gauge del insumo, lo cual en coordinación con la unidad usuaria se acuerda excluir la presenta línea de este llamado, con el fin de validar con los especialistas la posibilidad de ampliar la ficha técnica, sin presentar afectación en la atención del usuario en estado crítico y acatando el flujo de proceso ante el Comité de Gestión de Insumos e Implementos Médicos de la RSS. Siendo así, dichas línea será incluida en un próximo llamado para registro de muestras.”</p>

- 5. MUESTRAS QUE NO FUERON VALORADAS:** Las muestras presentadas por los siguientes oferentes no fueron valoradas, por cuanto ya tienen muestra registrada para el implemento que se indica:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Proveedor
6	IM - 01096	2000039	42312201	92141504	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 NO ABSORBIBLE	CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA
137	IM - 05016	2000167	42142702	92223761	SONDA FOLEY 2 VIAS N°14, 100% SILICÓN	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA
148	IM - 05101	2002650	42142702	92211964	SOND DRENAJ URINAR CALIB 22 fr, FOLE 3 VI	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA

Demás términos y condiciones, según lo establece el Reglamento para la Adquisición de Medicamentos e Implementos Médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante Compras por Requerimiento (Mecanismo sustituto cuya prórroga se autorizó por la Contraloría General de la República mediante oficio N°22763 (DCA-4824) del 16 de diciembre del 2021.

Atentamente,

Departamento de Proveeduría

Licda. Katherine Phillips Quesada
Subjefe a.i.