

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**29 de agosto del 2022
PROV-04052-2022**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(N°4-2022 IMPLEMENTOS)
(Segundo llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
MEDIANTE COMPRAS POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en los oficios CEDINS-02576-2022 del 17 de agosto 2022, comunica el resultado de la valoración de productos N°4-2022 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°137 del martes 19 de julio 2022 (página 56) la invitación, para participar en la valoración de productos N°4-2022, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 08 de agosto del 2022 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código de Clasificación	Código de Identificación	Descripción
1	IM - 01001	2000000	42141501	92142785	Algodón, 100 % natural, empaque individual, rollo
2	IM - 01002	2000001	42311540	92162124	Apósito fibra alginato CA y NA 2g mecha
3	IM - 01003	2000002	42311540	92154884	Apósito fibra alginato calcio y sodio 5x5cm
4	IM - 01004	2000003	42141502	92112768	Aplicadores de madera, tamaño 15 cm lar
5	IM - 01005	2000004	42311540	92233313	Apósito fibra de alginato CA y NA 10x10
6	IM - 01007	2000005	42311518	92154942	Apósito de algodón para ojos (5cm x 7cm)

7	IM - 01008	2003377	42311546	92168344	Apósito transparente autoadhesivo 6x7cm
8	IM - 01009	2003378	42311546	92155277	Apósito transparente autoadhesivo 9 (+1cm) x14
9	IM - 01010	2003379	42311510	92162475	Apósito transparente autoadhesivo 15x20cm
10	IM - 01011	2000006	42311515	92190101	Apósito oclusivo extrafino matr/elást 5x10cm
11	IM - 01012	2000007	42311515	92161347	Apósito hidrocoloide semioclusivo de 7,5 cm
12	IM - 01013	2000008	42311515	92190094	Apósito oclusivo extrafino matr elást 10x10cm
13	IM - 01014	2000009	42311515	92161348	Apósito grueso matriz elástica 10x10 cm
14	IM - 01015	2000010	42311515	92162288	Apósito semiocclus. grueso para matri 15cm
15	IM - 01016	2000011	42312005	92168329	Apósito semioclusivo grueso, medidas 15cmx20cm
16	IM - 01018	2000012	42311510	92217846	Apósito super absorbente blanco 30x20cm
17	IM - 01020	2000830	42312701	92233563	Apósito bioclusivo para toma de vías
18	IM - 01021	2003500	42311510	92217534	Apósito super absorbente blanco 10cmx22cm
19	IM - 01026	2003780	42311515	92168592	Apósito carbón activado c/iones plata
20	IM - 01028	2000013	42311552	92168266	Cinta adhesiva microporo (acrilato)
21	IM - 01031	2000014	42311552	92339792	Cinta adhesiva plástica transparente
22	IM - 01034	2000015	42131707	92196130	Cubre bocas descartables de 17,5cmde longitud
23	IM - 01037	2000016	42311552	92168265	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho
24	IM - 01060	2000023	42311545	92168596	Gasa en cuadros 10 cm x 10 cm
25	IM - 01063	2000024	42311545	92156073	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm
26	IM - 01075	2000029	42311524	92156087	Gasa parafinada o vaselinada 10 x 10 cm
27	IM - 01077	2001660	42131719	92305157	Cobertor de cabello para hombre
28	IM - 01078	2000030	42131611	92153172	Gorro de enfermera, polipropileno hidrofílico
29	IM - 01144	2000049	42141501	92156283	Torunda de gasa paquete con 200 un
30	IM - 01145	2000050	42141501	90032636	Torunda de algodón paquete con 200un
31	IM - 01147	2000051	42311545	92156102	Venda d gasa amoldable 5cm(+/-0,5) ancho
32	IM - 01150	2000052	42311545	92156103	Venda gasa amoldable 10cm (+/-0,5cm) ancho

33	IM - 01153	2000053	42311545	92233552	Venda gasa amoldable 15cm (+/-0.5cm) ancho
34	IM - 01156	2000054	42311511	92152912	Venda de gasa amoldable 7.5cm
35	IM - 01173	2001737	42311524	92164496	Gasa absorbente 2.54cm x 91.44cm
36	IM - 01189	2000060	42181503	92151996	Gel hidrocoloide, compuestos: agua purificada
37	IM - 01190	2002311	42311552	92217379	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 5 cm
38	IM - 01192	2002313	42311552	92248176	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 10cm
39	IM - 01194	2002340	42312701	92215764	Apósito bioclusivo 8,5 cm x 11,5 cm
40	IM - 01195	2005691	42311515	92284670	Apósito herid impregn ion plata 10cmx10c
41	IM - 01196	2002349	42311515	92155031	Apósito hidrocoloide para el sacro, medida 17x17
42	IM - 01294	2002339	42311510	92162924	Apósito antimicrobiano 15 cm x 15 cm
43	IM - 01310	2002335	51473016	92302320	Antiséptico instantáneo 65% presen 500ml
44	IM - 01312	2002338	42311510	92162914	Apósito antimicrobiano 9cm x 7cm +/- 1cm
45	IM - 01314	2002342	42311540	92161412	Apósito de colágeno con alginato 10x10cm
46	IM - 01316	2002348	42312701	92312428	Apósito hidrocelular para talón y codo
47	IM - 01322	2002344	42312701	92233473	Apósito de poliuretano 10x10cm
48	IM - 01417	2002794	42295305	92158957	Venda hule p/torniquete ortopédico tipo smarch 10.16cm
49	IM - 01418	2002795	42295305	92153158	Venda de hule para torniquete ortopédica 15,24 cm
50	IM - 01421	2002798	42311545	92156491	Venda con biguanida 11,43 cm, en rollo
51	IM - 01423	2002799	42131609	92142120	Cubre zapato descartable unitalla
52	IM - 01430	2002536	42312313	92212050	Pasta protectora de piel base hidrocoloide
53	IM - 01526	2002920	42181708	92209426	Electrodo monitoreo cardioresp autoadh
54	IM - 01536	2003075	42312005	92201400	Barrera protector cutánea spray, 60 ml
55	IM - 01540	2002956	42295513	92168829	Malla no adherente acetato celulosa rollo
56	IM - 01578	2003192	42142618	92155080	Kit de toma de gases arteriales, con 1 j
57	IM - 01579	2003501	42312005	92268206	Barrera protectora de piel (Apósito)
58	IM - 01582	2003782	42295513	92161424	Malla acetato Celulosa silicón 7.5 x 10cm
59	IM - 01583	2003783	42295513	92167025	Malla acetato celulosa silicón 12,5 cm x 15 cm
60	IM - 01584	2003784	42295513	92167024	Malla acetato Celulosa silicón 20 x 32cm
61	IM - 01588	2003781	42311540	92228975	Matriz moduladora de actividad proteasa
62	IM - 01618	2003300	42295513	92143129	Malla no adherente acetato celulosa 8x8cm
63	IM - 01619	2003303	42295513	92151976	Malla no adherente acetato 7,6 cm x 21cm

64	IM - 02004	2000061	42142523	92153427	Aguja hipodérmica N°18, estéril, descartable
65	IM - 02013	2000064	42142523	92153428	Aguja hipodérmica N°22, estéril descartable,3,81
66	IM - 02019	2000065	42142523	92185478	Aguja hip estéril descartable n°25x3,81cm
67	IM - 02034	2000068	42221902	92153513	Equipo de venoclisis, estéril, atóxico, hip
68	IM - 02040	2001310	42221504	92227625	Hemocatéter N° 14 x 2, una vía
69	IM - 02041	2000410	42221504	92153890	Hemocatéter N°18 g x 3,17 cm, una vía
70	IM - 02042	2001311	42221504	92228035	Hemocatéter N°16 g x 5,08 cm (2 pulgadas)
71	IM - 02043	2000070	42221504	92190162	Hemocatéter N° 20 g x de una vía
72	IM - 02049	2000071	42221504	92190164	Hemocatéter N°22 de una vía
73	IM - 02051	2000411	42221504	92227983	Hemocatéter N°24gx19mm (3/4 pulgadas) una vía
74	IM - 02052	2000072	42142609	92161350	Jeringa de asepto, descartable
75	IM - 02055	2000073	42142609	92153645	Jeringa hipodérmica descartable de 3 ml
76	IM - 02058	2000074	42142608	92156110	Jeringa hipodérmica descartable 5 ml
77	IM - 02061	2000075	42142609	92154017	Jeringa hipodérmica descartable 10 ml
78	IM - 02064	2000076	42142609	92209795	Jeringa hipodérmica descartable 20 ml
79	IM - 02067	2000077	42142609	92157026	Jeringa hipodérmica, descartable, insulina
80	IM - 02068	2003616	42142609	92167081	Jeringa tipo Toomey de 60cc
81	IM - 02082	2000078	42221602	92167708	Tapa para hemocatéter, sistema conector
82	IM - 02085	2000350	42222301	92167705	Equipo de transfusión de sangre, tipo y
83	IM - 02086	2001360	42142502	92190165	Aguja N° 30 x 1/2 para anestesia dental,
84	IM - 02087	2001583	42142502	92153519	Aguja para anestesia dental n°27, desechable
85	IM - 02112	2002627	42221612	92167085	Llave de tres vías, cuerpo de policarbonato
86	IM - 02114	2002616	42142609	92154019	Jeringa Toomey 50-60 ml adapt luer lock
87	IM - 02115	2002531	42311528	92157530	Pad de alcohol de uso en inyectables
88	IM - 02125	2005327	42142512	92221030	Aguja para fistula arterio veno 16gx30,48
89	IM - 02126	2003503	42142523	92205648	Jeringa hipodérmica descartable de 1 ml
90	IM - 02136	2004181	42272505	92155071	Conector de presión neutra
91	IM - 03016	2000084	42281808	92001651	Papel mixto grado médico y pel rollo 15cm (6 pulgadas)
92	IM - 03018	2000085	42281916	92301470	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm
93	IM - 03019	2000086	42281808	92001652	Papel mixto en rollo de 30 cm an x 200 m
94	IM - 03049	2000094	42281807	92142064	Cinta control esterilización a vapor
95	IM - 03067	2005325	42281508	92221287	Paquete prueba para esterilización vapor
96	IM - 03068	2005326	42281804	92221028	Indicador biológico auto-contenido (ib)
97	IM - 03079	2000099	42281804	92205783	Control biológico prevac, lectura superrap
98	IM - 03083	2000100	42281807	92150141	Integrador químico clase v

99	IM - 03096	2000105	42281808	92216154	Papel grado médico p/ esterilizar rollo 7,5 cm (3 pulgadas)
100	IM - 03097	2000941	42281808	92156194	Papel crepado I generación 50 x 50 cm
101	IM - 03101	2000940	42281808	92156254	Papel crepado I generación de 75cmx75cm
102	IM - 03139	2004790	41113035	92301411	Tira reactiva para análisis de glucosa
103	IM - 03213	2000590	42311512	92163341	Espuma impregnada de jabón, seco hipoalergénico
104	IM - 03323	2004850	42312313	92184762	Gel de miel presentación tubo de 45ml(+ 5ml)
105	IM - 03654	2002557	42281810	92146999	Prueba de Bowie-Dick (vapor)
106	IM - 03657	2002820	42221507	92153598	Kit toma de vías periféricas, contiene 1
107	IM - 03672	2003026	51473016	92161526	Antiséptico instantáneo manos clorexidina 1%
108	IM - 03689	2003163	14111539	92330227	Papel termosensible p/ electrocardiograma
109	IM - 03701	2003232	42311598	92166572	Vendaje neuromuscular kinesiotape 5cmx5m
110	IM - 03702	2003301	42281808	92154914	Papel crepado 3 generación azul 90cm x 90cm
111	IM - 03703	2003302	42281808	92156285	Papel crepado 3 generación azul 110cmx120cm
112	IM - 03767	2003362	46171501	92149822	Candado p/contenedor rígido indicador de proceso a vapor
113	IM - 03769	2003364	42281802	92157492	Etiqueta de loteo, para esterilización a
114	IM - 03775	2003369	42295427	92227530	Hisopo p/lavado de instrumental de 5-7mm
115	IM - 03776	2003370	42295427	92227552	Hisopo p/lavado de instrumental de 2-4mm
116	IM - 03777	2003371	42281808	92155081	Papel crepado I generación de 90cmx90cm
117	IM - 03778	2003372	42281808	92195005	Papel mixto grado médico rollo 10cm c/in (4 pulgadas)
118	IM - 03779	2003373	42152601	92209415	Papel mixto grado médico rollo 20cm c/in (8 pulgadas)
119	IM - 03780	2003100	41104929	92142121	Filtros p/contenedor rígido descartables
120	IM - 04067	2000156	42311506	92168164	Venda elástica de 5cm de ancho
121	IM - 04070	2000157	42311506	92227579	Venda elástica de 7.5cm de ancho no adhesiva
122	IM - 04073	2000158	42311506	92156147	Venda elástica de 10 cm de ancho, máster

123	IM - 04076	2000159	42311506	92156151	Venda elástica de 15 cm de ancho, máster
124	IM - 04122	2002992	42311506	92168210	Venda elástica cohesiva 5 cm x 4.5 m
125	IM - 04123	2002994	42311506	92228024	Venda elástica cohesiva 10 cm x 4.5 m
126	IM - 06033	2003229	42142608	92190154	Jeringa de inyección para tomografía
127	IM - 07037	2000194	42241505	92202367	Venda de yeso 5cm de ancho
128	IM - 07040	2000195	42241505	92166059	Venda de yeso 7.5cm (+/-5cm) de ancho
129	IM - 07043	2000196	42241502	92216191	Venda de yeso de 10cm de ancho
130	IM - 07046	2000197	42241505	92166065	Venda de yeso de 12.5cm ancho x 450cm lar
131	IM - 07049	2000198	42241505	92205628	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm largo
132	IM - 07055	2001863	42241505	92161367	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm
133	IM - 07056	2001864	42241505	92161368	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm
134	IM - 07057	2001725	42241505	92143309	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm
135	IM - 07079	2001917	42241505	92161369	Venda de fibra de vidrio de 12.5cmx360cm
136	IM - 09001	2001321	42295515	92035779	Apósito colágeno con alginato, 5x5 cm
137	IM - 09008	2001328	42311528	92182923	Óxido de zinc + calamina vendaje (botta
138	IM - 09009	2001329	42312701	92229007	Gasa o apósito hidrofílico c/zin/min/vi 10cm

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 52 muestras (43 líneas) de 10 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Cantidad de muestras
Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	3
Abba Care Medical Sociedad Anónima	5
CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	9
Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	7
Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	1
Ambiderm Centroamérica Sociedad Anónima	1
Yiré Médica H P Sociedad Anónima	14
Productos Médicos Campos PROMECA Sociedad Anónima	4
Nutricare Sociedad Anónima	4
Global Pharmed Int Sociedad Anónima	4

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 10 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante los oficios CEDINS-02576-2022 del 17 de agosto 2022, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- 1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código de Clasificación	Código de Identificación	Descripción	Proveedor	Cédula Jurídica
1	IM - 01001	2000000	42141501	92142785	Algodón, 100 % natural, empaque individual, rollo	Global Pharmed Int Sociedad Anónima	3101336566
5	IM - 01005	2000004	42311540	92233313	Apósito fibra de alginatoato CA y NA 10x10	Nutricare Sociedad Anónima	3101179050
22	IM - 01034	2000015	42131707	92196130	Cubre bocas descartables de 17,5cm de longitud	Global Pharmed Int Sociedad Anónima	3101336566
27	IM - 01077	2001660	42131719	92305157	Cobertor de cabello para hombre	Global Pharmed Int Sociedad Anónima	3101336566

28	IM - 01078	2000030	42131611	92153172	Gorro de enfermera, polipropileno hidrofílico	Global Pharmed Int Sociedad Anónima	3101336566
36	IM - 01189	2000060	42181503	92151996	Gel hidrocoloidede, compuestos: agua purificada	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	3102635793
54	IM - 01536	2003075	42312005	92201400	Barrera protector cutánea spray, 60 ml	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	3101364996
64	IM - 02004	2000061	42142523	92153427	Aguja hipodérmica N°18, estéril, desec	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094
65	IM - 02013	2000064	42142523	92153428	Aguja hipodérmica N°22, estéril descartable, 3,81	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094
66	IM - 02019	2000065	42142523	92185478	Aguja hip estéril descartable n°25x3,81cm	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094
73	IM - 02051	2000411	42221504	92227983	Hemocatóter N°24gx19mm (3/4 pulgadas) una vía	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
75	IM - 02055	2000073	42142609	92153645	Jeringa hipodérmica descartable de 3 ml	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094
76	IM - 02058	2000074	42142608	92156110	Jeringa hipodérmica descartable 5 ml	Productos Médicos Campos PROMECA Sociedad Anónima	3101713172
79	IM - 02067	2000077	42142609	92157026	Jeringa hipodérmica, descartable, insulina	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094
98	IM - 03083	2000100	42281807	92150141	Integrador químico clase v	Abba Care Medical Sociedad Anónima	3101290190
102	IM - 03139	2004790	41113035	92301411	Tira reactiva para análisis de glucosa	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094

103	IM - 03213	2000590	42311512	92163341	Espuma impregnada de jabón, seco hipoaler	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	3102749824
112	IM - 03767	2003362	46171501	92149822	Candado p/contenedor rígido indicador de proceso a vapor	Abba Care Medical Sociedad Anónima	3101290190
114	IM - 03775	2003369	42295427	92227530	Hisopo p/lavado de instrumental de 5-7mm	Abba Care Medical Sociedad Anónima	3101153540
115	IM - 03776	2003370	42295427	92227552	Hisopo p/lavado de instrumental de 2-4mm	Abba Care Medical Sociedad Anónima	3101153540
118	IM - 03779	2003373	42152601	92209415	Papel mixto grado médico rollo 20cm c/in (8 pulgadas)	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	3102749824
						Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código de Clasificación	Código de Identificación	Descripción	Proveedor	Resultado Final
05	IM - 01005	2000004	42311540	92233313	Apósito fibra de alginato CA y NA 10x10	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	El proveedor que presentó muestra ya tiene una precalificada (MRI-0066-2021)
14	IM - 01015	2000010	42311515	92162288	Apósito semioclus. grueso para matri 15cm	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	Criterios técnicos de la muestra - Incumple, en la ficha técnica se solicita: Apósito hidrocoloide semioclusivo de perfil grueso, la muestra presentada por el proveedor indica ser regular, lo cual sería el equivalente al fino. El producto se desprende fácilmente en sus bordes, lo cual indica baja calidad en adhesividad. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.

20	IM - 01028	2000013	42311552	92168266	Cinta adhesiva microporo (acrilato)	Productos Médicos Campos PROMECA Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: con adhesión inicial baja pero que aumente con el tiempo, la muestra presentada posee baja adhesividad, por lo cual a las pocas horas de ser colocada se desprende fácilmente, desde el inicio de su colocación. Se solicita: Buena adhesividad en pieles húmedas, en piel húmeda no se adhiere el producto. La calidad del insumo presentado es deficiente en su adhesividad. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
21	IM - 01031	2000014	42311552	92339792	Cinta adhesiva plástica transparente	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Garantiza la adhesividad (adhesión al acero mínimo 400- máximo 1250, adhesión al respaldo mínimo 85, máximo N/A, y porosidad mínimo N/A y máximo 15). Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos (9001-13485), lo cual no se puede corroborar en la documentación aportada, ni en la muestra presentada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
						Productos Médicos Campos PROMECA Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Garantiza la adhesividad (adhesión al acero mínimo 400- máximo 1250, adhesión al respaldo mínimo 85, máximo N/A, y porosidad mínimo N/A y máximo 15), lo cual no se puede corroborar en la información aportada, ni en la muestra. Al realizar las

							pruebas en el insumo, se detecta que el mismo posee una calidad deficiente en la adhesividad, siendo que el mismo se desprende fácilmente, lo cual genera un riesgo en la atención del usuario. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
22	IM - 01034	2000015	42131707	92196130	Cubre bocas descartables de 17,5cm de longitud	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: 4 amarras de 45 cm (+/-5 cm) de largo y un ancho 1 cm (+/-0.5 cm), la muestra presentada posee tiras elásticas. Cabe indicar que las mascarillas con tiras elásticas no son funcionales en nuestro quirúrgico, al desprenderse con facilidad. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
24	IM - 01060	2000023	42311545	92168596	Gasa en cuadros 10 cm x 10 cm	Ambiderm Centroamérica Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: trama plana o sencilla (una hebra) de 20 +- 2 hilos x 24 +- 2 hilos, la muestra presentada es de 19x15 hilos, lo cual genera que no se absorba lo suficiente. Así mismo, se requiere: en empaques de 100 unidades, la muestra presentada por el proveedor es paquete de 200 unidades. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
25	IM - 01063	2000024	42311545	92156073	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm	Productos Médicos Campos PROMECA Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: trama plana o sencilla (una hebra) de 20 (+- 2) hilos x 24 (+- 2) hilos, la muestra presentada por el proveedor es de 17 x 8 hilos, por lo cual no brinda la capacidad de absorción requerida. Por lo anterior

							no cumple con lo requerido por la Institución.
29	IM - 01144	2000049	42141501	92156283	Torunda de gasa paquete con 200 un	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: de una sola pieza doblada sobre sí misma, conformando un apósito redondeado, la muestra presentada por el proveedor está formada por dos pliegos de gasa. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
37	IM - 01190	2002311	42311552	92217379	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 5 cm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Adhesivo Quirúrgico, de tejido sin tejer, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una cinta transparente conformada por una película transparente. Se requiere: elástico, la muestra presentada no posee la característica de ser elástica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
38	IM - 01192	2002313	42311552	92248176	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 10cm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Adhesivo Quirúrgico, de tejido sin tejer, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una cinta transparente conformada por una película transparente. Se requiere: elástico, la muestra presentada no posee la característica de ser elástica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
54	IM - 01536	2003075	42312005	92201400	Barrera protector cutánea spray, 60 ml	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Indicaciones de uso en español - Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto

						<p>N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Etiquetado de fabrica - Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su</p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>acatamiento.</p> <p>Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Protector cutáneo en spray, en la literatura aportada por el proveedor indica ser en aerosol. Se requiere: Con capacidad de permanecer en piel por un tiempo máximo de 72 h, lo cual no se puede corroborar en la literatura, ni en la muestra presentada. Se solicita: Fabricado por un polímero acrilato, disolvente orgánico no tóxico y un plastificante. No contiene látex, debe ser citotóxico, debe ser compatible con clorhexidina e hipoalergénico, lo cual no se puede corroborar en la literatura, ni en la muestra. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.</p>
67	IM - 02034	2000068	42221902	92153513	Equipo de venoclisis, estéril, atóxico, hip	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	<p>Literatura en español - Incumple. La literatura aportada es insuficiente para corroborar los atributos requeridos para el insumo.</p> <p>Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: el volumen de goteo debe ser de 20 gotas (1 cc) por min, lo anterior no puede ser corroborar en la literatura, ni en la muestra aportada por el proveedor. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.</p>
78	IM - 02064	2000076	42142609	92209795	Jeringa hipodérmica descartable 20 ml	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	<p>Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: el caucho de la punta del émbolo debe ser siliconado de 0,7 cm a 1cm; la muestra presentada por el proveedor posee un émbolo de caucho de 0.48cm, lo cual genera</p>

							complicaciones para ser utilizadas en los equipos de la RSS. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
						Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: el caucho de la punta del émbolo debe ser siliconado de 0,7 cm a 1cm; la muestra presentada por el proveedor posee un émbolo de caucho de 0.6cm, lo cual genera complicaciones para ser utilizadas en los equipos de la RSS. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
81	IM - 02082	2000078	42221602	92167708	Tapa para hemocatéter, sistema conector	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	<p>Literatura en español - Incumple. La literatura aportada es insuficiente para corroborar los atributos requeridos para el insumo.</p> <p>Indicaciones de uso en español - Incumple. La muestra presentada, no indica las instrucciones de uso en el empaque primario del mismo, en su lugar el proveedor le coloca una etiqueta sencilla en el empaque terciario del producto. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Volumen residual de 0,06 ml a 0,10 ml máximo, lo</p>

							anterior no puede ser corroborado en la literatura aportada, ni en la muestra. Se requiere: Que soporte 100 activaciones como mínimo en un tiempo no mayor a 7 días naturales, lo anterior no puede ser corroborado en la literatura aportada, ni en la muestra. Debe ser libre de látex, no cual no indica en el empaque primario del insumo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
82	IM - 02085	2000350	42222301	92167705	Equipo de transfusión de sangre, tipo y	Nutricare Sociedad Anónima	Indicaciones de uso en español - Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, , apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: clausula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento
85	IM - 02112	2002627	42221612	92167085	Llave de tres vías, cuerpo de policarbonato	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Indicaciones de uso en español - Incumple. No posee instrucciones en el empaque primario del producto. El proveedor coloca etiqueta con instrucciones en el

						<p>empaque secundario. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Etiquetado de fábrica - Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe tener impresa fecha de fabricación y vencimiento en el empaque primario, la muestra</p>
--	--	--	--	--	--	--

							presentada no posee dichos datos en su empaque primario, lo cual no permite dar trazabilidad al insumo y corre el riesgo de ser utilizado el producto vencido, con las complicaciones que genere en la atención del usuario. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
94	IM - 03049	2000094	42281807	92142064	Cinta control esterilización a vapor	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Cinta en rollo para control de esterilización a vapor. Debe ser libre de plomo y de látex, la muestra presentada por el proveedor no indica ser libre de plomo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
102	IM - 03139	2004790	41113035	92301411	Tira reactiva para análisis de glucosa	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Carta autorización del fabricante - Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la Institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Revisión de la documentación - Incumple. No aporta nota del fabricante para distribuir el producto.

104	IM - 03323	2004850	42312313	92184762	Gel de miel present tubo de 45ml(+ 5ml)	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	Criterios técnicos de la muestra - Incumple: En la ficha técnica se solicita: Que permita el cambio de 4 a 7 días, lo cual no se puede corroborar en la literatura, ni en la muestra aportada. Por lo anterior incumple con lo requerido por la Institución.
						Nutricare Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: Presentación: Tubo de 45 ml (+ 5 ml), la muestra presentada por el proveedor es de 44ml. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
105	IM - 03654	2002557	42281810	92146999	Prueba de Bowie-Dick (vapor)	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Criterios técnicos de la muestra - Incumple. En la ficha técnica se solicita: El paquete debe de contener dentro del paquete una hoja de prueba sensible al vapor y sin plomo, la muestra presentada por el proveedor no indica ser libre de plomo. Así mismo, se solicita: adicional una hoja de prueba de detección temprana de fallo, la muestra presentada carece de la hoja de detección temprana. Se requiere: En la parte externa debe tener la indicación de que es libre de plomo, en el empaque primario del producto no se indica ser libre de plomo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
106	IM - 03657	2002820	42221507	92153598	Kit toma de vías periféricas, contiene 1	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Etiquetado de fábrica - Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye

							que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
112	IM - 03767	2003362	46171501	92149822	Candado p/contenedor rígido indicador de proceso a vapor	Abba Care Medical Sociedad Anónima	Criterios técnicos de la muestra -Incumple. En la ficha técnica se solicita: De 4cm de longituditud una vez sellado. La muestra presentada por el proveedor una vez cerrada es de 2,3cm, lo cual genera que los contenedores no se cierren adecuadamente y puedan ser contaminados con facilidad. Genera reprocesos innecesarios en los equipos y el riesgo en el uso de instrumental no estéril en el usuario. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la Institución.
132	IM - 07055	2001863	42241505	92161367	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	N° de Referencia - Código - XD002 Incumple. No se puede corroborar el código indicado en el formulario, en la muestra presentada, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español - Incumple. La muestra presentada para valoración no posee instrucciones de uso en idioma español, la misma cuenta con imágenes para demostrar la instrucción de uso, las cuales no son clara

							y quedan a interpretación del personal. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
133	IM - 07056	2001864	42241505	92161368	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	N° de Referencia - Código - XD003 Incumple. No se puede corroborar el código indicado en el formulario, en la muestra presentada, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español - Incumple. La muestra presentada para valoración no posee instrucciones de uso en idioma español, la misma cuenta con imágenes para demostrar la instrucción de uso, las cuales no son clara y quedan a interpretación del personal. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
134	IM - 07057	2001725	42241505	92143309	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	N° de Referencia - Código - XD004 Incumple. No se puede corroborar el código indicado en el formulario, en la muestra presentada, siendo que no se indica.

							Indicaciones de uso en español - Incumple. La muestra presentada para valoración no posee instrucciones de uso en idioma español, la misma cuenta con imágenes para demostrar la instrucción de uso, las cuales no son clara y quedan a interpretación del personal. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
135	IM - 07079	2001917	42241505	92161369	Venda de fibra de vidrio de 12.5cmx360cm	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	N° de Referencia - Código - XD005 Incumple. No se puede corroborar el código indicado en el formulario, en la muestra presentada, siendo que no se indica. Indicaciones de uso en español - Incumple. La muestra presentada para valoración no posee instrucciones de uso en idioma español, la misma cuenta con imágenes para demostrar la instrucción de uso, las cuales no son clara y quedan a interpretación del personal. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y

							están obligados a su acatamiento.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código de Clasificación	Código de Identificación	Descripción	Infructuosa por falta de ofertas o por Incumplimiento técnico
2	IM – 01002	2000001	42311540	92162124	Apósito fibra alginatoato CA y NA 2g mecha	Infructuosa por falta de ofertas
3	IM – 01003	2000002	42311540	92154884	Apósito fibra alginato calcio y sodio 5x5cm	Infructuosa por falta de ofertas
4	IM – 01004	2000003	42141502	92112768	Aplicadores de madera, tamaño 15 cm lar	Infructuosa por falta de ofertas
6	IM – 01007	2000005	42311518	92154942	Apósito de algodón para ojos (5cm x 7cm)	Infructuosa por falta de ofertas
7	IM – 01008	2003377	42311546	92168344	Apósito transparente autoadhesivo 6x7cm	Infructuosa por falta de ofertas
8	IM – 01009	2003378	42311546	92155277	Apósito transparente autoadhesivo 9 (+1cm) x14	Infructuosa por falta de ofertas
9	IM – 01010	2003379	42311510	92162475	Apósito transparente autoadhesivo 15x20cm	Infructuosa por falta de ofertas
10	IM – 01011	2000006	42311515	92190101	Apósito oclusivo extrafino matr/elást 5x10cm	Infructuosa por falta de ofertas
11	IM – 01012	2000007	42311515	92161347	Apósito hidrocoloide semioclusivo de 7,5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
12	IM – 01013	2000008	42311515	92190094	Apósito oclusivo extrafino matr elást 10x10cm	Infructuosa por falta de ofertas
13	IM – 01014	2000009	42311515	92161348	Apósito grueso matriz elástica 10x10 cm	Infructuosa por falta de ofertas
14	IM – 01015	2000010	42311515	92162288	Apósito semioclus. Grueso para matri 15cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
15	IM – 01016	2000011	42312005	92168329	Apósito semioclusivo grueso, medidas 15cmx20cm	Infructuosa por falta de ofertas

16	IM – 01018	2000012	42311510	92217846	Apósito super absorbente blanco 30x20cm	Infructuosa por falta de ofertas
17	IM – 01020	2000830	42312701	92233563	Apósito bioclusivo para toma de vías	Infructuosa por falta de ofertas
18	IM – 01021	2003500	42311510	92217534	Apósito super absorbente blanco 10cmx22cm	Infructuosa por falta de ofertas
19	IM – 01026	2003780	42311515	92168592	Apósito carbón activado c/iones plata	Infructuosa por falta de ofertas
20	IM – 01028	2000013	42311552	92168266	Cinta adhesiva microporo (acrilato)	Infructuosa por incumplimiento técnico
21	IM - 01031	2000014	42311552	92339792	Cinta adhesiva plástica transparente	Infructuosa por incumplimiento técnico
23	IM - 01037	2000016	42311552	92168265	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
24	IM - 01060	2000023	42311545	92168596	Gasa en cuadros 10 cm x 10 cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
25	IM - 01063	2000024	42311545	92156073	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
26	IM - 01075	2000029	42311524	92156087	Gasa parafinada o vaselinada 10 x 10 cm	Infructuosa por falta de ofertas
29	IM - 01144	2000049	42141501	92156283	Torunda de gasa paquete con 200 un	Infructuosa por incumplimiento técnico
30	IM - 01145	2000050	42141501	90032636	Torunda de algodón paquete con 200un	Infructuosa por falta de ofertas
31	IM - 01147	2000051	42311545	92156102	Venda d gasa amoldable 5cm(+/- 0,5) ancho	Infructuosa por falta de ofertas
32	IM - 01150	2000052	42311545	92156103	Venda gasa amoldable 10cm (+/- 0,5cm) ancho	Infructuosa por falta de ofertas
33	IM - 01153	2000053	42311545	92233552	Venda gasa amoldable 15cm (+/- 0.5cm) ancho	Infructuosa por falta de ofertas
34	IM - 01156	2000054	42311511	92152912	Venda de gasa amoldable 7.5cm	Infructuosa por falta de ofertas
35	IM - 01173	2001737	42311524	92164496	Gasa absorbente 2.54cm x 91.44cm	Infructuosa por falta de ofertas

37	IM - 01190	2002311	42311552	92217379	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 5 cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
38	IM - 01192	2002313	42311552	92248176	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 10cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
39	IM - 01194	2002340	42312701	92215764	Apósito bioclusivo 8,5 cm x 11,5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
40	IM - 01195	2005691	42311515	92284670	Apósito herid impregn ion plata 10cmx10c	Infructuosa por falta de ofertas
41	IM - 01196	2002349	42311515	92155031	Apósito hidrocol para el sacro, medi 17x17	Infructuosa por falta de ofertas
42	IM - 01294	2002339	42311510	92162924	Apósito antimicrobiano 15 cm x 15 cm	Infructuosa por falta de ofertas
43	IM - 01310	2002335	51473016	92302320	Antiséptico instantáneo 65% presen 500ml	Infructuosa por falta de ofertas
44	IM - 01312	2002338	42311510	92162914	Apósito antimicrobiano 9cm x 7cm +/- 1cm	Infructuosa por falta de ofertas
45	IM - 01314	2002342	42311540	92161412	Apósito de colágeno con alginato 10x10cm	Infructuosa por falta de ofertas
46	IM - 01316	2002348	42312701	92312428	Apósito hidrocelular para talón y codo	Infructuosa por falta de ofertas
47	IM - 01322	2002344	42312701	92233473	Apósito de poliuretano 10x10cm	Infructuosa por falta de ofertas
48	IM - 01417	2002794	42295305	92158957	Venda hule p/torniquete ortopédico tipo smarch 10.16cm	Infructuosa por falta de ofertas
49	IM - 01418	2002795	42295305	92153158	Venda de hule para torniquete ortopédica 15,24 cm	Infructuosa por falta de ofertas
50	IM - 01421	2002798	42311545	92156491	Venda con biguanida 11,43 cm, en rollo	Infructuosa por falta de ofertas
51	IM - 01423	2002799	42131609	92142120	Cubre zapato descartable unitalla	Infructuosa por falta de ofertas
52	IM - 01430	2002536	42312313	92212050	Pasta protectora de piel base hidrocoloide	Infructuosa por falta de ofertas
53	IM - 01526	2002920	42181708	92209426	Electrodo monitoreo cardioresp autoadh	Infructuosa por falta de ofertas
55	IM - 01540	2002956	42295513	92168829	Malla no adherente acetato celulosa rollo	Infructuosa por falta de ofertas
56	IM - 01578	2003192	42142618	92155080	Kit de toma de gases arteriales, con 1 j	Infructuosa por falta de ofertas
57	IM - 01579	2003501	42312005	92268206	Barrera protectora de piel (Apósito)	Infructuosa por falta de ofertas

58	IM - 01582	2003782	42295513	92161424	Malla acetato Celulosa silicón 7.5 x 10cm	Infructuosa por falta de ofertas
59	IM - 01583	2003783	42295513	92167025	Malla acetato celulosa silicón 12,5 cm x 15 cm	Infructuosa por falta de ofertas
60	IM - 01584	2003784	42295513	92167024	Malla acetato Celulosa silicón 20 x 32cm	Infructuosa por falta de ofertas
61	IM - 01588	2003781	42311540	92228975	Matriz moduladora de actividad proteasa	Infructuosa por falta de ofertas
62	IM - 01618	2003300	42295513	92143129	Malla no adherente acetato celulosa 8x8cm	Infructuosa por falta de ofertas
63	IM - 01619	2003303	42295513	92151976	Malla no adherente acetato 7,6 cm x 21cm	Infructuosa por falta de ofertas
67	IM - 02034	2000068	42221902	92153513	Equipo de venoclisis, estéril, atóxico, hip	Infructuosa por incumplimiento técnico
68	IM - 02040	2001310	42221504	92227625	Hemocatéter N° 14 x 2, una vía	Infructuosa por falta de ofertas
69	IM - 02041	2000410	42221504	92153890	Hemocatéter N°18 g x 3,17 cm, una vía	Infructuosa por falta de ofertas
70	IM - 02042	2001311	42221504	92228035	Hemocatéter N°16 g x 5,08 cm (2 pulgadas)	Infructuosa por falta de ofertas
71	IM - 02043	2000070	42221504	92190162	Hemocatéter N° 20 g x de una vía	Infructuosa por falta de ofertas
72	IM - 02049	2000071	42221504	92190164	Hemocatéter N°22 de una vía	Infructuosa por falta de ofertas
74	IM - 02052	2000072	42142609	92161350	Jeringa de asepto, descartable	Infructuosa por falta de ofertas
77	IM - 02061	2000075	42142609	92154017	Jeringa hipodérmica descartable 10 ml	Infructuosa por falta de ofertas
78	IM - 02064	2000076	42142609	92209795	Jeringa hipodérmica descartable 20 ml	Infructuosa por incumplimiento técnico
80	IM - 02068	2003616	42142609	92167081	Jeringa tipo Toomey de 60cc	Infructuosa por falta de ofertas
81	IM - 02082	2000078	42221602	92167708	Tapa para hemocatéter, sistema conector	Infructuosa por incumplimiento técnico
82	IM - 02085	2000350	42222301	92167705	Equipo de transfusión de sangre, tipo y	Infructuosa por incumplimiento técnico
83	IM - 02086	2001360	42142502	92190165	Aguja N° 30 x 1/2 para anestesia dental,	Infructuosa por falta de ofertas
84	IM - 02087	2001583	42142502	92153519	Aguja para anestesia dental n°27, desechable	Infructuosa por falta de ofertas

85	IM - 02112	2002627	42221612	92167085	Llave de tres vías, cuerpo de policarbonato	Infructuosa por incumplimiento técnico
86	IM - 02114	2002616	42142609	92154019	Jeringa Toomey 50-60 ml adapt luer lock	Infructuosa por falta de ofertas
87	IM - 02115	2002531	42311528	92157530	Pad de alcohol de uso en inyectables	Infructuosa por falta de ofertas
88	IM - 02125	2005327	42142512	92221030	Aguja para fistula arterio veno 16gx30,48	Infructuosa por falta de ofertas
89	IM - 02126	2003503	42142523	92205648	Jeringa hipodérmica descartable de 1 ml	Infructuosa por falta de ofertas
90	IM - 02136	2004181	42272505	92155071	Conector de presión neutra	Infructuosa por falta de ofertas
91	IM - 03016	2000084	42281808	92001651	Papel mixto grado médico y pel rollo 15cm (6 pulgadas)	Infructuosa por falta de ofertas
92	IM - 03018	2000085	42281916	92301470	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm	Infructuosa por falta de ofertas
93	IM - 03019	2000086	42281808	92001652	Papel mixto en rollo de 30 cm an x 200 m	Infructuosa por falta de ofertas
94	IM - 03049	2000094	42281807	92142064	Cinta control esterilización a vapor	Infructuosa por incumplimiento técnico
95	IM - 03067	2005325	42281508	92221287	Paquete prueba para esterilización vapor	Infructuosa por falta de ofertas
96	IM - 03068	2005326	42281804	92221028	Indicador biológico auto-contenido (ib)	Infructuosa por falta de ofertas
97	IM - 03079	2000099	42281804	92205783	Control biológico prevac, lectura superrap	Infructuosa por falta de ofertas
99	IM - 03096	2000105	42281808	92216154	Papel grado médico p/ esterilizar rollo 7,5 cm (3 pulgadas)	Infructuosa por falta de ofertas
100	IM - 03097	2000941	42281808	92156194	Papel crepado I generación 50 x 50 cm	Infructuosa por falta de ofertas
101	IM - 03101	2000940	42281808	92156254	Papel crepado I generación de 75cmx75cm	Infructuosa por falta de ofertas
104	IM - 03323	2004850	42312313	92184762	Gel de miel present tubo de 45ml(+ 5ml)	Infructuosa por incumplimiento técnico
105	IM - 03654	2002557	42281810	92146999	Prueba de Bowie-Dick (vapor)	Infructuosa por incumplimiento técnico
106	IM - 03657	2002820	42221507	92153598	Kit toma de vías periféricas, contiene 1	Infructuosa por incumplimiento técnico

107	IM - 03672	2003026	51473016	92161526	Antiséptico instantáneo manos clorexidina 1%	Infructuosa por falta de ofertas
108	IM - 03689	2003163	14111539	92330227	Papel termosensible p/ electrocardiograma	Infructuosa por falta de ofertas
109	IM - 03701	2003232	42311598	92166572	Vendaje neuromuscular kinesiotape 5cmx5m	Infructuosa por falta de ofertas
110	IM - 03702	2003301	42281808	92154914	Papel crepado 3 generación azul 90cm x 90cm	Infructuosa por falta de ofertas
111	IM - 03703	2003302	42281808	92156285	Papel crepado 3 generación azul 110cmx120cm	Infructuosa por falta de ofertas
113	IM - 03769	2003364	42281802	92157492	Etiqueta de loteo, para esterilización a	Infructuosa por falta de ofertas
116	IM - 03777	2003371	42281808	92155081	Papel crepado I generación de 90cmx90cm	Infructuosa por falta de ofertas
117	IM - 03778	2003372	42281808	92195005	Papel mixto grado médico rollo 10cm c/in (4 pulgadas)	Infructuosa por falta de ofertas
119	IM - 03780	2003100	41104929	92142121	Filtros p/contenedor rígido descartables	Infructuosa por falta de ofertas
120	IM - 04067	2000156	42311506	92168164	Venda elástica de 5cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
121	IM - 04070	2000157	42311506	92227579	Venda elástica de 7.5cm de ancho no adhe	Infructuosa por falta de ofertas
122	IM - 04073	2000158	42311506	92156147	Venda elástica de 10 cm de ancho, máster	Infructuosa por falta de ofertas
123	IM - 04076	2000159	42311506	92156151	Venda elástica de 15 cm de ancho, máster	Infructuosa por falta de ofertas
124	IM - 04122	2002992	42311506	92168210	Venda elástica cohesiva 5 cm x 4.5 m	Infructuosa por falta de ofertas
125	IM - 04123	2002994	42311506	92228024	Venda elástica cohesiva 10 cm x 4.5 m	Infructuosa por falta de ofertas
126	IM - 06033	2003229	42142608	92190154	Jeringa de inyección para tomografía	Infructuosa por falta de ofertas
127	IM - 07037	2000194	42241505	92202367	Venda de yeso 5cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
128	IM - 07040	2000195	42241505	92166059	Venda de yeso 7.5cm (+/-5cm) de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
129	IM - 07043	2000196	42241502	92216191	Venda de yeso de 10cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas

130	IM - 07046	2000197	42241505	92166065	Venda de yeso de 12.5cm ancho x 450cm lar	Infructuosa por falta de ofertas
131	IM - 07049	2000198	42241505	92205628	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm largo	Infructuosa por falta de ofertas
132	IM - 07055	2001863	42241505	92161367	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
133	IM - 07056	2001864	42241505	92161368	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
134	IM - 07057	2001725	42241505	92143309	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
135	IM - 07079	2001917	42241505	92161369	Venda de fibra de vidrio de 12.5cmx360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
136	IM - 09001	2001321	42295515	92035779	Apósito colágeno con alginato, 5x5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
137	IM - 09008	2001328	42311528	92182923	Óxido de zinc + calamina vendaje (botta)	Infructuosa por falta de ofertas
138	IM - 09009	2001329	42312701	92229007	Gasa o apósito hidrofílico c/zin/min/vi 10cm	Infructuosa el único proveedor que presentó muestra ya tiene una precalificada (MRI-0136-2019)

4. MUESTRAS QUE NO FUERON VALORADAS: Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los proveedores ya cuentan con el registro de estas.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código de Clasificación	Código de Identificación	Descripción	Proveedor
5	IM - 01005	2000004	42311540	92233313	Apósito fibra de alginato CA y NA 10x10	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada
138	IM - 09009	2001329	42312701	92229007	Gasa o apósito hidrofílico c/zin/min/vi 10cm	Nutricare Sociedad Anónima

Demás términos y condiciones, según lo establece el Reglamento para la Adquisición de Medicamentos e Implementos Médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante Compras por Requerimiento (Mecanismo sustituto cuya prórroga se autorizó por la Contraloría General de la República mediante oficio N°22763 (DCA-4824) del 16 de diciembre del 2021.

Atentamente,

Departamento de Proveeduría

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe

CC: Informecompraporrequerimiento4-2022Implementos
Hecho por: LVR / Revisado por: KLG