

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**17 setiembre del 2021
PROV-03878-2021**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(N°7-2021 IMPLEMENTOS)
(Primer llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
MEDIANTE COMPRAS POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en su oficio CEDINS- 02920-2021 del 14 de setiembre 2021, comunica el resultado de la valoración de productos N°7 -2021 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°157 del martes 17 de agosto 2021 (páginas 55 a la 58), la invitación a participar en la valoración de productos N°7-2021, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 02 de setiembre 2021 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

NÚMERO DE RENGLÓN	CLAVE SIMA	CLAVE SIFA	CLASIFICACIÓN SICOP	IDENTIFICACIÓN SICOP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS A PRESENTAR
1	IM - 01190	2002311	42311552	92217379	ADHESIVO QUIRÚRGICO HIPOALERGÉNICO 5 cm	2 unidades del empaque primario
2	IM - 01192	2002313	42311552	92248176	ADHESIVO QUIRÚRGICO HIPOALERGÉNICO 10cm	2 unidades del empaque primario
3	IM - 01195	2005691	42311515	92284670	APÓSITO HERID IMPREGNADO CON IONES DE PLATA 10cmX10c	3 unidades del empaque primario

4	IM - 01205	2002365	42144409	92164445	CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA, PARA TERAPIA	3 unidades del empaque primario
5	IM - 01209	2002369	42144409	92317921	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 60mm	2 unidades del empaque primario
6	IM - 01210	2002370	42144409	92160394	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 70mm	2 unidades del empaque primario
7	IM - 01213	2002401	42293505	92162256	CATÉTER SUCCIÓN CERRADA FLE C/P RED 14FR	3 unidades del empaque primario
8	IM - 01255	2002609	42132205	92289268	GUANTE QUIRÚRGICO N°8 ½, ESTÉRIL DESCART	1 caja del empaque secundario
9	IM - 01377	2005692	42295453	92284664	SISTEMA SUCCIÓN CERRA TIP JACKSON PRAT 19	3 unidades del empaque primario
10	IM - 01579	2003501	42312005	92268206	BARRERA PROTECTORA DE PIEL (APÓSITO)	1 caja del empaque secundario
11	IM - 01675	2004364	42311607	92169080	CERA PARA HUESOS MEZCLA DE ABEJA (80%) E	1 caja del empaque secundario
12	IM - 01676	2004365	42311607	92219223	ESPONJA HEMOSTÁTICA	3 unidades del empaque primario
13	IM - 02088	2002180	42143503	92155268	TAPÓN NASAL CON CÁNULA, HEMOSTÁTICOS	3 unidades del empaque primario
14	IM - 02089	2002181	42143503	92157293	TAPÓN NASAL SIN CÁNULA	3 unidades del empaque primario
15	IM - 03106	2000112	53131622	92149573	PRESERVATIVO 1 PIEZA LATÉX 35mm DIÁMETRO	5 unidades del empaque primario
16	IM - 03611	2002604	42312311	92152175	SET CURACIÓN VÍA CENTRAL	3 unidades del empaque primario
17	IM - 03613	2002725	42281701	92163339	SOLUCIÓN REVITALIZADORA LIMPIEZA AUTOCLAVES	1 unidad del empaque primario
18	IM - 03632	2002618	53131506	92158978	KIT HIGIENE ORAL CLOREXINA 0.12% ABRE FA	3 unidades del empaque primario
19	IM - 03655	2002567	42281603	92167685	REMOVEDOR DE ÓXIDOCON PH1	1 unidad del empaque primario
20	IM - 03660	2005690	42312313	92284671	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y ANTIMICROBI, 235ml	2 unidades del empaque primario
21	IM - 03670	2003023	42271910	92154912	KIT PARA LIMPIEZA DE TRAQUEOSTOMÍA	3 unidades del empaque primario

22	IM - 03794	2004851	42271903	92185047	SET INTERCAMBIADOR TUBO ENDOTRAQ 19fr	2 unidades del empaque primario
23	IM - 03842	2005677	42221704	92278941	BOLSA INSUFIBLE CON MANOMETRO, CAP 1000ml	2 unidades del empaque primario
24	IM - 04029	2003760	42241806	92195008	MUÑEQUERA MEDIANA PARA MANO AMBIDIESTRA	1 unidad del empaque primario
25	IM - 04030	2003761	42241806	92223925	MUÑEQUERA GRANDE P/MANO AMBIDIESTRA	1 unidad del empaque primario
26	IM - 04034	2000142	42312502	92189895	FAJA DE TÓRAX ELÁSTICA, TAMAÑO MEDIANO	1 unidad del empaque primario
27	IM - 04035	2000143	42312502	92189903	FAJA DE TÓRAX ELÁSTICA, TAMAÑO GRANDE	1 unidad del empaque primario
28	IM - 04090	2002499	42241803	92166369	CUELLO BLANDO CERVICAL TALLA M	1 unidad del empaque primario
29	IM - 04091	2002500	42241803	92166373	CUELLO BLANDO CERVICAL TALLA S	1 unidad del empaque primario
30	IM - 04122	2002992	42311506	92168210	VENDA ELÁSTICA COHESIVA 5 cm X 4.5 m	3 unidades del empaque primario
31	IM - 04123	2002994	42311506	92228024	VENDA ELÁSTICA COHESIVA 10 cm x 4.5 m	3 unidades del empaque primario
32	IM - 05016	2000167	42142702	92223761	SONDA FOLEY 2 VÍA S N°14, 100% SILICÓN	2 unidades del empaque primario
33	IM - 05028	2000170	42142702	92223868	SONDA FOLEY DE SILICON 2 VÍAS N°22 FR	2 unidades del empaque primario
34	IM - 05031	2000171	42231701	92153580	SONDA FOLEY 2 VÍA S N° 24, 100% SILICON	2 unidades del empaque primario
35	IM - 05038	2001445	42142702	92214735	SONDA FOLEY DE SILICÓN 3 VÍAS N°20 FR	2 unidades del empaque primario
36	IM - 05052	2000172	42231701	92240280	SONDA NASOGÁSTRICA 12 FR, 130 cm DE LAR	2 unidades del empaque primario
37	IM - 06041	2004592	42192501	92185620	COBERTOR ESTÉRIL ARCO EN C DE 80cmX 60cm	3 unidades del empaque primario
38	IM - 06042	2004591	42192501	92154262	COBERTOR ESTÉRIL ARCO EN C DE 95cmX95cm	3 unidades del empaque primario

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 62 muestras de 16 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Cantidad de líneas
Sanacare Medical C.R. L	1
Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A	5
Kabé Soluciones Médicas S. A	6
Panamedical de Costa Rica	1
CQ Médical Centroamericana S.R. L	5
Tri DM S.A	2
Grupo Salud Latina S. A	2
Corporación Biomur S. A	4
Hospimédica S. A	8
Transglobal Medical S. A	5
Yiré Médica HP S. A	16
Corporación Sandoval y Sandoval S. A	1
Dialba Nica S. A	3
Medicald S. A	1
Kendall Innovadores En Cuidados Al Paciente S.A	1
Newmet Mcr S.R. L	1
Total	62

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 16 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante su oficio CEDINS-02920-2021 del 14 de setiembre del 2021, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- 1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÉDULA JURÍDICA
1	2002311	IM - 01190	ADHESIVO QUIRÚRGICO HIPOALERGÉNICO 5 cm	Hospimédica S. A	3-101-115347
2	2002313	IM - 01192	ADHESIVO QUIRÚRGICO HIPOALERGÉNICO 10cm	Hospimédica S. A	3-101-115347
				Transglobal Medical S. A	3-101-547337
3	2005691	IM - 01195	APÓSITO HERID IMPREGNADO CON IONES PLATA 10cmX10c	Hospimédica S. A	3-101-115347
4	2002365	IM - 01205	CANÚLA NASAL PEDIÁTRICA, PARA TERAPIA RESPIRATORIA	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A	3-101-358504
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
5	2002369	IM - 01209	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 60mm	Transglobal Medical S. A	3-101-547337
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
6	2002370	IM - 01210	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 70mm	Transglobal Medical S. A	3-101-547337
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
7	2002401	IM - 01213	CATÉTER SUCCIÓN CERRADA FLE C/P RED 14FR	Hospimédica S. A	3-101-115347

9	2005692	IM - 01377	SISTEMA SUCCIÓN CERRA TIP JACKSON PRAT 19	Kabé Soluciones Médicas S. A	3-101-625107
10	2003501	IM - 01579	BARRERA PROTECTORA DE PIEL (APÓSITO)	Panamedical de Costa Rica	3-101-364996
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
				Corporación Sandoval y Sandoval S.A.	3-101-128560
11	2004364	IM - 01675	CERA PARA HUESOS MEZCLA DE ABEJA (80%) E	Medicald S. A	3-101-182857
				Kendall Innovadores En Cuidados Al Paciente S. A	3-101-211041
12	2004365	IM - 01676	ESPONJA HEMOSTÁTICA	Grupo Salud Latina S. A	3-101-273008
16	2002604	IM - 03611	SET CURACIÓN VÍA CENTRAL	Grupo Salud Latina S. A	3-101-273008
17	2002725	IM - 03613	SOLUCIÓN REVITALIZADORA LIMPIEZA AUTOCLAVES	Tri DM S. A	3-101-083376
18	2002618	IM - 03632	KIT HIGIENE ORAL CLOREXINA 0.12% ABRE FA	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
19	2002567	IM - 03655	REMOVEDOR DE ÓXIDO CON PH1	Tri DM S. A	3-101-083376
20	2005690	IM - 03660	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y ANTIMICROBI,235ml	Newmet Mcr S.R. L	3-102-712516

24	2003760	IM - 04029	MUÑEQUERA MEDIANA PARA MANO AMBIDIESTRA	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
25	2003761	IM - 04030	MUÑEQUERA GRANDE P/MANO AMBIDIESTRA	Kabé Soluciones Médicas S. A	3-101-625107
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
27	2000143	IM - 04035	FAJA DE TÓRAX ELASTICA, TAMAÑO GRANDE	Dialba Nica S. A	3-101-278217
28	2002499	IM - 04090	CUELLO BLANDO CERVICAL TALLA M	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
				Dialba Nica S. A	3-101-278217
29	2002500	IM - 04091	CUELLO BLANDO CERVICAL TALLA S	Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
				Dialba Nica S. A	3-101-278217
30	2002992	IM - 04122	VENDA ELÁSTICA COHESIVA 5 cm X 4.5 m	Kabé Soluciones Médicas S. A	3-101-625107
31	2002994	IM - 04123	VENDA ELÁSTICA COHESIVA 10 cm x 4.5 m	Kabé Soluciones Médicas S. A	3-101-625107
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
32	2000167	IM - 05016	SONDA FOLEY 2 VÍAS N°14,100%SILICÓN	Corporación Biomur S. A	3-101-187737

				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
33	2000170	IM - 05028	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°22 FR	Corporación Biomur S. A	3-101-187737
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
34	2000171	IM - 05031	SONDA FOLEY 2 VÍAS N° 24, 100% SILICÓN	Corporación Biomur S. A	3-101-187737
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
35	2001445	IM - 05038	SONDA FOLEY DE SILICÓN 3 VÍAS N°20 FR	CQ Médical Centroamericana S.R. L	3-102-749824
				Corporación Biomur S. A	3-101-187737
				Transglobal Medical S. A	3-101-547337
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
38	2004591	IM - 06042	COBERTOR ESTÉRIL ARCO EN C DE 95cmX95cm	SanaCare Medical C.R. L	3-102-771915
				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	INCUMPLIMIENTO
5	2002369	IM - 01209	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 60mm	Kabé Soluciones Médicas S. A	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Libre de látex. Empaque estéril, la muestra presentada no indica ser libre de látex, ni ser estéril, ni en la literatura aportada, ni en el empaque primario del mismo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
6	2002370	IM - 01210	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 70mm	Kabé Soluciones Médicas S. A	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Libre de látex, la muestra presentada no indica ser libre de látex, ni en la literatura aportada, ni en el empaque primario del mismo. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
10	2003501	IM - 01579	BARRERA PROTECTORA DE PIEL (APÓSITO)	CQ Médica Centroamericana S.R. L	Incumple. La muestra presentada por el proveedor posee las siglas CCSS en su empaque primario, en la guía para la presentación de la muestra se indica: No se aceptan muestras que tengan las siglas o el logotipo de la CCSS, o de otras instituciones en cualquiera de los empaques. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

12	2004365	IM - 01676	ESPONJA HEMOSTÁTICA	CQ Médica Centroamericana S.R. L	<p>Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Apósito hemostático de gelatina porcina moldeable, la muestra presentada por el proveedor no indica en su empaque primario, ni en la literatura aportada ser de gelatina porcina. Además, se requiere de las siguientes dimensiones "con medida de 7 cm (+/-1 cm) x 5 cm (+/-1 cm) x 1 mm", la muestra presentada es de 70mm x 50mm x 10mm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				Transglobal Medical S. A	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: con medida de 7 cm (+/-1 cm) x 5 cm (+/-1 cm) x 1 mm, la muestra del producto presentada es de 70mm x50mmx 10mm, por lo cual no cumple con lo requerido por la institución. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica se solicita: 1 Cubrebocas de cuatro tiras, la muestra presentada posee un cobre bocas con bandas elásticas, por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>

16	2002604	IM - 03611	SET CURACION VIA CENTRAL	Yiré Médica HP S. A	<p>Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica se solicita: 1 Cubrebocas de cuatro tiras, la muestra presentada posee un cobre bocas con bandas elásticas, por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>
----	---------	------------	-----------------------------	---------------------	--

18	2002618	IM - 03632	KIT HIGIENE ORAL CLOREXINA 0.12% ABRE FA	CQ Médical Centroamericana S.R. L	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: Un Yankauer con cobertor, Una válvula de regulación de paso, Un adaptador de pulgar, Un conector en Y, la muestra presentada no posee dichos insumos. Se requiere: 2 Kits que contiene dos cepillos de dientes para succión y dos catéteres, la muestra presentada posee un kit. Debe contener: 15 ml de enjuague oral que contiene Gluconato de Clorexidina al 0.12%, la muestra presentada posee 10ml. Con 4 Kits de esponja para succión, la muestra presentada no cuenta con las esponjas. Debe contener: Un enjuague bucal con 15 ml, la muestra presentada no cuenta con el enjuague. Con Un humectante oral en gel, la muestra presentada no cuenta con el humectante. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
23	2005677	IM - 03842	BOLSA INSUFIALE CON MANOMETR, CAP 1000ml	CQ Médical Centroamericana S.R. L	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: con válvula de seguridad tipo rueda para aliviar la presión, la muestra presentada no posee la válvula de rueda. Se requiere: la bolsa debe tener una cavidad externa o red de Nylon, la muestra presentada no posee la red en dichos materiales. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

26	2000142	IM - 04034	FAJA DE TÓRAX ELÁSTICA, TAMAÑO MEDIANO	Hospimédica S. A	<p>Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés, para su empaque secundario. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del producto se solicita: faja de tórax elástica. tamaño mediano, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una faja Lumbar, con tres paneles abdominales que comprimen la zona. Se requieren las siguientes dimensiones: de 16 cm (+/- 1 cm) de ancho por 90 cm (+/- 2 cm) de largo, la muestra presentada es de 24cm de ancho por 97cm de largo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
----	---------	------------	--	------------------	--

27	2000143	IM - 04035	FAJA DE TÓRAX ELÁSTICA, TAMAÑO GRANDE	Hospimédica S. A	<p>Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés, para su empaque secundario. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. En la ficha técnica del producto se solicita: faja de tórax elástica. tamaño mediano, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una faja Lumbar, con tres paneles abdominales que comprimen la zona. Se requieren las siguientes dimensiones: de 16 cm (+/- 1 cm) de ancho por 105 cm (+/- 2 cm) de largo, la muestra presentada es de 24cm de ancho por 105cm de largo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
29	2002500	IM - 04091	CUELLO BLANDO CERVICAL TALLA S	Hospimédica S. A	<p>Incumple. La muestra presentada por el proveedor, si bien indica ser talla S, la misma posee dimensiones muy pequeñas (largo 25.5cm por 6cm de alto y 2.5cm de ancho), el cual impresiona ser de uso pediátrico, por lo cual el producto no se ajusta a la necesidad de nuestros usuarios, en su mayor porcentaje adultos. El mismo se coloca a una persona que es talla S y no le brinda el soporte que se requiere. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>

30	2002992	IM - 04122	VENDA ELÁSTICA COHESIVA 5 cm X 4.5 m	Hospimédica S. A	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Fibras elásticas de látex de caucho natural, la muestra presentada por el proveedor indica ser libre de látex. Además, se pide que sea estéril, la muestra presentada no indica ser estéril. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
32	2000167	IM - 05016	SONDA FOLEY 2 VÍAS N°14, 100% SILICÓN	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A	Incumple. El código del producto indicado en el Formulario e indicado en el empaque primario del mismo, no se menciona en el Certificado del EMB aportada y emitido por el Ministerio de Salud.
33	2000170	IM - 05028	SONDA FOLEY DE SILICÓN 2 VÍAS N°22 FR	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A	Incumple. El código del producto (EMB-CR-20-01347) indicado en el Formulario e indicado en el empaque primario del mismo, no se menciona en el Certificado del EMB aportada y emitido por el Ministerio de Salud.
34	2000171	IM - 05031	SONDA FOLEY 2 VÍAS N° 24, 100% SILICÓN	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A	Incumple. El código del producto (EMB-CR-20-01347) indicado en el Formulario he indicado en el empaque primario del mismo, no se menciona en el Certificado del EMB aportada y emitido por el Ministerio de Salud.
35	2001445	IM - 05038	SONDA FOLEY DE SILICÓN 3 VÍAS N°20 FR	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A	Incumple. El código del producto (EMB-CR-20-01347) indicado en el Formulario he indicado en el empaque primario del mismo, no se menciona en el Certificado del EMB aportada y emitido por el Ministerio de Salud.

- 3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES:** Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
8	2002609	IM - 01255	GUANTE QUIRÚRGICO N°8 ½, ESTÉRIL DESCART	Infructuoso por falta de ofertas
13	2002180	IM - 02088	TAPÓN NASAL CON CANÚLA, HEMOSTÁTICOS	Infructuoso por falta de ofertas
14	2002181	IM - 02089	TAPÓN NASAL SIN CANÚLA	Infructuoso por falta de ofertas
15	2000112	IM - 03106	PRESERVATIVO 1 PIEZA LÁTEX 35mm DIAMETRO	Infructuoso por falta de ofertas
21	2003023	IM - 03670	KIT PARA LIMPIEZA DE TRAQUEOSTOMÍA	Infructuoso por falta de ofertas.
22	2004851	IM - 03794	SET INTERCAMBIADOR TUBO ENDOTRAQ 19fr	Infructuoso por falta de ofertas
36	2000172	IM - 05052	SONDA NASOGÁSTRICA 12 FR, 130 cm DE LAR	Infructuoso por falta de ofertas
37	2004592	IM - 06041	COBERTOR ESTÉRIL ARCO EN C DE 80cmX 60cm	Infructuoso por falta de ofertas

Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", publicado Alcance N°2 a La Gaceta N° 4 del jueves 07 de enero 2021.

**Atentamente,
Departamento de Proveeduría**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez,
Jefe**

CC: Expediente/Informe compra por requerimiento 7-2021 Implementos -YHC