

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

PROV-01026-2020  
10 de marzo del 2020

### AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO PROPUESTO (N°2-2020 IMPLEMENTOS MÉDICOS)

### REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO E IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS POR “COMPRAS POR REQUERIMIENTO”

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la Adquisición de Medicamentos, Instrumental Quirúrgico e Implementos Médicos del Instituto Nacional de Seguros por “Compras por Requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística -en oficio CEDINS-00763-2020 del 04 de marzo del 2020-, comunica el resultado de la valoración de productos N°2-2020 Implementos Médicos, en los siguientes términos:

#### I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°26 del lunes 10 de febrero del 2020 (páginas 39 y 40), la invitación a participar en la valoración de productos N°2-2020, específicamente en la rama de implementos médicos, otorgando plazo máximo al 24 de febrero del 2020 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Línea	Código SIFA	Identificación	Clasificación	Clave SIMA	Nombre Corto SIFA	Cantidad muestras requeridas
1	2004262	42131702	92173039	IM-01-664	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZ Y CUELL	2 unidades
2	2004265	42131702	92173090	IM-01-667	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER	2 unidades
3	2004266	42131702	92173100	IM-01-668	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	2 unidades
4	2004267	42131701	92173186	IM-01-669	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	2 unidades
5	2004270	42131702	92173292	IM-01-673	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	1caja del empaque primario

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

6	2004271	42131701	92166956	IM-01-674	SABANA ESTÉRIL DESCART PARA PROCED QUIRU	2 unidades
7	2004590	42272301	92182421	IM-03-841	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	2 unidades

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 24 muestras (de 10 proveedores), a saber:

Proveedor	Cantidad de Líneas registradas	Cantidad de muestras registradas
CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	1
EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	4	4
GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	6	6
HC MEDICAL SOLUTION SA	1	1
HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	1	1
NEW MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	2	2
PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA	1	1
SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	2	2
TRANSGLOBAL MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	1	1
YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	5	5

### III. Análisis realizados:

#### A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 10 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

#### B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficio CEDINS-00763-2020 del 04 de marzo del 2020, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada. Determina:

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

1. **MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

Línea	Código SIFA	Clave SIMA	Descripción	Proveedor	Cédula
1	2004262	IM-01-664	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZYCUELL	GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101273008
2	2004265	IM-01-667	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER	GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101273008
3	2004266	IM-01-668	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101273008
4	2004267	IM-01-669	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101273008
5	2004270	IM-01-673	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101273008
5	2004270	IM-01-673	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECIÓN	YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	3101244831
6	2004271	IM-01-674	SÁBANA ESTÉRIL DESCART PARA PROCED QUIRU	GRUPO SALUD LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101273008

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

7	2004590	IM-03-841	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	HOSPIMÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101115347

### 2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE

No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

Línea	Código SIFA	Clave SIMA	Descripción	Proveedor	Observaciones
1	2004262	IM-01-664	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/CABEZYCUELL	EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso en español: En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b. etiquetado del producto (Etiquetado del Fabricante): punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece el parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que no cuenta con las indicaciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha se solicita la bata quirúrgica en empaque individual, la cual carece de la toalla de manos solicitada. Las batas quirúrgicas incluidas en el paquete indican en su empaque ser nivel 2 de la norma</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

					<p>AAMI, se solicita Nivel 3. El cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente se solicita con las siguientes medidas 125 (+/-15cm) x 230cm, (+/-5cm), la muestra presentada es de 152cm x 226cm.</p> <p>Además, 1 sábana abierta de 190 cm (+/- 10 cm) x 300 cm (+/- 25 cm) con fenestración en U de 7,5 cm (+/- 0,5 cm) x 60 cm (+/- 10 cm), con área reforzada alrededor de la fenestración nivel 4 según AAM, la fenestración es de 9cm. Por lo anterior no cumple con lo solicitado por la Institución.</p>
				SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	<p>Incumple con criterios técnicos de la muestra: En la ficha se solicita: 1 sábana para cabeza tipo turbante de 100 cm (+/- 5 cm) x 70 cm (+/- 12 cm), la muestra es de 107cm * 86cm. Con 1 sábana abierta de 190 cm (+/- 10 cm) x 300 cm (+/- 25 cm) con fenestración en U de 7,5 cm (+/- 0,5 cm) x 60 cm (+/- 10 cm), con área reforzada alrededor de la fenestración nivel 4 según AAM, la muestra presentada posee una fenestración de 6cm. Por lo anterior no cumple con lo solicitado por la Institución.</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

				<p>NEW MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	<p>Incumple indicaciones de uso en español: En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b. Etiquetado del producto (Etiquetado del Fabricante): punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece el parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que no cuenta con las indicaciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha se solicita: 2 batas quirúrgicas talla L, nivel AAMI 3, con toalla de manos. La muestra presentada no indica el nivel AAMI de dichas batas. Además, 1 bata quirúrgica, nivel AAMI 3, con una toalla de manos, talla grande o superior; empacada en forma individual. la muestra aportada: no indica el nivel AAMI del insumo, no contiene toalla de mano. Con 1 cobertor para mesa de mayo tipo funda impermeable 58 cm (+/- 5 cm) de ancho x 135 cm (+/- 5 cm) en la parte superior debe tener un reforzamiento antideslizante. La muestra es de 75cm *150cm. Con 1 sábana abierta de 190 cm (+/- 10 cm) x 300 cm (+/- 25 cm) con fenestración en U de 7,5 cm (+/- 0,5 cm) x</p>
--	--	--	--	---	---

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

					<p>60 cm (+/- 10 cm), con área reforzada alrededor de la fenestración nivel 4 según AAMI, que brinde absorción y no permita que los instrumentos se deslicen, con sujetadores para tubos. La muestra es de 200cm * 300cm, no posee los sujetadores para tubo, la fenestración es de 95cm x 16cm, no se puede verificar el nivel AAMI. Además, indica tener piezas adicionales no solicitadas, 6 toallas de celulosa de 30cm * 34cm, 4 paños quirúrgicos con adhesivo de 50cm x 50cm y un campo de craneotomía de 260cm x 325cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p>
				YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra:</p> <p>En la ficha técnica se solicita: 1 bata quirúrgica, nivel AAMI 3, con una toalla de manos, talla grande o superior; empacada en forma individual, la muestra presentada posee dos batas empacadas cada una individualmente. Con: 1 sábana abierta de 190 cm (+/- 10 cm) x 300 cm (+/- 25 cm) con fenestración en U de 7,5 cm (+/- 0,5 cm) x 60 cm (+/- 10 cm), con área reforzada alrededor de la fenestración nivel 4 según AAMI, la fenestración es de 8,5cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

2	2004265	IM-01-667	PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER	HC MEDICAL SOLUTION SA	<p>Incumple indicaciones de uso en español:</p> <p>En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b. Etiquetado del producto (Etiquetado del Fabricante): punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece el parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que no cuenta con las indicaciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra:</p> <p>En la ficha se solicita: 2 batas quirúrgica talla L y/o XL, nivel AAMI 3, con toalla de manos. No se puede corroborar el nivel AAMI 3. con 1 bata quirúrgica, nivel AAMI 3, con una toalla de manos, talla grande o superior; empacada en forma individual. Presenta nivel AAMI 4. Con:1 campo quirúrgico. 195 cm (+/-5 cm) x 150 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 150cm x 175cm. Carece de la bolsa para suturas solicitada. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

3	2004266	IM-01-668	PAQUETE ROPA DESCARTABLE P/ GINEC Y UROL	EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso en español:</p> <p>En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b. Etiquetado del producto (Etiquetado del Fabricante): punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece el parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que no cuenta con las indicaciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra:</p> <p>La ficha se solicita: La bata solicitada en empaque individual no incluye la toalla de manos requerida en la ficha. 1 sábana de 150 cm (+/-3 cm) x 110 cm (+/- 3 cm)., la muestra presenta 152cm 89cm. x 221cm.</p> <p>No posee el 1 campo subgluteal impermeable de 105 cm (+/- 5 cm) x 115 cm (+/- 5 cm). Por lo cual no cumple con lo solicitado por la Institución.</p>
				SANACARE MEDICAL CR LIMITADA	<p>Incumple criterios técnicos de la muestra:</p> <p>En la ficha se solicita 1 campo subgluteal impermeable de 105 cm (+/- 5 cm) x 115 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 91cm * 126cm. Por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.</p>
				NEW MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso en español:</p> <p>En guía para la presentación de las</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

					<p>muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b. Etiquetado del producto (Etiquetado del Fabricante): punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece el parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que no cuenta con las indicaciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: 1 bata quirúrgica talla L nivel AAMI 3, con toalla de manos. Cuenta con dos batas, no se puede verificar el nivel de cumplimiento AAMI. Con 1 bata quirúrgica, nivel AAMI 3, con una toalla de manos, talla grande o superior; empacada en forma individual presenta talla M, no contiene toalla de mano, ni se puede ver el cumplimiento del AAMI. 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-15 cm) x 230 cm (+/-5 cm). La muestra es de 150cm * 180cm. 1 campo subgluteal impermeable de 105 cm (+/- 5 cm) x 115 cm (+/- 5 cm). La muestra es de 85cm * 103cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

4	2004267	IM-01-669	CAMPO DESCART P/ CIRUGI ARTROSCOP HOMBRO	EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso en español:</p> <p>En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra:</p> <p>La ficha técnica indica: 1 sabana de artroscopia de hombro con bolsa recolectora de líquidos, tamaño de 400 cm (+/-10 cm) x 250 cm (+/-10 cm), la cual presente un área fenestrada de 6 cm (+/-2 cm), la muestra presentada es de 404cm *264cm. Además, se requiere: Empaque Primario: El conjunto de piezas dobladas y colocadas según técnica aséptica quirúrgica. Envueltas en tela no tejida grado médico y que sirva como cobertor de mesa semilunar, la muestra carece de dicho empaque. Por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.</p>
---	---------	-----------	---	---	--

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

				YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Criterios técnicos de la muestra: En la ficha se solicita: tamaño de 400 cm (+/-10 cm) x 250 cm (+/-10 cm), la cual presente un área fenestrada de 6 cm (+/-2 cm), la muestra presentada es de 267cm *404cm, con una parte fenestrada de 9cm, por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.
5	2004270	IM-01-673	BATA IMPERMEABLE PLÁSTICA, CON SUJECCIÓN	CQ MEDICAL CENTRAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>Incumple indicaciones de uso en español: En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple etiquetado de fábrica: En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

					<p>etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
				<p>PRODUCTOS MÉDICOS CAMPOS PROMECA SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	<p>Incumple indicaciones de uso en español: En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento</p> <p>Incumple etiquetado de fábrica: En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la</p>

## INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

### DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

					<p>información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>
6	2004271	IM-01-674	SABANA ESTERIL DESCART PARA PROCED QUIRU	EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	<p>Incumple indicaciones de uso en español:</p> <p>En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b. Etiquetado del producto (Etiquetado del Fabricante): punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece el parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que no cuenta con las indicaciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple criterios técnicos de la muestra: La ficha técnica solicita: Dimensiones de la sabana: 192 cm (+/- 5 cm) x 153 cm (+/- 5</p>

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA**

					cm), la muestra presentada es de 135cm x 196cm, por lo cual no cumple con lo requerido por la Institución.
				YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica se solicita: Dimensiones de la sabana: 192 cm (+/- 5 cm) x 153 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 135cm * 196cm, por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
7	2004590	IM-03-841	RESUCITADOR MANUAL DE PLÁSTICO PARA ADUL	TRANSGLOBAL MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: Una válvula que regule la presión positiva espiratoria final válvula PEEP), la muestra presentada carece de dicha válvula, por lo cual no cumple con lo solicitado por la institución.
				YIRE MÉDICA H P SOCIEDAD ANÓNIMA	Incumple criterios técnicos de la muestra: En la ficha técnica del producto se solicita: Una válvula que regule la presión positiva espiratoria final válvula PEEP), la muestra presentada carece de dicha válvula, por lo cual no cumple con lo solicitado por la Institución.

Demás términos y condiciones, según lo establece el Reglamento para la Adquisición de medicamentos, instrumental quirúrgico e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros por “Compras por Requerimiento”, publicado en la Gaceta N°155 del 27 de agosto de 2018.

Atentamente,  
Departamento de Proveeduría

Licda. Carmen Lidia González Ramírez,  
Jefe