

**FICHA TÉCNICA DE IMPLEMENTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO****Página 1 de 4****IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Nombre:	ESPAC VOL PLASTI ATOXICO BOQUILLA ADULTO
Código sistema médico:	IM-03-626
Familia:	TERAPIAS E IMÁGENES

**INFORMACIÓN SISTEMA ERP**

Código SIFA:	2002542
Grupo de artículos:	701
Jerarquía:	70128
Código SICOP:	42271807-92153597

**ESPECIFICACIÓN**

Especificación de producto:	Dispositivo que consta de: mascarilla, cubierta frontal, cubierta o tapa de la válvula espiratoria, dos válvulas, un tubo frontal y un soporte para el inhalador: tubo final Con una cámara de depósito cilíndrica con un extremo donde se coloca el inhalador y la válvula de salina en el otro extremo, cuyo volumen sea de 135ml a 310ml, y longitud aproximada de 5cm. La válvula de salida o inspiratoria conecta con la mascarilla permitiendo la inhalación del aerosol, la segunda válvula espiratoria, permite la salida del aire exhalado desde la cámara de depósito. Ambas válvulas son unidireccionales y ofrecen baja resistencia al flujo de aire Mascarilla ajustable para adultos En empaque individual estéril
-----------------------------	--

**SICOP**

	Dispositivo que consta de: mascarilla, cubierta frontal, cubierta o tapa de la válvula espiratoria, dos válvulas, un tubo frontal y un soporte para el inhalador: tubo final Con una cámara de depósito cilíndrica con un extremo donde se coloca el inhalador y la válvula de salina en el otro extremo, cuyo volumen sea de 135ml a 310ml, y longitud aproximada de 5cm. La válvula de salida o inspiratoria conecta con la mascarilla permitiendo la inhalación del aerosol, la segunda válvula espiratoria, permite la salida del aire exhalado desde la cámara de depósito. Ambas válvulas son unidireccionales y ofrecen baja resistencia al flujo de aire Mascarilla ajustable para adultos En empaque individual estéril
--	--

**FICHA TÉCNICA DE IMPLEMENTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO****Página 2 de 4****VERSIONAMIENTO**

Versión:	1
Fecha:	22/08/2018
Acta del Comité de Implementos	PENDIENTE

**ASPECTOS DE ABASTECIMIENTO**

Requerimiento confirmado Unidad Planificación-Control RSS:	SI
Incluido en LOI:	SI
Oficio incorporación LOI:	DRSS-00632-2018

**FICHA TÉCNICA DE IMPLEMENTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO**

**Página 3 de 4**

Código Protocolo:	PENDIENTE
Habilitación uso en Nivel I	NO
Habilitación uso en Nivel II	NO
Habilitación uso en Nivel III	SI

**Criterios críticos de calidad del producto ESPAC VOL PLASTI ATOXICO BOQUILLA ADULTO.**

Criterio: variable o atributo		Aplica
TIPO	DESCRIPCIÓN	
Variable	Dimensiones (largo, ancho, alto)	
Variable	Peso	
Atributo	Talla	
Atributo	Color	
Atributo	Esterilidad	
Variable	Concentración de principio activo	
Atributo	Capacidad de absorción	
Atributo	Composición de materiales	
Atributo	Permeabilidad	
Atributo	Diseño ergonómico	
Atributo	Tecnología de aplicación/administración al paciente	
Atributo	Adaptabilidad a cualquier sitio anatómico	
Atributo	Componentes de protección al paciente	

**FICHA TÉCNICA DE IMPLEMENTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO****Página 4 de 4**

Atributo	Flexibilidad en componentes invasivos	
Atributo	Etiquetado empaque primario	
Atributo	Etiquetado empaque secundario	
Atributo	Resistencia a fuerzas externas	
Atributo	Perdurabilidad (filos, componentes, otros)	
Atributo	Registro Sanitario Ministerio de Salud	S
Atributo	Marca de fábrica	S
Atributo	Marca de certificación	
Atributo	País de origen	S
Atributo	Fecha de vencimiento	S
Atributo	Número de Lote	S
Atributo	Literatura técnica de uso en español	

**Control de cambios del producto ESPAC VOL PLASTI ATOXICO  
BOQUILLA ADULTO.**

<b>Versión</b>	<b>Fecha de vigencia</b>	<b>Apartado Modificado</b>	<b>Modificación</b>	<b>Oficio Aprobación Comité</b>

---

**FIN DE LINEA PARA LA FICHA**

---