

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Departamento Proveeduría del INS

11 de mayo del 2021
PROV-01880-2021

Se comunica a los interesados en la Valoración previa de productos 4-2021-Implementos (Tercer llamado), sujeta al “Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, cuya invitación fue cursada en el Diario Oficial La Gaceta N°83 del viernes 30 de Abril 2021, así como en los diarios: La Nación y La Extra del 06 de Mayo 2021, que en oficio CEDINS- 01427-2021 del 11 de mayo 2021, el Centro de Distribución y Logística, realiza las siguiente modificación:

FICHA TÉCNICA: IM-03626 ESPACIADOR DE VOLUMEN PLÁSTICO, ATÓXICO, BOQUILLA ADULTO.

Donde se indica:

Dispositivo que consta de: mascarilla, cubierta frontal, cubierta o tapa de la válvula espiratoria, dos válvulas, un tubo frontal y un soporte para el inhalador: tubo final Con una cámara de depósito cilíndrica con un extremo donde se coloca el inhalador y la válvula de salina en el otro extremo, **cuyo volumen 700 MI** y longitud aproximada de 5cm. La válvula de salida o inspiratoria conecta con la mascarilla permitiendo la inhalación del aerosol, la segunda válvula espiratoria, permite la salida del aire exhalado desde la cámara de depósito. Ambas válvulas son unidireccionales y ofrecen baja resistencia al flujo de aire Mascarilla.

Debe leerse:

Dispositivo que consta de: mascarilla, cubierta frontal, cubierta o tapa de la válvula espiratoria, dos válvulas, un tubo frontal y un soporte para el inhalador: tubo final Con una cámara de depósito cilíndrica con un extremo donde se coloca el inhalador y la válvula de salina en el otro extremo, cuyo volumen sea de 135 ml a 310 ml, y longitud aproximada de 5cm. La válvula de salida o inspiratoria conecta con la mascarilla permitiendo la inhalación del aerosol, la segunda válvula espiratoria, permite la salida del aire exhalado desde la cámara de depósito. Ambas válvulas son unidireccionales y ofrecen baja resistencia al flujo de aire Mascarilla ajustable para adultos En empaque individual estéril.

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

Ver la ficha técnica del material: **IM-03626-Espaciador de volumen plástico, atóxico boquilla de adulto**, modificada en la página web del INS (<http://www.ins-cr.com>) - Servicios / Compras - Proveeduría / Avisos de Interés / Compras por Requerimiento / Trámites 2021 / Valoración previa de Productos 4-2021 Implementos (Tercer llamado) (plazo de recepción 25 de mayo del 2021), en la página www.SICOP.go.cr -sección avisos/mantenimiento programado del SICOP/Gestión Aviso por institución.

Demás términos y condiciones del proceso se mantienen invariables.

Atentamente,
Departamento de Proveeduría

Licda. Carmen Lidia González Ramírez
Jefe