

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**10 de junio del 2021  
PROV-02353-2021**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO PROPUESTO  
(N°4-2021 IMPLEMENTOS)  
(Tercer llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS  
MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS MEDIANTE COMPRAS POR  
REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en sus oficios CEDINS-01694-2021 y CEDINS-01724-2021 del 02 y 04 de junio 2021, comunica el resultado de la valoración de productos N°4 -2021 Implementos, en los siguientes términos:

**I. Valoración previa del producto.**

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 83 del viernes 30 de abril 2021 (páginas 38 a la 42), la invitación a participar en la valoración de productos N°4-2021, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 25 de mayo 2021 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Línea	Código SIFA	Código SIMA	Código Clasificación SICOP	Código Identificación SICOP	Descripción SIFA	Cantidad de muestras
1	2002632	IM - 01268	42271708	92190403	MASCARILLA SISTEMA VENTURI ROTATORIA ADULTO	2 unidades
2	2002420	IM - 01272	42271708	92158987	MASCARILLA REINHALACIÓN PARCIAL PEDIÁTRICA	2 unidades
3	2002427	IM - 01277	42272512	92162548	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5	2 unidades
4	2002537	IM - 01289	42142535	92229217	EQUIPO ANESTESIA COMBINADO ESPINAL EPIDURAL 27G	2 unidades
5	2002433	IM - 01295	42271913	92297013	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICO N5 (TIPO SUPRE)	2 unidades

6	2002335	IM - 01310	51473016	92302320	ANTISÉPTICO INSTANTÁNEO 65% PRESEN 500ML	1 unidad
7	2002432	IM - 01313	42271913	92142610	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICO, PESO 50 Kg-70 Kg	2 unidades
8	2002675	IM - 01318	42221504	92153452	CATÉTER VENOSO TRIPLE LUMEN 7fr, (14 AL 18 G)	2 unidades
9	2002467	IM - 01334	42271802	92159296	MASCARILLA NEBULIZACIÓN TRAQUEOSTOMÍA ILEOSTOMÍA ADULTO	2 unidades
10	2002723	IM - 01378	42143901	92297140	SISTEMA DE ILEOSTOMÍA BOLSA, PARCHE DRENABLES DE 50 +/- 6 mm, 10 COMPLEMENTO POR CADA 30 BOLSAS DESCARTABLE	1 caja del empaque primario
11	2002920	IM - 01526	42181708	92209426	ELECTRODO PARA MONITOREO CARDIORESPIRATORIO AUTOADHESIBLE, DESECHABLE, CON BROCHE DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 4,5 cm (+/- 0,5 cm) DE ANCHO Y 4,5 cm (+/- 0,5 cm) DE LARGO	1 unidad del empaque primario
12	2003198	IM - 01591	42144409	92167022	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL 100mm	2 unidades
13	2004014	IM - 01595	42143901	92192577	SISTEMA ILEOSTOMÍA DOS PIEZAS BOLSA/PARC 70mm	1 caja del empaque secundario
14	2001360	IM - 02086	42142502	92190165	AGUJA N° 30 X 1/2 PARA ANESTESIA DENTAL,	1 caja del empaque secundario
15	2001583	IM - 02087	42142502	92153519	AGUJA PARA ANESTESIA DENTAL N°27, DESECH	1 caja del empaque secundario
16	2002200	IM - 02096	42293505	92212172	SISTEMA DE DRENAJE TORÁXCICO ADULTO DESCARTABLE	2 unidades
17	2002321	IM - 02099	42142502	92162907	AGUJA EPIDURAL TIP TUOHY, N°22 X 8,89 (3½ Pu	4 unidades
18	2002316	IM - 02101	42144201	92202156	AGUJA SONOGRÁFICA (ECOGRÁFICA) BLOQUEO DE NERVIOS DE 22 G X 50 mm,	4 unidades
19	2002330	IM - 02108	42142541	92162908	AGUJAS PUNCIÓN LUMBAR 25 X 11.43cm (4 1/2	4 unidades
20	2002627	IM - 02112	42221612	92167085	LLAVE DE TRES VÍAS, CUERPO DE POLICARBONATO	1 caja del empaque secundario

21	2003308	IM - 02124	42142535	92298222	AGUJA BLOQUEO NERVIO SONOGRÁFICA DE 85mm	4 unidades
22	2003530	IM - 02130	42221504	92167186	KIT CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTR 4Fr	2 unidades
23	2000090	IM - 03025	42143902	92159328	SISTEMA COLOSTOMÍA AJUSTABLE BOLSA/PARCHÉ 57MM	1 caja del empaque primario
24	2000092	IM - 03040	42271709	92302323	CÁNULA NASAL PARA TERAPIA RESPIRATORIA	2 unidades
25	2000109	IM - 03103	42142720	92157763	PRESERVATIVO ESPECIAL UNA PIEZA DE SILICONE 32MM	4 unidades
26	2003810	IM - 03126	42131507	92161422	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA M	1 par
27	2003811	IM - 03128	42131507	92153419	MEDIA COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA, TALL L	1 par
28	2003812	IM - 03129	42131507	92154896	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA XL	1 par
29	2000120	IM - 03130	53102306	92184531	PAÑAL DESECHABLE GRANDE PARA ADULTO	1 paquete
30	2000580	IM - 03196	42142108	92205544	COMPRESA CALIENTE ESTÁNDAR	1 unidad del empaque primario
31	2000550	IM - 03202	42131507	92194591	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA S	1 par
32	2000556	IM - 03207	42131507	92199066	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA S	1 par
33	2000590	IM - 03213	42311512	92163341	ESPUMA IMPREGNADA DE JABÓN, SECO HIPOALERG	4 unidades
34	2004830	IM - 03321	53102306	92180503	PAÑAL DESECHABLE MEDIANO PARA ADULTO	1 paquete
35	2002354	IM - 03565	42281599	92298810	BOLSA PARA TRASLADO MUESTRAS 15CM X 23CM	1 unidad del empaque primario
36	2002466	IM - 03580	42272224	92189933	CONEXIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO	2 unidades
37	2002352	IM - 03622	42271907	92162182	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 1500 ML	2 unidades
38	2002353	IM - 03623	42271907	92156419	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 3000 ML	2 unidades
39	2002542	IM - 03626	42271807	92153597	ESPACIADOR VOLUMEN PLÁSTICO ATÓXICO BOQUILLA ADULTO	2 unidades
40	2002475	IM - 03641	42271708	92189942	MASCARILLA PARA OXÍGENO TERAPIA CON RESERVORIO PARA ADULTO	2 unidades

41	2002524	IM - 03651	42271802	92302277	KIT MICRONEBULIZADOR C/BOQUILLA DESCAR	2 unidades
42	2003018	IM - 03667	30111699	92147076	CAL SODADA, PRESENTACIÓN 10 kg (+/-) 5 kg	1 unidad
43	2003026	IM - 03672	51473016	92161526	ANTISÉPTICO INSTANT MANOS CLOREXIDINA 1%	1 unidad
44	2003236	IM - 03692	42281804	92156134	INDICADOR QUÍMICO CLASE IV PARA VAPOR	1 unidad del empaque primario
45	2003240	IM - 03696	42144409	92160393	CÁNULA TRAQUEO POLIU XL C/BALÓN FENE N°8	2 unidades
46	2004363	IM - 03834	42281534	92205634	FILTRO INSPIRATORIO BACTERIANO/VIRAL	2 unidades
47	2004480	IM - 03837	42131507	92199087	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA TALL M	1 par
48	2002897	IM - 04107	42241703	92302319	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA S, ACOLCHADA	1 unidad
49	2002898	IM - 04108	42241703	92302278	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA M, ACOLCHADA	1 unidad
50	2002899	IM - 04109	42241703	92302291	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA L, ACOLCHADA	1 unidad
51	2002901	IM - 04111	46182209	92302260	RODILLERA CORTA C/REGULACIÓN FLEXOT TALLA M	1 unidad
52	2002902	IM - 04112	46182209	92189887	RODILLERA CORTA C/REGULACIÓN FLEXOTENSIÓN L	1 unidad
53	2002903	IM - 04113	46182209	92189888	RODILLERA CORTA C/REGULACIÓN FLEXOTENSIÓN XL	1 unidad
54	2003390	IM - 04125	42211502	92195009	MULETAS ALUMINIO (PARES)ALT MÍNIMA 112cm	1 unidad
55	2003862	IM - 04341	42241509	92195063	CORSÉ DE JEWETT, TALLA MEDIANO, ÓRTESIS RI	1 unidad
56	2003863	IM - 04342	42241509	92195068	CORSÉ DE JEWETT, TALLA GRANDE, ÓRTESIS RI	1 unidad
57	2004001	IM - 04353	42241703	92302287	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA XL	1 unidad
58	2002357	IM - 05090	42143901	92166123	BOLSA DE UROSTOMÍA DRENABLES PARA ADULTO	1 unidad del empaque primario
59	2004600	IM - 05094	42143902	92154345	SISTEMA COLOSTOMÍA 2 PZ BOLSA/PARCHE 70mm	1 unidad del empaque primario
60	2000182	IM - 07004	42131718	92167458	ESTOQUINETA 7.5 cm DE ANCHO	1 unidad
61	2001865	IM - 07058	42241502	92162211	ACOLCHAMIENTO DE 5cm X 2.5mm X 2.4m	3 unidades

62	2001867	IM - 07060	42241502	92166061	ACOLCHAMIENTO DE 10cm X 2.5mm x 2.4m	3 unidades
63	2001720	IM - 07069	42201708	92154898	GEL DE ACOPLAMIENTO PARA ULTRASONIDO	1 unidad
64	2001917	IM - 07079	42241505	92161369	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12.5cmX360cm	1 unidad
65	2000751	IM - 08001	42211501	92299137	BASTONES 1 PUNTO AJUSTABLE, CONSTRUIDO E	1 unidad
66	2000750	IM - 08002	42211501	92302282	BASTÓN DE ALUMINIO, AJUSTABLE, 4 PUNTOS	1 unidad
67	2000747	IM - 08009	42241703	92205652	RODILLERA ESTABILIZADORA ROTULA TALLA S	1 unidad
68	2000847	IM - 08018	42241507	92162931	FÉRULA PARA PIES DE ENCAMADOS	1 par
69	2003763	IM - 08033	42241706	92196259	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO L	1 par
70	2003943	IM - 08035	42241706	92166243	PLANTILLAS DE GEL UNISEX TALLA L, 41-43	1 par
71	2003944	IM - 08036	42241706	92166251	PLANTILLAS DE GEL UNISEX TALLA XL, 44-45	1 par
72	2003960	IM - 08037	42241703	92205526	RODILLERA ESTABILIZADORA ROTULA TALLA M	1 unidad
73	2004245	IM - 08054	42141802	92302298	ELECTRODO ADHESIVO DIAMETRO 3 cm CONEX UNI	1 unidad del empaque primario
74	2001329	IM - 09009	42312701	92229007	GASA O + APÓSITO HIDROFÍLICO C/ZIN/MIN/VI 10cm	3 unidades

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 65 muestras de 17 Proveedores, a saber:

Oferente	Cantidad de líneas
DINAMED S. A	1
L&B Republic S. A	1
Newmet MCR SRL	2
WALCAS C.R. Representaciones	6
Equipos y Suministros Keima	1
Economédica Internacional S. A	2
Nutricare S. A	1
Asepsia Médica Centroamericana S. A	5



FSG Medical (FGS S.A)	3
Transglobal Medical S. A	4
Front Hub S. A	1
Hospimédica S. A	9
Comercializadora Médica Centroamericana	7
Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	8
HC Medical	3
Yiré Médica HP S.A	10
Panamedical de Costa Rica	1
<b>Total</b>	<b>65</b>

Los siguientes proveedores presentaron varias muestras para una misma línea, según se detalla:

N° RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÓDIGO DE REFERENCIA	N° REGISTRO EMB	RESULTADO FINAL
1	IM - 01268	MASCARILLA SISTEMA VENTURI ROTATOR ADULT	Comercializadora Médica Centroamericana	VCA0401	5404-EMB-14438	Se recomienda registrar la muestra
				VCA0502	5404-EMB-14438	Se recomienda registrar la muestra
3	IM - 01277	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5		1691.9005	5404-EMB-272	Se recomienda registrar la muestra
				1611.9005	5404-EMB-13723	No se recomienda registrar la muestra
40	IM - 03641	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA CON RESER	Hospimédica S.A.	30134	5404-EMB-18325	No se recomienda registrar la muestra
				1936	1005-EMB-7145	Se recomienda registrar la muestra
69	IM - 08033	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO L	Transglobal Médical S.A.	15.065.4	Clase 1	Se recomienda registrar la muestra

				15.065.5		No se recomienda registrar la muestra
				15.065.33	Clase 1	Se recomienda registrar la muestra
				15.065.34		No se recomienda registrar la muestra
29	IM - 03130	PAÑAL DESECHABLE GRANDE PARA ADULTO	WALCAS C.R. Representaciones	Clase 1	43068 Abri Form L4 43067 Abri Form L3 43066 Abri Form L1	No se recomienda registrar la muestra
34	IM - 03321	PAÑAL DESECHABLE MEDIANO PARA ADULTO		Clase 1	43063 Abri Form M4 43062 Abri Form M3 43060 Abri Form M2	No se recomienda registrar la muestra
5	IM - 01295	MASCARILL LARIN OROGASTRI N5 (TIPO SUPRE		327500000	EMB-DK-19-01862	No se recomienda registrar la muestra
7	IM - 01313	MASCARILLA LARINGEA OROGÁSTRICO, PESO 50	Yiré Médica HP S.A.	327400000	EMB-DK-19-01862	No se recomienda registrar la muestra
				408 500 000	EMB-DK-19-01862	No se recomienda registrar la muestra

## II. Análisis realizados:

### A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 17 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

### B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante su oficio CEDINS-01724-2021 del 04 de junio 2021, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- 1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

N° DE RENGLÓN	CÓDIGO SIFA	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÉDULA (FÍSICA O JURÍDICA)
1	2002632	IM - 01268	MASCARILLA SISTEMA VENTURI ROTATOR ADULT	Comercializadora Médica Centroamericana. (Código de Referencia: VCA0401-VCA0502)	3-101-338504
2	2002420	IM - 01272	MASCARILLA REINHALACIÓN PARCIAL PEDIATR	Comercializadora Médica Centroamericana	3-101-338504
3	2002427	IM - 01277	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5	Comercializadora Médica Centroamericana. (N° Registro EMB: 5404-EMB-272)	3-101-338504
				Yiré Médica HP S.A.	3-101-244831
24	2000092	IM - 03040	CÁNULA NASAL PARA TERAPIA RESPIRATORIA	Comercializadora Médica Centroamericana	3-101-338504



				Yiré Médica HP S. A	3-101-244831
26	2003810	IM - 03126	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA M	Hospimédica S. A	3-101-115347
27	2003811	IM - 03128	MEDIA COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA, TALL L	Hospimédica S. A	3-101-115347
28	2003812	IM - 03129	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA XL	Hospimédica S. A	3-101-115347
31	2000550	IM - 03202	MEDIA/COMPRESIÓN DEBAJO RODILLA TALLA S	Hospimédica S. A	3-101-115347
40	2002475	IM - 03641	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA CON RESER	Hospimédica S. A <b>(N° Registro EMB: 1005-EMB-7145)</b>	3-101-115347
				Comercializadora Médica Centroamericana	3-101-338504
				Yiré Médica HP S.A	3-101-244831
44	2003236	IM - 03692	INDICADOR QUÍMICO CLASE IV PARA VAPOR	Panamédical de Costa Rica	3-101-364996
47	2004480	IM - 03837	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA TALL M	Hospimédica S. A	3-101-115347
54	2003390	IM - 04125	MULETAS ALUMINIO (PARES)ALT MÍNIMA 112cm	DINAMED S. A	3-101-733404
				L&B Republic S. A	3-101-781942
				Economédica Internacional S. A	3-101-246483
				Front Hub S.A.	3-101-511673

65	2000751	IM - 08001	BASTONES 1 PUNTO AJUSTABLE, CONSTRUIDO E	Economédica Internacional S. A	3-101-246483
69	2003763	IM - 08033	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO L	Transglobal Medical S. A (Código Referencia: 15.065.4 15.065.33)	3-101-547337
				Hospimédica S. A	3-101-115347
72	2003960	IM - 08037	RODILLERA ESTABILIZADORA RÓTULA TALLA M	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	3-102-749824

2. **MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE:** No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

N° RENGLÓN	CÓDIGO SIFA	CÓDIGO SIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	INCUMPLIMIENTO
3	2002427	IM - 01277	MASCARILLA C/ALMOHADILLA INFLABLE N°5	Comercializadora Médica Centroamericana	<b>Incumple.</b> <b>N° Registro EMB-5404-EMB-13723</b> En la ficha técnica se solicita mascarilla descartable con almohadilla inflable con anillo de fijación N°5, la muestra presentada por el proveedor no es una mascarilla inflable, carece de la zona que se llena de aire tipo cojín de aire inflable suave y tampoco posee válvula de inflación. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

5	2002433	IM - 01295	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICO N5 (TIPO SUPRE)	Yiré Médica HP S.A.	<p><b>1-Incumple. N° de Referencia – Código- 327500000</b></p> <p>Incumple. En la ficha técnica de solicita: mascarilla laríngea tipo Supreme, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una mascarilla laríngea clásica. Además, se requiere: Con tubo orogástrico que permita el vaciamiento activo o pasivo del estómago, la muestra no cuenta con dicho dispositivo. Debe tener un dispositivo anti-mordeduras, la muestra no cuenta con ese dispositivo. La muestra posee un tubo reforzado lo cual no es solicitado. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p> <p><b>2-Incumple. N° de Referencia – Código- 327400000</b></p> <p>En la ficha técnica de solicita: mascarilla laríngea tipo Supreme, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una mascarilla laríngea clásica. Se requiere para pacientes con peso de 70-100 Kg, la muestra indica ser N°4, para pacientes con peso comprendido entre 50-70kg. Además, se requiere: Con tubo orogástrico que permita el vaciamiento activo o pasivo del estómago, la muestra no cuenta con dicho dispositivo. Debe tener un dispositivo anti-mordeduras, la muestra no cuenta con ese dispositivo. La muestra posee un tubo reforzado lo cual no es solicitado. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
---	---------	------------	----------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	2002432	IM - 01313	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICO, PESO 50	Yiré Médica HP S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Mascarilla laríngea con acceso orogástrico, descartable para pacientes con peso de 50 Kg - 70 kg, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una mascarilla N°5, para pacientes con un peso entre 70 y 100kg. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
8	2002675	IM - 01318	CATÉTER VENOSO TRIPLE LUMEN 7fr,(14AL18G	HC MEDICAL SOLUTION S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Kit para catéter venoso central de 3 lumen, (14 al 18 G), la muestra presentada por el proveedor posee, 3 lumen, dos de 18G y uno de 16G. siendo que carece el lumen 14G, el cual se requiere para administrar altos flujos de volumen en caso de pacientes críticos. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
29	2000120	IM - 03130	PAÑAL DESECHABLE GRANDE PARA ADULTO	Newmet MCR SRL	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita con banda elástica en cintura, que permita un ajuste suave al cuerpo, la muestra presentada no cuenta con dicha banda elástica. Se requiere, para una persona de peso comprendido entre 70Kg – 110kg, capacidad de absorción a 1000cc

					de líquido, con áloe vera y vitamina E, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. A sí mismo, a nivel de ficha técnica se establece: Talla Grande de 100cm – 150cm, la muestra presentada 122cm a 147cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				WALCAS C.R. Representaciones	<p><b>Incumple. N° de Referencia – Códigos:</b>  <b>43068 Abri Form,</b>  <b>43067 Abri Form L3</b>  <b>43066 Abri Form L1</b></p> <p>En la ficha técnica se solicita con banda elástica en cintura, que permita un ajuste suave al cuerpo, la muestra presentada no cuenta con dicha banda elástica. Se requiere, con áloe vera y vitamina E, para una persona de peso comprendido entre 70-110kg, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				FGS Medical (FGS S.A.)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita con áloe vera y vitamina E,

					para una persona de peso comprendido entre 70-110kg, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Talla Grande de 100 cm - 150 cm de cadera, la muestra es presentada es de 115cm a 150cm, según lo indicado en su empaque primario. E
				HC MEDICAL SOLUTION S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Con áloe vera y Vitamina E, lo cual no puede ser verificado en el empaque del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Se pide: Talla Grande de 100cm a 150cm, la muestra aportada es de 115cm a 150cm. Se indica en la ficha, para una persona de peso comprendido entre 70kg – 110 kg, lo cual no se puede verificar ni en el empaque, ni en la literatura aportada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
34	2004830	IM - 03321	PAÑAL DESECHABLE MEDIANO PARA ADULTO	WALCAS C.R. Representaciones	<b>Incumple.</b> En N° de Referencia - Código <b>43063 Abri Form M4</b> <b>43062 Abri Form M3</b> <b>43060 Abri Form M2</b>  En la ficha técnica se solicita con banda elástica en



					<p>cintura, que permita un ajuste suave al cuerpo, la muestra presentada no cuenta con dicha banda elástica. Se requiere, con áloe vera y vitamina E, para una persona de peso comprendido entre 45-75kg, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
				FGS Medical (FGS S.A.)	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita con áloe vera y vitamina E, para una persona de peso comprendido entre 45-75kg, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Debe ser de Talla Mediana de 70-110cm de cadera, la muestra presentada es de 95cm a 125cm según lo indicado en su empaque primario. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

				Equipos y Suministros Keima	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita con banda elástica en cintura, que permita un ajuste suave al cuerpo, la muestra presentada no cuenta con dicha banda elástica. Se requiere, con áloe vera y vitamina E, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Aportan muestra vencida. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				HC MEDICAL SOLUTION S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Con áloe vera y Vitamina E, lo cual no puede ser verificado en el empaque del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. Se pide: Talla Mediana de 70cm a 110cm, la muestra aportada es de 95cm a 125cm. Se indica en la ficha, para una persona de peso comprendido entre 45kg – 75kg, lo cual no se puede verificar ni en el empaque, ni en la literatura aportada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
				Newmet MCR SRL	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita con banda elástica en cintura, que permita un ajuste suave al cuerpo, la muestra presentada no

					cuenta con dicha banda elástica. Se requiere, para una persona de peso comprendido entre 45Kg – 75kg, capacidad de absorción a 1000cc de líquido, con áloe vera y vitamina E, lo cual no puede ser corroborado, siendo que no es posible verificar a nivel del empaque primario del producto, ni en la literatura aportada por el proveedor. A sí mismo, a nivel de ficha técnica se establece: Talla Grande de 70cm – 110cm, la muestra presentada 81cm a 107cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
39	2002542	IM - 03626	ESPAC VOL PLASTI ATÓXICO BOQUILLA ADULTO	Hospimédica S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: cubierta o tapa de la válvula espiratoria, la muestra presentada carece de la cubierta o tapa para la válvula espiratoria. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
40	2002475	IM - 03641	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA CON RESER	Hospimédica S.A.	<b>Incumple.</b> <b>N° Registro EMB: 5404-EMB-18325,</b> La muestra presenta la bolsa de reservorio de calidad no es acorde a las necesidades de la institución, ya que el material de plástico es poco resistente y muy delgado, sin refuerzo en los bordes. lo que representa un riesgo de ruptura de la bolsa al administrar altos

					volúmenes de oxígeno (hasta 1500ml según se establece en la ficha técnica) a los usuarios. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
46	2004363	IM - 03834	FILTRO INSPIRATORIO BACTERIANO/VIRAL	Nutricare S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita libre de DEHP, lo cual no se puede verificar siendo que no se indica en el etiquetado de fábrica, ni en la literatura aportada por el proveedor. Así mismo, que permita un volumen TIDAL entre 200 y 1500cc, la muestra presentada posee un volumen TIDAL de 300 a 1500cc. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
48	2002897	IM - 04107	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA S, ACOLCH	Asepsia Médica Centroamericana S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha se solicita talla S, la muestra presentada indica ser talla única. Además, se solicita: de una sola pieza, la muestra presentada cuenta con piezas desmontables, mismas que están unidas con velcro. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.

				Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: de una sola pieza, la muestra presentada por el proveedor está conformada por piezas movibles, las cuales se ajustan por medio del velcro. Se indica: Largo 50cm, la muestra presentada es de 26.5cm de largo, en las restantes medidas de la circunferencia del producto, las mismas no se pueden verificar, siendo que las piezas se desprenden. Se requiere 4 bandas de velcro de 5cm de ancho mínimo, la muestra posee las bandas de 4cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
49	2002898	IM - 04108	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA M, ACOLC	Asepsia Médica Centroamericana S. A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha se solicita talla M, la muestra presentada indica ser talla única. Además, se solicita: de una sola pieza, la muestra presentada cuenta con piezas desmontables, mismas que están unidas con velcro. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.</p>

51	2002901	IM - 04111	RODILL CORT C/REGULACIÓN FLEXOT TALLA M	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Largo 26 cm (+/6 cm), la muestra presentada por el proveedor es de 45cm de largo. Se indica: al menos 2 bandas elásticas con velcro, ajustables de 5cm de ancho mínimo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
52	2002902	IM - 04112	RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIÓN L	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Largo 32 cm (+/-2cm), la muestra presentada por el proveedor es de 45cm de largo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
53	2002903	IM - 04113	RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIÓN XL	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: Largo 32 cm (+/-2cm), la muestra presentada por el proveedor es de 45cm de largo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
54	2003390	IM - 04125	MULETAS ALUMINIO (PARES)ALT MÍNIMA 112cm	Asepsia Médica Centroamericana S. A	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: muleta (pares) ajustable de altura mínima de 112 cm ( $\pm$ 2 cm), altura máxima de 133cm ( $\pm$ 2 cm), la muestra aportada por el proveedor es de 93cm mínimo y 113cm máximo, medidas que corresponde a la muleta talla pediátrica de nuestra institución. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.



55	2003862	IM - 04341	CORSÉ DE JEWETT, TALLA MEDIANO, ORTESIS RI	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del insumo se solicita: Capacidad de regulación continua de las placas esternales, laterales y pélvica para una mejor adaptación, la muestra presentada por el proveedor no cuenta con la capacidad de regular la placa pélvica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
56	2003863	IM - 04342	CORSÉ DE JEWETT, TALLA GRANDE, ORTESIS RÍG	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del insumo se solicita: Capacidad de regulación continua de las placas esternales, laterales y pélvica para una mejor adaptación, la muestra presentada por el proveedor no cuenta con la capacidad de regular la placa pélvica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
57	2004001	IM - 04353	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA XL	Corporación Medical Quirúrgica (CQ)	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita: de una sola pieza, la muestra presentada por el proveedor está conformada por piezas móviles, las cuales se ajustan por medio del velcro. Las medidas de la circunferencia del producto, las mismas no se pueden verificar, siendo que las piezas se desprenden. Se requiere 4 bandas de velcro de 5cm de ancho mínimo,

					la muestra posee las bandas de 4cm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
60	2000182	IM - 07004	ESTOQUINETA 7.5 cm DE ANCHO	FGS Medical (FGS S.A.)	<p><b>Incumple:</b> En Guía para la presentación de las muestras, punto N°5 y 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada la misma carece de etiquetado de fábrica, por lo cual no es posible verificar marca y modelo ofertado. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

61	2001865	IM - 07058	ACOLCHAMIENTO DE 5cm X 2.5mm X 2.4m	Yiré Médica HP S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: Acolchamiento resistente al agua, la muestra presentada por el proveedor absorbe el agua y mantiene la humedad, por ende, no es resistente al agua. Cabe indicar que la muestra presentada por el proveedor corresponde a los productos registrados en la clave SIMA IM – 07025 RELLENO P/ YESO 5 CM. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
62	2001867	IM - 07060	ACOLCHAMIENTO DE 10cm X 2.5mm x 2.4m	Yiré Médica HP S.A.	<b>Incumple.</b> En la ficha técnica del producto se solicita: Acolchamiento resistente al agua, la muestra presentada por el proveedor absorbe el agua y mantiene la humedad, por ende, no es resistente al agua. Cabe indicar que la muestra presentada por el proveedor corresponde a los productos registrados en la clave SIMA IM-07031 RELLENO P/ YESO 10 CM. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
65	2000751	IM - 08001	BASTONES 1 PUNTO AJUSTABLE, CONSTRUIDO E	Asepsia Médica Centroamericana S. A	<b>Incumple.</b> No aporta registro de marca del fabricante para el insumo, documento solicitado en la Guía para la presentación de

					muestras.
69	2003763	IM - 08033	PLANTILLA DE SILICONA TAMAÑO L	Transglobal Medical S. A	<p><b>Incumple.</b> N° de Referencia – Código: <b>15.065.5</b> <b>15.065.34</b></p> <p>La muestra presentada por la empresa corresponde a las medidas de la Talla XL (43-44) por lo cual no cumple con lo requerido por la institución</p> <p><b>Incumple.</b> La muestra presentada por la empresa corresponde a las medidas de la Talla XL (43-44) por lo cual no cumple con lo requerido por la institución</p>
72	2003960	IM - 08037	RODILLERA ESTABILIZADORA ROTULA TALLA M	Asepsia Médica Centroamericana S. A	<p><b>Incumple.</b> En la ficha técnica se solicita abierta longitudinalmente, la muestra presentada por el proveedor no es abierta longitudinalmente, lo cual dificulta su colocación. Además, debe se: incorpora dos barras metálicas articuladas, la muestra carece de dichas barras articuladas. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

- 3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES:** Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

N° DE RENGLÓN	CÓDIGO SIMA	CÓDIGO SIFA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
4	IM - 01289	2002537	EQUI ANESTESIA COMB ESPINAL EPIDURAL 27G	Infructuosa por falta de oferentes.
5	IM - 01295	2002433	MASCARILLA LARIN OROGASTRI N5 (TIPO SUPRE	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Yiré Médica)
6	IM - 01310	2002335	ANTISÉPTICO INSTANTÁNEO 65% PRESEN 500ML	Infructuosa por falta de oferentes.
8	IM - 01318	2002675	CATÉTER VENOSO TRIPLE LUMEN 7fr, (14AL18G	Infructuosa por incumplimiento técnico. (HC MEDICAL SOLUTION)
9	IM - 01334	2002467	MASCARILLA NEBULIZAC TRAQUEOSTOMÍA ADULT	Infructuosa por falta de oferentes.
10	IM - 01378	2002723	SISTEMA DE ILEOSTOMÍA BOLSA, PARCHÉ DRENABLES DE 50 +/- 6 mm, 10 COMPLEMENTO POR CADA 30 BOLSAS DESCARTABLE	Infructuosa por falta de oferentes.
11	IM - 01526	2002920	ELECTRODO PARA MONITOREO CARDIORESPIRATORIO AUTOADHESIBLE, DESECHABLE, CON BROCHE DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 4,5 cm (+/- 0,5 cm) DE ANCHO Y 4,5 cm (+/- 0,5 cm) DE LARGO	Infructuosa por falta de oferentes.
12	IM - 01591	2003198	CÁNULA OROFARINGEA TIPO GUEDEL 100mm	Infructuosa por falta de oferentes.
13	IM - 01595	2004014	SIST ILEOSTOMÍA DOS PIEZ BOLSA/PARC 70mm	Infructuosa por falta de oferentes.
14	IM - 02086	2001360	AGUJA N° 30 X 1/2 PARA ANESTESIA DENTAL,	Infructuosa por falta de oferentes.

15	IM - 02087	2001583	AGUJA PARA ANESTESIA DENTAL N°27, DESECH	Infructuosa por falta de oferentes.
16	IM - 02096	2002200	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO ADULTO DESCA	Infructuosa por falta de oferentes.
17	IM - 02099	2002321	AGUJ EPIDUR TIP TUOHY, N°22 X 8,89 (3½ Pu	Infructuosa por falta de oferentes.
18	IM - 02101	2002316	AGUJA SONOGRÁFICA (ECOGRÁFICA) BLOQUEO DE NERVI DE 22 G X 50 mm,	Infructuosa por falta de oferentes.
19	IM - 02108	2002330	AGUJAS PUNCIÓN LUMBAR 25 X 11.43cm (4 1/2	Infructuosa por falta de oferentes.
20	IM - 02112	2002627	LLAVE DE TRES VÍAS, CUERPO DE POLICARBO	Infructuosa por falta de oferentes.
21	IM - 02124	2003308	AGUJA BLOQUEO NERVI SONOGRÁFICA DE 85mm	Infructuosa por falta de oferentes.
22	IM - 02130	2003530	KIT CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CENTR 4Fr	Infructuosa por falta de oferentes.
23	IM - 03025	2000090	SISTEMA COLOSTOMÍA AJUSTABLE BOLSA/PARCHÉ 57MM	Infructuosa por falta de oferentes.
25	IM - 03103	2000109	CATÉTER EXTERNO MASCULINO (PRESERVATIVO)	Infructuosa por falta de oferentes.
29	IM - 03130	2000120	PAÑAL DESECHABLE GRANDE PARA ADULTO	Infructuosa por incumplimiento técnico (Newmet MCR SRL, WALCAS C.R. Representaciones, FGS Medical, HC MEDICAL SOLUTION S.A.)
30	IM - 03196	2000580	COMPRESA CALIENTE ESTÁNDAR	Infructuosa por falta de oferentes.
32	IM - 03207	2000556	MEDIA DE COMPRESIÓN HASTA MUSLO TALLA S	Infructuosa por falta de oferentes.



33	IM - 03213	2000590	ESPUMA IMPREGNADA DE JABÓN, SECO HIPOALER	Infructuosa por falta de oferentes.
34	IM - 03321	2004830	PAÑAL DESECHABLE MEDIANO PARA ADULTO	Infructuosa por incumplimiento técnico (Newmet MCR SRL, WALCAS C.R. Representaciones, FGS Medical, HC MEDICAL SOLUTION S.A, Equipos y Suministros Keima.)
35	IM - 03565	2002354	BOLSA PARA TRASLADO MUESTRAS 15CM X 23CM	Infructuosa por falta de oferentes.
36	IM - 03580	2002466	CONEXIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO	Infructuosa por falta de oferentes.
37	IM - 03622	2002352	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 1500 ML	Infructuosa por falta de oferentes.
38	IM - 03623	2002353	BOLSA SISTEMA ASPIRACIÓN CERRADO 3000 ML	Infructuosa por falta de oferentes.
39	IM - 03626	2002542	ESPAC VOL PLASTI ATÓXICO BOQUILLA ADULTO	Infructuosa por incumplimiento técnico (Hospimédica S.A)
41	IM - 03651	2002524	KIT MICRONEBULIZADOR C/BOQUILLA DESCAR	Infructuosa por falta de oferentes.
42	IM - 03667	2003018	CAL SODADA, PRESENTACIÓN 10 kg (+/-) 5 kg	Infructuosa por falta de oferentes.
43	IM - 03672	2003026	ANTISÉPTICO INSTANT MANOS CLOREXIDINA 1%	Infructuosa por falta de oferentes.
45	IM - 03696	2003240	CÁNULA TRAQUEO POLIU XL C/BALON FENE N°8	Infructuosa por falta de oferentes.
46	IM - 03834	2004363	FILTRO INSPIRATORIO BACTERIANO/VIRAL	Infructuosa por incumplimiento técnico (Nutricare S.A)

48	IM - 04107	2002897	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA S, ACOLCH	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Asepsia Médica Centroamericana S.A, Corporación Médica Quirúrgica (CQ))
49	IM - 04108	2002898	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA M, ACOLC	Infructuosa por incumplimiento técnico (Asepsia Médica Centroamericana S.A)
50	IM - 04109	2002899	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA L, ACOLCHA	Infructuosa por falta de oferentes.
51	IM - 04111	2002901	RODILL CORT C/REGULACION FLEXOTENSIÓN TALLA M	Infructuosa por incumplimiento técnico (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
52	IM - 04112	2002902	RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIÓN L	Infructuosa por incumplimiento técnico (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
53	IM - 04113	2002903	RODILLERA CORTA C/REGULAC FLEXOTENSIÓN XL	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
55	IM - 04341	2003862	CORSÉ DE JEWETT, TALLA MEDIANO, ORTESIS RI	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
56	IM - 04342	2003863	CORSÉ DE JEWETT, TALLA GRANDE, ORTESIS RÍG	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
57	IM - 04353	2004001	INMOVILIZADOR DE RODILLA TALLA XL	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Corporación Medical Quirúrgica (CQ))
58	IM - 05090	2002357	BOLSA DE UROSTOMÍA DRENABLES PARA ADULTO	Infructuosa por falta de oferentes.
59	IM - 05094	2004600	SIST COLOSTOMÍA 2 PZ BOLSA/PARCHÉ 70mm	Infructuosa por falta de oferentes.
60	IM - 07004	2000182	ESTOQUINETA 7.5 cm DE ANCHO	Infructuosa por incumplimiento técnico (FGS Medical (FGS S.A.))
61	IM - 07058	2001865	ACOLCHAMIENTO DE 5cm X 2.5mm X 2.4m	Infructuosa por incumplimiento técnico (Yiré Médica)

62	IM - 07060	2001867	ACOLCHAMIENTO DE 10cm X 2.5mm x 2.4m	Infructuosa por incumplimiento técnico. (Yiré Médica)
63	IM - 07069	2001720	GEL DE ACOPLAMIENTO PARA ULTRASONIDO	Infructuosa por falta de oferentes.
64	IM - 07079	2001917	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12.5cmX360cm	Infructuosa por falta de oferentes.
66	IM - 08002	2000750	BASTÓN DE ALUMINIO, AJUSTABLE, 4 PUNTOS	Infructuosa por falta de oferentes.
67	IM - 08009	2000747	RODILLERA ESTABILIZADORA ROTULA TALLA S	Infructuosa por falta de oferentes.
68	IM - 08018	2000847	FÉRULA PARA PIES DE ENCAMADOS	Infructuosa por falta de oferentes.
70	IM - 08035	2003943	PLANTILLAS DE GEL UNISEX TALLA L, 41-43	Infructuosa por falta de oferentes.
71	IM - 08036	2003944	PLANTILLAS DE GEL UNISEX TALLA XL, 44-45	Infructuosa por falta de oferentes.
73	IM - 08054	2004245	ELECTRODO ADHESIVO DIAMET 3 cm CONEX UNI	Infructuosa por falta de oferentes.
74	IM - 09009	2001329	GASA O APOSIT HIDROFIL C/ZIN/MIN/VI 10cm	Infructuosa por falta de oferentes.

4. Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los Proveedores ya cuentan con el registro en las mismas:

N° de renglón	Clave SIFA	Clave SIMA	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Resultado Final
7	2002432	IM - 01313	MASCARILLA LARÍNGEA OROGÁSTRICO, PESO 50	Yiré Médica HP S. A	No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0389-2019</b>
27	2003811	IM - 03128	MEDIA COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA, TALL L		No se analiza, ya se encuentra precalificado este medicamento para este Proveedor con el número de registro de muestra: <b>MRI-0153-2019</b>

**Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", publicado Alcance N°2 a La Gaceta N° 4 del jueves 07 de enero 2021.**

**Atentamente,  
Departamento de Proveduría**

**Licda. Carmen Lidia González Ramírez,  
Jefe**

CC: Expediente/Informe compra por requerimiento 4-2021 Implementos -YHC