

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**01 de julio del 2022
PROV-03144-2022**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(N°2-2022 IMPLEMENTOS)
(Primer llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
MEDIANTE COMPRAS POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en los oficios CEDINS-01225-2022 y CEDINS-01452-2022 del 02 de abril 16 de mayo ambos 2022, respectivamente, comunica el resultado de la valoración de productos N°2-2022 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°96 del miércoles 25 de mayo 2022 (páginas 54 a la 55) la invitación, para participar en la valoración de productos N°2-2022, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 09 de junio del 2022 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción
1	IM - 01043	2000018	42291613	92141405	Filo bisturí N°10
2	IM-01-047	2000019	42291613	92141446	Filo bisturí N°11
3	IM - 01053	2000021	42291613	92156066	Filo bisturí N°15, estéril, con borde afilado
4	IM - 01090	2000037	42312201	92156095	Sutura nylon 2-0 con aguja circular (3/8)
5	IM - 01093	2000038	42312201	92159317	Nylon monofilamento 3/0 no absorbible
6	IM - 01096	2000039	42312201	92141504	Nylon monofilamento 4/0 no absorbible
7	IM - 01099	2000039	42312201	92209549	Nylon monofilamento 5/0 con aguja 0,95cm

8	IM - 01114	2000043	42312201	92141567	Sutura catgut crómico 3/0 c/a redonda
9	IM - 01117	2000044	42312201	92164410	Sutura catgut crómico 4/0 c/a redonda
10	IM - 01130	2003830	42312201	92217009	Monofilamento polipropileno 8-0 3/8 circul doble 6mm
11	IM - 01171	2000059	42295427	92215792	Cepillo para limpieza de instrumental
12	IM - 01172	2003290	42295408	92167797	Cepillo para cirujano clorhexidina 4% (+/-1
13	IM - 01203	2002642	42131701	92141437	Campo incisión yodado adhesivo 60cm x 45cm
14	IM - 01204	2002643	42131701	92141440	Campo incisión yodado adhesivo 35 cm x 35 cm
15	IM - 01205	2002365	42144409	92164445	Cánula nasal pediátrica, para terapia
16	IM - 01207	2002367	42144409	92160395	Cánula orofaríngea tipo guedel de 40 mm
17	IM - 01208	2002368	42144409	92238420	Cánula orofaríngea tipo guedel 30mm
18	IM - 01209	2002369	42144409	92317921	Cánula orofaríngea tipo guedel 60mm
19	IM - 01210	2002370	42144409	92317923	Cánula orofaríngea tipo guedel 70mm
20	IM - 01211	2002371	42271913	92244295	Cánula orofaríngea tipo guedel 80mm
21	IM - 01213	2002401	42293505	92162256	Catéter succión cerrada flexible c/p redondeada 14fr
22	IM - 01214	2002402	42143902	92166698	Catéter torácico recto N°28fr
23	IM - 01215	2002403	42143902	92223706	Catéter torácico recto N°32 fr. de PVC,
24	IM - 01235	2002447	42312209	92216361	Cinta umbilical, color blanco
25	IM - 01236	2002450	42272505	92142370	Circuito para anestesia pediátrico
26	IM - 01237	2002497	53131623	92216643	Cuchilla para cortar vello, acero inoxidable
27	IM - 01238	2002451	42142108	92205881	Compresa quirúrgica 1.27(½p) X1.27(½p) cm
28	IM - 01239	2002452	42142108	92205528	Compresa quirúrgica 1.27(½)x3.81(1½) (cotono
29	IM - 01243	2002535	42142535	92229216	Equipo anestesia comb espinal epidural 26g
30	IM - 01247	2002561	42311607	92209550	Fibra hemostática a base celulosa 5 cm (+/-1cm
31	IM - 01258	2002611	42272008	92227301	Guía para intubación de 10fr
32	IM - 01261	2002631	42292802	92168945	Marcadores quirúrgicos de la piel c/regla

33	IM - 01268	2002632	42271708	92190403	Mascarilla sistema Venturi rotatorio adulto
34	IM - 01272	2002420	42271708	92158987	Mascarilla reinhalación parcial pediátr
35	IM - 01277	2002427	42272512	92162548	Mascarilla c/almohadilla inflable N°5
36	IM - 01289	2002537	42142535	92229217	Equipo anestesia combinado espinal epidural 27g
37	IM - 01290	2002621	42142541	92209686	Kit de punción lumbar
38	IM - 01295	2002433	42271708	92166715	Mascarilla laríngea orogástrico N5 (tipo supreme
39	IM - 01298	2002562	42311607	92168399	Fibra hemostática base celulosa 5 a 5,08 cm
40	IM - 01299	2002664	42293505	92212989	Sonda (cate) succión cerra flexible c/p red 16fr
41	IM - 01313	2002432	42271913	92142610	Mascarilla laríngea orogástrica peso 50
42	IM - 01318	2002675	42221504	92153452	Catéter venoso triple lumen 7fr,-7,5 fr
43	IM - 01320	2002430	42271913	92142611	Mascarilla laríngea orogástrico N°3 30-50kg
44	IM - 01323	2002449	42272505	92142369	Circuito para anestesia adulto tubo corrugado
45	IM - 01333	2002465	42272503	92142606	Mascarilla anestesia c/balón inflable N°6
46	IM - 01334	2002467	42271802	92159296	Mascarilla nebulización traqueostomía adulto
47	IM - 01338	2002492	42312201	92168396	Sutura monofilamento sintético absorbible 1 poligliconato, aguja redonda 1/2,
48	IM - 01353	2002534	42131704	92157989	Paño de gasa estéril para uso abdominal
49	IM - 01363	2002587	42312201	92147092	Seda negra trenzada 2/0, aguja 1/2 circulo
50	IM - 01374	2004791	42295453	92218959	Sistema succión cerrad tipo hemovac 1/4
51	IM - 01375	2002720	42295453	92218957	Sistema succión cerrado drenaje/tipo hemovac 1/8
52	IM - 01376	2002721	42295453	92201457	Sistema succión cerrado tipo Jackson Pratt 10fr
53	IM - 01377	2005692	42295453	92284664	Sistema succión cerra tipo Jackson Pratt 19
54	IM - 01381	2002657	42312201	92161480	Sutura acero quirúrgico inoxidable cal 5 c/aguja
55	IM - 01388	2002751	42292904	92209534	Sutura ácido poliglicó 0 aguja redonda 1/2circ 35-
56	IM - 01391	2002759	42292904	92170225	Sutura ácido poliglicólico 3-0 aguja redonda 1/2

57	IM - 01397	2002764	42272505	92142776	Tubo de aspiración con conector Yankahu
58	IM - 01398	2002765	42272505	92156420	Tubo de aspiración sin conector, transparente
59	IM - 01399	2002766	42271905	92161489	Tubo endobronquial bronquio izquierdo 35mm
60	IM - 01400	2002767	42271905	92235472	Tubo endobronquial bronquio izquierdo 37mm
61	IM - 01411	2002783	42271903	92166792	tubo endotraqueal 7.5mm transparente c/balón
62	IM - 01412	2002785	42271905	92142729	Tubo endotraqueal, baja presión 8 mm
63	IM - 01426	2002571	42311545	92159502	Gasa cuadros 10x20 cm, 10 un, radiopaca
64	IM - 01441	2002753	42292904	92213503	Sutura poliglacina 1 aguja redonda 1,27(1/2)
65	IM - 01443	2002756	42312201	92220183	Sutura ácido poliglicólico o poliglactina 910,2-0ag
66	IM - 01467	2002674	42221504	92153461	Catéter intravenoso cuatro Lumen 8,5fr,20cc
67	IM - 01468	2002676	42221504	92167078	Catéter intravenoso doble lumen 7fr
68	IM - 01524	2002873	42221504	92153490	Catéter Seldinger para punción arterial
69	IM - 01525	2002874	42221609	92161516	Conexión de suero 90 cm (Extensión)
70	IM - 01527	2002922	41113124	92144838	Inspirómetro incentivo, de 2500 cc, tubo
71	IM - 01591	2003198	42144409	92167022	Cánula orofaríngea tipo GUEDEL 100mm
72	IM - 01636	2003580	42142536	92153601	Kit con catéter torácico para drenaje pleural
73	IM - 01659	2004162	42312201	92215534	Sutura 3-0 aguja redonda 1/2 círculo 26mm, SIN NUD
74	IM - 01660	2004163	42295104	92192523	Lápiz electrocirugía tres pines
75	IM - 01661	2004164	42295143	92170541	Placa para electrocirugía
76	IM - 01662	2004260	42131702	92173220	Paquete ropa quirúrgica descartable p/artroscopía
77	IM - 01663	2004261	42131702	92173130	Paquete ropa descartable para tórax
78	IM - 01664	2004262	42131702	92173039	Paquete ropa quirúrgico descartable p/cabeza y cuello
79	IM - 01667	2004265	42131702	92173090	Paquete ropa quirúrgico descartable p/miembro superior
80	IM - 01668	2004266	42131702	92173100	Paquete ropa descartable p/ ginecología y urología

81	IM - 01669	2004267	42131701	92173186	Campo descartable p/ cirugía artroscopía hombro
82	IM - 01670	2004280	42131702	92173345	Bata quirúrgica estéril talla L
83	IM - 01671	2004268	42131702	92173347	Bata quirúrgica estéril talla XL
84	IM - 01672	2004269	42131701	92194231	Paquete campos clínicos desechables
85	IM - 01673	2004270	42131702	92173292	Bata impermeable plástica, con sujeción
86	IM - 01674	2004271	42131701	92166956	Sabana estéril descartable para procedimiento quirúrgico
87	IM - 01675	2004364	42311607	92169080	Cera para huesos mezcla de abeja (80%) e
88	IM - 01676	2004365	42311607	92219223	Esponja hemostática
89	IM - 02096	2002200	42293505	92212172	Sistema de drenaje torácico adulto desca
90	IM - 02097	2002318	42142502	92162905	Aguja epidural tipo Tuohy, N°18x8,89cm (3 1/2
91	IM - 02098	2002320	42142502	92212979	aguja epidural Tuohy diámetro 20gx88,9mm
92	IM - 02099	2002321	42142502	92162907	Aguja epidural tipo Tuohy, N°22 x 8,89 (3½ pulgadas)
93	IM - 02100	2002636	42144201	92167789	Aguja bloqueo/nervio sonográfica 100mm
94	IM - 02101	2003616	42144201	92202156	Aguja bloqueo de nervio de 22 g x 50mm
95	IM - 02103	2002327	42142541	92161447	Aguja punción lumbar 25 x 8.89cm
96	IM - 02108	2002330	42142541	92162908	Agujas punción lumbar 25 x 11.43cm (4 1/2
97	IM - 02124	2003308	42142535	92298222	Aguja bloqueo nervio sonográfica de 85mm
98	IM - 02130	2003530	42221504	92167186	Kit catéter venoso periférico central 4fr
99	IM - 02131	2003788	42142535	92308827	Kit catéter/plexo c/cánula de 75 mm
100	IM - 02132	2003789	42142535	92243545	Kit catéter/plexo c/cánula de 83 mm
101	IM - 03040	2000092	42271709	92302323	Cánula nasal para terapia respiratoria
102	IM - 03066	2005324	42272219	92221020	Filtro espiratorio ventilador pulmonar pb980
103	IM - 03091	2000103	42271802	92161927	Mascarilla de sistema de nebulización
104	IM - 03562	2002633	42251622	92166559	Acapella pulmonar de alto flujo

105	IM - 03563	2002635	42251622	92142321	Acapella de bajo flujo (menos 15 l)
106	IM - 03590	2002525	42272223	92144944	Ejercitador para expansión músculos respiratorios
107	IM - 03591	2002541	42221902	92198878	Equipo presión venosa central escala cm
108	IM - 03610	2002579	42131713	92299462	Mascarilla N95 con filtro, con bandas elásticas
109	IM - 03611	2002604	42312311	92152175	Set curación vía central
110	IM - 03614	2002653	42271915	92213392	Sujetador para tubo endotraqueal adulto
111	IM - 03622	2002352	42271907	92162182	Bolsa sistema aspiración cerrado 1500 ml
112	IM - 03623	2002353	42271907	92156419	Bolsa sistema aspiración cerrado 3000 ml
113	IM - 03626	2002542	42271807	92153597	Espaciador de volumen plástico atóxico boquilla adulto
114	IM - 03627	2002565	42281534	92142305	Filtro antibacteriano p/ventilador mecánico
115	IM - 03632	2002618	53131506	92158978	Kit higiene oral clorexina 0.12% abre fa
116	IM - 03635	2002558	42291614	92158918	Tijeras quitagrapas plástica 5,7mm X3,9mm
117	IM - 03641	2002475	42271708	92189942	Mascarilla para oxigenoterapia con reservorio
118	IM - 03651	2002524	42271802	92302277	Kit micronebulizador c/boquilla descartable
119	IM - 03666	2003014	42182601	92158004	Protectores de manubrio, número parte 8002
120	IM - 03667	2003018	30111699	92147076	Cal sodada, presentación 10 kg (+/-) 5 kg
121	IM - 03669	2003020	53131617	92209572	Limpiador de uñas
122	IM - 03671	2003930	42132107	92195568	Conector para sonda en y, adaptable
123	IM - 03686	2003930	42132107	92195568	Manta descartable adulto cuerpo entero
124	IM - 03696	2003240	42144409	92160393	Cánula traqueotomía poliuretano XL c/balón fenestrada N°8
125	IM - 03740	2004951	42281534	92206651	Filtro hidrófobo intercambiador humedad y temperatura
126	IM - 03742	2004340	42272505	92190241	Trampa de agua para monitoreo de CO2
127	IM - 03765	2003375	42312009	92302038	Grapadora de piel, estéril, descartable

128	IM - 03797	2005406	42142128	92218960	Parafina sólida y purificada Bloq,0,45kg
129	IM - 03807	2004095	42272224	92151887	Circuito para VMP compatible WM 28193
130	IM - 03817	2004166	42272220	92159347	Adaptador para sensor de CO2
131	IM - 03834	2004263	42281534	92205634	Filtro inspiratorio bacteriano/viral
132	IM - 03841	2004590	42272301	92182421	Resucitador manual de plástico para adul
133	IM - 05002	2001449	42293603	92227578	Sonda rectal FR 24 para adulto
134	IM - 05007	2000164	42231701	92153555	Sonda para aspirar fr14, de silicón o PVC
135	IM - 05010	2000165	42231701	92153570	Sonda para aspirar fr16, de silicón o PVC
136	IM - 05013	2000166	42231701	92153573	Sonda Foley de silicón, 2 vías, N°12
137	IM - 05016	2000167	42142702	92223761	Sonda Foley 2 vías N°14, 100% silicón
138	IM - 05019	2000168	42142702	92205629	Sonda Foley de silicón 2 vías N°16
139	IM - 05022	2000169	42142702	92202403	Sonda Foley de silicón 2 vías N°18
140	IM - 05028	2000170	42142702	92223868	Sonda Foley de silicón 2 vías N°22 fr
141	IM - 05031	2000171	42231701	92153580	Sonda Foley 2 vías N° 24, 100% silicona
142	IM - 05038	2001445	42142702	92214735	Sonda Foley de silicon3 vías N°20 fr
143	IM - 05055	2003360	42231701	92216506	Sonda nasogástrica n°14
144	IM - 05058	2000173	42231701	92216512	Sonda nasogástrica n°16 fr
145	IM - 05067	2000174	42142702	92156833	Sonda Nelaton punta Oliva N°14 fr, FABR
146	IM - 05079	2000175	42142702	92179747	Sonda nelaton punta recta N°14
147	IM - 05091	2002563	42231701	92216652	Fijador sonda, tipo nasogástrica para adulto
148	IM - 05101	2002650	42142702	92211964	Sonda drenaje urinario calibre 22 fr, FOLE 3 VI
149	IM - 05114	2003313	42271903	92144720	Tubo endotraqueal para mascarilla intuba
150	IM - 05115	2003314	42271903	92161520	Tubo endotraqueal mascarilla intubación endotraqueal N°7.5

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 113 muestras (81 líneas) de 16 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Cantidad de muestras
Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	1
Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	3
Kabé Soluciones Médicas Sociedad Anónima	5
Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	1
Medicald Sociedad Anónima	13
Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	11
Nutricare Sociedad Anónima	5
Transglobal Medical Sociedad Anónima	8
Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	14
Medical Works Limitada	10
Yiré Médica H P Sociedad Anónima	16
Sanacare Medical CR Limitada	6
CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	12
Medi Express CR Sociedad Anónima	1
New Medical Sociedad Anónima	6
Grupo Unihospi Sociedad Anónima	1

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 16 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficio CEDINS-01867-2022 del 21 de junio 2022, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE: Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Cédula Jurídica
1	IM - 01043	2000018	42291613	92141405	Filo bisturí N°10	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3101547337
2	IM-01-047	2000019	42291613	92141446	Filo bisturí N°11	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3101547337
3	IM - 01053	2000021	42291613	92156066	Filo bisturí N°15, estéril, con borde afilado	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3101547337
4	IM - 01090	2000037	42312201	92156095	Sutura nylon 2-0 con aguja circular (3/8)	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	3101211041
5	IM - 01093	2000038	42312201	92159317	Nylon monofilamento 3/0 no absorbible	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
6	IM - 01096	2000039	42312201	92141504	Nylon monofilamento 4/0 no absorbible	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
						Nutricare Sociedad Anónima	3101179050
7	IM - 01099	2000039	42312201	92209549	Nylon monofilamento 5/0 con aguja 0,95cm	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
						Nutricare Sociedad Anónima	3101179050
8	IM - 01114	2000043	42312201	92141567	Sutura catgut crómico 3/0 c/a redonda	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
10	IM - 01130	2003830	42312201	92217009	Monofilamento polipropileno 8-0 3/8 circulo doble 6mm	Nutricare Sociedad Anónima	3101179050
13	IM - 01203	2002642	42131701	92141437	Campo incisión yodado adhesivo 60cm X 45cm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
15	IM - 01205	2002365	42144409	92164445	Cánula nasal pediátrica, para terapia	Kabé Soluciones Médicas Sociedad Anónima	3101625107
						Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
16	IM - 01207	2002367	42144409	92160395	Cánula orofaríngea tipo guedel de 40 mm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831

18	IM - 01209	2002369	42144409	92317921	Cánula orofaríngea tipo guedel 60mm	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	3101211041
19	IM - 01210	2002370	42144409	92317923	Cánula orofaríngea tipo guedel 70mm	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	3101211041
20	IM - 01211	2002371	42271913	92244295	Cánula orofaríngea tipo guedel 80mm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
21	IM - 01213	2002401	42293505	92162256	Catéter succión cerrada flexible c/p redondeada 14fr	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	3101211041
28	IM - 01239	2002452	42142108	92205528	Compresa quirúrgica 1.27(½)x3.81(1½) (cotono)	Kabé Soluciones Médicas Sociedad Anónima	3101625107
32	IM - 01261	2002631	42292802	92168945	Marcadores quirúrgicos de la piel c/regla	New Medical Sociedad Anónima	3101142660
34	IM - 01272	2002420	42271708	92158987	Mascarilla reinhalación parcial pediátr	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
35	IM - 01277	2002427	42272512	92162548	Mascarilla c/almohadilla inflable N°5	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	3101211041
40	IM - 01299	2002664	42293505	92212989	Sonda (cate) succión cerra flexible c/p red 16fr	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	3101211041
46	IM - 01334	2002467	42271802	92159296	Mascarilla nebulización traqueostomía adulto	Kabé Soluciones Médicas Sociedad Anónima	3101625107
49	IM - 01363	2002587	42312201	92147092	Seda negra trenzada 2/0, aguja ½ círculo	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
50	IM - 01374	2004791	42295453	92218959	Sistema succión cerrad tipo hemovac ¼	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504

55	IM - 01388	2002751	42292904	92209534	Sutura ácido poliglicó 0 aguja redonda 1/2circ 35-	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
						Nutricare Sociedad Anónima	3101179050
56	IM - 01391	2002759	42292904	92170225	Sutura ácido poliglicólico 3-0 aguja redonda 1/2	Medicald Sociedad Anónima	3101182857
						Nutricare Sociedad Anónima	3101179050
63	IM - 01426	2002571	42311545	92159502	Gasa cuadros 10x20 cm, 10 un, radiopaca	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
71	IM - 01591	2003198	42144409	92167022	Cánula orofaríngea tipo GUEDEL 100mm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
72	IM - 01636	2003580	42142536	92153601	Kit con catéter torácico para drenaje pleural	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	3102749824
83	IM - 01671	2004268	42131702	92173347	Bata quirúrgica estéril talla XL	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
84	IM - 01672	2004269	42131701	92194231	Paquete campos clínicos desechables	Sanacare Medical CR Limitada	3102771915
88	IM - 01676	2004365	42311607	92219223	Esponja hemostática	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3101547337
98	IM - 02130	2003530	42221504	92167186	Kit catéter venoso periférico centr 4fr	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	3102749824
101	IM - 03040	2000092	42271709	92302323	Cánula nasal para terapia respiratoria	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
116	IM - 03635	2002558	42291614	92158918	Tijeras quitagrapas plástica 5,7mm X3,9mm	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3101547337
118	IM - 03651	2002524	42271802	92302277	Kit micronebulizador c/boquilla descartable	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504
123	IM - 03686	2003930	42132107	92195568	Manta descartable adulto cuerpo entero	Medi Express CR Sociedad Anónima	3101696792
127	IM - 03765	2003375	42312009	92302038	Grapadora de piel, estéril, descartable	Transglobal Medical Sociedad Anónima	3101547337

132	IM - 03841	2004590	42272301	92182421	Resucitador manual de plástico para adul	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3101244831
136	IM - 05013	2000166	42231701	92153573	Sonda Foley de silicón, 2 vías, N°12	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504
137	IM - 05016	2000167	42142702	92223761	Sonda Foley 2 vías N°14, 100% silicón	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504
138	IM - 05019	2000168	42142702	92205629	Sonda Foley de silicón 2 vías N°16	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504
139	IM - 05022	2000169	42142702	92202403	Sonda Foley de silicón 2 vías N°18	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504
140	IM - 05028	2000170	42142702	92223868	Sonda Foley de silicón 2 vías N°22 fr	Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica	3012389094
						Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504
142	IM - 05038	2001445	42142702	92214735	Sonda Foley de silicon 3 vías N°20 fr	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	3101358504

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Nombre Corto SIFA	Proveedor	Incumplimiento
4	IM - 01090	2000037	42312201	92156095	Sutura nylon 2-0 con aguja circular (3/8	Medicald Sociedad Anónima	Incumple. En el formulario el proveedor indica como referencia del producto: CE2442-75, la muestra presentada por el proveedor es el código <u>PE1942-N</u> . Incumple. En la ficha técnica se solicita: aguja de 3/8 de círculo, punta reverso cortante de 24 mm (+/- 2 mm), la muestra presentada por el proveedor posee una aguja de 19mm, por lo cual no es funcional en servicios quirúrgicos, de nuestra institución.
6	IM - 01096	2000039	42312201	92141504	Nylon monofilamento 4/0 no absorbible	Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	Incumple. En la Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.

9	IM - 01117	2000044	42312201	92164410	Sutura catgut crómico 4/0 c/a redonda	Medicald Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con aguja de 1/2 círculo punta redonda de 26 mm (+/- 2 mm), la muestra presentada por el proveedor posee una aguja de 20mm, por lo cual no es funcional en servicios quirúrgicos, de nuestra institución.
13	IM - 01203	2002642	42131701	92141437	Campo incisión yodado adhesivo 60cm x 45cm	Transglobal Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Campo de incisión con yodo de 60 cm x 45 cm (+/-5 cm) incorporado en el adhesivo de liberación progresiva, lo cual no se puede verificar en la muestra, ni en la literatura aportada por el proveedor. Debe contener: adhesión a los bordes de la herida, la muestra presentada por el proveedor ha sido valorada en proceso anteriores de registro de muestra, en los cuales se ha determinado, la poca adherencia del insumo, así como la dificultad para la colocación del mismo en procedimiento quirúrgico, siendo que se dificulta la separación de las partes y se enrolla sobre si mismo. Lo cual es un riesgo para el usuario y genera retrasos en los tiempos quirúrgicos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
14	IM - 01204	2002643	42131701	92141440	Campo incisión yodado adhesivo 35 cm x 35 cm	Transglobal Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: Campo de incisión con yodo de 60 cm x 45 cm (+/-5 cm) incorporado en el adhesivo de liberación progresiva, lo cual no se puede verificar en la muestra, ni en la literatura aportada por el proveedor. Debe contener: adhesión a los bordes de la herida, la muestra presentada por el proveedor ha sido valorada en proceso anteriores de registro de muestra, en los cuales se ha determinado, la poca adherencia del insumo, así como la dificultad para la

							colocación del mismo en procedimiento quirúrgico, siendo que se dificulta la separación de las partes y se enrolla sobre sí mismo. Lo cual es un riesgo para el usuario y genera retrasos en los tiempos quirúrgicos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
15	IM - 01205	2002365	42144409	92164445	Cánula nasal pediátrica, para terapia	Medical Works Limitada	<p>COEXPED Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el producto ofertado. EMB-CO-19-00376</p> <p>Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el Certificado del EMB aportado.</p> <p>Incumple. En la Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: de 230 cm (+/-20 cm) de longitud., la muestra presentada por el proveedor es de 200cm. Por lo anterior incumple con lo requerido por la institución.</p>

25	IM - 01236	2002450	42272505	92142370	Circuito para anestesia pediátrico	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicitaron capacidad para toma de capnógrafo la muestra presentada no tiene la capacidad de la toma de capnógrafo, así mismo la muestra carece de la Bolsa de anestesia. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
31	IM - 01258	2002611	42272008	92227301	Guía para intubación de 10fr	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita de 10Fr (3,3mm), la muestra presentada por el proveedor es de 4,0mm - 6.00mm., equivalente a un Fr de mayo tamaño, correspondiente a otro código de nuestro catálogo.
33	IM - 01268	2002632	42271708	92190403	Mascarilla sistema Venturi rotatorio adulto	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con colores que diferencien las marcas de alto o bajo flujo, debe adaptarse a pacientes adultos. Por lo anterior no cumple con la requerido por la institución.
						Sanacare Medical CR Limitada	Incumple. No posee las indicaciones de cómo utilizar el insumo, en su lugar indica seguir el protocolo de la institución. Incumple. En la ficha técnica se solicita: con etiqueta interior que incluya las especificaciones técnicas e instrucciones de uso en español, la muestra presentada por el proveedor carece de las instrucciones de uso según se indica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
34	IM - 01272	2002420	42271708	92158987	Mascarilla reinhalación parcial pediátr	Kabé Soluciones Médicas Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con clips nasal ajustable, la muestra presentada no posee el clip, por lo cual no se puede realizar el ajuste a la cara del paciente. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
42	IM - 01318	2002675	42221504	92153452	Catéter venoso triple lumen 7fr,-7,5 fr	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Kit para catéter venoso central de 3 lumen, (14 al 18 G), la muestra

						Sociedad Anónima	presentada cuenta con dos accesos de 18G y uno de 16G, no cuenta con el acceso de 14G, el cual es requerido para el paso de grandes cantidades de fluidos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Kit para catéter venoso central de 3 lumen, (14 al 18 G), la muestra presentada cuenta con dos accesos de 18G y uno de 16G, no cuenta con el acceso de 14G, el cual es requerido para el paso de grandes cantidades de fluidos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
44	IM - 01323	2002449	42272505	92142369	Circuito para anestesia adulto tubo corrugado	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicitaron capacidad para toma de capnógrafo la muestra presentada no tiene la capacidad de la toma de capnógrafo, así mismo la muestra carece de la Bolsa de anestesia. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: contener doble filtro bacteriológico para inspiración y espiración, la muestra presentada por el proveedor carece de ambos filtros. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicitan capacidad para toma de capnógrafo la muestra presentada no tiene la capacidad de la toma de capnografía, así mismo la muestra carece de la Bolsa de Anestesia. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
47	IM - 01338	2002492	42312201	92168396	Sutura monofilamento sintético absorbible 1	Medicald Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Sutura monofilamento sintético absorbible (poligliconato), la

					poligliconato, aguja redonda 1/2,		muestra presentada tiene una composición basada en glicolida y caprolactona, que difiere de lo requerido por la institución.
48	IM - 01353	2002534	42131704	92157989	Paño de gasa estéril para uso abdominal	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: pre lavada, lo cual le da la característica de acolchamiento y corrugado, la muestra presentada no es pre lavada. Se requiere: y una elongación de al menos un 30% del tamaño solicitado, lo anterior no puede ser verificado en la muestra, ni en el producto. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
52	IM - 01376	2002721	42295453	92201457	Sistema succión cerrado tipo Jackson Pratt 10fr	Sanacare Medical CR Limitada	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: con prensa para sujeción a la ropa del paciente, la muestra presentada por el proveedor carece de dicha prensa. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: al extremo distal del tubo de succión debe de contar con trocar de acero inoxidable de 10 FR, la muestra presentada no indica el Fr, del producto en su empaque primario, impresiona ser de un calibre superior al solicitado. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: al extremo distal del tubo de succión debe de contar con trocar de acero inoxidable de 10 FR, la muestra presentada no indica el Fr, del producto en su empaque primario, impresiona ser de un calibre superior al solicitado. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
53	IM - 01377	2005692	42295453	92284664	Sistema succión cerra tipo Jackson Pratt 19	Sanacare Medical CR Limitada	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: en uno de sus extremos un dreno plano de silicona, la muestra presentada

							corresponde a un drenó redondo. Debe poseer: con prensa para sujeción a la ropa del paciente, la muestra presentada por el proveedor carece de dicha prensa. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: el drenó debe estar unido a una extensión de tubo de silicón de 19 Fr de diámetro y 70 cm de largo mínimo, el tubo de silicón no indica el Fr en el producto, pero impresiona ser menor a lo requerido, con un largo de 66cm. Se solicita: dicha extensión debe estar fijada a un trocar de acero inoxidable de 19 Fr de diámetro y 12 cm de largo (+ 2 cm); la muestra presenta no indica el Fr del trocar, aparenta ser menor a los requerido. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: el drenó debe estar unido a una extensión de tubo de silicón de 19 Fr de diámetro y 70 cm de largo mínimo, el tubo de silicón no indica el Fr en el producto, pero impresiona ser menor a lo requerido, con un largo de 66cm. Se solicita: dicha extensión debe estar fijada a un trocar de acero inoxidable de 19 Fr de diámetro y 12 cm de largo (+ 2 cm); la muestra presenta no indica el Fr del trocar, aparenta ser menor a los requerido. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
55	IM - 01388	2002751	42292904	92209534	Sutura ácido poliglicó 0 aguja redonda 1/2circ 35-	Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto

							ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
56	IM - 01391	2002759	42292904	92170225	Sutura ácido poliglicólico 3-0 aguja redonda 1/2	Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud de C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
64	IM - 01441	2002753	42292904	92213503	Sutura poliglactina 1 aguja redonda 1,27(1/2)	Medicald Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Sutura sintética absorbible recubierta polifilamento poliglactina, la muestra presentada esta compuesta de

							homopolímero de ácido glicólico. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
66	IM - 01467	2002674	42221504	92153461	Catéter intravenoso cuatro Lumen 8,5fr,20cc	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: 1 bisturí, la muestra presentada no posee el bisturí. Por lo anterior incumple con lo requerido por la institución.
67	IM - 01468	2002676	42221504	92167078	Catéter intravenoso doble lumen 7fr	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con 2 vías del mismo diámetro, la muestra presentada posee una vía de 14G y la otra vía de 18G. Se solicita: 1 Aguja de punción longitud 70 mm. X 18 G, la muestra posee una aguja de 65mm. Debe tener: 1. Dilatador 8 Fr. X 12 cm, la muestra presentada posee un dilatador de 8Fr x 10cm. se solicita: 1 bisturí, la muestra presentada no posee el bisturí. Por lo anterior incumple con lo requerido por la institución.
76	IM - 01662	2004260	42131702	92173220	Paquete ropa quirúrgica descartable p/artroscopia	New Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica del producto, se solicita: 1 bata quirúrgica, talla L, nivel AAMI 4, con reforzamiento interno enfrente y mangas, con toalla para manos. 1 bata quirúrgica, talla L, nivel AAMI 3, con toallas para manos, en la muestra presentada no es posible verificar en las batas, el nivel AAMI de las mismas. Se requiere: 1 cobertor para mesa de mayo tipo funda impermeable 58 cm (+/- 5 cm) x 135 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 80cm x 150cm. Se solicita: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-5 cm) de ancho x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es 150cm x 240cm. Se solicita: 1 malla elástica tubular impermeable, 30 cm (+/-1 cm) x 122 cm (+/-1 cm). 4 tiras adhesivas para

						campos quirúrgicos, la muestra presentada no posee las 4 tiras adhesivas. Debe contener: 1 campo absorbente para preparar extremidad inferior de 60 cm (+/- 5 cm) x 120 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada no posee dicho campo. Se requiere: 1 sabana impermeable abierta en U de 185 cm (+/- 10 cm) x 150 cm (+/- 15 cm). La fenestración en U es de 12 cm (+/- 2 cm) X 55 cm (+/- 2 cm), la muestra presentada es de 150cm*200cm, con una fenestración de 6cm x 65cm. La muestra presentada trae dos sábanas de este tipo, solo se pide una. Debe contener: 1 bolsa para descartar suturas, la muestra presenta no posee la bolsa para suturas. Cabe indicar que el paquete presentada adicional: 1 par de protectores para manubrio, un raspador para bisturí, un marcador y una sábana quirúrgica con adhesivos, que no se solicita a nivel de ficha técnica y que se presume puede elevar el costo del producto y que difiere a las muestras previamente registradas. Por la anterior no cumple con lo requerido por la institución.
77	IM - 01663	2004261	42131702	92173130	Paquete ropa descartable para tórax	Yiré Médica H P Sociedad Anónima Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: compuesta de una capa absorbente para el control de fluidos nivel de seguridad 3 y una capa impermeable con una barrera bacteriológica en la periferia de la fenestración con nivel de seguridad 4, el cual debe ser indicado en el empaque de los artículos, lo cual no se indica en el empaque del producto. Debe contener: Contenido: 2 batas

							quirúrgicas talla L, nivel AAMI, la muestra presentada posee dos batas talla XL. Se solicita: 1 sabana quirúrgica rectangular de 265 cm (+/- 5 cm) x 155 cm (+/- 10 cm), impermeable, con adhesivo en sus bordes, la muestra presentada carece de los adhesivos y posee una fenestración de 47cm x60cm, la cual no se solicita a nivel de ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
78	IM - 01664	2004262	42131702	92173039	Paquete ropa quirúrgico descartable p/cabeza y cuello	New Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Que sea inflamable de clase 1 según la normativa NFPA 702-1980. Que cumpla con la prueba de resistencia a la penetración ASTM F1670, lo anterior no puede verificar en la literatura aportada, ni en el empaque del producto. Se solicita: 2 batas quirúrgica talla L, nivel AAMI 3, con toalla de manos, no se puede verificar el nivel AAMI de las batas del paquete, ya que no se indica. Se solicita: 1 cobertor para mesa de mayo tipo funda impermeable 58 +/- 5cm x 135 cm (+/-5 cm), en la parte superior debe tener un reforzamiento antideslizante, la muestra presentada posee un cobertor de 80cm x 150cm. Debe contener: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/- 15 cm) x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 150cm x 240cm. Se requiere: 1 sabana abierta de 190 cm (+/- 10 cm) x 300 cm (+/- 25 cm) con fenestración en U de 7,5 cm (+/- 0,5 cm) x 60 cm (+/- 10 cm), con área reforzada alrededor de la fenestración nivel 4 según AAMI, que

							brinde absorción y no permita que los instrumentos se deslicen, con sujetadores para tubos, la muestra presentada es de 214cm x 252cm, con una fenestración de 95cm x 5cm. Cabe indicar que la muestra presentada cuenta con los siguientes insumos adicionales, que no son solicitadas en la ficha técnica: 1 contador de agujas magnético, 1-Raspador de Bisturí, 1 marcador quirúrgico con regla. 1 sábana "Campo para Craneotomía" de 206cm x 325cm, se presume que dicho paquete puede tener un costo más elevado por los insumos extras, así mismo, difiere de las muestras previamente registrada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
79	IM - 01667	2004265	42131702	92173090	Paquete ropa quirúrgico descartable p/miembro superior	New Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Que sea inflamable de clase 1 según la normativa NFPA 702-1980. Que cumpla con la prueba de resistencia a la penetración ASTM F1670, lo anterior no se puede verificar con la muestra, ni con la literatura aportada. Se requieren batas quirúrgicas, nivel AAMI 3, la muestra presentada posee batas Nivel 4. Se solicita: 1 cobertor para mesa de mayo tipo funda impermeable 58 +/- 5cm x 135 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 80cm x 150cm. Debe tener: 1 cobertor para la mesa auxiliar con refuerzo absorbente, 125 cm (+/-15cm) x 230 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 200cm x 150cm. Se solicita: 1 campo quirúrgico. 195 cm (+/-5 cm) x 150 cm (+/-5 cm), la muestra presentada es de 190cm x177cm. Se solicita 1

							<p>sabana impermeable 150 cm (+/- 5 cm) x 180 cm (+/- 5 cm) con fenestrada en U de 10 cm (+/- 2 cm) x 53 cm (+/- 2 cm), la muestra es de 150cm x 200cm, con fenestración de 15cm x 60cm. Debe tener: 1 sabana de miembro superior con refuerzo en el área central, 190 cm (+/- 5 cm) o x 305 cm (+/- 5 cm) con sujetadores para tubos, con fenestración circular flexible de 3,5cm (+/- 0,5 cm), la muestra presentada es de 220m x 325cm. Debe tener: 1 bolsa para descartar suturas, la muestra presentada carece de la bolsa de suturas. Adicional el paquete presenta: 1 sabana impermeable 150 cm (+/- 5 cm) x 180 cm (+/- 5 cm) con fenestrada en U de 10 cm (+/- 2 cm) x 53 cm (+/- 2 cm), con contador de agujas, una funda de 33cm x 118cm, lo cual supone un costo superior. En la etiqueta del producto indica ser un kit para artroscopia de rodillera, se solicita PAQUET ROPA QUIRUR DESCART P/MIEMB SUPER. Por anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
82	IM - 01670	2004280	42131702	92173345	Bata quirúrgica estéril talla L	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, la muestra presentada por el proveedor no cumple con la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, lo cual es un riesgo para el personal de salud, por no brindar la protección requerida durante los procedimientos quirúrgicos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>

						New Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Que sea inflamable de clase 1 según la normativa NFPA 702-1980, la muestra presentada indica cumplir con la Norma NFPA CPSC-1610. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
83	IM - 01671	2004268	42131702	92173347	Bata quirúrgica estéril talla XL	Sanacare Medical CR Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, la muestra presentada por el proveedor posee un nivel de protección N°3. Por lo anterior incumple con lo requerido por la institución.
						CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Debe de presentar una barrera en zona crítica cumpliendo con el nivel 4 de la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, la muestra presentada por el proveedor no cumple con la normativa ANSI/AAMI PB70-2003, lo cual es un riesgo para el personal de salud, por no brindar la protección requerida durante los procedimientos quirúrgicos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
86	IM - 01674	2004271	42131701	92166956	Sabana estéril descartable para procedimiento quirúrgico	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Dimensiones de la sabana: 192 cm (+/- 5 cm) x 153 cm (+/- 5 cm), La muestra presentada es de 194cm x 104cm. La muestra presentada posee un área fenestrada de 52cm x 38cm, con adhesivo en los bordes, lo anterior no es solicitada en ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						Sanacare Medical CR Limitada	Incumple. En la ficha técnica: Dimensiones de la sabana: 192 cm (+/- 5 cm) x 153 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada por el

							proveedor es de 192cm x 132cm. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
						New Medical Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Dimensiones de la sabana: 192 cm (+/- 5 cm) x 153 cm (+/- 5 cm), la muestra presentada es de 175cm x 173cm. La muestra presentada posee adhesivos, en uno de sus bordes, los cuales no son solicitados. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
94	IM - 02101	2003616	42144201	92202156	Aguja bloqueo de nervio de 22 g x 50mm	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Aguja sonográfica (ecográfica), la muestra presentada por el proveedor corresponde a una aguja de bloque de nervio, la cual carece de los siguientes atributos: Con marcas graduadas en cm para una buena orientación en el momento de la inserción, debe incluir: tubería transparente para asegurar la ausencia de reflujo sanguíneo en el test de aspiración, la tubería debe tener una longitud de 50 cm mínimo, debe incluir 2 conectores Luer. Con conexión eléctrica desde la aguja, de 50 cm de longitud, con un conector universal hembra tipo pin de 2mm de diámetro en el extremos distal. Además, se solicita: Con bisel con diámetro de 0,70 mm, la muestra presentada posee un bisel de 30grados. Por lo indicado el producto no se ajusta a los requisitos de nuestra institución para los procedimientos de bloqueo de nervio.
108	IM - 03610	2002579	42131713	92299462	Mascarilla N95 con filtro, con bandas elásticas	Grupo Unihospi Sociedad Anónima	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la

						<p>muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. Se solicita Libre de látex de caucho natural,</p>
--	--	--	--	--	--	---

							el producto no indica ser libre de látex. En la literatura aportada por el proveedor se indica: en caso de personal altamente sensible al látex que puedan hacer reacción.
110	IM - 03614	2002653	42271915	92213392	Sujetador para tubo endotraqueal adulto	CQ Medical Centroamericana Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica del insumo se solicita: material libre de látex y DEHP, lo cual no se puede corroborar en el producto, ni en la literatura aportada. Se solicita: ajustable al cuello con cierre posterior de velcro, la muestra presentada posee cierre lateral. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
114	IM - 03627	2002565	42281534	92142305	Filtro antibacteriano p/ventilador mecánico	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con eficiencia de filtración mayor a 99,9% de microorganismos. Que entregue humedad absoluta mayor o igual de 30 cm H ₂ O/L. El filtro tiene un volumen funcional (espacio muerto) no mayor a 100 ml. Que tenga resistencia al flujo, con flujos entre 30 y 60 L/x no sobrepase valores de 3,5 cmH ₂ O/L de resistencia, los atributos no se pueden corroborar en la literatura aportada, ni en la muestra aportada por el proveedor. Además, se solicita: Que permita el uso con volumen tidal entre 300 ml y 1500 ml, la muestra presentada posee un volumen tidal de 165ml. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
						Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica del producto se solicita: que incluya manguera corrugada (hacia el conector del paciente) dentro del mismo Kit, la muestra presentada carece de dicha manguera. Además, se solicita: Que entregue humedad absoluta mayor o igual de 30 cm H ₂ O/L, la muestra

							presentada indica ser de 23mgH ₂ O/LaVt500ml. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución
117	IM - 03641	2002475	42271708	92189942	Mascarilla para oxigenoterapia con reservorio	Kabé Soluciones Médicas Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Mascarilla para oxigenoterapia con reservorio para adulto de reinhalación total, la muestra presentada por el proveedor corresponde a una mascarilla de reinhalación parcial. Se solicita: con 3 válvulas (una para cada orificio y la otra para la vía central), la muestra presentada posee dos válvulas. Debe poseer: conexión universal para adaptarse fácilmente a la base de la mascarilla, la muestra no cuenta con el conector universal. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
125	IM - 03740	2004951	42281534	92206651	Filtro hidrófobo intercambiador humedad y temperatura	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Volumen total: 150 # 1200 ml, la muestra presentada posee 165ml. Debe tener: con tubo conector flexible para adaptar al circuito y el tubo endotraqueal, la muestra presentada por el proveedor carece del tubo conector. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
130	IM - 03817	2004166	42272220	92159347	Adaptador para sensor de CO ₂	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con

							Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: Adaptador para sensor de CO2 para ventilador de cuidados intensivos compatible con ventilador marca Heinen/ Lowenstein, modelo Elisa número de parte o referencia 200101, la muestra presentada por el proveedor corresponde a un insumo compatible con el Ventilador Marca Puritan Bennett, que se tiene en la línea del IM - 03831 ADAPTADOR P/ CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON VENTILADOR PB980. Por lo cual no cumple con lo requerido por la institución.
136	IM - 05013	2000166	42231701	92153573	Sonda Foley de silicón, 2 vías, N°12	Medical Works Limitada	SF-13 Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el producto ofertado. EMB-JP-20-02352 Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el Certificado del EMB aportado. Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de

							instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: exenta de látex, en la muestra aportada no se puede verificar, ni en la literatura. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
137	IM - 05013	2000166	42231701	92153573	Sonda Foley 2 vías N°14, 100% silicón	Medical Works Limitada	SF-14 Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el producto ofertado. EMB-JP-20-02352 Incumple. No se puede

						<p>verificar el código indicado en el formulario en el Certificado del EMB aportado.</p> <p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N° 6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el</p>
--	--	--	--	--	--	---

							Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: exenta de látex, en la muestra aportada no se puede verificar, ni en la literatura. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
140	IM - 05028	2000170	42142702	92223868	Sonda Foley de silicón 2 vías N°22 fr	Medical Works Limitada	<p>SF-22 Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el producto ofertado. EMB-JP-20-02352</p> <p>Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el Certificado del EMB aportado.</p> <p>Incumple. En la Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple. En Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en</p>

							<p>cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: exenta de látex, en la muestra aportada no se puede verificar, ni en la literatura. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
141	IM - 05031	2000171	42231701	92153580	Sonda Foley 2 vías N° 24, 100% silicona	Medical Works Limitada	<p>SF-24 Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el producto ofertado. EMB-JP-20-02352</p> <p>Incumple. No se puede verificar el código indicado en el formulario en el Certificado del EMB aportado.</p> <p>Incumple. En la Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede</p>

						<p>verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la Guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: punto N°6 del Etiquetado de Producto se establece el etiquetado que debe tener el insumo ofertado, el cual incluye que la información este dada en idioma español, al verificar la muestra aportada el etiquetado de la misma, está dado en idioma inglés. Cabe indicar que dicho implemento de uso médico está incumpliendo a su vez con el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N°34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: exenta de látex, en la muestra aportada no se puede verificar, ni en la literatura. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
--	--	--	--	--	--	--

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Infructuosa por falta de ofertas o por incumplimiento técnico
9	IM - 01117	2000044	42312201	92164410	Sutura catgut crómico 4/0 c/a redonda	Infructuosa por incumplimiento técnico.
11	IM - 01171	2000059	42295427	92215792	Cepillo para limpieza de instrumental	Infructuosa por falta de ofertas.
12	IM - 01172	2003290	42295408	92167797	Cepillo para cirujano clorhexidina 4% (+/-1	Infructuosa por falta de ofertas.
14	IM - 01204	2002643	42131701	92141440	Campo incisión yodado adhesivo 35 cm x 35 cm	Infructuosa por incumplimiento técnico.
17	IM - 01208	2002368	42144409	92238420	Cánula orofaríngea tipo guedel 30mm	Infructuosa por falta de ofertas.
22	IM - 01214	2002402	42143902	92166698	Catéter torácico recto N°28fr	Infructuosa por falta de ofertas.
23	IM - 01215	2002403	42143902	92223706	Catéter torácico recto N°32 fr. de PVC,	Infructuosa por falta de ofertas.
24	IM - 01235	2002447	42312209	92216361	Cinta umbilical, color blanco	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
25	IM - 01236	2002450	42272505	92142370	Circuito para anestesia pediátrico	Infructuosa por falta de ofertas.
26	IM - 01237	2002497	53131623	92216643	Cuchilla para cortar vello, acero inoxidable	Infructuosa por falta de ofertas.
27	IM - 01238	2002451	42142108	92205881	Compresa quirúrgica 1.27(½p)X1.27(½p)cm	Infructuosa por falta de ofertas.
29	IM - 01243	2002535	42142535	92229216	Equipo anestesia comb espinal epidural 26g	Infructuosa por falta de ofertas.
30	IM - 01247	2002561	42311607	92209550	Fibra hemostática a base celulosa 5 cm (+/-1cm	Infructuosa por falta de ofertas.
31	IM - 01258	2002611	42272008	92227301	Guía para intubación de 10fr	Infructuosa por incumplimiento técnico.
33	IM - 01268	2002632	42271708	92190403	Mascarilla sistema Venturi rotatorio adulto	Infructuosa por incumplimiento técnico.
36	IM - 01289	2002537	42142535	92229217	Equipo anestesia combinado espinal epidural 27g	Infructuosa por falta de ofertas.
37	IM - 01290	2002621	42142541	92209686	Kit de punción lumbar	Infructuosa por falta de ofertas.
38	IM - 01295	2002433	42271708	92166715	Mascarilla laríngea orogástrico N5 (tipo supreme	Infructuosa por falta de ofertas.
39	IM - 01298	2002562	42311607	92168399	Fibra hemostática base celulosa 5 a 5,08 cm	Infructuosa por falta de ofertas.

41	IM - 01313	2002432	42271913	92142610	Mascarilla laríngea orogástrica peso 50	Infructuosa por falta de ofertas.
42	IM - 01318	2002675	42221504	92153452	Catéter venoso triple lumen 7fr,-7,5 fr	Infructuosa por incumplimiento técnico.
43	IM - 01320	2002430	42271913	92142611	Mascarilla laríngea orogástrico N°3 30-50kg	Infructuosa por falta de ofertas.
44	IM - 01323	2002449	42272505	92142369	Circuito para anestesia adulto tubo corrugado	Infructuosa por incumplimiento técnico.
45	IM - 01333	2002465	42272503	92142606	Mascarilla anestesia c/balón inflable N°6	Infructuosa por falta de ofertas.
47	IM - 01338	2002492	42312201	92168396	Sutura monofilamento sintético absorbible 1 poligliconato, aguja redonda 1/2,	Infructuosa por incumplimiento técnico.
48	IM - 01353	2002534	42131704	92157989	Paño de gasa estéril para uso abdominal	Infructuosa por incumplimiento técnico.
51	IM - 01375	2002720	42295453	92218957	Sistema succión cerrado drenaje/tipo hemovac 1/8	Infructuosa por falta de ofertas.
52	IM - 01376	2002721	42295453	92201457	Sistema succión cerrado tipo Jackson Pratt 10fr	Infructuosa por incumplimiento técnico.
53	IM - 01377	2005692	42295453	92284664	Sistema succión cerra tipo Jackson Pratt 19	Infructuosa por incumplimiento técnico.
54	IM - 01381	2002657	42312201	92161480	Sutura acero quirúrgico inoxidable cal 5 c/aguja	Infructuosa por falta de ofertas.
57	IM - 01397	2002764	42272505	92142776	Tubo de aspiración con conector Yankahu	Infructuosa por falta de ofertas.
58	IM - 01398	2002765	42272505	92156420	Tubo de aspiración sin conector, transparente	Infructuosa por falta de ofertas.
59	IM - 01399	2002766	42271905	92161489	Tubo endobronquial bronquio izquierdo 35mm	Infructuosa por falta de ofertas.
60	IM - 01400	2002767	42271905	92235472	Tubo endobronquial bronquio izquierdo 37mm	Infructuosa por falta de ofertas.
61	IM - 01411	2002783	42271903	92166792	tubo endotraqueal 7.5mm transparente c/balón	Infructuosa por falta de ofertas.
62	IM - 01412	2002785	42271905	92142729	Tubo endotraqueal, baja presión 8 mm	Infructuosa por falta de ofertas.
64	IM - 01441	2002753	42292904	92213503	Sutura poliglacina 1 aguja redonda 1,27(1/2)	Infructuosa por incumplimiento técnico.
65	IM - 01443	2002756	42312201	92220183	Sutura ácido poliglicólico o poliglactina 910,2-0ag	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
66	IM - 01467	2002674	42221504	92153461	Catéter intravenoso cuatro Lumen 8,5fr,20cc	Infructuosa por incumplimiento técnico.
67	IM - 01468	2002676	42221504	92167078	Catéter intravenoso doble lumen 7fr	Infructuosa por incumplimiento técnico.
68	IM - 01524	2002873	42221504	92153490	Catéter Seldinger para punción arterial	Infructuosa por falta de ofertas.

69	IM - 01525	2002874	42221609	92161516	Conexión de suero 90 cm (Extensión)	Infructuosa por falta de ofertas.
70	IM - 01527	2002922	41113124	92144838	Inspirómetro incentivo, de 2500 cc, tubo	Infructuosa por falta de ofertas.
73	IM - 01659	2004162	42312201	92215534	Sutura 3-0 aguja redonda 1/2 círculo 26mm, SIN NUD	Infructuosa por falta de ofertas.
74	IM - 01660	2004163	42295104	92192523	Lápiz electrocirugía tres pines	Infructuosa por falta de ofertas.
75	IM - 01661	2004164	42295143	92170541	Placa para electrocirugía	Infructuosa por falta de ofertas.
76	IM - 01662	2004260	42131702	92173220	Paquete ropa quirúrgica descartable p/artroscopía	Infructuosa por incumplimiento técnico.
77	IM - 01663	2004261	42131702	92173130	Paquete ropa descartable para tórax	Infructuosa por incumplimiento técnico.
78	IM - 01664	2004262	42131702	92173039	Paquete ropa quirúrgico descartable p/cabeza y cuello	Infructuosa por incumplimiento técnico.
79	IM - 01667	2004265	42131702	92173090	Paquete ropa quirúrgico descartable p/miembro superior	Infructuosa por incumplimiento técnico.
80	IM - 01668	2004266	42131702	92173100	Paquete ropa descartable p/ ginecología y urología	Infructuosa por falta de ofertas.
81	IM - 01669	2004267	42131701	92173186	Campo descartable p/ cirugía artroscopía hombro	Infructuosa por falta de ofertas.
82	IM - 01670	2004280	42131702	92173345	Bata quirúrgica estéril talla L	Infructuosa por incumplimiento técnico.
85	IM - 01673	2004270	42131702	92173292	Bata impermeable plástica, con sujeción	Infructuosa por falta de ofertas.
86	IM - 01674	2004271	42131701	92166956	Sabana estéril descartable para procedimiento quirúrgico	Infructuosa por incumplimiento técnico.
87	IM - 01675	2004364	42311607	92169080	Cera para huesos mezcla de abeja (80%) e	Infructuosa - Las ofertas recibidas, cuentan con muestra ya registrada.
89	IM - 02096	2002200	42293505	92212172	Sistema de drenaje torácico adulto desca	Infructuosa por falta de ofertas.
90	IM - 02097	2002318	42142502	92162905	Aguja epidural tipo Tuohy, N°18x8,89cm(3 1/2	Infructuosa por falta de ofertas.
91	IM - 02098	2002320	42142502	92212979	aguja epidural Tuohy diámetro 20gx88,9mm	Infructuosa por falta de ofertas.
92	IM - 02099	2002321	42142502	92162907	Aguja epidural tipo Tuohy, N°22 x 8,89 (3½ pulgadas)	Infructuosa por falta de ofertas.
93	IM - 02100	2002636	42144201	92167789	Aguja bloqueo/nervio sonográfica 100mm	Infructuosa por falta de ofertas.
94	IM - 02101	2003616	42144201	92202156	Aguja bloqueo de nervio de 22 g x 50mm	Infructuosa por incumplimiento técnico.

95	IM - 02103	2002327	42142541	92161447	Aguja punción lumbar 25 x 8.89cm	Infructuosa por falta de ofertas.
96	IM - 02108	2002330	42142541	92162908	Agujas punción lumbar 25 x 11.43cm (4 1/2)	Infructuosa por falta de ofertas.
97	IM - 02124	2003308	42142535	92298222	Aguja bloqueo nervio sonográfica de 85mm	Infructuosa por falta de ofertas.
99	IM - 02131	2003788	42142535	92308827	Kit catéter/plexo c/cánula de 75 mm	Infructuosa por falta de ofertas.
100	IM - 02132	2003789	42142535	92243545	Kit catéter/plexo c/cánula de 83 mm	Infructuosa por falta de ofertas.
102	IM - 03066	2005324	42272219	92221020	Filtro espiratorio ventilad pulmo pb980	Infructuosa por falta de ofertas.
103	IM - 03091	2000103	42271802	92161927	Mascarilla de sistema de nebulización	Infructuosa por falta de ofertas.
104	IM - 03562	2002633	42251622	92166559	Acapella pulmonar de alto flujo	Infructuosa por falta de ofertas.
105	IM - 03563	2002635	42251622	92142321	Acapella de bajo flujo (menos 15 l)	Infructuosa por falta de ofertas.
106	IM - 03590	2002525	42272223	92144944	Ejercitador para expansión músculos respiratorios	Infructuosa por falta de ofertas.
107	IM - 03591	2002541	42221902	92198878	Equipo presión venosa central escala cm	Infructuosa por falta de ofertas.
108	IM - 03610	2002579	42131713	92299462	Mascarilla N95 con filtro, con bandas elásticas	Infructuosa por incumplimiento técnico.
109	IM - 03611	2002604	42312311	92152175	Set curación vía central	Infructuosa por falta de ofertas.
110	IM - 03614	2002653	42271915	92213392	Sujetador para tubo endotraqueal adulto	Infructuosa por incumplimiento técnico.
111	IM - 03622	2002352	42271907	92162182	Bolsa sistema aspiración cerrado 1500 ml	Infructuosa por falta de ofertas.
112	IM - 03623	2002353	42271907	92156419	Bolsa sistema aspiración cerrado 3000 ml	Infructuosa por falta de ofertas.
113	IM - 03626	2002542	42271807	92153597	Espac vol plasti atoxico boquilla adulto	Infructuosa por falta de ofertas.
114	IM - 03627	2002565	42281534	92142305	Filtro antibacteriano p/ventilador mecánico	Infructuosa por incumplimiento técnico.
115	IM - 03632	2002618	53131506	92158978	Kit higiene oral clorexina 0.12% abre fa	Infructuosa por falta de ofertas.
117	IM - 03641	2002475	42271708	92189942	Mascarilla para oxigenoterapia con reservorio	Infructuosa por incumplimiento técnico.
119	IM - 03666	2003014	42182601	92158004	Protectores de manubrio, número parte 8002	Infructuosa por falta de ofertas.
120	IM - 03667	2003018	30111699	92147076	Cal sodada, presentación 10 kg (+/-) 5 kg	Infructuosa por falta de ofertas.
121	IM - 03669	2003020	53131617	92209572	Limpiador de uñas	Infructuosa por falta de ofertas.

122	IM - 03671	2003930	42132107	92195568	Conector para sonda en y, adaptable	Infructuosa por falta de ofertas.
124	IM - 03696	2003240	42144409	92160393	Cánula traqueo poliu XL c/balón fene N°8	Infructuosa por falta de ofertas.
125	IM - 03740	2004951	42281534	92206651	Filtro hidrófobo intercambiador hme	Infructuosa por incumplimiento técnico.
126	IM - 03742	2004340	42272505	92190241	Trampa de agua para monitoreo de co2, pe	Infructuosa por falta de ofertas.
128	IM - 03797	2005406	42142128	92218960	Parafina sólida y purificada Bloq,0,45kg	Infructuosa por falta de ofertas.
129	IM - 03807	2004095	42272224	92151887	Circuito para VMP compatible WM 28193	Infructuosa por falta de ofertas.
130	IM - 03817	2004166	42272220	92159347	Adaptador para sensor de CO2	Infructuosa por incumplimiento técnico.
131	IM - 03834	2004263	42281534	92205634	Filtro inspiratorio bacteriano/viral	Infructuosa por falta de ofertas.
133	IM - 05002	2001449	42293603	92227578	Sonda rectal FR 24 para adulto	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
134	IM - 05007	2000164	42231701	92153555	Sonda para aspirar fr14, de silicón o PVC	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
135	IM - 05010	2000165	42231701	92153570	Sonda para aspirar fr16, de silicón o PVC	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
141	IM - 05031	2000171	42231701	92153580	Sonda Foley 2 vías N°24, 100% silicona	Infructuosa por incumplimiento técnico.
143	IM - 05055	2003360	42231701	92216506	Sonda nasogástrica N°14	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
144	IM - 05058	2000173	42231701	92216512	Sonda nasogástrica n°16 fr	Infructuosa - La única oferta recibida, cuenta con muestra ya registrada.
145	IM - 05067	2000174	42142702	92156833	Sonda Nelaton punta Oliva N°14 fr, FABR	Infructuosa por falta de ofertas.
146	IM - 05079	2000175	42142702	92179747	Sonda nelaton punta recta N°14	Infructuosa por falta de ofertas.
147	IM - 05091	2002563	42231701	92216652	Fijador sonda, tipo nasogástrica para adulto	Infructuosa por falta de ofertas.
148	IM - 05101	2002650	42142702	92211964	Sonda drenaje urinar calibre 22 fr, FOLE 3 VI	Infructuosa por falta de ofertas.
149	IM - 05114	2003313	42271903	92144720	Tubo endotraqueal para mascarilla intuba	Infructuosa por falta de ofertas.
150	IM - 05115	2003314	42271903	92161520	Tubo endotraqueal mascarilla intubación endotraqueal N°7.5	Infructuosa por falta de ofertas.

4. MUESTRAS QUE NO FUERON VALORADAS: Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, los proveedores ya cuentan con el registro de estas.

Línea	Código SIMA	Código SIFA	Código Clasificación	Código Identificación	Descripción	Proveedor	Observación
15	IM - 01205	2002365	42144409	92164445	Cánula nasal pediátrica, para terapia	Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0207-2021
24	IM - 01235	2002447	42312209	92216361	Cinta umbilical, color blanco	Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0513-2019
65	IM - 01443	2002756	42312201	92220183	Sutura ácido poliglicólico o poliglactina 910,2-0ag	Medicald Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0614-2019
87	IM - 01675	2004364	42311607	92169080	Cera para huesos mezcla de abeja (80%) e	Medicald Sociedad Anónima - Kendall Innovadores en Cuidados al paciente Sociedad Anónima	No se analizan, ya se encuentra precalificado este implemento para estos Proveedores con el número de registro de muestra: MRI-0218-2021 y MRI-0219-2021, respectivamente.
133	IM - 05002	2001449	42293603	92227578	Sonda rectal FR 24 para adulto	Medicald Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0031-2020
134	IM - 05007	2000164	42231701	92153555	Sonda para aspirar fr14, de silicón o PVC	Medicald Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0143-2020

135	IM - 05010	2000165	42231701	92153570	Sonda para aspirar fr16, de silicón o PVC	Medicald Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0145-2020
143	IM - 05055	2003360	42231701	92216506	Sonda nasogástrica n°14	Medicald Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0154-2020
144	IM - 05058	2000173	42231701	92216512	Sonda nasogástrica n°16 fr	Medicald Sociedad Anónima	No se analiza, ya se encuentra precalificado este implemento para este Proveedor con el número de registro de muestra: MRI-0155-2020

Demás términos y condiciones, según lo establece el Reglamento para la Adquisición de Medicamentos e Implementos Médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante Compras por Requerimiento (Mecanismo sustituto cuya prórroga se autorizó por la Contraloría General de la República mediante oficio N°22763 (DCA-4824) del 16 de diciembre del 2021.

Atentamente,

Departamento de Proveeduría

**Licda. Katherine Phillips Quesada
Subjefe a.i.**

CC: Informecompraporrequerimiento2-2022Implementos
Hecho por: LVR / Revisado por: KPQ