



**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA INS**

**31 de mayo del 2022
PROV-02552-2022**

**AVISO ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LAS MUESTRAS O PRODUCTO
PROPUESTO
(N°1-2022 IMPLEMENTOS)
(Primer llamado)**

**REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
IMPLEMENTOS MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
MEDIANTE COMPRAS POR REQUERIMIENTO**

De conformidad con lo establecido en el artículo N°6 del Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento”, el Centro de Distribución y Logística en el oficio CEDINS-01480-2022 y memoranda del 18, 25, 30 y 31 todos de mayo 2022, respectivamente, comunica el resultado de la valoración de productos N°1-2022 Implementos, en los siguientes términos:

I. Valoración previa del producto.

En apego a lo establecido en el artículo N°4; del Reglamento mencionado, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°70 del martes 19 de abril 2022 (páginas 84 a la 85) y La Gaceta N°73 del viernes 22 de abril 2022 (página 57), la invitación y fe de erratas, para participar en la valoración de productos N°1-2022, específicamente en la rama de implementos, otorgando plazo máximo al 09 de mayo del 2022 para presentar la literatura técnica, las muestras y los registros médicos o sanitarios de producto, que se detallan de seguido:

Línea	Clave SIMA	Descripción	Cantidad de muestras
1	IM - 01001	Algodón, 100 % natural, empaque individu	1 rollo
2	IM - 01002	Apósito fibra alguinato ca y na 2g mecha	3 unidades + caja empaque secundario
3	IM - 01003	Apósito fibra algin calcio y sodio 5x5cm	3 unidades + caja empaque secundario
4	IM - 01004	Aplicadores de madera, tamaño 15 cm lar	1 paquete empaque primario
5	IM - 01005	Apósito fibra de alginato ca y na 10x10	3 unidades + caja empaque secundario
6	IM - 01007	Apósito de algodón para ojos (5cm x 7cm)	3 unidades + caja empaque secundario

7	IM - 01008	Apósito transparente autoadhesivo 6x7cm	3 unidades + caja empaque secundario
8	IM - 01009	Apósito transparente autoadhesivo 9 x14	3 unidades + caja empaque secundario
9	IM - 01010	Apósito transparente autoadhesiv 15x20cm	3 unidades + caja empaque secundario
10	IM - 01011	Apo oclusivo extrafino matr/elast 5x10cm	3 unidades + caja empaque secundario
11	IM - 01012	Apósito hidrocoloide semicoclu de 7,5 cm	3 unidades + caja empaque secundario
12	IM - 01013	Apósit oclu extrafino matr elast 10x10cm	3 unidades + caja empaque secundario
13	IM - 01014	Apósito grueso matriz elástica 10x10 cm	3 unidades + caja empaque secundario
14	IM - 01015	Apósito semiocclus. grueso para matri 15cm	3 unidades + caja empaque secundario
15	IM - 01016	Apósito semioclusivo grueso, medidas 15cm	3 unidades + caja empaque secundario
16	IM - 01018	Apósito super absorbente blanco 30x20cm	3 unidades + caja empaque secundario
17	IM - 01020	Apósito bioclusivo para toma de vías	3 unidades + caja empaque secundario
18	IM - 01021	Apósit super absorbente blanco 10cmx22cm	3 unidades + caja empaque secundario
19	IM - 01026	Apósito carbon activado c/iones plata	3 unidades + caja empaque secundario
20	IM - 01028	Cinta adhesiva microporo (acrilato)	1 caja empaque secundario
21	IM - 01031	Cinta adhesiva plástica transparente	1 caja empaque secundario
22	IM - 01034	Cubre bocas descartable de 17,5cmde long	1 caja empaque secundario
23	IM - 01037	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho	1 caja empaque secundario
24	IM - 01060	Gasa en cuadros 10 cm x 10 cm	1 Tubo del empaque primario
25	IM - 01063	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm	1 Tubo del empaque primario
26	IM - 01075	Gasa parafinada o vaselinada 10 x 10 cm	3 unidades + caja empaque secundario
27	IM - 01077	Cobertor de cabello para hombre	1 caja o paquete del empaque primario
28	IM - 01078	Gorro de enfermera, polipropileno hidrof	1 caja o paquete del empaque primario
29	IM - 01144	Torunda de gasa paquete con 200 un	1 paq del empaque primario
30	IM - 01145	Torunda de algodón paquete con 200un	1 paq del empaque primario
31	IM - 01147	Venda d gasa amoldable 5cm (+/-0,5) ancho	3 unidades + empaque secundario
32	IM - 01150	Venda gasa amoldable 10cm(+/-0,5cm) ancho	3 unidades + empaque secundario
33	IM - 01153	Venda gasa amoldable 15cm(+/-0.5cm) ancho	3 unidades + empaque secundario

34	IM - 01156	Venda de gasa amoldable 7.5cm	3 unidades + empaque secundario
35	IM - 01173	Gasa absorbente 2.54cm x 91.44cm	3 unidades + caja empaque secundario
36	IM - 01189	Gel hidrocoloide,compuestos: agua purif	2 unidades del empaque primario
37	IM - 01190	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 5 cm	1 unidad del empaque primario
38	IM - 01192	Adhesivo quirúrgico hipoalergenio 10cm	1 unidad del empaque primario
39	IM - 01194	Apósito bioclusivo 8,5 cm x 11,5 cm	3 unidades + empaque secundario
40	IM - 01195	Apósit herid impregn ion plata 10cmx10c	3 unidades + empaque secundario
41	IM - 01196	Apósit hidrocol para el sacro,medi 17x17	2 unidades + empaque secundario
42	IM - 01294	Apósito antimicrobiano 15 cm x 15 cm	3 unidades + caja empaque secundario
43	IM - 01310	Antiséptico instantáneo 65% presen 500ml	2 unidades
44	IM - 01312	Apósito antimicrobiano 9cm x 7cm +/- 1cm	3 unidades + caja empaque secundario
45	IM - 01314	Apósito de colágeno con alginato 10x10cm	3 unidades + caja empaque secundario
46	IM - 01316	Apósito hidrocelular para talón y codo	2 unidades + caja empaque secundario
47	IM - 01322	Apósito de poliuretano 10x10cm	3 unidades + caja empaque secundario
48	IM - 01378	Bolsa de ileostomia drenables para adult	2 unidades de bolsas y 2 unidades de parches + caja empaque secundario
49	IM - 01417	Vend hul p/torniq ort tip smarch 10.16cm	2 unidades + caja empaque secundario
50	IM - 01418	Venda de hule para torniquete ortopédic	2 unidades + caja empaque secundario
51	IM - 01421	Venda con biguanida 11,43 cm, en rollo	2 unidades + caja empaque secundario
52	IM - 01423	Cubre zapato descartable unitalla	1 caja o paquete del empaque primario
53	IM - 01430	Pasta protectora de piel base hidrocoloi	2 unidades del empaque primario
54	IM - 01526	Electrodo monitoreo cardioresp autoadh	1 unidad del empaque primario
55	IM - 01536	Barrera protec cutánea spray, 60 ml	2 unidades + caja empaque secundario
56	IM - 01540	Malla no adherent acetat celulosa rollo	2 unidades + caja empaque secundario
57	IM - 01578	Kit de toma de gases arteriales, con 1 j	3 unidades del empaque primario
58	IM - 01579	Barrera protectora de piel (apósito)	1 caja del empaque secundario

59	IM - 01582	Malla acet. celulosa silicón 7.5 x 10cm	2 unidades + caja empaque secundario
60	IM - 01583	Malla acet celulos silic 12,5 cm x 15 cm	2 unidades + caja empaque secundario
61	IM - 01584	Malla acet. celulosa silicón 20 x 32cm	2 unidades + caja empaque secundario
62	IM - 01588	Matriz moduladora de actividad proteasa	2 unidades + caja empaque secundario
63	IM - 01595	Sist ileostomía dos piez bolsa/parc 70mm	2 unidades de bolsas y 2 unidades de parches + caja empaque secundario
64	IM - 01618	Malla no adherent acetat celulosa 8x8cm	2 unidades + caja empaque secundario
65	IM - 01619	Malla no adherente acetato 7,6 cm x 21cm	2 unidades + caja empaque secundario
66	IM - 02004	Aguja hipodérmica n0 °18, estéril, desec	1 caja del empaque secundario
67	IM - 02013	Aguja hipodérm n°22, estéril descart,3,81	1 caja del empaque secundario
68	IM - 02019	Aguja hip estéril desc n°25x3,81cm	1 caja del empaque secundario
69	IM - 02034	Equipo de venoclisis, estéril, atóxico, hip	3 unidades del empaque primario
70	IM - 02040	Hemo catéter n°14 x 2, una vía	1 caja del empaque secundario
71	IM - 02041	Hemo catéter n°18 g x 3,17 cm, una vía	1 caja del empaque secundario
72	IM - 02042	Hemo catéter n°16 g x 5,08 cm (2 pulg)	1 caja del empaque secundario
73	IM - 02043	Hemo catéter n°20 g x de una vía	1 caja del empaque secundario
74	IM - 02049	Hemo catéter n°22 de una vía	1 caja del empaque secundario
75	IM - 02051	Hemo catéter n°24gx3,17cm (1 1/4) una vía	1 caja del empaque secundario
76	IM - 02052	Jeringa de asepto, descartable	3 unidades del empaque primario
77	IM - 02055	Jeringa hipodérmica descartable de 3 ml	1 caja del empaque secundario
78	IM - 02058	Jeringa hipodérmica descartable 5 ml	1 caja del empaque secundario
79	IM - 02061	Jeringa hipodérmica descartable 10 ml	1 caja del empaque secundario
80	IM - 02064	Jeringa hipodérmica descartable 20 ml	1 caja del empaque secundario
81	IM - 02067	Jeringa hipodérmica, descartable, insul	1 caja del empaque secundario
82	IM - 02068	Jeringa tipo toomey de 60cc	3 unidades del empaque primario

83	IM - 02082	Tapa para hemo catéter, sistema conector	3 unidades del empaque primario
84	IM - 02085	Equipo de transfusión de sangre, tipo y	3 unidades del empaque primario
85	IM - 02086	Aguja n°30 x 1/2 para anestesia dental,	3 unidades + caja empaque secundario
86	IM - 02087	Aguja para anestesia dental n°27, desech	3 unidades + caja empaque secundario
87	IM - 02112	Llave de tres vías, cuerpo de policarbo	1 unidad del empaque secundario
88	IM - 02114	Jeringa toomey 50-60 ml adapt luer lock	3 unidades del empaque primario
89	IM - 02115	Pad de alcohol de uso en inyectables	1 caja del empaque secundario
90	IM - 02125	Aguj para fistula arterio veno 16gx30,48	3 unidades + caja empaque secundario
91	IM - 02126	Jeringa hpodérmica descart de 1 ml	1 caja del empaque secundario
92	IM - 02136	Conector de presión neutra	1 caja del empaque secundario
93	IM - 03016	Papel mixto grado médic y pel rollo 15cm	1 rollo
94	IM - 03018	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm	1 caja del empaque primario
95	IM - 03019	Papel mixto en rollo de 30 cm an x 200 m	1 rollo
96	IM - 03025	Sistema colostomía ajustable dos piezas	2 unidades de bolsas y 2 unidades de parches + caja empaque secundario
97	IM - 03049	Cinta control esterilización a vapor	3 rollos
98	IM - 03067	Paquete prueba para esterilización vapo	4 unidades del empaque primario
99	IM - 03068	Indicador biológico auto-contenido (ib)	1 caja del empaque primario
100	IM - 03079	Control biológic prevac, lectura superrap	1 caja del empaque primario
101	IM - 03083	Integrador químico clase v	1 caja del empaque primario
102	IM - 03096	Papel grado médico p/ esterilizar rollo	1 rollo
103	IM - 03097	Papel crepado i generación 50 x 50 cm	5 láminas de papel
104	IM - 03101	Papel crepado i generación de 75cmx75cm	5 láminas de papel
105	IM - 03139	Tira reactiva para análisis de glucosa	1 caja del empaque primario
106	IM - 03213	Espuma impregnada de jabón, seco hipoaler	5 unidades del empaque primario
107	IM - 03323	Gel de miel present tubo de 45ml(+/- 1ml	3 unidades del empaque primario
108	IM - 03654	Prueba de bowie-dick (vapor)	3 unidades del empaque primario
109	IM - 03657	Kit toma de vías periféricas, contiene 1	3 unidades del empaque primario
110	IM - 03672	Antiséptico instant manos clorexidina 1%	2 unidades

111	IM - 03689	Papel termosensible p/electrocardiograma	1 unidad (resma) del empaque primario
112	IM - 03701	Vendaje neuromuscular kinesiotape 5cmx5m	1 caja del empaque primario
113	IM - 03702	Papel crepado 3 gener azul 90cm x 90cm	5 láminas de papel
114	IM - 03703	Papel crepado 3 gener azul 110cmx120cm	5 láminas de papel
115	IM - 03767	Candado p/contenedo rígido c/ind pro/vap	1 paquete del empaque primario
116	IM - 03769	Etiqueta de loteo, para esterilización a	1 paquete del empaque primario
117	IM - 03775	Hisopo p/lavado de instrumental de 5-7mm	3 unidades
118	IM - 03776	Hisopo p/lavado de instrumental de 2-4mm	3 unidades
119	IM - 03777	Papel crepado i generación de 90cmx90cm	5 láminas de papel
120	IM - 03778	Papel mixto grado médico rollo 10cm c/in	1 rollo
121	IM - 03779	Papel mixto grado médico rollo 20cm c/in	1 rollo
122	IM - 03780	Filtros p/contenedor rígido descartables	1 paquete del empaque primario
123	IM - 04067	Venda elástica de 5cm de ancho	3 unidades del empaque primario
124	IM - 04070	Venda elástica de 7.5cm de ancho no adhe	3 unidades del empaque primario
125	IM - 04073	Venda elástica de 10 cm de ancho, máster	3 unidades del empaque primario
126	IM - 04076	Venda elástica de 15 cm de ancho, máster	3 unidades del empaque primario
127	IM - 04122	Venda elástica cohesiva 5 cm x 4.5 m	3 unidades del empaque primario
128	IM - 04123	Venda elástica cohesiva 10 cm x 4.5 m	3 unidades del empaque primario
129	IM - 05090	Bolsa de urostomía drenables para adulto	2 unidades de bolsas y 2 unidades de parches + caja empaque secundario
130	IM - 05093	Sistema colostomía ajustable de dos piez	2 unidades de bolsas y 2 unidades de parches + caja empaque secundario
131	IM - 05094	Sist colostomía 2 pz bolsa/parche 70mm	2 unidades de bolsas y 2 unidades de parches + caja empaque secundario
132	IM - 06033	Jeringa de inyección para tomografía	2 unidades del empaque primario
133	IM - 07037	Venda de yeso 5cm de ancho	4 unidades del empaque primario
134	IM - 07040	Venda de yeso 7.5cm (+/-5cm) de ancho	4 unidades del empaque primario
135	IM - 07043	Venda de yeso de 10cm de ancho	4 unidades del empaque primario

136	IM - 07046	Venda de yeso de 12.5cm anch x 450cm lar	4 unidades del empaque primario
137	IM - 07049	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm larg	4 unidades del empaque primario
138	IM - 07055	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	4 unidades del empaque primario
139	IM - 07056	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	4 unidades del empaque primario
140	IM - 07057	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	4 unidades del empaque primario
141	IM - 07079	Venda de fibra de vidrio de 12.5cmx360cm	4 unidades del empaque primario
142	IM - 09001	Apósito colágeno con alginato, 5x5 cm	3 unidades + caja empaque secundario
143	IM - 09008	Óxido de zinc + calamina Vendaje (botta	3 unidades + caja empaque secundario
144	IM - 09009	Gasa o apósit hidrofílo c/zin/min/vi 10cm	3 unidades + caja empaque secundario

De conformidad con lo establecido, se realizó por parte del CEDINS, la recepción de las muestras. Se recibieron un total de 65 muestras (54 líneas) de 16 Proveedores, a saber:

Nombre del proveedor	Cantidad de muestras
Sanacare Medical CR Limitada	1
Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	9
Equipos y Suministros Keima E S K Sociedad Anónima	5
Cefa Central Farmacéutica Sociedad Anónima	1
Ambiderm Centroamérica Sociedad Anónima	3
Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	8
Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	7
Medical Supplies C.R. Sociedad Anónima	1
Corporación Raven Sociedad Anónima	1
Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	4
Yiré Médica H P Sociedad Anónima	18
Hospimédica Sociedad Anónima	1
Elástica Surquí Sociedad Anónima	2
International Medical Advances Sociedad Anónima	2
Abba Care Medical Sociedad Anónima	1
Global Pharmed Int Sociedad Anónima	1
Total	65

II. Análisis realizados:

A. Desde el punto de vista formal:

Según lo establece el artículo N°5 del Reglamento para las compras por requerimiento; se verificó y confirmó que los 16 proveedores participantes, se encuentran registrados en el SICOP.

B. Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficio CEDINS-01480-2022 y memoranda del 18, 25, 30 y 31 todos de mayo 2022, el Centro de Distribución y Logística, manifiesta que, del análisis individual realizado a cada una de las muestras presentadas por los interesados versus las fichas técnicas establecidas por la Administración y documentación respectiva subsanada, se determina lo siguiente:

- 1. MUESTRAS CON DICTAMEN FAVORABLE:** Se precalifican los siguientes productos que obtuvieron dictamen favorable, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Administración.

Línea	Código SIMA	Descripción	Proveedor	Cédula jurídica
3	IM - 01003	Apósito fibra algin calcio y sodio 5x5cm	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-635793
5	IM - 01005	Apósito fibra de alginato ca y na 10x10		3-102-635793
8	IM - 01009	Apósito transparente autoadhesivo 9 x14	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831
12	IM - 01013	Apósit oclu extrafino matr elast 10x10cm	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-635793
13	IM - 01014	Apósito grueso matriz elástica 10x10 cm		3-102-635793
16	IM - 01018	Apósito super absorbente blanco 30x20cm	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-712516
20	IM - 01028	Cinta adhesiva microporo (acrilato)	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	3-101-364996
			Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831
26	IM - 01075	Gasa parafinada o vaselinada 10 x 10 cm	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	3-102-635793

27	IM - 01077	Cobertor de cabello para hombre	Ambiderm Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-153540
41	IM - 01196	Apósit hidrocol para el sacro, medi 17x17	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831
52	IM - 01423	Cubre zapato descartable unitalla	Ambiderm Centroamérica Sociedad Anónima	3-101-153540
85	IM - 02086	Aguja n°30 x 1/2 para anestesia dental,	Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	3-101-256703
86	IM - 02087	Aguja para anestesia dental n°27, desech		3-101-256703
93	IM - 03016	Papel mixto grado medic y pel rolo 15cm (6 pulg)	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	3-101-244831
95	IM - 03019	Papel mixto en rolo de 30 cm an x 200 m		3-101-244831
116	IM - 03769	Etiqueta de loteo, para esterilización a	Abba Care Medical Sociedad Anónima	3-101-290190

2. MUESTRAS CON DICTAMEN DESFAVORABLE: No se aceptan los productos que se detallan, al incumplir técnicamente con lo requerido.

Línea	Código SIMA	Descripción	Proveedor	Incumplimiento
4	IM - 01004	Aplicadores de madera, tamaño 15 cm lar	Elástica Surquí Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: presentación paquete 100 unidades, la muestra presentada es de una caja de 100 unidades, empacado en forma individual cada aplicador, la muestra presentada es estéril, lo cual no se solicita a nivel de ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

6	IM - 01007	Apósito de algodón para ojos (5cm x 7cm)	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple: En la ficha técnica del producto se solicita: En empaque individual estéril, que garantice las propiedades físico-químicas hermeticidad e integridad del producto. Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje. De fácil apertura (peel open), la muestra presentada por el proveedor, no posee empaque individual, ni es estéril. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
22	IM - 01034	Cubre bocas descartable de 17,5cm de long	Sanacare Medical Limitada CR	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con tres capas de seguridad, la muestra presentada por el proveedor es de 4 capas. Se solicita: 4 amarras de 45 cm (+/-5 cm) de largo, la muestra presentada posee amarras de 38cm de largo. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
24	IM - 01060	Gasa en cuadros 10 cm x 10 cm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Cuadros de gasa de algodón blanco de 10 cm x 10 cm de 16 pliegues, trama plana o sencilla (una hebra) de 20 +- 2 hilos x 24 +- 2 hilos, la muestra presentada es de 9 hilos x 20 hilos. Además, se indica: en empaques de 100 unidades, la muestra presentada posee un empaque de 200 unidades. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
25	IM - 01063	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm	Yiré Médica H P Sociedad Anónima.	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Cuadros de gasa de algodón blanco de 7,5 cm x 7,5 cm de 12 pliegues, trama plana o sencilla (una hebra) de 20 (+- 2) hilos x 24 (+- 2) hilos, la muestra presentada es de 9 hilos x 19 hilos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
28	IM - 01078	Gorro de enfermera, polipropileno hidrof	Equipos y Suministros Keima E S K Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
			International Medical Advances Sociedad Anónima	Incumple. En el Formulario para el registro de muestra, el proveedor indica código de referencia Ítem. No. 705, el cual no se puede corroborar dentro de la muestra presentada, puesto que la misma es entregada en una bolsa de plástico transparente sin los datos del fabricante.

				<p>Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. La muestra presentada, es aportada en una bolsa plástica transparente, sin el etiquetado del fabricante, por lo cual se imposibilita verificar, datos que permitan garantizar la trazabilidad del mismo.</p>
43	IM - 01310	Antiséptico instantáneo 65% presen 500ml	Corporación Raven Sociedad Anónima	<p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: Solución antiséptica para manos, a base de alcohol etílico en una concentración de 60% (+5 %), la muestra presentada posee una concentración de 75%. Se solicita: Líquido cremoso a temperatura ambiente, incoloro o blanco, con un ph entre 5,5 y 6,5. La muestra presentada es líquida, no es cremosa como se solicita, el ph no se puede corroborar en la literatura aportada, ni en la muestra. Al ser una solución líquida hace que al dispensarse salpique (al usuario, al piso, a superficies alrededor). La formulación del producto contiene Clorhexidina, lo cual no se solicita en la ficha técnica. Se requiere: Debe brindar antisepsia instantánea de manos, con amplio espectro de eliminación bacteriana, no aportan estudios de soporte o evidencia de espectro de eliminación bacteriana. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
45	IM - 01314	Apósito de colágeno con alginato 10x10cm	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	<p>Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p>

				Incumple. En la ficha técnica se solicita: Apósito para tratamiento de heridas el cual ayuda a la formación de tejido compuesto por fibras de colágeno 90% + alginato de calcio al 10%, la muestra presentada es compuesta 100% colágeno. Se solicita: Con indicaciones de uso en idioma español., la muestra presentada posee las instrucciones de uso en idioma inglés. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
47	IM - 01322	Apósito de poliuretano 10x10cm	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	<p>Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.</p> <p>Incumple. En la ficha técnica se solicita: Compuesto de copolímero de almidón, glicerina, factor tenso activo F68 (agente limpiador, no iónico), no se puede comprobar la composición del producto, ya que no se indica en la literatura aportada, ni en la muestra. Con indicaciones de uso en idioma español., la muestra presentada posee las instrucciones de uso en idioma inglés. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.</p>
48	IM - 01378	Bolsa de ileostomía drenables para adult	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: El parche debe tener una medida de aro de 50mm (+/-6 mm), con una medida recortable inicial de 10 mm (+/-5 mm) hasta 32mm (+/-6mm), la muestra presentada posee un parche de aro de 60mm, con una medida recortable que inicia en 25mm y finaliza en 50mm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

52	IM - 01423	Cubre zapato descartable unitalla	Equipos y Suministros Keima E S K Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
			International Medical Advances Sociedad Anónima	Incumple. En el Formulario para el registro de muestra, el proveedor indica código de referencia Ítem. No. 705, el cual no se puede corroborar dentro de la muestra presentada, puesto que la misma es entregada en una bolsa de plástico transparente sin los datos del fabricante. Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. La muestra presentada, es aportada en una bolsa plástica transparente, sin el etiquetado del fabricante, por lo cual se imposibilita verificar, datos que permitan garantizar la trazabilidad del mismo. Incumple. En la ficha técnica se solicita: con banda o huella antideslizante, la muestra presentada no posee la banda o huella antideslizante. Además, se indica: empaque: 100 piezas por caja o bolsa, en la literatura indica presentación de 200 unidades en caja. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

53	IM - 01430	Pasta protectora de piel base hidrocoloí	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: debe contener un mínimo de alcohol y no debe contener derivados de látex, dentro de los componentes indicado en la muestra no indica contener alcohol, no se puede corroborar ser libre de látex. Se solicita: debe tener una presentación de un tubo de 50 g (+/-10 g), la muestra presentada es de 100gramos. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
			Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: de fácil aplicación y remoción y que no se pegue a los dedos cuando estos han sido humedecidos previamente, la muestra presentada es difícil para moldear la pasta, así como se aplicación y remoción. Al ser de difícil remoción, expone al usuario a posibles complicaciones en la zona periestomal. Se requiere: debe contener un mínimo de alcohol y no debe contener derivados de látex, en la ficha técnica del producto indica ser libre de alcohol. En la documentación aportada del producto, ni en la muestra se puede verificar que sea libre de látex. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
55	IM - 01536	Barrera protección cutánea spray, 60 ml	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con capacidad de permanecer en piel por un tiempo máximo de 72 h, no se puede corroborar en la literatura aportada, ni en la muestra. Se solicita: Fabricado por un polímero acrilato, disolvente orgánico no tóxico y un plastificante. No contiene látex. No contiene alcohol, activo a los 30 segundos después de aplicado, lo cual no puede ser corroborado en la literatura aportada, ni en la muestra del producto presentada. Se solicita: No debe ser citotóxico, debe ser compatible con clorexidina e hipoalergénico, lo cual no puede ser corroborado en la literatura aportada, ni en la muestra del producto presentada. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
63	IM - 01595	Sistema ileostomía con pieza bolsa/parc 70mm	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: La placa debe tener una medida de aro de (70 mm +/- 5 mm) con una medida recortable inicial de 15 ± 5 mm, la muestra presentada posee la medida recortable con el inicio en 25mm. Se indica: No puede tener látex, el producto presentado no indica ser libre de látex. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
69	IM - 02034	Equipo de venoclisis, estéril, atóxico, hip	Hospimédica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con filtro incorporado que no permita el paso de partículas y microorganismos en un rango de 2,5 a 5 micras, ni en la literatura aportada, ni en la muestra se puede verificar el rango del filtro que posee la muestra. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

			Medical Supplies C.R. Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: libre de látex, lo cual no se indica en la literatura, ni en la muestra del producto. Debe tener: Con dispositivo de entrada de aire con orificio de precisión, la muestra presentada no posee el dispositivo de entrada de aire. Se requiere: con filtro incorporado que no permita el paso de partículas y microorganismos en un rango de 2,5 a 5 micras, la muestra no posee el filtro solicitado. Se solicita: El volumen de goteo debe ser de 20 gotas (1 cc) por min, la muestra presentada es de 10 gotas por minuto. Se indica: Debe tener tubo de conexión de 170 cm mínimo de largo, la muestra presentada es de 147cm. Se solicita: Con extremo final con conexión luer lock con cono truncado y dispositivo enrroscable, la muestra no posee el dispositivo enrroscable. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
70	IM - 02040	Hemo catéter n° 14 x 2, una vía	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Hemo catéter N°14 x 2, una vía, la muestra presentada por el proveedor es de 14GA x 1.75IN. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
71	IM - 02041	Hemo catéter n°18 g x 3,17 cm, una vía	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Hemo catéter n°18 g x 3,17 cm, una vía, la muestra presentada por el proveedor es de 18GA x 2.94CM. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
72	IM - 02042	Hemo catéter n°16 g x 5,08 cm (2 pulg)	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Hemo catéter n°16 g x 5,08 cm (2 pulg), la muestra presentada por el proveedor es de 16GA x 1.77IN. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
75	IM - 02051	Hemo catéter n°24gx3,17cm (1 1/4) una vía	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Hemo catéter n°24gx3,17cm (1 1/4) una vía, la muestra presentada por el proveedor es de 24GA x 0.75IN. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

80	IM - 02064	Jeringa hipodérmica descartable 20 ml	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
81	IM - 02067	Jeringa hipodérmica, descartable, insul	Ambiderm Centroamérica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con Aguja de metal de 28 G (+/-1G), la muestra presentada por el proveedor es de 30G. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
93	IM - 03016	Papel mixto grado medic y pel rolo 15cm (6 pulg)	Equipos y Suministros Keima E S K Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
			Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	En guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Incumple. No cuentan con la carta del fabricante.

94	IM - 03018	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm	Equipos y Suministros Keima E S K Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
95	IM - 03019	Papel mixto en rollo de 30 cm an x 200 m	Equipos y Suministros Keima E S K Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
105	IM - 03139	Tira reactiva para análisis de glucosa	Global Pharmed Int Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: rango del hematocrito de 20-60%, la muestra es de 0 a 70%. Además, se pide: rango de medición deberá ser de 20 a 600 mg/dl: de 10 a 600mg/dl. Se solicita: la medición no deberá ser interferida por sustancias tales como: ácido ascórbico, acetaminofén y ácido úrico, la muestra presentada indica que la presencia de los productos indicados previamente, interfieren con los resultados de la prueba. Se indica en la ficha técnica: deberá contar con sistema de bloqueo de la tira en caso de que esta se encuentre vencida o bien no presente las condiciones aptas para la toma de la muestra, el producto presentado no indica esta cualidad. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

107	IM - 03323	Gel de miel present tubo de 45ml(+ 5ml	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que las instrucciones de uso están dadas en idioma inglés. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento.
108	IM - 03654	Prueba de bowie-dick (vapor)	Cefa Central Farmacéutica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: En la parte externa debe tener la indicación de que es libre de plomo, la muestra presentada no indica ser libre de plomo en su empaque. Además, debe tener en la parte externa la indicación de tener un desempeño equivalente al paquete de Bowie Dick descrito en AMSI/AAMI ST79, lo anterior no se indica en el empaque del producto. Se solicita: adicional una hoja de prueba de detección temprana de fallo, la muestra presentada no posee la hoja de prueba de detección temprana de fallo. Se indica: que tengan indicador químico que vire de color al pasar por el proceso de esterilización, la muestra presentada no posee el indicador. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
			Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: En la parte externa debe tener la indicación de que es libre de plomo, la muestra presentada no indica ser libre de plomo en su empaque primario. Se solicita: debe tener en la parte externa la indicación de tener un desempeño equivalente al paquete de Bowie Dick descrito en AMSI/AAMI ST79, lo cual no se puede corroborar en la literatura aportada, ni en la muestra del producto. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

120	IM - 03778	Papel mixto grado médico rollo 10cm c/in (4 pulg)	Prisma Dental Supply Sociedad Anónima	En guía para la presentación de las muestras, en el Apartado N°1. Documentación requerida punto N°8 se solicita Aportar nota emitida por el fabricante en la cual se emita la autorización para comercializar el insumo, por lo cual la misma es solicitada mediante memorándum a los correos registrados en el formulario, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del proveedor. Dicho documento brinda el respaldo requerido para la institución, ante un eventual reclamo por el defecto de un producto. Incumple. No cuentan con la carta del fabricante.
123	IM - 04067	Venda elástica de 5cm de ancho	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la Venda o velcro fijo a la Venda, la muestra presentada posee grapas de sujeción metálicas sueltas. El producto presentado por el proveedor es estéril, cualidad que no se solicita en la ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
124	IM - 04070	Venda elástica de 7.5cm ancho adhe	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la Venda o velcro fijo a la Venda, la muestra presentada posee grapas de sujeción metálicas sueltas. El producto presentado por el proveedor es estéril, cualidad que no se solicita en la ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
125	IM - 04073	Venda elástica de 10 cm de ancho, master	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con grapas de sujeción metálicas fijas en un extremo de la Venda o velcro fijo a la Venda, la muestra presentada posee grapas de sujeción metálicas sueltas. El producto presentado por el proveedor es estéril, cualidad que no se solicita en la ficha técnica. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
127	IM - 04122	Venda elástica cohesiva 5 cm x 4.5 m	Yiré Médica H P Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Fibras elásticas de látex de caucho natural y espuma, la muestra presentada indica ser libre de látex. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
129	IM - 05090	Bolsa de urostomía drenables para adulto	Novamed Soluciones Médicas Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. En la ficha técnica se solicita: Con aro de 70 mm, la muestra presentada es de 57mm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
130	IM - 05093	Sistema colostomía ajustable de dos piez	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con una medida recortable inicial de 15 mm (+/- 5 mm), la muestra presentada posee una medida recortable que inicia en 25mm. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

131	IM - 05094	Sist colostomía 2 pz bolsa/parche 70mm	Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima	Incumple. En la ficha técnica se solicita: con una medida recortable inicial de 15 mm (+/- 5 mm), la muestra presentada posee una medida recortable que inicia en 25mm. Se indica: Libre de látex. , lo cual no se puede corroborar en el producto, ni en la literatura. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
138	IM - 07055	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. La muestra presentada por el proveedor es analizada y valorada por el personal técnico de yesos de nuestro servicio de Valoración Inicial, quienes indican: los bordes de la Venda vienen adheridos, lo cual complica la colocación de la inmovilización, siendo que al rodar la Venda cuando se está colocando el yeso, se complica su aplicación por estar adheridas. Además, una vez que la Venda se moja y tras el proceso de fraguado, las capas del yeso no se unen entre sí, por lo cual se genera un riesgo para el paciente, siendo que la inmovilización colocada, no brinda el soporte requerido para el tratamiento de la lesión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
139	IM - 07056	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. La muestra presentada por el proveedor es analizada y valorada por el personal técnico de yesos de nuestro servicio de Valoración Inicial, quienes indican: los bordes de la Venda vienen adheridos, lo cual complica la colocación de la inmovilización, siendo que al rodar la Venda cuando se está colocando el yeso, se complica su aplicación por estar adheridas. Además, una vez que la Venda se moja y tras el proceso de fraguado, las capas del yeso no se unen entre sí, por lo cual se genera un riesgo para el paciente, siendo que la inmovilización colocada, no brinda el soporte requerido para el tratamiento de la lesión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
140	IM - 07057	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	Newmet MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada	Incumple. La muestra presentada por el proveedor es analizada y valorada por el personal técnico de yesos de nuestro servicio de Valoración Inicial, quienes indican: los bordes de la Venda vienen adheridos, lo cual complica la colocación de la inmovilización, siendo que al rodar la Venda cuando se está colocando el yeso, se complica su aplicación por estar adheridas. Además, una vez que la Venda se moja y tras el proceso de fraguado, las capas del yeso no se unen entre sí, por lo cual se genera un riesgo para el paciente, siendo que la inmovilización colocada, no brinda el soporte requerido para el tratamiento de la lesión. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.

143	IM - 09008	Óxido de zinc + calamina Vendaje (botta	Elástica Surquí Sociedad Anónima	Incumple. En guía para la presentación de las muestras, apartado N°3, Aspectos para tomar en cuenta para presentar la muestra: cláusula b punto N°6 Etiquetado de Producto, se establece que parte del etiquetado del producto ofertado incluye contar con las instrucciones de uso en idioma español, al verificar la muestra aportada se puede verificar que carece de instrucciones de uso. Cabe indicar que el mismo está incumpliendo a su vez con Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico N° 34482-S, emitido por el Ministerio de Salud C.R, capítulo N°7, artículo N°25, de lo cual los proveedores no pueden alegar desconocimiento y están obligados a su acatamiento. Incumple. En la ficha técnica se solicita: Óxido de zinc + calamina, la muestra presentada no posee calamina. La misma está compuesta por, extracto de Aloe Vera y de Iones de Plata y Cobre. Se requiere: Venda de tejido de algodón no elástica, la muestra es elaborada en fibras de Bambú. Por lo anterior no cumple con lo requerido por la institución.
-----	------------	--	-------------------------------------	---

3. LÍNEAS SIN REGISTRO DE MUESTRAS FAVORABLES: Se deja constancia que, por falta de ofertas o incumplimientos técnicos, las siguientes líneas resultan sin registro:

Línea	Código SIMA	Descripción	Infructuosa por falta de ofertas o por Incumplimiento técnico
1	IM - 01001	Algodón, 100 % natural, empaque individu	Infructuosa por falta de ofertas
2	IM - 01002	Apósito fibra alginato ca y na 2g mecha	Infructuosa por falta de ofertas
4	IM - 01004	Aplicadores de madera, tamaño 15 cm lar	Infructuosa por incumplimiento técnico
6	IM - 01007	Apósito de algodón para ojos (5cm x 7cm)	Infructuosa por incumplimiento técnico
7	IM - 01008	Apósito transparente autoadhesivo 6x7cm	Infructuosa por falta de ofertas
9	IM - 01010	Apósito transparente autoadhesiv 15x20cm	Infructuosa por falta de ofertas
10	IM - 01011	Apó oclusivo extrafino matr/elást 5x10cm	Infructuosa por falta de ofertas
11	IM - 01012	Apósito hidrocoloide semicocl de 7,5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
14	IM - 01015	Apósito semioclus. grueso para matri 15cm	Infructuosa por falta de ofertas
15	IM - 01016	Apósito semioclusivo grueso, medidas 15cmx20cm	Infructuosa por falta de ofertas
17	IM - 01020	Apósito bioclusivo para toma de vías	Infructuosa por falta de ofertas
18	IM - 01021	Apósit super absorbente blanco 10cmx22cm	Infructuosa por falta de ofertas
19	IM - 01026	Apósito carbón activado c/iones plata	Infructuosa por falta de ofertas

22	IM - 01034	Cubre bocas descartable de 17,5cm de long	Infructuosa por incumplimiento técnico
23	IM - 01037	Esparadrapo fraccionado de 5cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
24	IM - 01060	Gasa en cuadros 10 cm x 10 cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
25	IM - 01063	Gasa en cuadros 7,5 cm x 7,5 cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
28	IM - 01078	Gorro de enfermera, polipropileno hidrof	Infructuosa por incumplimiento técnico
29	IM - 01144	Torunda de gasa paquete con 200 un	Infructuosa por falta de ofertas
30	IM - 01145	Torunda de algodón paquete con 200un	Infructuosa por falta de ofertas
31	IM - 01147	Venda d gasa amoldable 5cm (+/-0,5) ancho	Infructuosa por falta de ofertas
32	IM - 01150	Venda gasa amoldable 10cm(+/-0,5cm) ancho	Infructuosa por falta de ofertas
33	IM - 01153	Venda gasa amoldable 15cm(+/-0.5cm) ancho	Infructuosa por falta de ofertas
34	IM - 01156	Venda de gasa amoldable 7.5cm	Infructuosa por falta de ofertas
35	IM - 01173	Gasa absorbente 2.54cm x 91.44cm	Infructuosa por falta de ofertas
36	IM - 01189	Gel hidrocoloide, compuestos: agua purif	Infructuosa por falta de ofertas
37	IM - 01190	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
38	IM - 01192	Adhesivo quirúrgico hipoalergénico 10cm	Infructuosa por falta de ofertas
39	IM - 01194	Apósito bioclusivo 8,5 cm x 11,5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
40	IM - 01195	Apósit herid impregn ion plata 10cmx10c	Infructuosa por falta de ofertas
42	IM - 01294	Apósito antimicrobiano 15 cm x 15 cm	Infructuosa por falta de ofertas
43	IM - 01310	Antiséptico instantáneo 65% presen 500ml	Infructuosa por incumplimiento técnico
44	IM - 01312	Apósito antimicrobiano 9cm x 7cm +/- 1cm	Infructuosa por falta de ofertas
45	IM - 01314	Apósito de colágeno con alginato 10x10cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
46	IM - 01316	Apósito hidrocelular para talon y codo	Infructuosa por falta de ofertas
47	IM - 01322	Apósito de poliuretano 10x10cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
48	IM - 01378	Bolsa de ileostomia drenables para adult	Infructuosa por incumplimiento técnico
49	IM - 01417	Vend hul p/torniq ort tip smarch 10.16cm	Infructuosa por falta de ofertas
50	IM - 01418	Venda de hule para torniquete ortopédic 15,24 cm	Infructuosa por falta de ofertas
51	IM - 01421	Venda con biguanida 11,43 cm, en rollo	Infructuosa por falta de ofertas
53	IM - 01430	Pasta protectora de piel base hidrocoloi	Infructuosa por incumplimiento técnico
54	IM - 01526	Electrodo monitoreo cardioresp autoadh	Infructuosa por falta de ofertas
55	IM - 01536	Barrera protec cutánea spray, 60 ml	Infructuosa por incumplimiento técnico
56	IM - 01540	Malla no adherent acetat celulosa rollo	Infructuosa por falta de ofertas
57	IM - 01578	Kit de toma de gases arteriales, con 1 j	Infructuosa por falta de ofertas
58	IM - 01579	Barrera protectora de piel (Apósito)	Infructuosa por falta de ofertas
59	IM - 01582	Malla acet. celulosa silicón 7.5 x 10cm	Infructuosa por falta de ofertas
60	IM - 01583	Malla acet celulos silic 12,5 cm x 15 cm	Infructuosa por falta de ofertas

61	IM - 01584	Malla acet. celulosa silicón 20 x 32cm	Infructuosa por falta de ofertas
62	IM - 01588	Matriz moduladora de actividad proteasa	Infructuosa por falta de ofertas
63	IM - 01595	Sist ileostomia dos piez bolsa/parc 70mm	Infructuosa por incumplimiento técnico
64	IM - 01618	Malla no adherent acetat celulosa 8x8cm	Infructuosa por falta de ofertas
65	IM - 01619	Malla no adherente acetato 7,6 cm x 21cm	Infructuosa por falta de ofertas
66	IM - 02004	Aguja hipodérmica n° 18, estéril, desec	Infructuosa por falta de ofertas
67	IM - 02013	Aguja hipodérmica n° 22, estéril descart, 3,81	Infructuosa por falta de ofertas
68	IM - 02019	Aguja hip estéril desc n° 25x3,81cm	Infructuosa por falta de ofertas
69	IM - 02034	Equipo de venoclisis, estéril, atóxico, hip	Infructuosa por incumplimiento técnico
70	IM - 02040	Hemo catéter n° 14 x 2, una vía	Infructuosa por incumplimiento técnico
71	IM - 02041	Hemo catéter n° 18 g x 3,17 cm, una vía	Infructuosa por incumplimiento técnico
72	IM - 02042	Hemo catéter n° 16 g x 5,08 cm (2 pulg)	Infructuosa por incumplimiento técnico
73	IM - 02043	Hemo catéter n° 20 g x de una vía	Infructuosa por falta de ofertas
74	IM - 02049	Hemo catéter n° 22 de una vía	Infructuosa por falta de ofertas
75	IM - 02051	Hemo catéter n° 24gx3,17cm (1 1/4) una vía	Infructuosa por incumplimiento técnico
76	IM - 02052	Jeringa de asepto, descartable	Infructuosa por falta de ofertas
77	IM - 02055	Jeringa hipodérmica descartable de 3 ml	Infructuosa por falta de ofertas
78	IM - 02058	Jeringa hipodérmica descartable 5 ml	Infructuosa por falta de ofertas
79	IM - 02061	Jeringa hipodérmica descartable 10 ml	Infructuosa por falta de ofertas
80	IM - 02064	Jeringa hipodérmica descartable 20 ml	Infructuosa por incumplimiento técnico
81	IM - 02067	Jeringa hipodérmica, descartable, insul	Infructuosa por incumplimiento técnico
82	IM - 02068	Jeringa tipo toomey de 60cc	Infructuosa por falta de ofertas
83	IM - 02082	Tapa para hemo catéter, sistema conector	Infructuosa por falta de ofertas
84	IM - 02085	Equipo de transfusión de sangre, tipo y	Infructuosa por falta de ofertas
87	IM - 02112	Llave de tres vías, cuerpo de policarbo	Infructuosa por falta de ofertas
88	IM - 02114	Jeringa toomey 50-60 ml adapt luer lock	Infructuosa por falta de ofertas
89	IM - 02115	Pad de alcohol de uso en inyectables	Infructuosa por falta de ofertas
90	IM - 02125	Aguj para fistula arterio veno 16gx30,48	Infructuosa por falta de ofertas
91	IM - 02126	Jeringa hipodérmica descart de 1 ml	Infructuosa por falta de ofertas
92	IM - 02136	Conector de presión neutra	Infructuosa por falta de ofertas
94	IM - 03018	Bolsa papel p/esterilizar 13cm x 25.5cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
97	IM - 03049	Cinta control esterización a vapor	Infructuosa por falta de ofertas
98	IM - 03067	Paquete prueba para esterilización vapo	Infructuosa por falta de ofertas
99	IM - 03068	Indicador biológico auto-contenido (ib)	Infructuosa por falta de ofertas
100	IM - 03079	Control biológico prevac, lectura superrap	Infructuosa por falta de ofertas
101	IM - 03083	Integrador químico clase v	Infructuosa por falta de ofertas

102	IM - 03096	Papel grado médico p/ esterilizar rollo 7,5 cm (3 pulg)	Infructuosa por falta de ofertas
103	IM - 03097	Papel crepado i generación 50 x 50 cm	Infructuosa por falta de ofertas
104	IM - 03101	Papel crepado i generación de 75cmx75cm	Infructuosa por falta de ofertas
105	IM - 03139	Tira reactiva para análisis de glucosa	Infructuosa por incumplimiento técnico
106	IM - 03213	Espuma impregnada de jabón, seco hipoalér	Infructuosa por falta de ofertas
107	IM - 03323	Gel de miel present tubo de 45ml(+ 5ml	Infructuosa por incumplimiento técnico
108	IM - 03654	Prueba de bowie-dick (vapor)	Infructuosa por incumplimiento técnico
109	IM - 03657	Kit toma de vías periféricas, contiene 1	Infructuosa por falta de ofertas
110	IM - 03672	Antiséptico instant manos clorexidina 1%	Infructuosa por falta de ofertas
111	IM - 03689	Papel termosensible p/ electrocardiograma	Infructuosa por falta de ofertas
112	IM - 03701	Vendaje neuromuscular kinesiotape 5cmx5m	Infructuosa por falta de ofertas
113	IM - 03702	Papel crepado 3 gener azul 90cm x 90cm	Infructuosa por falta de ofertas
114	IM - 03703	Papel crepado 3 gener azul 110cmx120cm	Infructuosa por falta de ofertas
115	IM - 03767	Candado p/contenedo rígido c/ind pro/vap	Infructuosa por falta de ofertas
117	IM - 03775	Hisopo p/lavado de instrumental de 5-7mm	Infructuosa por falta de ofertas
118	IM - 03776	Hisopo p/lavado de instrumental de 2-4mm	Infructuosa por falta de ofertas
119	IM - 03777	Papel crepado i generación de 90cmx90cm	Infructuosa por falta de ofertas
120	IM - 03778	Papel mixto grado médico rollo 10cm c/in (4 pulg)	Infructuosa por incumplimiento técnico
121	IM - 03779	Papel mixto grado médico rollo 20cm c/in (8 pulg)	Infructuosa por falta de ofertas
122	IM - 03780	Filtros p/contenedor rígido descartables	Infructuosa por falta de ofertas
123	IM - 04067	Venda elástica de 5cm de ancho	Infructuosa por incumplimiento técnico
124	IM - 04070	Venda elástica de 7.5cm de ancho no adhe	Infructuosa por falta de ofertas
125	IM - 04073	Venda elástica de 10 cm de ancho, master	Infructuosa por incumplimiento técnico
126	IM - 04076	Venda elástica de 15 cm de ancho, master	Infructuosa por falta de ofertas
127	IM - 04122	Venda elástica cohesiva 5 cm x 4.5 m	Infructuosa por incumplimiento técnico
128	IM - 04123	Venda elástica cohesiva 10 cm x 4.5 m	Infructuosa por falta de ofertas
129	IM - 05090	Bolsa de urostomia drenables para adulto	Infructuosa por incumplimiento técnico
130	IM - 05093	Sistema colostomía ajustable de dos piez	Infructuosa por incumplimiento técnico
131	IM - 05094	Sist colostomía 2 pz bolsa/parche 70mm	Infructuosa por incumplimiento técnico
132	IM - 06033	Jeringa de inyección para tomografía	Infructuosa por falta de ofertas
133	IM - 07037	Venda de yeso 5cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
134	IM - 07040	Venda de yeso 7.5cm (+/-5cm) de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
135	IM - 07043	Venda de yeso de 10cm de ancho	Infructuosa por falta de ofertas
136	IM - 07046	Venda de yeso de 12.5cm anch x 450cm lar	Infructuosa por falta de ofertas
137	IM - 07049	Venda de yeso de 15cm ancho x 450cm larg	Infructuosa por falta de ofertas

138	IM - 07055	Venda de fibra de vidrio de 5cm x 360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
139	IM - 07056	Venda de fibra de vidrio de 7,5cm x360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
140	IM - 07057	Venda de fibra de vidrio de 10cmx360cm	Infructuosa por incumplimiento técnico
141	IM - 07079	Venda de fibra de vidrio de 12.5cmx360cm	Infructuosa por falta de ofertas
142	IM - 09001	Apósito colágeno con alginato, 5x5 cm	Infructuosa por falta de ofertas
143	IM - 09008	Óxido de zinc + calamina Vendaje (botta	Infructuosa por incumplimiento técnico
144	IM - 09009	Gasa o apósit hidrófil c/zin/min/vi 10cm	Infructuosa por falta de ofertas

4. **LÍNEAS QUE NO FUERON VALORADAS:** Las siguientes ofertas presentadas no fueron valoradas, por cuanto, las fichas técnicas se van a modificar.

Línea	Código SIMA	Descripción	Observación
21	IM - 01031	Cinta adhesiva plástica transparente	<p>Declarada desierta. Esta línea no se valora en este proceso de recepción de muestras, siendo que ante el reporte de no conformidad presentado por los anestesiólogos de Servicios Quirúrgicos (documento adjunto) el producto que se está utilizando presenta deficiencias en cuanto a la adhesividad, cohesión y adherencia del producto, lo cual expone a nuestros usuarios a un riesgo de extubación durante el procedimiento quirúrgico y por consiguiente hipoxia, con todas las consecuencias y complicaciones que se pueden ocasionar al paciente, siendo que con dicho insumo, los anestesiólogos realizan la fijación de los tubos endotraqueales y los dispositivos supra glóticos con los cuales se brinda la ventilación (respiración) al paciente durante la anestesia.</p> <p>El reporte de no conformidad presentado es presentado en la sesión ordinaria N°4 del Comité de Gestión de insumos e implementos de la RSS, en donde se acuerda la aprobación de la ficha técnica del producto, con el fin de establecer atributos que garanticen la adecuada adhesividad, cohesión y adherencia, lo cual se notifica al CEDINS el día 28 de Abril de 2022 mediante el Oficio RSS-DSH-00242-2022.</p> <p>Siendo que la publicación de la primera revisión de muestra fue previo al aviso del Comité de Gestión de Insumos e Implementos, se toma la decisión de no valorar las líneas, siendo que la ficha que fue publicada no incluye las mejoras dadas y nos expone a recibir productos que no cumplan con lo requerido y que pueda ocasionar perjuicios al paciente.</p>

96	IM - 03025	Sistema colostomía ajustable dos piezas 57 mm	Desestimada. En oficio CEDINS-01279-2022 del 28 de abril 2022, el Centro de Distribución y Logística, solicita desestimar esta línea de la presente valoración, lo cual se comunicó a las empresas participantes mediante oficio PROV-02033-2022 del 02 de mayo 2022 y por tanto, no es viable proceder con la valoración de la muestra del proveedor Panamedical de Costa Rica Sociedad Anónima que fue recibida.
----	------------	---	--

Importante mencionar que las líneas anteriores, se estarán tramitando en procesos posteriores.

Demás términos y condiciones, según lo establece el "Reglamento para la adquisición de medicamentos e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros mediante compras por requerimiento", cuya prórroga se autorizó por la Contraloría General de la República mediante oficio N°22763 (DCA-4824) del 16 de diciembre del 2021).

Atentamente,

Departamento de Proveeduría

**Licda. Katherine Phillips Quesada
Subjefe a.i.**

CC: Expediente/Informecompraporrequerimiento1-2022Implementos
Hecho por: LVR / Revisado por: KLG